

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. 478/ASURDG DEL 17/06/2013**

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, PER APPALTO FORNITURA DI UN SISTEMA DI SPETTROMETRIA DI MASSA TRIPLO-QUADRUPOLO CON SORGENTE APCI/ESI, PER LE NECESSITA' DEL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA DELL'AREA VASTA N. 1.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Bilancio, in riferimento alla disponibilità economica per al copertura della spesa;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di rettificare, con il presente atto, la determina ASUR/DG n 1064 del 28.11.2012, per le motivazioni esplicitamente riportate nel documento istruttorio, che qui si intende richiamato quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare l'espletamento della procedura ristretta, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per l'appalto della fornitura di un sistema di spettrometria di massa triplo-quadrupolo con sorgente APCI/ESI, completo di UPLC ed accessori dedicati, per le necessità del Laboratorio di Tossicologia del Dipartimento di Prevenzione di Pesaro dell'ASUR - Area Vasta n. 1, per un importo complessivo di € 187.400,00 + IVA, con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
3. di approvare conseguentemente la documentazione di gara di seguito elencata, allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale:
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - schema di contratto;
 - disciplinare di gara;
 - bando integrale di gara;
 - documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
 - documento informativo per le ditte;
4. di riservarsi la possibilità, ai sensi dell'art. 81, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione definitiva, qualora nessuna offerta risulti conve-

- niente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, come pure di riservarsi la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
5. di dare atto che, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lettera d) della legge n. 135/2012 e della D.G.R.M. n. 1220/2012, non esistono nella piattaforma CONSIP strumenti di acquisto relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
 6. di dare atto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., che il responsabile unico del procedimento è il dott. Orfeo Mazza, al quale è attribuita la competenza alla firma del bando di gara e relativo estratto, nonché di tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, prepedutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore Generale, fatta eccezione per la nomina della commissione giudicatrice;
 7. di riservarsi con successivo atto, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, la nomina della commissione giudicatrice, alla quale sarà affidata la valutazione qualitativa delle offerte presentate dagli offerenti;
 8. di dare atto che l'onere derivante dalla eventuale aggiudicazione della fornitura di cui alla presente determina, quantificato in via presuntiva in complessivi € 226.754,00 (IVA inclusa), verrà capitalizzato al conto 01.02.02.04.01 (Attrezzature sanitarie) del Bilancio ASUR - sezionale Area Vasta n. 1, a cui si farà fronte come segue:
 - per l'importo di € 153.400,00 mediante l'utilizzo di fondi della Medicina del Lavoro, di cui all'art. 42 della L.R. Marche n. 11/2001;
 - per l'importo di € 73.354,00 mediante l'utilizzo di fondi correnti del Bilancio preventivo, in relazione al budget assegnato dalla Regione Marche per l'esercizio di relativa competenza;
 9. di dare altresì atto che l'onere pari a presunti €4.500 (IVA inclusa) in ordine alla pubblicazione del bando integrale di gara sul G.U.R.I., verrà imputato al conto 05.21.03.02.01 (Spese per pubblicità ed inserzioni) del Bilancio economico preventivo ASUR – sezionale Area Vasta n. 1, e trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo dei fondi correnti del Bilancio preventivo in relazione al Budget Provvisorio anno 2013 assegnato dalla Regione Marche con DGRM 1798/2012;
 10. di dare atto che non è prevista la diffusione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani a livello nazionale e locale, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., essendo l'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 11. di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale, ai sensi dell'art. 4, c. 8 della legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. Marche n. 26/96, come modificato dall'art. 2 della L.R. Marche n. 34/98;
 12. di dare atto, ai fini della repertoriatura nel sistema AttiWeb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";
 13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 60 pagine, di cui n. 51 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Si richiama la seguente normativa di riferimento

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica";
- L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale";
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al "coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi";
- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente "Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)";
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.;
- Legge Regionale 01/08/2011 n. 17 recante ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17";
- Legge 07/08/2012 n. 135, recante ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

Si richiamano le seguenti determinazioni

- Determina n. 1064/ASURDG del 28/11/2011 avente ad oggetto: "Indizione procedura aperta per l'acquisizione in proprietà di n. 1 detector a selezione di massa a triplo quadrupolo";
- Determina n. 417/AV1 del 10/04/2012 avente ad oggetto: "Presenza d'atto di subentro del Dott. Orfeo Mazza nei procedimenti in corso, di competenza dell'U.O. Approvvigionamenti e logistica dell'Area Vasta n. 1";
- Determina n. 73/AV1 del 31/01/2013 avente ad oggetto: "Conferimento incarichi dirigenziali a seguito dell'adozione del modello organizzativo dell'area Amministrativa - Tecnica-Logistica (ATL);
- Determina n. 75/AV1 del 01/02/2013 avente ad oggetto: "L. 241/90. Determina n. 73 del 31 gennaio 2013. Rettifica".

Si premettono i passaggi che di seguito vengono sintetizzati:

<http://attivebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20130617100051&Hash=true&ro=1&DocRepertoriato=1&DN=168395> - pag. 4 di 36 - DCASURMOD

Impronta documento: A9A876D58C255D9183F02254613953A8512BAD30

(Rif. documento cartaceo B0709D061927281DA4E0DB9429C75E5453B1690E, 7/12/AAV1APPR_D_L)

Impegno di spesa

- con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2004, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) articolata in n. 13 Zone Territoriali;
- con successiva legge regionale n. 17 del 1° agosto 2011, la normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, prevedendo altresì l’istituzione delle n. 5 Aree Vaste Territoriali (AV);
- nell’ambito dell’Area Vasta n. 1 (di seguito “AV1”) sono confluite le ex Zone Territoriali di seguito indicate:
 - Zona Territoriale n. 1 di Pesaro;
 - Zona Territoriale n. 2 di Urbino;
 - Zona Territoriale n. 3 di Fano;
- a seguito, altresì, del verificarsi di situazioni di fatto che si sono avvicendate nell’Area Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 1, ovvero il collocamento a riposo dal novembre 2011 del dirigente dell’U.O. Acquisti ex Z.T. 1 di Pesaro e l’assegnazione ad altro incarico del responsabile ad interim U.O. Acquisti ex Z.T. 3 di Fano dal gennaio 2012, e al fine di dare continuità agli atti e procedimenti afferenti alle attività di competenza delle UU.OO. dagli stessi gestite, con nota prot. n. 799 del 16/01/2012, il Direttore dell’AV1 ha nominato in via temporanea ed a carattere generale, il Dirigente del Provveditorato della ex Zona Territoriale n. 2 di Urbino, quale responsabile dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AV1, come da provvedimento n. 417 del 10/04/2012;
- successivamente, in attuazione della determina n. 1112/2011 del Direttore Generale ASUR, approvata dalla Giunta con DGRM n. 2/2012, il Direttore dell’Area Vasta 1 ha adottato il nuovo modello organizzativo dell’area ATL dell’Area Vasta 1 con relativa approvazione delle nuove funzioni dirigenziali individuate nel medesimo modello, conferendo al dirigente dott. Orfeo Mazza, con determine n. 73/AV1/2013 e n. 75/AV1/2013, l’incarico di dirigente della U.O.C. Acquisti e Logistica dell’AV1.

Premesso quanto sopra, in merito all’acquisto oggetto del presente provvedimento, si prende atto di quanto segue:

- con DGRM n. 603 del 14.04.2009, è stato individuato il Laboratorio di tossicologia del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR dell’ex Zona Territoriale n. 1 di Pesaro, che già opera come struttura pubblica accreditata di riferimento a livello provinciale, come struttura di riferimento immediatamente operativa per le procedure accertative per i test tossicologici di II° livello nonché per gli esami di conferma e di revisione del livello;
- in conseguenza dell’adozione della C.U. del 30/10/2007 n. 99, in cui si prevedeva che a seguito di accertamenti analitici basati su metodi automatizzati di screening immunochimica, in caso di positività si richiedeva una conferma mediante tecnica cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa ed ai limiti di rilevabilità richiesti dalla stessa concentrazione soglia (cut-off) nei test su matrice pilifera, la tecnica GC-MSD utilizzata presso il laboratorio di tossicologia di Pesaro non risulta essere la più efficace e sensibile per l’analisi di droghe d’abuso sulle nuove matrici biologiche di interesse per l’azienda;
- che l’acquisizione di una tecnologia che utilizzasse una tecnica di indagine più efficace, sensibile ed accurata avrebbe impattato sui processi produttivi del Laboratorio di Tossicologia, con un ritorno in termini quali-quantitativi sia per le attività istituzionali sia per le attività svolte in regime libero-professionale e, pertanto, quota parte della copertura finanziaria, necessaria per l’acquisizione di tale tecnologia, sarà garantita attraverso

<http://attiwebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20130617100051&Hash=true&ro=1&DocRepertoriato=1&DN=168395> - pag. 5 di 36 - DCASURMOD

Impronta documento: A9A876D58C255D9183F02254613953A8512BAD30

(Rif. documento cartaceo B0709D061927281DA4E0DB9429C75E5453B1690E, 7/12/AAV1APPR_D_L)

Impegno di spesa

l'autorizzazione ad incrementare l'attività libero-professionali, sempre all'interno dei vincoli di bilanciamento con quella istituzionale e mantenendo costanti le quote retrocesse all'equipe, con l'intento di girare i maggiori incassi - rispetto ai volumi storici concordati - a copertura dei costi di investimento, senza comunque intaccare la parte destinata al recupero dei costi aziendali, amministrativi e di supporto;

- che il responsabile del Dipartimento di Prevenzione ha espresso parere favorevole all'acquisizione mediante utilizzo, per quota parte, dei fondi della Medicina del Lavoro di cui all'art. 42 della L.R. Marche n. 11/2001;
- che, a seguito di quanto sopra, il Direttore Generale dell'ASUR, con determina n. 1064 del 28/11/2011, ha autorizzato l'attivazione di una procedura per l'acquisizione in proprietà di uno spettrometro di massa a triplo-quadrupolo, necessario per le attività del Laboratorio di Tossicologia di Pesaro;
- che, in relazione a quanto sopra, il Servizio Ingegneria Clinica dell'ASUR/Area Vasta n. 1 ha provveduto all'analisi e alla ridefinizione del fabbisogno espresso dal laboratorio di tossicologia, in relazione altresì dell'evoluzione tecnologica della strumentazione da acquistare, nonché ad effettuare la valutazione sull'opportunità dell'inserimento di un contratto di manutenzione "all inclusive" da attivarsi alla scadenza del periodo di garanzia, provvedendo all'elaborazione del capitolato speciale e relativi allegati, come documentazione propedeutica all'indizione di procedura di gara, modificando quanto inizialmente previsto dalla determina ASURDG n. 1064/2011, che dovrà essere pertanto rettificata.

In merito alla fornitura del sistema in oggetto, si dà atto di quanto segue:

- attualmente non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP o da altre centrali regionali di committenza, né risulta attivata o programmata analoga procedura da parte della stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) quale centrale regionale di riferimento;
- la tipologia di prodotto oggetto dell'appalto non è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), non è attivabile per l'acquisizione del sistema in oggetto.

Quindi, preso atto che la spesa complessiva presunta è di € 187.400,00,00 + IVA, si ritiene di dover procedere alla fornitura in parola mediante procedura ristretta, con gara a livello nazionale, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., rinviando - per quanto non previsto nella normativa citata - alle norme statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

In merito alla copertura finanziaria, si rileva che il costo complessivo dell'appalto, pari a € 231.254,00 (IVA inclusa), è finanziato come segue:

- per l'importo di 153.400,00 mediante l'utilizzo di fondi della Medicina del Lavoro di cui all'art. 42 della L.R. Marche n. 11/2001;
- per l'importo di € 73.354,00 mediante utilizzo di fondi di gestione corrente;
- per l'importo di € 4.500 mediante utilizzo di fondi di gestione corrente.

La valutazione economica dell'appalto può essere così schematizzata:

conto	descrizione	Importi in €	
		IVA esclusa	IVA incl. 21%
05.21.03.02.01	Spese per pubblicità e inserzioni	3.719,00	4.500,00
05.09.03.03.01	Compensi per membri esterni di commissioni	0,00	0,00
01.02.02.04.01	Attrezzature sanitarie	187.400,00	226.754,00

conto	descrizione	Importi in €	
		IVA esclusa	IVA incl. 21%
-----	Oneri per la sicurezza	0,00	0,00
	TOTALE		231.254,00

Per le motivazioni sopra indicate e al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, è necessario procedere all'acquisizione in oggetto, con le finalità e modalità che vengono così sintetizzate:

SCOPO DEL CONTRATTO:

Approvvigionamento di un sistema di spettrometria di massa triplo-quadrupolo, per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali del Laboratorio di Tossicologia dell'Area Vasta n. 1, presso il Dipartimento di Prevenzione di Pesaro.

OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO:

Fornitura un sistema di spettrometria di massa triplo-quadrupolo con sorgente APCI/ESI, completo di UPLC ed accessori dedicati.

Importo complessivo a base di gara, IVA esclusa: Euro 187.400,00.

Oneri per rischi di interferenza (oneri per la sicurezza): € 0,00 (zero/00).

FORMA DI CONTRATTAZIONE:

procedura ristretta, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:

a lotto unico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri stabiliti nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

dott. Orfeo Mazza, Dirigente Amministrativo U.O. Acquisti e Logistica ASUR - Area Vasta n. 1 - Fano.

TEMPI DEL PROCEDIMENTO:

giorni 270

TEMPI DI ESECUZIONE:

consegna e installazione, da effettuare entro 60 giorni, decorrenti secondo i termini indicati nel capitolato speciale.

PENALI PER EVENTUALI RITARDI:

penali e acquisto in danno, secondo quanto previsto nello schema di contratto.

CAUZIONE:

- provvisoria: 2% dell'importo a base di gara dell'appalto;
- definitiva: 10% dell'importo del contratto, salve maggiorazioni di legge.

TEMPI DI EROGAZIONE SOMME DOVUTE:

entro 60 giorni data ricevimento fattura, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

CAPACITA' ECONOMICA E TECNICA RICHIESTA:

come stabilito nel bando integrale di gara, allegato al presente atto, di cui è parte integrante.

Tutto quanto sopra premesso, si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di rettificare, con il presente atto, la determina ASUR/DG n 1064 del 28.11.2012, per le motivazioni esplicitamente riportate nel documento istruttorio, che qui si intende richiamato quale parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare l'espletamento della procedura ristretta, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per l'appalto della fornitura di un sistema di spettrometria di massa triplo-quadrupolo con sorgente APCI/ESI, completo di UPLC ed accessori dedicati, per le necessità del Laboratorio di Tossicologia del Dipartimento di Prevenzione di Pesaro dell'ASUR - Area Vasta n. 1, per un importo complessivo di € 187.400,00 + IVA, con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
3. di approvare conseguentemente la documentazione di gara di seguito elencata, allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale:
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - schema di contratto;
 - disciplinare di gara;
 - bando integrale di gara;
 - documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze -preliminare (pre - DUVRI);
 - documento informativo per le ditte;
4. di riservarsi la possibilità, ai sensi dell'art. 81, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione definitiva, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, come pure di riservarsi la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
5. di dare atto che, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lettera d) della legge n. 135/2012 e della D.G.R.M. n. 1220/2012, non esistono nella piattaforma CONSIP strumenti di acquisto relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
6. di dare atto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., che il responsabile unico del procedimento è il dott. Orfeo Mazza, al quale è attribuita la competenza alla firma del bando di gara e relativo estratto, nonché di tutti gli atti necessari all'espletamento della procedura di gara, propeedeutici alla determina di aggiudicazione definitiva da parte del Direttore Generale, fatta eccezione per la nomina della commissione giudicatrice;
7. di riservarsi con successivo atto, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, la nomina della commissione giudicatrice, alla quale sarà affidata la valutazione qualitativa delle offerte presentate dagli offerenti;
8. di dare atto che, l'onere derivante dalla eventuale aggiudicazione della fornitura di cui alla presente determina, quantificato in via presuntiva in complessivi € 226.754,00 (IVA inclusa), verrà capitalizzato al conto 01.02.02.04.01 (Attrezzature sanitarie) del Bilancio ASUR - sezionale Area Vasta n. 1, a cui si farà fronte come segue:
 - per l'importo di € 153.400,00 mediante l'utilizzo di fondi della Medicina del Lavoro, di cui all'art. 42 della L.R. Marche n. 11/2001;
 - per l'importo di € 73.354,00 mediante l'utilizzo di fondi correnti del Bilancio preventivo, in relazione al budget assegnato dalla Regione Marche per l'esercizio di relativa competenza;
9. di dare altresì atto che l'onere pari a presunti € 4.500 (IVA inclusa) in ordine alla pubblicazione del bando integrale di gara sulla G.U.R.I., verrà imputato al conto 05.21.03.02.01 "spese per pubblicità ed inserzioni" del Bilancio economico preventivo ASUR - sezionale Area Vasta n. 1, e trova copertura finanziaria attraverso l'utilizzo dei

- fondi correnti del Bilancio preventivo in relazione al budget provvisorio anno 2013 assegnato dalla Regione Marche con DGRM 1798/2012;
10. di dare atto che non è prevista la diffusione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani a livello nazionale e locale, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., essendo l'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 11. di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo regionale, ai sensi dell'art. 4, c. 8 della legge n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. Marche n. 26/96, come modificato dall'art. 2 della L.R. Marche n. 34/98;
 12. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema AttiWeb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";
 13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche 26/96 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott.ssa Fabiola Ferri

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Orfeo Mazza

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza

SPETTR_DCASUR_REV

U.O. BILANCIO

Si attesta la corretta imputazione della spesa derivante dall'adozione del presente atto, e che la stessa ha l'effettiva disponibilità economica in quanto parte di questa è coperta dall'utilizzo dei fondi della Medicina del Lavoro di cui all'art. 42 della L. R. n. 11/2001 mentre la parte restante troverà copertura nel budget assegnato dalla Regione Marche per l'esercizio di relativa competenza, sui conti di pertinenza del servizio di riferimento.

II DIRIGENTE U.O. BILANCIO
Dr.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

La presente determina comprende i seguenti allegati:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- schema di contratto (solo su supporto cartaceo tot n. 6 pag. fronte/retro);
- disciplinare di gara;
- bando integrale di gara;
- documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze preliminare (pre-DUVRI) (solo su supporto cartaceo tot. n. 9 pag. fronte/retro);
- documento informativo per le ditte (solo supporto cartaceo - tot n. 9 pag. fronte/retro).

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO FORNITURA DI UNO SPETTROMETRO DI MASSA TRIPLO-QUADRUPOLO CON SORGENTE APCI/ESI COMPLETO DI UPLC ED ACCESSORI DEDICATI, PER LE NECESSITA' DELL'AREA VASTA N. 1 - LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA DEL DISTRETTO DI PESARO.

Sommario

ART. 1.	DESCRIZIONE DELL'ATTREZZATURA DA FORNIRE	10
ART. 2.	SOPRALLUOGO DEI LOCALI	10
ART. 3.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	10
ART. 4.	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	10
ART. 5.	OFFERTA ECONOMICA.....	11
ART. 6.	DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA.....	11
ART. 7.	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	12
ART. 8.	VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	14

DESCRIZIONE DELL'ATTREZZATURA DA FORNIRE

1. Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di attrezzatura rispondente alle caratteristiche tecniche descritte nella scheda allegato A - Capitolato tecnico del presente capitolato speciale, per un importo complessivo a base di gara di Euro 187.400,00 + IVA.

ART. 2. SOPRALLUOGO DEI LOCALI

1. Prima della formulazione dell'offerta, è fatto obbligo al Fornitore di prendere esatta visione dei locali nei quali dovrà essere installata l'attrezzatura, compresi i relativi impianti, mediante sopralluogo del legale rappresentante (o altro personale da questi incaricato con delega formale) accompagnato da un funzionario dell'U.O. Gestione Tecnica dell'AV.

2. Al termine del sopralluogo sarà redatta una "attestazione" firmata dal rappresentante del Fornitore che ha effettuato il sopralluogo, validata dal funzionario dell'ASUR/AV1 presente; tale attestazione dovrà essere allegata in sede di presentazione dell'offerta.

3. Per l'effettuazione del sopralluogo nonché per l'eventuale consultazione e/o ritiro degli elaborati tecnici, il Fornitore dovrà prendere appuntamento con il referente che sarà comunicato con la lettera d'invito.

ART. 3. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

1. Al termine del periodo di garanzia, l'ASUR/AV potrà esercitare la facoltà di stipulare il contratto di assistenza tecnica, per la durata di mesi 36, anche frazionabile, secondo la seguente tipologia di contratto di manutenzione, con il relativo canone annuale, espresso con riferimento percentuale al prezzo di acquisto, come di seguito indicato:

Pos.	Tipologia contratto	Canone annuale (% sul prezzo di acquisto)
a)	contratto manutenzione «Tutto compreso - All include» (TCA)	10,0%

2. Il contratto di manutenzione, riferito alla tipologia prescelta, dovrà essere eseguito secondo le modalità specificate dal Fornitore nella relativa scheda allegata al presente capitolato, all'atto della formulazione dell'offerta tecnica.

ART. 4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Per l'esecuzione della fornitura, l'ASUR/AV ha predisposto lo schema preliminare di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), contenente le misure da attuare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze tra AV e Fornitore, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.

2. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato speciale, non determina costi, da riconoscere al Fornitore a carico dell'ASUR/AV.

3. Il Fornitore aggiudicatario, tramite il proprio Servizio Prevenzione e Protezione, dovrà prestare la propria collaborazione all'attività di cooperazione e coordinamento promossa dall'ASUR/AV ai fini della elaborazione dello schema definitivo del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che sarà allegato al contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008.

ART. 5. OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica dovrà essere formulata indicando, quanto segue:

a) il prezzo unitario, in cifre e lettere, dei prodotti richiesti nel presente capitolato;

b) il prezzo complessivo dell'offerta, in cifre e lettere, risultante dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando i prezzi unitari offerti per la quantità da fornire richiesta nel capitolato speciale, compresa l'assistenza tecnica, per la durata contrattuale prevista.

2. L'offerente dovrà formulare la propria offerta, indicando i prezzi con un numero massimo di due cifre decimali; in caso di utilizzo di cifre decimali in numero superiore, per il raffronto delle offerte si procederà al troncamento del prezzo alla cifra decimale stabilita.

3. **E' esclusa dalla gara l'offerta il cui prezzo complessivo, sia superiore all'importo a base di gara.**

4. Nell'offerta economica il Fornitore dovrà inoltre indicare:

a) la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

5. La "Offerta economica" dovrà essere corredata della documentazione di seguito specificata:

a) prospetto indicativo dei costi relativi alla sicurezza (art. 87, comma 4 del Codice):

1. i costi per la sicurezza devono:

a) essere specificamente indicati nell'offerta o documento allegato alla stessa;

b) essere riferiti e pertinenti all'esecuzione dell'appalto oggetto dell'offerta, con la descrizione delle attività poste in essere per il rispetto delle condizioni di sicurezza, previste dalle norme vigenti;

c) risultare congrui in relazione all'entità e alle caratteristiche della fornitura, oggetto dell'appalto.

6. Nel caso di offerta presentata dai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili), il consorzio è tenuto a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorre, consorziati ai quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione di tale divieto, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale (art. 36, c. 5 e art. 37, c. 7 del Codice).

7. Nel caso di offerta presentata da parte dei soggetti di cui all'art. 34, c. 1, lettere d) ed e) del Codice (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario), se non ancora costituiti, l'offerta dovrà:

a) essere sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiranno il RT o il consorzio ordinario;

b) contenere l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura che sarà eseguita dai singoli concorrenti riuniti o consorziati (art. 37, c. 4 del Codice);

c) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi, indicato come mandatario (art. 37, c. 8 del Codice).

8. Nel caso sopra indicato, il consorzio è tenuto a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorre, consorziati ai quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati (art. 37, c. 7 del Codice).

ART. 6. DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA

1. L'offerente dovrà allegare all'offerta la documentazione tecnica specificamente indicata nell'allegato **B - Documentazione tecnica da allegare all'offerta**.

2. La documentazione tecnica dovrà essere:

a) **sottoscritta** dal legale rappresentante o da persona legalmente abilitata a rappresentare l'offerente;

b) possibilmente stampata **fronte e retro**, per ridurre il volume di documenti da archiviare;

c) **rubricata, articolata e rilegata** secondo gli stessi punti della richiesta;

- d) accompagnata da un elenco numerato, comprendente analiticamente ogni documento presentato, riportando il titolo o un dato univoco di riconoscimento di ogni documento;
- e) presentata anche in formato elettronico su CD, per la documentazione contrassegnata con asterisco (**);
- f) racchiusa, **in busta separata**, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura, recante esternamente la dicitura «*Documentazione tecnica per fornitura di uno spettrometro di massa a triplo-quadrupolo con sorgente APCI/ESI completo di UPLC e di accessori dedicati*».

ART. 7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. La fornitura sarà aggiudicata:
 - a) a lotto unico, pertanto saranno escluse le offerte che non siano formulate per tutta l'attrezzatura richiesta;
 - b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del Codice.
2. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base ai seguenti criteri di valutazione:

<i>Pos.</i>	<i>Criterio di valutazione</i>	<i>Punteggio massimo</i>
a)	Prezzo	40/100
b)	Qualità tecniche	30/100
c)	Caratteristiche funzionali	20/100
d)	Assistenza tecnica	10/100

3. Il punteggio sopra indicato sarà ripartito in base ai seguenti sub-criteri di valutazione, con i relativi sub-pesi ponderali:

<i>Pos.</i>	<i>Descrizione sub-criteri di valutazione</i>	<i>Punti max</i>
b)	Qualità tecniche delle TS	30
	<i>così ripartiti:</i>	
	QUADRUPOLO	15
b.1	Intervallo di massa espresso in amu	0,5
b.2	Stabilità di massa < 0.2 in 24 ore, risoluzione almeno 0.7 amu/FWHM ed accuratezza di massa 0.01% amu	1,5
b.3	Velocità di scansione espressa in amu/s	1,5
b.4	Modalità di scansione: MS scan, MS/MS product ion scan, MRM, MS/MS neutral loss, scan and parent ion scan, SIM [Saranno preferiti gli spettrometri che saranno in grado di garantire sensibilità ed accuratezza quantitativa a dwell bassi]	3,0
b.5	Linearità del sistema	0,5
b.6	Cambio di polarità (polarity switching in ms) e/o capacità di operare sia con ioni positivi sia con ioni negativi durante la stessa corsa cromatografia in modo continuo e ciclico senza ripetere l'iniezione	2,0
b.7	Cella di collisione con caratteristiche tali da ottenere la massima sensibilità e trasmissione degli ioni riducendo al minimo gli effetti di isteresi nello svuotamento della cella stessa. [Saranno preferiti sistemi innovativi che permettano un miglioramento delle prestazioni]	3,0
b.8	Modalità di funzionamento del sistema da vuoto ad alta efficienza con pompe turbomolecolari rotative raffreddate ad aria	0,5

b.9	Specificare la sensibilità espressa in Reserpina per ESI positiva; in particolare il rapporto segnale/rumore (noise RMSX1) ottenuto iniettando 5 µL di Reserpina a 1 pg/µL in ESI positiva in modalità MRM monitorando la transizione m/z 609 a 195 dovrà essere superiore o uguale a 100:1; [Tutte le prove di sensibilità saranno effettuate sperimentalmente in versione, per valutare l'oggetto della stessa (LC/MS/MS)]	1,5
b.10	Metodi già sviluppati per l'analisi di sostanze d'abuso su matrici biologiche	1,0
SORGENTE - INTERFACCIA		5,5
b.11	Compatibilità totale ai solventi sia acquosi sia organici. Devono essere riconosciuti dal software che ne selezionerà automaticamente i parametri operativi	1,0
b.12	Verranno valutate le soluzioni tecniche adottate al fine di ottimizzare la nebulizzazione, minimizzare gli effetti di memoria, ridurre lo sporco del sistema, aumentare la riproducibilità analitica e diminuire i tempi di analisi.	3,0
b.13	Velocità spettrometro di massa compatibile con il flusso della fase mobile deve poter arrivare fino a valori di 1ml/min senza bisogno di sistemi di partizione del flusso stesso "splitter"	1,5
CROMATOGRAFO LIQUIDO AD ULTRA PRESTAZIONI		6
b.14	Pompa a gradiente binario o quaternario con quattro linee eluenti con possibilità di selezionare fra due diversi solventi per ciascuna linea. [Indicare volume morto per canale, le pressioni di esercizio ed il range di flusso in ml/min.]	1,0
b.15	Modulo di termostazione colonne: Indicare range di temperatura e stabilità in °C, possibilità di contenere colonne da 15 cm, con possibilità di gestire le colonne dal software	2,0
b.16	Autocampionatore: Loop di iniezione preferibilmente a capacità variabile selezionabile via software, indicare range di termostazione dei campioni, range di volume iniettabile, numero di posti per vials del piatto portacampioni, precisione nel range compreso tra 5÷100 µl e 0.1÷5 µl, carry over	3,0
SOFTWARE		3,5
b.17	Sistema software ad alta affidabilità, deve essere adibito al ruolo di acquisizione dati, controllo strumentale, gestione dati ed elaborazione dei report	0,5
b.18	Possibilità di evidenziare automaticamente i campioni fuori specifica all'interno della sequenza e funzioni di auto calibrazione dello spettrometro	1,5
b.19	Deve essere fornito di librerie sviluppate in ambito Tossicologico-farmaceutico, che siano idonee allo screening ed alla conferma di sostanze d'abuso e farmaceutiche su matrici biologiche (urinarie, ematiche, cheratiniche, ecc.)	1,5
c)	Caratteristiche funzionali	20
<i>così ripartiti:</i>		
c.1	Taratura strumentale mediante tuning automatico su entrambe le polarità e su tutto il range di massa	2,0
c.2	Pulizia e rimozione facile della sorgente senza dover togliere il vuoto al sistema	1,5
c.3	Dimensioni in termini di ingombro del sistema composto da spettrometro di massa a triplo quadrupolo con sorgente APCI/ESI, cromatografo liquido (UPLC), generatore di azoto completo di compressore di aria compressa e sistema hardware e software per l'acquisizione dati e controllo strumentale	1,5
c.4	Interfaccia utente semplice ed intuitiva nel controllo strumentale e nella gestione dei report	3,0

c.5	Eventuale fornitura di accessori opzionali migliorativi	1,0
c.6	Presenza di sistemi di sicurezza che prevedano sistemi di autodiagnosi (sensori di perdita, diagnostiche automatiche, pulizia automatica dei pistoni, etc.)	1,0
Valutazione della prova pratica		
c.7	Qualità in termini di efficienza, efficacia, stabilità, facilità d'uso e robustezza del sistema nella configurazione richiesta nonché la valutazione della sensibilità, accuratezza, precisione, selettività ed attendibilità del dato fornito, ecc.	10,0
d)	Assistenza tecnica e servizio post vendita	10
	<i>così ripartiti:</i>	
d.1	Formazione al personale utilizzatore	3,0
d.2	Condizioni di manutenzione full risk	5,0
d.3	Servizio di Consulenza tecnico-scientifica sulla tecnologia	2,0

4. L'offerta non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica in quanto esclusa dalla gara, qualora non rispetti la/le seguente/i condizione/i:

- a) deve essere rispondente a tutte le caratteristiche e ai dati tecnici di minima richiesti;
- b) per i criteri di valutazione qualitativa deve raggiungere un punteggio non inferiore alla soglia minima (*c.d. soglia di sbarramento*), determinata applicando il/i rapporto/i di seguito specificato/i al punteggio massimo stabilito:

1. qualità tecniche 7/10
2. caratteristiche funzionali 7/10
3. assistenza tecnica 7/10

5. La verifica del rispetto della soglia minima, determinata in base ai rapporti di cui sopra, è effettuata sul punteggio attribuito ad ogni offerente dopo l'applicazione della *c.d. riparametrazione*, come stabilito nel paragrafo "Valutazione dell'offerta".

6. La fornitura sarà aggiudicata all'offerente che, dalla somma dei punti ottenuti per ogni criterio di valutazione stabilito, avrà ottenuto il punteggio globale più alto.

ART. 8. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1. La valutazione dell'offerta sarà effettuata sulla base dei criteri di aggiudicazione sopra indicati, applicati come segue:

a) PREZZO

1. Il prezzo complessivo dell'offerta sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:
 - a) somma dei prodotti ottenuti moltiplicando i prezzi unitari per la quantità di beni da fornire, indicata nel presente capitolato speciale;
 - b) importo del canone di assistenza tecnica "full-risk" per la durata di anni 3, dopo il termine del periodo di garanzia.
2. **E' esclusa dalla gara l'offerta il cui prezzo complessivo sia superiore all'importo a base di gara.**
 - a) Per esigenze connesse alla disponibilità di fondi per l'acquisto oggetto dell'appalto, il prezzo dell'attrezzatura e il prezzo dell'assistenza tecnica devono essere inferiori al rispettivo importo indicato all'art. 1.
3. Il punteggio per il prezzo sarà attribuito applicando la seguente formula:

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente *iesimo*
- A_i = valore dell'offerta (*ribasso*) del concorrente *iesimo*
- A_{max} = valore dell'offerta migliore (*massimo ribasso*)
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) dei concorrenti
- X = coefficiente fissato dalla stazione appaltante, pari a **0,90**

4. Essendo richiesta offerta a prezzi unitari, il ribasso d'asta percentuale offerto dal concorrente iesimo sarà calcolato con la seguente formula, con arrotondamento alla terza cifra decimale:

$$(I_{bg} - I_{oi}) / I_{bg} \times 100$$

dove:

I_{bg} = importo a base di gara

I_{oi} = importo offerta concorrente iesimo

b) QUALITA' TECNICHE

1. La valutazione delle qualità tecniche sarà effettuata in base alla documentazione tecnica presentata, riscontrando il livello di rispondenza dell'attrezzatura offerta ai parametri tecnici indicati nel presente capitolato speciale, in rapporto ai sub-criteri di valutazione stabiliti.
2. I requisiti minimi saranno oggetto di valutazione, qualora l'offerta tecnica abbia caratteristiche migliorative rispetto al livello minimo richiesto.
3. La valutazione sarà espressa attribuendo a ciascuna prestazione offerta un coefficiente variabile tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, con riferimento a ciascuno dei sub-criteri indicati nel capitolato speciale.
4. Il punteggio attribuito per le qualità tecniche sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

5. Al termine dell'attribuzione del coefficiente a ogni offerta, si procede al calcolo del coefficiente definitivo, portando a uno il coefficiente più alto e proporzionando al coefficiente massimo gli altri coefficienti provvisori attribuiti in precedenza.
6. Dopo il calcolo del coefficiente definitivo per ogni sub-criterio, per l'attribuzione del punteggio complessivamente stabilito per il criterio «Qualità tecniche», si procede alla riparametrazione, consistente nelle seguenti operazioni:
 - a) per ciascun concorrente è determinata la somma dei punti attribuiti in base ai coefficienti definitivi relativi ai diversi sub-criteri;
 - b) al concorrente che ha ottenuto la somma più alta è attribuito il coefficiente uno e, quindi, il punteggio massimo stabilito per le «Qualità tecniche»;
 - c) agli altri concorrenti è attribuito il coefficiente in proporzione lineare alla rispettiva somma e, quindi, il punteggio determinato applicando tale coefficiente al punteggio massimo stabilito per le «Qualità tecniche».

c) CARATTERISTICHE FUNZIONALI

1. La valutazione delle caratteristiche funzionali sarà effettuata in base alla documentazione presentata, con riferimento ai sub-criteri in precedenza indicati.
2. La valutazione sarà espressa attribuendo a ciascuna prestazione offerta un coefficiente variabile tra 0 e 1, espresso in valori centesimali.
3. Il punteggio attribuito per le caratteristiche funzionali sarà calcolato utilizzando gli stessi criteri previsti per le qualità tecniche.

d) ASSISTENZA TECNICA E SERVIZIO POST-VENDITA

1. La valutazione del servizio di assistenza tecnica e del servizio post-vendita sarà effettuata in base alla documentazione presentata, con riferimento ai sub-criteri in precedenza indicati.
2. La valutazione sarà espressa attribuendo a ciascuna prestazione offerta un coefficiente variabile tra 0 e 1, espresso in valori centesimali.
3. Il punteggio attribuito per l'assistenza tecnica sarà calcolato utilizzando gli stessi criteri previsti per le qualità tecniche.

Fano, _____/2013_

IL DIRETTORE
LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA
f.to Dr. Paolo Curina

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
f.to Dott. Orfeo Mazza

<http://attivebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20130617100051&Hash=true&ro=1&DocRepertoriato=1&DN=168395> - pag. 15 di 36 - DCASURMOD

Impronta documento: A9A876D58C255D9183F02254613953A8512BAD30

(Rif. documento cartaceo B0709D061927281DA4E0DB9429C75E5453B1690E, 7/12/AAV1APPR_D_L)

Impegno di spesa

Allegati:

A	Capitolato tecnico
A.1	Capitolato tecnico - Questionario caratteristiche tecniche
B	Documentazione tecnica da allegare all'offerta
C	Facsimile di offerta economica
D.1.1 - 1.10	Questionario assistenza tecnica e servizi

 Allegato **A** - Capitolato tecnico

ASUR - Area Vasta n. 1

Fornitura di n. 1 Spettrometro a selezione di massa a triplo quadupolo con sorgente di iniezione APCI/ESI, completo di UPLC e accessori dedicati per le necessità della U.O. Laboratorio di Tossicologia - Dipartimento di Prevenzione - Distretto di Pesaro

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Codice Tipologia CND	Cromatografo liquido UPLC: W0201050280
Quantità e descrizione delle tecnologie da fornire	<ul style="list-style-type: none"> n. 1 Spettrometro a selezione di massa a triplo quadupolo con sorgente di iniezione APCI/ESI n. 1 Cromatografo liquido UPLC n. 1 Generatore di azoto completo di generatore di aria compressa n. 1 Sistema hardware e software per l'acquisizione dei dati e per il controllo strumentale
Reparto / Servizio richiedente	U.O. Laboratorio di Tossicologia - Dipartimento di Prevenzione - ASUR Area Vasta 1 - Pesaro.
Destinazione d'uso della apparecchiatura richiesta	La strumentazione è destinata all'esecuzione di metodiche di conferma di secondo livello su matrici biologiche (sangue, urina, capello) per gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni a rischio nonché per le analisi che assumono valore chimico-clinico e medico-legale.
Necessità di prova o visione	<p>La stazione appaltante richiede la dimostrazione su macchina funzionante, nella configurazione offerta, da tenersi entro 30 giorni dalla richiesta della commissione giudicatrice, in una struttura sanitaria pubblica o privata, indicata dal fornitore.</p> <p>La prova avrà durata presumibile di un giorno ed avverrà esclusivamente sulla configurazione indicata nella specifica tecnica e nell'offerta tecnica.</p> <p>Tale prova pratica avrà la funzione di verificare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del sistema nell'insieme, attraverso l'analisi di un campione biologico (Urina Siero....) contenente sostanze d'abuso.</p>

SPECIFICHE TECNICHE

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del d.lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche. Fatto salvo quanto sopra, si intendono obbligatorie le caratteristiche di minima.

Descrizione fornitura - Caratteristiche di minima

SPETTROMETRO A SELEZIONE DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO CON SORGENTE DI INIEZIONE APCI/ESI

Deve essere completo di generatore di azoto e di sorgente APCI/ESI per l'analisi qualitativa e quantitativa di droghe d'abuso su matrice urinaria, cheratinica ed ematica.

La sensibilità del detector sarà valutato in base alle risultanze delle prove pratiche sui composti scelti dalla commissione. Indicare in fase di gara le specifiche della massa per il rapporto segnale/rumore ottenuto iniettando 5pg di Reserpina a 200 µl/min in ESI positiva in modalità MRM monitorando la transizione m/z 609 a 195 che dovrà essere superiore o uguale a 100:1

Deve essere garantita la possibilità di effettuare acquisizioni in modalità MS scan, MS/MS product ion scan, MRM, MS/MS neutral loss/full, scan e parent ion scan e SIM.

Deve essere dotato, in ingresso alla sorgente, di un sistema che focalizzi il flusso ossia di un sistema di inserimento degli ioni tramite un cono di campionamento con conseguente totale assenza di capillari di trasferimento.

In ingresso al triplo quadrupolo deve essere presente un prefiltro al fine di prevenire possibili contaminazioni

Deve essere garantito il cambio di polarità e comunque la capacità di operare sia con ioni positivi sia con ioni negativi durante la stessa corsa cromatografica in modo continuativo e ciclico, senza necessità di ripetere l'iniezione garantendo altresì quattro modalità di acquisizione in un'unica corsa cromatografia.

Le celle di collisione devono avere caratteristiche tecniche tali da ottenere la massima sensibilità e trasmissione degli ioni e che riduca al minimo l'effetto di isteresi nello svuotamento della cella stessa.

Deve essere dotato di un sistema da vuoto ad alta efficienza con pompe di tipo turbo molecolare e rotative raffreddate ad aria.

Il rivelatore deve essere in grado di minimizzare l'effetto di correnti parassite nel caso di segnali deboli, massimizzando il rapporto segnale/rumore di rilevare ioni positivi e negativi in rapida alternanza

Il rivelatore deve essere garantito per un periodo minimo di 10 anni.

Deve essere possibile l'esecuzione della taratura strumentale mediante tuning automatico su entrambe le polarità e su un range di massa.

Dati tecnici di minima:

- Intervallo di massa: non inferiore a 10 – 1000 amu
- Velocità di scansione almeno di: 10.000 amu/s
- Stabilità di massa inferiore di 0,2 in 24 ore
- Risoluzione di massa minore di 0,7 amu/FWHM
- Accuratezza di massa di 0,01% amu specificando le condizioni operative
- Linearità di risposta almeno 3 ordini di grandezza
- Polarity switching in meno di 200 ms
- Tempo minimo di risposta tra letture di transizioni diverse con dwell time massimo di 5 ms
- Alimentazione a rete elettrica a 220 V, 50/60 Hz

Decreto.aspx?Id=20130617100051&Hash=true&ro=1&DocRepertoriato=1&DN=168395 - pag. 18 di DCASURMOD

8C255D9183F02254613953A8512BAD30

061927281DA4E0DB9429C75E5453B1690E, 7/12/AAV1APPR D L)

Le metodiche fornite per tali analisi devono essere perfezionate e standardizzate sul posto in modo da poter garantire al laboratorio l'analisi Quali-quantitativa delle principali sostanze: Eroina, 6-Monoacetilmorfina, Morfina, Codeina, Diidrocodeina, (Oppiacei...), Cocaina, Benzoilecgonina, EME, Delta-9 THC e metaboliti, Metadone, Eddp, Buprenorfina, Norbuprenorfina, Ketamina, Metamfetamina, Amfetamina, MDMA, MDA, MDEA, MBDB, principali Benzodiazepine in commercio. Sarà altresì valutata positivamente la possibilità di aggiungere altre sostanze alle precedentemente elencate, quali: Smart drugs, GHB, GLB, Cannabinoidi sintetici, Mefedrone, Butilone, Pierazine, Amfetaminosimili, PCP, LSD, alcaloidi della Datura etc.....

CROMATOGRAFO LIQUIDO UPLC

Deve essere controllato e gestito dalla piattaforma hardware e software oggetto del presente bando di gara, almeno con le seguenti caratteristiche di minima:

Pompa a gradiente binario, in alternativa quaternario, quattro linee eluenti con possibilità di selezionare fra due diversi solventi per ciascuna linea:

- Pressione di esercizio almeno 15000 psi
- Flussi variabili da 10 µl/min ÷ 2 ml/min con possibilità di effettuare gradienti a 2 solventi nell'intervallo di composizione,
- Sistemi di sicurezza che prevedano sensori di perdita e diagnostiche automatiche e pulizia automatica dei pistoni.

Degasatore a permeazione sottovuoto completo di bottiglie dotate di un sistema di sicurezza per evitare la fuoriuscita dei vapori in ambiente lavorativo

Modulo termostazione colonne:

- Possibilità di contenere colonne da 15 cm
- Range di temperatura variabile tra 10°C ÷ 90°C con stabilità della temperatura di ±1°C
- Possibilità di gestire le colonne direttamente da software e il riconoscimento automatico della colonna installata

Autocampionatore:

- Termostatazione dei campioni 4-40 °C
- Loop di iniezione possibilmente a capacità variabile e selezionabile mediante il software
- Piatto portacampioni per vials e well-plates di almeno 90 posti
- Possibilità di gestire la profondità di introduzione dell'ago, velocità di aspirazione-iniezione, viscosità del campione, ecc. direttamente dal software
- Precisione migliore dello 0.5% di RSD nel range compreso tra 5 ÷ 100 µl e migliore dell' 1% RSD tra i 0.1 ÷ 5 µl
- Carry Over < 0.005%
- Alimentazione a rete elettrica a 220 V, 50/60 Hz

	<ul style="list-style-type: none"> • Generatore di azoto completo di generatore di aria compressa • Deve soddisfare le richieste di flusso, purezza e pressione tipiche dell'utilizzo di sistemi LC-MS/MS in modo da garantire il massimo delle performance della strumentazione • Sistema hardware e software per l'acquisizione dei dati e per il controllo strumentale <p>Deve garantire l'acquisizione dei dati e per il controllo strumentale. Deve essere basato su piattaforma Windows, completo di schermo LCD almeno da 17" e stampante a colori</p> <p>Il sistema ad alta affidabilità, deve essere adibito al ruolo di acquisizione dati, controllo strumentale, gestione dati ed elaborazione dei report. Deve essere possibile evidenziare automaticamente i campioni fuori specifica all'interno della sequenza e funzioni di auto calibrazione dello spettrometro.</p> <p>Il software e le librerie devono essere sviluppate in ambito Tossicologico-farmaceutico, che siano idonee allo screening ed alla conferma di sostanze d'abuso e farmaceutiche su matrici biologiche.</p>
Accessori di minima richiesti	Nessuno
Caratteristiche opzionali	Sono elementi qualificanti la velocità e l'affidabilità della ottimizzazione del MRM, la flessibilità di impostazione e controllo delle analisi quantitative, la completezza e fruibilità degli strumenti di controllo qualità e la facilità d'uso.
Consegna - Installazione	<p>La consegna-installazione dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria direttamente presso i locali dell'U.O. di competenza secondo le indicazioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto.</p> <p>La consegna delle attrezzature dovrà essere immediatamente precedente all'installazione, per evitare stazionamenti incustoditi di cui questa Azienda non si accolla alcuna responsabilità.</p> <p>La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire al momento della consegna, la propria disponibilità all'aggiornamento tecnologico delle tecnologie offerte e delle loro principali componenti all'ultima versione e/o evoluzione.</p> <p>Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura. La ditta dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo i prodotti consegnati dovessero risultare non conformi a quelli aggiudicati.</p> <p>Nel documento di trasporto e nella fattura dovrà essere riportato il numero di matricola del prodotto e per i dispositivi medici il numero di repertorio (art. 5 D.M. 20/07/07 s.m.i.).</p>
Collaudo	<p>Il collaudo, che ha lo scopo di accertare la rispondenza della fornitura rispetto a quanto richiesto, la corretta installazione, il perfetto funzionamento delle tecnologie e delle relative attrezzature di supporto.</p> <p>Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del personale indicato dalla stazione appaltante e del personale referente dell'Aggiudicatario.</p>

	<p>In sede di collaudo l'Aggiudicatario dovrà fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • due copie del manuale d'uso (in lingua italiana), di cui una in formato digitale; • manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione delle tecnologie fornite (comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, descrizione dettagliata dell'hardware e del software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso comprese quelle di amministratore). <p>La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture solo dopo che siano state positivamente collaudate. Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture e ai servizi prestati saranno a carico dell'appaltatore, anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.</p>
Garanzia richiesta sui prodotti offerti	<ul style="list-style-type: none"> • mesi 24 • nessuna parte e/o ricambio escluso, ossia in modalità Tutto Compreso <p>NOTA: nel periodo di garanzia si applicano i seguenti livelli di assistenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema e di tutte le parti di ricambio, a qualsiasi titolo deteriorate, salvo il dolo, con relativa sostituzione delle parti difettose ed usurate con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria; • riparazione e/o sostituzione gratuita, entro cinque giorni lavorativi, di quelle parti che per qualità di materiale, per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore o a cause di forza maggiore; • riparazioni, tarature e tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva; • ogni intervento richiesto, anche solo telefonicamente, per assistenza tecnica d'urgenza; • numero illimitato di interventi su chiamata da parte della U.O. interessata, effettuati anche solo telefonicamente, per assistenza tecnica d'urgenza, inclusi della eventuale sostituzione di parti di ricambio.
Formazione	<p>Deve essere garantita la formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>al personale sanitario (chimici, biologi, tecnici, etc.), sul corretto uso dei prodotti offerti, sulle metodiche di interesse e su tutto quanto necessario per far funzionare correttamente e in maniera ottimale le apparecchiature.</i>
Conformità normativa	<ul style="list-style-type: none"> • CEI 66-5 , CEI EN 61010-1 • 2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica • 2006/95/ CE Bassa tensione
Tempo utile per l'ultimazione della fornitura.	<p>Entro sessanta (60) giorni consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine o dalla data di consegna dei locali di installazione, se successiva.</p>

Allegato **A.1** - Capitolato tecnico - Questionario caratteristiche tecniche


ASUR - Area Vasta n. 1

Fornitura di n. uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo con sorgente APCI/ESI completo di UPLC e di accessori dedicati per le necessità del U.O. Laboratorio di Tossicologia – Dipartimetro di Prevenzione - Pesaro

DATI GENERALI	
Spettrometro di massa a triplo quadrupolo con sorgente APCI/ESI	
Produttore	
Modello	
Fornitore	
Anno di inizio produzione del modello offerto	
Cromatografo liquido (UPLC)	
Produttore	
Modello	
Fornitore	
Anno di inizio produzione del modello offerto	
Sistema hardware e software per l'acquisizione dati e per il controllo strumentale	
Produttore	
Modello	
Fornitore	
Anno di inizio produzione del modello offerto	
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OFFERTO	
Parametri	Dati / Valori
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	
Peso [kg - Dettagliare]	
Ingombro [specificare in mm - Dettagliare]	
Intervallo di massa [amu]	
Velocità di scansione [amu/s]	
Stabilità di massa [Specificare]	
Risoluzione di massa [Dettagliare – amu/FWHM-]	
Accuratezza di massa [Dettagliare in % amu]	
Linearità di risposta	
Polarity switching [ms - Dettagliare]	
Tempo minimo e massimo di risposta tra letture di transazioni diverse con dwell time [ms - dettagliare]	
Rapporto segnale/rumore ottenuto iniettando 5pg di Reserpina a 200 µl/min in ESI positiva in modalità MRM monitorando la transizione m/z 609 a 195 che dovrà essere superiore o uguale a 100:1 [Descrivere in maniera dettagliata le condizioni di analisi producendo documentazione a corredo]	
Modalità di acquisizione [Dettagliare]	
Celle di collisione [Specificare e dettagliare] Specificare il tempo minimo tra le letture a transizioni diverse (dwell time, esperimento MRM)	
Sistema a vuoto ad alta efficienza con pompe di tipo turbo molecolare e rotative raffreddate ad aria [Dettagliare]	

Rilevatore in gradi di minimizzare l'effetto di correnti parassite, di rilevare ioni positivi e negativi in rapida alternanza mediante polarity swithing [Specificare e dettagliare]	
Purezza del generatore di azoto [Specificare]	
Rumorosità del compressore associato al generatore di azoto [db - dettagliare]	
Stampante a colori [sì,no]	
Schermo LCD e dimensioni [sì,no - dettagliare]	
Eventuale fornitura di accessori [Specificare e dettagliare]	
Pompa a gradiente binario, in alternativa quaternario, quattro linee eluenti con possibilità di selezionare fra due diversi solventi per ciascuna linea [specificare]	
Autocampionatore: [Specificare e dettagliare]	
Termostazione colonne: [Specificare e dettagliare]	
Librerie proprietarie sviluppate in ambito Tossicologico-farmaceutico, che siano idonee allo screening ed alla conferma di sostanze d'abuso e farmaceutiche su matrici biologiche [Dettagliare]	
Cone/Courting gas in entrata alla sorgente [Specificare e dettagliare]	
Eventuale necessità di materiale monouso dedicato (allegare elenco con codici e prezzo)	
Eventuale necessità di materiale poliuso dedicato (allegare elenco con codici e prezzo)	
Altro	
SICUREZZA	
SISTEMA DI CONTROLLO	
Presenza di interruttore onnipolare sul circuito di alimentazione (no, sì)	
Indice di protezioni da liquidi, polveri (no, sì - dettagliare)	
Necessità di utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (no, sì, dettagliare ed allegare elenco con codici e prezzo)	
Eventuali spie luminose (no, sì - dettagliare numero, modalità di attivazione, etc.)	
CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'	
Marchi di qualità (elencare)	
Certificazione di conformità a norme nazionali (dettagliare con allegato)	
Certificazione di conformità a norme internazionali (dettagliare con allegato)	
Certificazione di conformità ad altre DIRETTIVE (dettagliare con allegato)	
FDA approval (no, sì - dettagliare con allegato)	
Certificazione di qualità ISO 9001 (no, sì - dettagliare con allegato)	
MANUALISTICA E DOCUMENTAZIONE	
Manuali d'uso in italiano (no, sì - dettagliare con allegato)	
Manuale di servizio per la manutenzione, comprensivo di disegni costruttivi e schemi elettrici, meccanici, pneumatici, etc., con descrizione dettagliata di tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (no, sì - dettagliare con allegato)	
Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (no, sì - dettagliare con allegato)	
ULTERIORI INFORMAZIONI A CURA DELLA DITTA	
Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in	

considerazione, indicarne il motivo.

Allegato **B** - Documentazione tecnica da allegare all'offerta

OFFERTA TECNICA - ELENCO ALLEGATI

NB: Per facilitare la compilazione dell'offerta, l'offerente potrà richiedere i file contrassegnati con **, inerenti il «Questionario Assistenza Tecnica e Servizi» e il «Questionario Caratteristiche Tecniche», inviando richiesta al seguente indirizzo e-mail: **fabiola.ferri@sanita.marche.it**.
Il questionario dovrà essere presentato in formato cartaceo, debitamente compilato e sottoscritto.

	1.	Elenco / legenda delle documentazioni presentate
**	2.	Questionario Assistenza Tecnica e Servizi (file: D-1 - <i>Allacq.xls</i>): <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.D-1.1 "Informazioni Ditta" <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.D-1.2 "Fac-simile dichiarazione" <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.D-1.3 "Servizio di istruzione del personale sanitario / tecnico" <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.D-1.4 "Servizio di Consulenza Tecnico Scientifica sul prodotto offerto" <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.D-1.5 "Servizio di Assistenza Tecnica della ditta" <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.D-1.6 "Fornitura parti di ricambio" <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.D1.7 "Descrizione del contratto di manutenzione proposto dalla ditta di tipo TUTTO COMPRESO" <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.D1.8 "Descrizione delle operazioni di manutenzione preventiva" <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.D1.9 "Offerta per contratto di manutenzione di tipo TUTTO COMPRESO (TC)" <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.D1.10 "Offerta per contratto di manutenzione di tipo SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA (MP)"
**	3.	Questionario Caratteristiche Tecniche (file: A-1 - <i>Questionario Tecnico.xls</i>).
	4.	Certificazione di conformità a norme nazionali e internazionali e direttive.
	5.	Attestazione di registrazione dei prodotti offerti al Repertorio dei Dispositivi Medici (D.M. Salute 20/02/2007, D.M. Salute 21/12/2009), se necessaria.
	6.	Manuali d'uso in lingua italiana dei sistemi offerti, su supporto CD-ROM non riscrivibili.
	7.	Copia dell'offerta economica, sulla quale - a pena di esclusione - non devono essere indicati i prezzi

Allegato C -

(facsimile di offerta da redigere su carta semplice)

 All'ASUR - Area Vasta n. 1
 U.O. Acquisti e Logistica
 via Sebastiano Ceccarini 38
 61032 FANO PU

OGGETTO: Offerta per appalto fornitura di _____

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di ⁽¹⁾ _____ della ⁽²⁾ _____ con domicilio fiscale in _____ Via _____ n. _____, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, facendo riferimento alla lettera d'invito di codesta amministrazione prot. n. _____ del ___/___/___, avendo preso piena conoscenza della fornitura da eseguire e di ogni circostanza connessa, nonché di avere preso visione delle norme e condizioni stabilite nel capitolato speciale e nello schema di contratto nonché nei relativi allegati, tutte accettate senza riserva alcuna,

S I I M P E G N A

ad assumere l'esecuzione della fornitura di seguito descritta, in conformità a quanto richiesto ed ai prezzi sotto indicati per merce resa franco presidi dell'Area Vasta n. 1 interessati all'appalto, comprensivi di ogni onere, ivi incluse le spese di trasporto, imballo e scarico, esclusa solo l'IVA:

Pos.	Descrizione attrezzatura	Codice CND	Num.ident. iscrizione Rep. DM	UM	Q.tà da fornire	Prezzo unit. Euro x UM		Importo totale (in cifre)
						in cifre	in lettere	
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA (fornitura + contratto TCA) (in cifre)								_____
_____ (in lettere)								_____

COSTI PER LA SICUREZZA

Per l'esecuzione del contratto, ai fini del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, saranno sostenuti i costi di seguito specificati:

- _____

(se l'offerente è un raggruppamento temporaneo, consorzio stabile o consorzio ordinario)

In caso di aggiudicazione dell'appalto, le prestazioni oggetto del contratto saranno eseguite dagli operatori economici costituenti il ⁽³⁾ _____ per la parte di seguito indicata:

- (ragione sociale O.E.) _____: (descrizione prestazioni che eseguirà) _____
- (ragione sociale O.E.) _____: (descrizione prestazioni che eseguirà) _____

(se l'offerente è un raggruppamento temporaneo costituendo)

In caso di aggiudicazione della gara, i sottoscritti operatori economici, tutti firmatari della presente offerta,⁴ si impegnano alla costituzione del raggruppamento temporaneo mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico _____, qualificato come mandatario.

Ai fini del presente appalto, si dichiara:

- (solo in caso di subappalto) che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 118 della d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, parte della fornitura in appalto, di seguito indicata:
 - _____

¹. legale rappresentante o altra qualifica abilitata ad impegnare il Fornitore

². Ragione sociale del Fornitore

³. Raggruppamento temporaneo oppure consorzio ordinario oppure consorzio stabile.

⁴. In caso di RT costituendo, è obbligatoria la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti gli operatori economici.

⁽⁵⁾

*(ragione sociale fornitore,
nome e qualifica firmatario)*

⁵. In caso di raggruppamento temporaneo *oppure* consorzio ordinario, firma di tutti gli OE costituenti il RT o consorzio.
<http://attiwebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20130617100051&Hash=true&ro=1&DocRepertoriato=1&DN=168395> - pag. 26 di 36 - DCASURMOD

Allegato D-1.1

ALLEGATO D-1.1 – “Informazioni Ditta”

- 1 RAGIONE SOCIALE
- 2 CITTA'
- 3 PROVINCIA (sigla)
- 4 INDIRIZZO
- 5 CAP
- 6 TELEFONO 1
- 7 TELEFONO 2
- 8 FAX
- 9 E-Mail
- 10 INDIRIZZO INTERNET www

Allegato D-1.2

ALLEGATO D-1.2 - "Fac-simile dichiarazione"		Cod. Civab
La ditta dichiara che la seguente apparecchiatura offerta:		
TIPO APPARECCHIATURA
MODELLO
PRODUTTORE
NAZIONE DI PRODUZIONE
IMPORTATORE
NUMERO DI REGISTRAZIONE MINISTERO SALUTE
ANNO INIZIO PRODUZIONE
ANNO INIZIO COMMERC. IN ITALIA
PERIODO GARANZIA ASSICURATO DAL PRODUTTORE (MESI)
PERIODO GARANZIA ASSICURATO DAL FORNITORE (MESI)
È costruita in conformità alle seguenti normative e/o disposizioni (specificare la norma e l'anno di edizione):		
NAZIONALI (CEI, UNI)		
..... EDIZIONE	--- EDIZIONE
..... EDIZIONE	--- EDIZIONE
EUROPEE (EN, BSI, AFNOR, ecc.)		
..... EDIZIONE	--- EDIZIONE
..... EDIZIONE	--- EDIZIONE
INTERNAZIONALI (IEC, ISO, CSA, ecc.)		
..... EDIZIONE	--- EDIZIONE
..... EDIZIONE	--- EDIZIONE
ed è inoltre in possesso dei seguenti marchi di qualità:		
.....	Rilasciato da: il:
.....	Rilasciato da: il:
.....	Rilasciato da: il:
.....	Rilasciato da: il:
(SI/NO)		
Marcatura CE con riferimento alla direttiva (specificare)		
Rispondenza al D.L. 81/2008		
Destinazione d'uso dell'apparecchiatura dichiarata dal fabbricante (D.Lgs. 46/97 art. 1, comma g)		
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE		
.....		

Allegato D-1.3

ALLEGATO D-1.3 – “ Servizio di istruzione del personale sanitario / tecnico”			
Apparecchiatura			
1.	La ditta si impegna a fornire i seguenti corsi per il personale sanitario e tecnico:		
1.1	Corso per il personale sanitario comprendente tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla gestione ed utilizzo dell'apparecchiatura		
1.1.1	DURATA	... giorni	TOTALE ORE
1.1.2	SEDE CORSO		
1.1.3	MATERIALE DIDATTICO FORNITO		
1.1.3.1		
1.1.3.2		
1.1.3.3		
1.2	Corso per il personale tecnico e dell'Ingegneria Clinica ASUR comprendente tutte le informazioni e la documentazione		
1.2.1	DURATA	... giorni	TOTALE ORE
1.2.2	SEDE CORSO		
1.2.3	MATERIALE DIDATTICO FORNITO		
1.2.3.1		
1.2.3.2		
1.2.3.3		
1.3	INSEGNANTE/I		
1.3.1	QUALIFICA INSEGNANTE/I		
1.4	Corso residenziale per il personale sanitario su applicazioni cliniche		
1.4.1	DURATA	... giorni	TOTALE ORE
1.4.2	SEDE CORSO		
1.4.3	MATERIALE DIDATTICO FORNITO		
1.4.3.1		
1.4.3.2		
1.4.3.3		
IL FORNITORE			
.....			

Allegato D-1.4

ALLEGATO D-1.4 - "Servizio di Consulenza Tecnico Scientifica sul prodotto offerto"

Affinché il personale dell'ASUR preposto all'utilizzo delle apparecchiature, sia costantemente aggiornato su nuove metodiche e su tutto quanto necessario per far funzionare correttamente e in maniera ottimale le apparecchiature offerte, la Ditta prevede il seguente servizio di consulenza durante tutto il periodo di utilizzo delle apparecchiature:

CONSULENTE/I

QUALIFICA CONSULENTE/I

SEDE

INDIRIZZO

TELEFONO

FAX

INDIRIZZO WEB

E-MAIL RESP. DI PRODUZIONE

E-MAIL ASSISTENZA

MATERIALE FORNITO PER L'AGGIORNAMENTO

NUMERO DI GIORNATE (IN ORE LAVORATIVE) COMPRESSE DEDICATE ALL'AGGIORNAMENTO

NUMERO DI GIORNATE (IN ORE LAVORATIVE) COMPRESSE DEDICATE PER LA CONSULENZA

ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE COMPRESSE PER IL PERSONALE SANITARIO A CONVEGNI SPECIFICI
DI SETTORE (Sì, No)

IL FORNITORE

Allegato D-1.5

ALLEGATO D. 1.5 - "Servizio di Assistenza Tecnica della ditta"			
SEDE DELLA DITTA INCARICATA DAL FORNITORE AD EFFETTUARE L'ASSISTENZA TECNICA IN SITO			
Ragione Sociale	Città	Prov	
Indirizzo	CAP	Tel	Fax
Numero e qualifica dei tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:			
NUMERO:		QUALIFICA:	
NUMERO DI TECNICI PER APPARECCHIATURE INSTALLATE (analoghe a quella offerta):			
SEDE DELL'ASSISTENZA PRINCIPALE DELLA DITTA			
Ragione Sociale	Città	Prov	
Indirizzo	CAP	Tel	Fax
Numero e qualifica dei tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:			
NUMERO:		QUALIFICA:	
NUMERO DI TECNICI PER APPARECCHIATURE INSTALLATE (analoghe a quella offerta):			
TEMPI DI INTERVENTO GARANTITI			
Tempo massimo di intervento dal momento della chiamata da parte dell'ASUR:			
ORE LAVORATIVE CON CONTRATTO			
ORE LAVORATIVE SENZA CONTRATTO			
Tempo massimo di risoluzione guasto dal momento di inizio lavoro: _____ ore lavorative per il _____ % degli interventi.			
PERIODO DI TEMPO IN CUI SI GARANTISCE L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE (ANNI)			
UPGRADE E AGGIORNAMENTO DELLE APPARECCHIATURE OFFERTE			
L'Upgrade e/o aggiornamento hardware e software delle apparecchiature offerte é (indicare SI o NO alla rispettiva voce):			
GRATUITO E AUTOMATICO			
GRATUITO SU RICHIESTA			
PREVISTO SOLO NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE			
DA CONTRATTARE DI VOLTA IN VOLTA			
NORMATIVE E/O CERTIFICAZIONI			
L'assistenza tecnica della ditta é effettuata secondo le seguenti normative (ISO, EN, ecc.)			
		EDIZIONE	
		EDIZIONE	
L'assistenza tecnica é inoltre certificata da:			
IL FORNITORE			

Allegato D-1.6

ALLEGATO D-1.6 - "Fornitura parti di ricambio"	
La fornitura delle parti di ricambio delle apparecchiature offerte é garantita fino all'anno _____	
La ditta si impegna a fornire, comunque, su richiesta dell' ASUR Marche, le parti di ricambio delle apparecchiature offerte, nessuna esclusa, per almeno 10 anni dal collaudo delle apparecchiature.	
Sede del magazzino più vicino alla sede di installazione al quale ordinare le parti di ricambio:	
Ragione Sociale	Città
Indirizzo	Prov.
CAP	Tel
Fax	
Tempo massimo di spedizione delle parti di ricambio dal magazzino indicato dal momento dell'ordine dell'ASUR Marche: _____ giorni lavorativi.	
Sede del magazzino principale dell'Impresa al quale ordinare le parti di ricambio:	
Ragione Sociale	Città
Indirizzo	Prov.
CAP	Tel
Fax	
Tempo massimo di spedizione delle parti di ricambio dal magazzino indicato dal momento dell'ordine dell'ASUR Marche: _____ giorni lavorativi.	
LISTINO PARTI DI RICAMBIO	
La ditta si impegna a fornire, per le apparecchiature offerte, il listino parti di ricambio preferibilmente su supporto magnetico (con formato dei file PDF) con specifica per ogni parte delle seguenti voci almeno: NOME, DESCRIZIONE, CODICE, COSTO UNITARIO, SCONTO APPLICATO.	
Il costo delle parti di ricambio, con relativo sconto, rimarrà invariato per i 3 anni successivi allo scadere della garanzia.	
IL FORNITORE	

Allegato D-1.7

ALLEGATO D-1.7				
"Descrizione del contratto di manutenzione proposto dalla ditta di tipo TUTTO COMPRESO - ALL INCLUDE (TCA)"				
Il contratto prevede (indicare SI o NO alla voce corrispondente):				
		SI / NO		
Manutenzione preventiva programmata		se SI indicare n° visite
Tutti gli interventi di manutenzione correttiva		se NO specificare il n°
Upgrade Hardware e Software			
Controlli di funzionalità		conformi alle norme
Controlli di sicurezza (norme CEI)		conformi alle norme
Tutti i ricambi compresi		se NO specificare nell'All.A.1.9 i non compresi	
Sostituzione temporanea dell'apparecchiatura			
Tempo massimo di intervento (ore lavorative/solari)				
Tempo massimo di risoluzione del guasto (ore lavorative/solari)			
CHIAMATE DI MANUTENZIONE				
Ragione Sociale			Città	
CAP	Indirizzo		Prov	Tel.
Fax		Numero Verde		E-mail
ORARIO DI ACCETTAZIONE DELLE CHIAMATE				
	CONTRATTO		EXTRA-CONTRATTO	
Lunedì	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Martedì	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Mercoledì	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Giovedì	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Venerdì	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Sabato	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Domenica	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
ORARIO DI LAVORO				
	CONTRATTO		EXTRA-CONTRATTO	
Lunedì	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Martedì	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Mercoledì	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Giovedì	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Venerdì	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Sabato	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
Domenica	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore
IL FORNITORE				
.....				

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA

Il presente documento illustra le modalità di partecipazione alla gara in oggetto, espletata mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche «Codice»).

La responsabilità del procedimento di gara è stata affidata al dott. Orfeo Mazza - Dirigente dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 1 dell'ASUR.

Per ogni aspetto inerente l'appalto, dovrà essere fatto riferimento all'U.O.C. sopra indicata di seguito al logo - dott.ssa Fabiola Ferri - tel. 0721.882704 - fax 0721.882524 - e-mail fabiola.ferri@sanita.marche.it

In particolare, si evidenzia che la **domanda di partecipazione** e, in caso di invito alla gara, **l'offerta**, dovranno essere presentate esclusivamente al seguente indirizzo:

ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O.C. Acquisti e Logistica
c/o Ufficio Protocollo Area Vasta 1 - via Sebastiano Ceccarini, 38 61032 FANO (PU)

Le istruzioni che fanno riferimento a (*punto* ___) indicano il rinvio al bando di gara.

Per quanto non espressamente stabilito, si rinvia alla normativa sopra richiamata e alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

2. MODALITA' E CONDIZIONI PER OTTENERE I DOCUMENTI DI GARA

I documenti di gara (bando di gara, capitolato speciale, schema contratto, disciplinare di gara, modulo domanda di partecipazione, modulo dichiarazione sostitutiva) sono pubblicati integralmente su Internet al seguente indirizzo: www.asurzona3.marche.it - frame Atti amministrativi / Concorsi, gare ed appalti

In alternativa a quanto sopra, il concorrente potrà richiedere i documenti di gara inoltrando richiesta scritta con una delle seguenti modalità:

- a mezzo fax, al numero sopra indicato;
- a mezzo posta elettronica, all'indirizzo e-mail sopra indicato.

La spedizione dei documenti di gara tramite e-mail è gratuita.

Il rilascio di copia dei documenti è soggetto al pagamento dei costi di riproduzione e spese postali.

Il capitolato speciale sarà allegato alla lettera d'invito spedita a tutti gli operatori economici che saranno stati ammessi alla gara.

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, entro il termine di ricevimento stabilito nel bando di gara (punto IV.3.4) un **plico sigillato e controfirmato sul lembo di chiusura**, nel quale dovrà essere racchiusa la domanda di partecipazione, con allegata la documentazione comprovante:

- i requisiti soggettivi dell'operatore economico che si candida alla gara (punto III.2.1.);
- i requisiti di capacità tecnica (punto III.2.3).

La domanda di partecipazione deve essere formulata su carta legale, indicando l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo di posta certificata e il numero fax autorizzati per le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.

La domanda, corredata della documentazione attestante i requisiti richiesti, deve essere inserita in busta chiusa, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura, riportante, in evidenza, il mittente e la dicitura «Rif. ACL/FA/FF - Domanda di partecipazione per la FORNITURA DI UN SISTEMA DI SPETTROMETRIA DI MASSA TRIPLO-QUADRUPOLO CON SORGENTE APCI/ESI PER LE NECESSITA' DEL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA DELL'AV1 ».

Il facsimile della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive da presentare può essere richiesto all'indirizzo e-mail di cui al punto 1. - *Premessa*

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di concorrenti (RT) e consorzi, nelle forme previste nei paesi di stabilimento, fatte salve le esclusioni stabilite dagli artt. 36-37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

In caso RT o consorzio, devono essere indicati tutti gli operatori economici (OE) esecutori dell'appalto; tali OE, oltre al consorzio, devono presentare la documentazione richiesta nel bando di gara al punto III.2.1., lettera a), b), c), d), e).

La capacità tecnica deve essere posseduta complessivamente dal RT o dal consorzio. In caso di RT, ogni concorrente deve possedere la capacità tecnica adeguata alla parte di appalto da eseguire; il concorrente mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

In caso di avvalimento, si applica l'art. 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- ragione sociale del mittente;
- indirizzo al quale deve essere obbligatoriamente presentata la domanda di partecipazione, sopra specificato al punti 1. *Premessa*;
- in evidenza, l'oggetto della gara: «Rif. ACL/FA/FF - Domanda di partecipazione procedura ristretta per FORNITURA DI UN SISTEMA DI SPETTROMETRIA DI MASSA TRIPLO-QUADRUPOLO CON SORGENTE APCI/ESI PER LE NECESSITA' DEL LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA DELL'AV1 »»;
- la data e l'ora del termine di ricevimento: «Da recapitare entro le ore 13:00 del __/__/____».

Il plico dovrà essere recapitato a mezzo servizio postale con Raccomandata in posta celere o agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna diretta a mano, rispettando le modalità stabilite nel presente disciplinare, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.

Il recapito è a esclusivo rischio del mittente e sarà esclusa la domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine di ricevimento stabilito nel bando di gara (punto IV.3.4).

Per la presentazione della domanda di partecipazione, l'operatore economico potrà utilizzare il facsimile di:

- domanda di partecipazione
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

presenti sul sito della stazione appaltante all'indirizzo www.asurzona3.marche.it - frame Atti Amministrativi / Concorsi, Gare ed Appalti.

4. *ITER PROCEDURA PER GLI OPERATORI AMMESSI ALLA GARA*

Completate le operazioni di valutazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla gara, la successiva fase della procedura riguarda la presentazione dell'offerta.

Pertanto l'operatore economico che risulterà ammesso alla gara, riceverà la lettera d'invito a presentare offerta, contenente le istruzioni dettagliate e il termine per la presentazione dell'offerta stessa.

L'operatore economico che non risulterà ammesso alla gara riceverà comunicazione contenente le motivazioni dell'esclusione.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Orfeo Mazza

BANDO INTEGRALE DI GARA**Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice****I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto**

Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Caduti del Lavoro 40 - I-60131 Ancona.

Punti di contatto: dott.ssa Fabiola Ferri - telefono 0721.882704 - e-mail: fabiola.ferri@sanita.marche.it - fax 0721.882524 - Indirizzo Internet profilo di committente (URL): www.asurzona3.marche.it - Ulteriori informazioni, il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.

La domanda di partecipazione va inviata a: ASUR - Area Vasta n. 1 - Ufficio Protocollo Generale - U.O.C. Acquisti e Logistica - via Sebastiano Ceccarini, 38 - I-61032 Fano PU.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.

I.3) Principali settori di attività: Salute.

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di un sistema di spettrometria di massa triplo-quadrupolo con sorgente APCI/ESI.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura - Luogo principale di consegna della fornitura: Distretto di Pesaro, Via Lombroso, 15 - 61122 Pesaro - Codice NUTS: ITE31.

II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico.

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Fornitura di un sistema di spettrometria di massa triplo-quadrupolo con sorgente APCI/ESI completo di UPLC ed accessori dedicati per le necessità del Laboratorio di tossicologia dell'Area Vasta 1 - Determina a contrarre n. ____/ASURDG del ____/201 ____

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): _____

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI'

II.1.8) Lotti: L'appalto è suddiviso in lotti? NO.

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO.

II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara, IVA esclusa: Euro _____, ____ - Oneri per rischi da interferenza pari a Euro 0,00 (zero).

II.3) Termine di esecuzione: giorni 60 dalla data di ricevimento dell'ordine.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico**III.1) Condizioni relative all'appalto**

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria: 2% importo complessivo a base d'asta. Garanzia definitiva: 10% del contratto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi di Bilancio

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: conferimento mandato speciale con rappresentanza al mandatario.

III.1.4) Altre condizioni particolari

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari:NO.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

a) certificato in bollo di iscrizione nel Registro Imprese o altro registro professionale dello Stato di residenza, ove previsto, di data non anteriore a sei mesi, o dichiarazione sostitutiva resa da soggetto con poteri di rappresentanza, con l'indicazione dei soci o amministratori muniti di rappresentanza;

b) dichiarazione sostitutiva, resa da soggetto con poteri di rappresentanza, attestante che nei confronti dell'operatore economico non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

c) dichiarazione sostitutiva, resa dai soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006, attestante che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di esclusione prevista dalla norma sopra citata, indicando tutte le sentenze pe-
<http://attivebsaluteasur.intra/viewProtocolloDecreto.aspx?Id=20130617100051&Hash=true&ro=1&DocRepertoriato=1&DN=168395> - pag. 37 di 36 - DCASURMOD

Impronta documento: A9A876D58C255D9183F02254613953A8512BAD30

(Rif. documento cartaceo B0709D061927281DA4E0DB9429C75E5453B1690E, 7/12/AAV1APPR_D_L)

Impegno di spesa

nali di condanna riportate, anche se sia stato concesso il beneficio della non menzione;
d) dichiarazione, ai fini della compilazione del mod. GAP, attestante quanto segue: codice attività, volume d'affari (ultima dichiarazione IVA), capitale sociale.

III.2.3) Capacità tecnica

e) dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la regolare esecuzione di contratti nel triennio ____ 2010 - ____ 2013, con il relativo importo, data e destinatario, concernenti i beni oggetto della gara, per un importo pari o superiore ai livelli minimi richiesti. - Livelli minimi: importo globale, IVA esclusa, non inferiore a 2 (due) volte l'importo dell'appalto.

Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta – no candidati scelti.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri: Prezzo p. ____/100; Qualità tecniche p. ____/100; Caratteristiche funzionali p. ____/100; Assistenza tecnica p. ____/100.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: Numero gara CIG: ____

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: documenti disponibili sul sito www.asurzona3.marche.it - *frame Atti amministrativi / Concorsi, gare ed appalti*

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro il __/__/2013 - ore 13,00.

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiana

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento offerte.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3) Informazioni complementari

Ulteriori sub-criteri e sub-punteggi sono precisati nel capitolato speciale. - Sono escluse le offerte superiori all'importo a base di gara. - In caso di subappalto, il pagamento sarà effettuato all'offerente aggiudicatario. - Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. - Il candidato ha l'obbligo di indicare il domicilio eletto, l'indirizzo e-mail e il numero di fax per l'invio delle comunicazioni di gara. Per ogni altra precisazione, si rinvia al disciplinare di gara. - Responsabile procedimento: dott. Orfeo Mazza - sede Fano tel. 0721.882.773 - sede Urbino tel. 0722.301.832.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - via della Loggia 24 - I-60121 Ancona - Posta elettronica an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Telefono 071.206946 - Fax 071.203853 - Indirizzo Internet (URL)

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

E' proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

U.O. Affari Legali – Via S. Ceccarini, 38 - I-61032 Fano (PU) – e-mail: marisa.barattini@sanita.marche.it – Tel. 0721.882.762.549 - Fax 0721.882.528

VI.5) Data di spedizione del presente avviso al GURI: ____/____/2013

Fano, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Orfeo Mazza