

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 758/ASURDG DEL 14/10/2013

Oggetto: AREA VASTA N. 5 – AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AD ALTA COMPLESSITÀ DI PRODUZIONE GE HEALTHCARE - ANNO 2013 - CIG 5265448126

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di aggiudicare, in via definitiva, – per il periodo 01.01.2013 / 31.12.2013 – alla società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA – MILANO – per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, rapporto contrattuale per il servizio di manutenzione delle seguenti apparecchiature ad alta complessità tecnologica di produzione General Electric Healthcare in dotazione al Presidio Ospedaliero Unico dell' Area Vasta n.5 alle seguenti condizioni tecniche ed economiche:

<i>Classe tecnologica</i>	<i>Modello</i>	<i>Numero sistema</i>	<i>Tipologia Contrattuale</i>	<i>Canone / anno (IVA esclusa)</i>
TAVOLO TELECOMANDATO (TTE)	Prestige VH	A5180408	QD	€ 23.211,29
MAMMOGRAFO (MAG) + kit stereotassi + CAD	Senographe DS + kit stereotassi + CAD	A5180414	QA	
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Workstation IDI	A5180417	QA	€ 57.130,00
ANGIOGRAFO (ANG)	Innova 2100 IQ	A5180419	QD	
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Workstation CA1000	A5180420	QA	€ 101.320,12
TOMOGRAFO RISONANZA MAGNETICA (TRM)	MR Signa 1.5 T TW	A5806911	QD	
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	AW 4.2	A5806912	QA	€ 75.329,30
TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO (TAC)	CT Lightspeed VCT	A5806915	QB	
MAMMOGRAFO (MAG)	Performa	A5806910	L1	€ 1.500,00
MAMMOGRAFO (MAG) + kit stereotassi + CAD	Senographe DS + kit stereotassi + CAD	A5806918	QD	€ 18.468,75
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Workstation IDI	A5806921	QA	

TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO (TAC)	CT Brightspeed 4	A5806926	QB	€ 50.707,80
TOTALE ANNO 2013				€ 346.136,01

per un canone complessivo di € 346.136,01 I.V.A. esclusa;

- 2) di dare atto che il suddetto rapporto contrattuale con la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA – MILANO – viene stipulato, secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento istruttorio, in regime di esclusività tecnica ex art. 57 c.2 l.b) del D.Lgs. 163/2006, quale soluzione unica ed infungibile allo stato a garantire il corretto funzionamento e la sicura utilizzazione dei sistemi tecnologici in argomento;
- 3) di stabilire che la validità annuale del suddetto rapporto contrattuale viene adottata in via meramente cautelativa per garantire la continuità del servizio in argomento, nel contesto gestionale – amministrativo di cui alla determina n. 1070/ASURDG/2011, secondo il quale è previsto l’esperienza di nuove procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi di manutenzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini ad alta complessità tecnologica in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali afferenti all’Azienda stessa, mediante la definizione a livello centralizzato di “accordi quadro” di durata quadriennale;
- 4) di nominare, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Antonella Pianosi, Dirigente dell’Ingegneria Clinica ASUR;
- 5) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla predisposizione e sottoscrizione del relativo contratto tra le Parti, avendo cura di inserire apposita clausola che contempili la possibilità che il contratto stesso sia risolto anticipatamente rispetto al termine stabilito del 31.12.2013 al momento del completamento delle procedure aziendali in corso di realizzazione di cui al precedente punto 3), che sarà costituito dall’offerta economica e dalla lettera di aggiudicazione restituita dalla ditta firmata per accettazione di tutte le clausole e condizioni ivi indicate;
- 6) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Direttore della U.O. Attività Tecniche-Patrimonio-Nuove Opere presso l’Area Vasta n. 5;
- 7) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente atto, quantificati per l’importo complessivo di € 346.136,01 + I.V.A. (€ 418.824,57 I.V.A. 21% compresa), saranno imputati al conto n. 0510020101 del bilancio di esercizio 2013 della Area Vasta n. 5, così meglio esplicitato nella sottostante tabella:

P.O.	Ufficio Autorizzazioni	Numero	Sub	Importo IVA Esclusa	Importo IVA 21% Inclusa
Ascoli Piceno	AV5TECPAT	11	3	€ 98.810,04	€ 119.560,15
S.Benedetto del Tronto			1	€ 247.325,97	€ 299.264,42
TOTALE				€ 346.136,01	€ 418.824,57

- 8) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, per limite di valore economico, alla disciplina di cui all’articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all’articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all’articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R n. 26/1996 e s.m.i.,
- all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi della DGRM n. 1584/2003 e s.m.i.;
- al Responsabile Unico del Procedimento
- al Direttore della U.O. Attività Tecniche-Patrimonio-Nuove Opere presso l'Area Vasta n. 5

10) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di servizi.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Piero Ciccarelli)

Per i pareri infrascritti:

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. INGEGNERIA CLINICA ASUR

□ **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni - Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni

□ **MOTIVAZIONE:**

Premesso che:

- sono in dotazione presso il Presidio Ospedaliero Unico dell'Area Vasta n. 5 dell'ASUR Marche le seguenti apparecchiature ad alta complessità tecnologica di produzione General Electric Healthcare, per le quali sono scaduti o sono in scadenza i relativi termini di garanzia di assistenza tecnica / manutenzione:

<i>P.O.</i>	<i>U.O.</i>	<i>Classe tecnologica</i>	<i>Modello</i>	<i>Numero sistema</i>
Ascoli Piceno	Radiologia	TAVOLO TELECOMANDATO (TTE)	Prestige VH	A5180408
		MAMMOGRAFO (MAG) + kit stereotassi + CAD	Senographe DS + kit stereotassi + CAD	A5180414
		WORKSTATION DI REFERTAZIONE (WSD)	Workstation IDI	A5180417
	Emodinamica	ANGIOGRAFO (ANG)	Innova 2100 IQ	A5180419
		WORKSTATION DI REFERTAZIONE (WSD)	Workstation CA1000	A5180420
		ECOTOMOGRAFO (ECT)	LOGIQ 500 V2	A5180407
Medicina Nucleare	ECOTOMOGRAFO (ECT)	LOGIQ 500PRO	A5180409	
S.Benedetto del Tronto	Radiologia	TOMOGRAFO RISONANZA MAGNETICA (TRM)	MR SIGNA 1.5 T TW	A5806911
		WORKSTATION DI REFERTAZIONE (WSD)	AW 4.2	A5806912
		WORKSTATION DI REFERTAZIONE (WSD)	AW 4.2	A5806913
		TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO (T.A.C.)	CT LIGHTSPEED VCT	A5806915
		WORKSTATION DI REFERTAZIONE (WSD)	AW 4.4	A5806916
		MAMMOGRAFO (MAG)	PERFORMA	A5806910
		MAMMOGRAFO (MAG) + kit stereotassi + CAD	Senographe DS + kit stereotassi + CAD	A5806918
		WORKSTATION DI REFERTAZIONE (WSD)	Workstation IDI	A5806921
	Pronto Soccorso	TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO (T.A.C.)	CT BRIGHTSPEED 4	A5806926

- con determine n. 776/ASURDG del 06/09/2011, n.468/ASURDG del 24/05/2011, n.885/ASURDG del 01/10/2010 e n. 140/DAV5 del 18/11/2011, n.923/DZT12 del 09/09/2011, la Direzione Generale ha affidato alla società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA - MILANO, ai sensi dell'art. 57 comma 2b del Dlvo n. 163/06 e smi, la manutenzione full risk dei sistemi individuati al punto precedente, con validità 01.01.2011 / 31.12.2011, alle seguenti condizioni economiche:

<i>Classe tecnologica</i>	<i>Modello</i>	<i>Determina di aggiudicazione</i>	<i>Canone / anno (IVA esclusa)</i>
TAVOLO TELECOMANDATO (TTE)	Prestige VH	n. 776/ASURDG del 06/09/2011	€ 23.564,77
MAMMOGRAFO (MAG) + kit stereotassi + CAD	Senographe DS + kit stereotassi + CAD		€ 18.750,00
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Workstation IDI		€ 30.350,68 <i>(dal 24/06 al 31/12)</i>
ANGIOGRAFO (ANG)	Innova 2100 IQ		
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Workstation CA1000		
ECOTOMOGRFO (ECT)	LOGIQ 500 V2		
ECOTOMOGRFO (ECT)	LOGIQ 500PRO	€ 6.435,00	
TOMOGRFO RISONANZA MAGNETICA (TRM)	MR SIGNA 1.5 T TW	n. 468/ASURDG del 24/05/2011	€ 108.556,47
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	AW 4.2		
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	AW 4.2		
TOMOGRFO COMPUTERIZZATO (TAC)	CT LIGHTSPEED VCT	n. 885/ASURDG del 01/10/2010, n. 140/DAV5 del 08/11/2011	€ 82.629,34
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	AW 4.4		
MAMMOGRFO (MAG)	PERFORMA	n.923/DZT12 del 09/09/2011	€ 6.533,00
MAMMOGRFO (MAG) + kit stereotassi + CAD	Senographe DS + kit stereotassi + CAD		€ 29.205,00
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Workstation IDI		
TOMOGRFO COMPUTERIZZATO (TAC)	CT BRIGHTSPEED 4	<i>in garanzia</i>	
TOTALE ANNO 2011 (IVA esclusa)			€ 312.459,26

per un canone complessivo di €312.459,26+ I.V.A.

- sulle tecnologie indicate nella tabella precedente, nel periodo 01.01.2012 - 31.12.2012, sono stati effettuati interventi di manutenzione preventiva e correttiva, sia mediante affidamento con determina n.922/ASURDG del 05/12/2012 che mediante interventi a chiamata, per un importo complessivamente pari a € € 374.7305 + IVA;

Rilevato che:

- Sulle tecnologie oggetto del presente atto, critiche e strategiche ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali delle UU.OO. utilizzatrici, risulta necessario garantire un funzionamento ottimale, continuativo, corretto e sicuro, attuando le seguenti azioni:
 - esecuzione della manutenzione preventiva e predittiva;
 - esecuzione e risoluzione tempestiva di interventi di manutenzione correttiva;
 - immediata disponibilità e fornitura di parti di ricambio;
 attraverso personale specializzato e specificatamente formato, così come richiamato sui manuali di service e d'uso delle medesime tecnologie.
- Per soddisfare i requisiti sopra espressi la soluzione gestionale ottimale è del tipo "full risk", comprensiva della manodopera e parti di ricambio necessarie per il corretto ed immediato ripristino del funzionamento

delle tecnologie, che risulta preferibile rispetto ad altre soluzioni gestionali (manutenzione preventiva e correttiva su chiamata), sia per le motivazioni organizzative/funzionali richiamate sia per garantire un accettabile pianificazione della spesa per l'assistenza di tali sistemi, in ragione dell'elevato costo di diverse parti di ricambio costituenti il sistema stesso.

Considerato che

- con Determina n. 1070/ASURDG del 30/11/2011 è stata richiesta autorizzazione regionale per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica pluriennale su tecnologie ad alta complessità, così come classificate all'Allegato I della stessa, includente anche le tecnologie oggetto del presente atto di produzione General Electric Healthcare; tale procedimento ad oggi risulta non ancora concluso.
- tra gli strumenti messi a disposizione da CONSIP, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, lett. d) del D.L. n. 95/2012 recepito con Legge n. 135/2012, è presente ma non ancora attivo il metaprodotto "Servizi Integrati per la Gestione delle Apparecchiature Elettromedicali (SIGAE)" da cui, tra l'altro, risultano esplicitamente escluse le classi tecnologiche indicate nella seguente tabella:

CND	CIVAB	Descrizione
Z110301	ADG	ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA PER
Z110501	TRM	TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA
Z110306	TAC	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO
Z11069005	WSD	WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

- In applicazione delle disposizioni di cui alla LR 12/2012, tra i beni e servizi che devono essere acquisiti mediante procedure contrattuali gestite dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), non rientrano quelli associati al presente affidamento (cfr Allegato A alla DGRM n. 649/2013).
- In termini di contenimento della spesa previsto dalle disposizioni vigenti nazionali si evidenzia che il presente contratto, non rientra nell'applicazione di cui al D.L. n.95 del 06.07.2012 art.15 c.13 lettera a), convertito nella legge n. 135/2012 e smi.; tuttavia rientra nelle disposizioni operative di cui alla nota Prot. 10446/P del 27/2/2013 del Direttore di Area Vasta n.5 par. "Attestazione di copertura della spesa" nella quale viene richiesta la riduzione dei costi storici 2011 pari ad almeno il 10%;
- con nota ASUR|DG|P n. 12505 del 12/06/2013 la Direzione Generale ASUR ha dato disposizione ai Direttori di Area Vasta di individuare l'ing. Antonella Pianosi quale RUP degli procedimenti per l'affidamento dei servizi di manutenzione sulle tecnologie biomediche di importo superiore ai € 50.000,00, che prevedono l'adozione di atti da parte della Direzione Generale;

Premesso quanto sopra:

- la GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. - Milano ha comunicato, con nota del 02/01/2013, di essere l'unico rappresentante ufficiale per l'Italia del produttore GE Healthcare Europe e che pertanto:
 - Possiede le capacità tecniche che permettono un continuo e aggiornato training ai propri field service engineers;
 - Possiede esperienza tecnica per la manutenzione di apparecchiature progettate e prodotte da GE Healthcare;
 - Applica procedure per la manutenzione preventiva e correttiva raccomandate dal produttore;
 - Utilizza parti di ricambio originali GE;
 - Segue le linee guida del produttore nell'implementazione di aggiornamenti delle apparecchiature GE Healthcare;

- Ha accesso al dipartimento di ingegneria al fine di risolvere problemi di particolare complessità da cui l'apparecchiatura potrebbe essere affetta;
- Possiede la capacità di effettuare attività diagnostica e di assistenza delle apparecchiature in remoto (per le apparecchiature che permettono la connessione remota).
- si ritiene ad oggi di confermare, l'opportunità secondo cui il produttore o un suo autorizzato, nello specifico la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. – MILANO, debba continuare a ritenersi unico ed infungibile operatore economico di riferimento autorizzato in via esclusiva ad intervenire sulle apparecchiature in argomento, ed in grado di effettuare un servizio secondo requisiti che consentano di assicurare indispensabili livelli di sicurezza e qualità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali.
- ai fini dell'inquadramento giuridico della presente proposta di determina si ritiene, pertanto, che rientri nella disciplina di cui all'art. 57 c. 2 – l. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nella parte in cui è consentita la stipulazione di contratti pubblici mediante ricorso all'istituto della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, "qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato".

A supporto delle suesposte considerazioni, si fa presente che l'Istituto Superiore di Sanità, con nota in data 20.08.2004, in relazione ad una richiesta di parere in ordine all'utilizzo di materiali di consumo e di ricambio compatibili ma non originali di dispositivi medici, si è espresso osservando che "secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 46/1997 – recettivo della direttiva 93/42/CEE – i dispositivi medici possono essere immessi in commercio e messi in servizio se correttamente installati e adeguatamente mantenuti, nonché utilizzati secondo la loro destinazione, non compromettendo la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente di terzi". Inoltre secondo quanto riportato in allegato al citato Decreto in termini di requisiti essenziali, "fra le informazioni che il fabbricante deve fornire unitamente al dispositivo medico sono previste anche quelle che permettono di verificare la corretta installazione e il funzionamento del dispositivo medico e quelle relative alle operazioni di manutenzioni. Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto che le attività di manutenzione siano di competenza del fabbricante del dispositivo medico il quale, essendo il solo responsabile della conformità del dispositivo medico alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 46/1997, è in grado di valutare anche, ad esempio, la compatibilità fra il dispositivo stesso ed eventuali materiali di consumo e/o pezzi di ricambio in vista della destinazione d'uso per la quale è stata concessa la marcatura CE. Si ritiene inoltre che nel caso in cui l'attività di manutenzione venga affidata a soggetti diversi dal fabbricante, questi debbono essere comunque autorizzati dal fabbricante stesso e debitamente addestrati / informati a svolgere una attività che avendo un impatto diretto sulla qualità e sicurezza del dispositivi medico, può influire anche sulla salute e sulla sicurezza del paziente. Si fa infine presente che la dichiarazione di compatibilità fra materiali di consumo e/o pezzi di ricambio e dispositivo medico che verrebbe rilasciata da alcune Società non è assimilabile alla dichiarazione di conformità che i fabbricanti devono predisporre per i propri dispositivi medici e che garantisce la conformità ai requisiti essenziali pertinenti previsti dall'allegato I della normativa vigente".

Tutto ciò premesso:

- nel mese di Gennaio, per le vie brevi, la U.O. Attività Tecniche-Patrimonio-Nuove Opere dell'Area Vasta 5 ha richiesto alla GE una proposta economica per la stipulazione di un nuovo contratto annuale "full risk" di assistenza tecnica per le tecnologie in argomento per l'esercizio 2013, con facoltà di risoluzione anticipata in capo alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione delle procedure centralizzate a livello di ASUR citate premesse, e chiedendo di espletare, nelle more del completamento del procedimento, l'attività manutentiva alle medesime condizioni previste dal regime 'full risk';

- con nota n.7710 prot. ASURAV5|AAGG|A del 12/02/2013 la GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA ha presentato propria offerta per l'anno 2013 per lo svolgimento delle prestazioni sulle tecnologie in oggetto per un importo complessivo di € 404.528,00 + I.V.A. (proposta n. 622D08);
- stanti le circostanze secondo cui le limitate risorse disponibili impongono la necessità di adottare concreti interventi rivolti alla riduzione dei costi di esercizio pari al 10% rispetto all'anno 2011 (come da nota citata Prot. 10446/P del 27/2/2013), l' U.O.Attività Tecniche-Patrimonio-Nuove Opere dell'Area Vasta n. 5, supportata dal Referente dell'Ingegneria Clinica ASUR dell'Area Vasta n.5, ha effettuato incontri e comunicazioni per le vie brevi con la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA al fine di rimodulare l'offerta economica. L'esito di tale negoziato è riepilogato nel seguente prospetto, che costituisce l'offerta del 21/05/2013 del contratto di assistenza tecnica proposta dalla GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA:

Classe tecnologica	Modello	Numero sistema	Tipologia Contrattuale	Canone / anno (IVA esclusa)
TAVOLO TELECOMANDATO (TTE)	Prestige VH	A5180408	QD	€ 23.211,29
MAMMOGRAFO (MAG) + kit stereotassi + CAD	Senographe DS + kit stereotassi + CAD	A5180414	QA	€ 18.468,75
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Workstation IDI	A5180417	QA	
ANGIOGRAFO (ANG)	Innova 2100 IQ	A5180419	QD	€ 57.130,00
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Workstation CA1000	A5180420	QA	
ECOTOMOGRFO (ECT)	Logiq 500 v2	A5180407	Esclusione dal contratto di manutenzione	
ECOTOMOGRFO (ECT)	Logiq 500pro	A5180409		
TOMOGRFO RISONANZA MAGNETICA (TRM)	MR Signa 1.5 T TW	A5806911	QD	€ 101.320,12
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Aw 4.2	A5806912	QA	
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Aw 4.2	A5806913	Esclusione dal contratto di manutenzione	
TOMOGRFO COMPUTERIZZATO (TAC)	CT Llightspeed vct	A5806915	QB	€ 75.329,30
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Aw 4.4	A5806916	Esclusione dal contratto di manutenzione	
MAMMOGRFO (MAG)	Performa	A5806910	L1	€ 1.500,00
MAMMOGRFO (MAG) + kit stereotassi + CAD	Senographe DS + kit stereotassi + CAD	A5806918	QD	€ 18.468,75
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Workstation IDI	A5806921	QA	
TOMOGRFO COMPUTERIZZATO (TAC)	CT Brightspeed 4	A5806926	QB	€ 50.707,80
DESCRIZIONE LIVELLI SERVIZIO				
<ul style="list-style-type: none"> - la tipologia QA prevedono la fornitura della manodopera occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria (correttiva) per un numero illimitato di interventi e la sostituzione gratuita di tutti i ricambi con la sola eccezione delle parti speciali e dei materiali di consumo; - le tipologie QB e QD estendono la tipologia QA includendo i tubi radiogeni (per TAC) e le bobine ed i liquidi criogenici (per TRM) - la tipologia L1 comprende costi di manodopera e viaggio per n. 2 interventi di manutenzione preventiva e n. 1 intervento di manutenzione correttiva, con l'esclusione delle parti di ricambio 				
TOTALE ANNO 2013				€ 346.136,01
<i>TARGET RIDUZIONE 10% COSTI STORICI 2011</i>				€ 281.213,33
<i>Scostamento (corrispondente alle economie da ricavare da altri contratti di manutenzione, oltre il 10% della specifica riduzione)</i>				€ 64.922,68

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa nazionali e regionali di cui alle DGRM n. 1798 /2012, DGRM n. 456 /2013 e alle già citate disposizioni del Direttore di Area Vasta, si rileva che:

- il discostamento da tale obiettivo è principalmente da ricondursi al termine del periodo di garanzia di apparecchiature complesse e molto onerose dal punto di vista manutentivo, quali l'angiografo dell'UO di Emodinamica e la TAC del Pronto Soccorso del P.O. di S.Benedetto:
 - non si ritiene conveniente, per l'Amministrazione, effettuare una ulteriore rimodulazione dei servizi appaltati ai fini del contenimento dei costi in quanto, tra le apparecchiature in oggetto, sono presenti:
 - n.1 Angiografo Digitale (ANG) – contratto full risk, tubo radiogeno incluso
 - n.1 Tomografo a Risonanza Magnetica (TRM) – contratto full risk, criogeni inclusi
 - n.2 Tomografi Assiali Computerizzati (TAC) – contratto full risk, tubo radiogeno incluso
- L'adozione di una soluzione contrattuale meno completa rispetto alla modalità full risk sopra richiamata comporterebbe infatti la presa in carico, da parte dell'Amministrazione, della quota parte aggiuntiva di rischi legati sia all'aumento dei tempi d'intervento e di risoluzione dei guasti, sia al cospicuo aumento dei costi da sostenere in caso di guasti significativi, associati ad una probabilità di accadimento medio-alta (ad es. la sostituzione di un tubo radiogeno del sistema TAC comporta un costo pari o superiore al costo del contratto di manutenzione annuale, nel quale la ditta fornitrice si prende in carico il rischio di rottura del componente e può suddividerlo in più contratti/esercizi economici);
- il raggiungimento di tale obiettivo deve essere raggiunto mediante economie, in misura non inferiore al 10%, su altre attività/servizi/forniture.

Tale circostanza è stata condivisa con l'U.O. Attività Tecniche-Patrimonio-Nuove Opere dell'Area Vasta n.5 che ha comunicato, con nota del 29/07/2013, che tali economie vengono raggiunte mediante le attività specificate nella tabella sottostante:

Attività	Fornitore	Importo (IVA esclusa)	Determina affidamento	Economie specifiche (oltre il 10%)
Non stipulazione del contratto manutenzione 2013	Rays	€ 36.000,00	638/2011 – DZT13	€ 32.400,00
Non stipulazione del contratto manutenzione 2013	Metaltronica	€ 16.749,05	431/2011 – DZT13 (viene indicata la quota imputazione sul c.e. 0510020101)	€ 15.074,15
Non stipulazione del contratto manutenzione 2013	Instrumentation Laboratory	€ 16.533,00	634/2011 – DZT13	€ 14.879,70
Utilizzo della quota eccedente il 10% di riduzione degli importi 2011	Philips	€ 116.636,78	determina di affidamento del servizio di manutenzione di apparecchiature PHILIPS per l'AV5 - anno 2013 - in corso di adozione da parte della Direzione Generale ASUR	€ 3.372,82
TOTALE ECONOMIE SU ALTRE ATTIVITA'/SERVIZI/FORNITURE (IVA esclusa)				€ 65.726,67

Dato atto di quanto sopra dichiarato, si evidenzia il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa sopra espressi, così come evidenziato nei seguenti prospetti:

	2011	2012	2013
Importo Complessivo contratto di manutenzione GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA (IVA esclusa)	€ 312.459,26	€ 374.735,05	€ 346.136,01
RIDUZIONE 2013 RISPETTO AL 2012			-7,63%

	Importi (IVA esclusa)
COSTO COMPLESSIVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNO 2013	€ 346.136,01
<i>TARGET RIDUZIONE 10% COSTI STORICI 2011</i>	€ 281.213,33
<i>Scostamento (corrispondente alle economie da ricavare da altri contratti di manutenzione, oltre il 10% della specifica riduzione)</i>	- € 64.922,68
<i>TOTALE ECONOMIE EFFETTUATE SU ALTRE ATTIVITA'/SERVIZI/FORNITURE (IVA esclusa)</i>	€ 65.726,67
Riduzione complessiva 2013 rispetto al 2011	-10,21%
<i>quota eccedente il 10% di riduzione degli importi 2011 che può essere usata per il raggiungimento dei principi di stabilità in altri contratti di manutenzione</i>	€ 803,99

Ai fini dell'attestazione di congruità del suddetto valore economico proposto, si riscontra l'assenza di prezzi di riferimento delle tecnologie in oggetto nell'ambito dello strumento messo a disposizione dall'Autorità per la Vigilanza ai sensi dell'art 89 del D. Lgs 163/06 a s.m.i, procedendo pertanto a verificare la comparabilità dell'offerta presentata dall'impresa GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. con offerte di medesimi servizi erogati presso altri presidi/aree vaste, pur nell'impossibilità di comparare puntualmente le offerte (associate a produttori e modelli diversi) in quanto fortemente dipendenti dalla soluzione tecnologica implementata, dalla configurazione dei sistemi (tipologie di applicativi installati, etc) e dall'inclusione dell'intervento di ripristino del sistema in oggetto attualmente guasto.

Si evidenzia, per le tecnologie a maggior impatto economico, che i siti di installazione che presentano una configurazione simile, sebbene non sovrapponibile, e con gli importi esplicitabili sono:

<i>tecnologia</i>	<i>Area Vasta</i>	<i>Marca - modello</i>	<i>Importo IVA esclusa</i>	<i>Osservazioni</i>
T.A.C. (GCC)	AV 3 - Tolentino	GE CT BRIGHTSPEED 4	€ 49.207,00	Determina affidamento manutenzione n. 538/ASURDG/2013
TOMOGRFO RISONANZA MAGNETICA	AV 5 – Ascoli Piceno	SIEMENS MAGNETOM IMPACT	€ 99.844,50	Determina aggiudicazione fornitura n. 739/ASURDG/2012

Tali differenze risultano giustificabili in termini di differenti configurazioni dei sistemi e differenti livelli e tipologia di servizi sopra richiamati; si ritengono pertanto congrui e convenienti gli importi proposti dalla società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. in relazione alla configurazione del parco tecnologico e dei servizi offerti nell'ambito del procedimento in oggetto.

□ **ESITO DELL'ISTRUTTORIA:**

DATO ATTO delle iniziative adottate per l'argomento dalla U.O. Attività Tecniche-Patrimonio-Nuove Opera dell'Area Vasta n. 5 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, nel senso e per gli effetti commentati nelle premesse;

RICHIAMATI il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO che, nelle more della stipula del contratto di manutenzione, la GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA spa ha operato con i livelli di servizio previsti nel regime contrattuale oggetto della presente determina;

POSTA IN EVIDENZA la circostanza, secondo cui la validità annuale del nuovo rapporto contrattuale oggetto della presente proposta di determina viene proposta in via meramente cautelativa per garantire la continuità del servizio in argomento, nelle more del perfezionamento delle procedure aziendali citate in premessa ed in corso di realizzazione per l'affidamento dei servizi di manutenzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini ad alta complessità tecnologica in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali afferenti all'Azienda, mediante la definizione a livello centralizzato di "accordi quadro" di durata quadriennale;

DATO ATTO dell'attestazione sottoscritta il 29/07/2013 dal Direttore dell'U.O. Attività Tecniche Patrimonio e Nuove Opere dell'Area Vasta n. 5, che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica nel budget assegnato provvisoriamente per l'anno 2013 all'U.O. Attività Tecniche e Patrimonio all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 5 con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013;

SI PROPONE al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la adozione del seguente schema di determina:

- 1) di aggiudicare, in via definitiva, – per il periodo 01.01.2013 / 31.12.2013 – alla società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA – MILANO – per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, rapporto contrattuale per il servizio di manutenzione delle seguenti apparecchiature ad alta complessità tecnologica di produzione General Electric Healthcare in dotazione al Presidio Ospedaliero Unico dell'Area Vasta n.5 alle seguenti condizioni tecniche ed economiche:

Classe tecnologica	Modello	Numero sistema	Tipologia Contrattuale	Canone / anno (IVA esclusa)
TAVOLO TELECOMANDATO (TTE)	Prestige VH	A5180408	QD	€ 23.211,29
MAMMOGRAFO (MAG) + kit stereotassi + CAD	Senographe DS + kit stereotassi + CAD	A5180414	QA	€ 18.468,75
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Workstation IDI	A5180417	QA	
ANGIOGRAFO (ANG)	Innova 2100 IQ	A5180419	QD	€ 57.130,00
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Workstation CA1000	A5180420	QA	
TOMOGRAFO RISONANZA MAGNETICA (TRM)	MR Signa 1.5 T TW	A5806911	QD	€ 101.320,12
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	AW 4.2	A5806912	QA	
TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO (TAC)	CT Lightspeed VCT	A5806915	QB	€ 75.329,30
MAMMOGRAFO (MAG)	Performa	A5806910	L1	€ 1.500,00
MAMMOGRAFO (MAG) + kit stereotassi + CAD	Senographe DS + kit stereotassi + CAD	A5806918	QD	€ 18.468,75
WORKSTATION DI REFERTAZIONE	Workstation IDI	A5806921	QA	
TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO (TAC)	CT Brightspeed 4	A5806926	QB	€ 50.707,80

TOTALE ANNO 2013

€ 346.136,01

per un canone complessivo di € 346.136,01 I.V.A. esclusa;

- 2) di dare atto che il suddetto rapporto contrattuale con la società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA – MILANO – viene stipulato, secondo le circostanze ed i presupposti esplicitati nel documento istruttorio, in regime di esclusività tecnica ex art. 57 c.2 l.b) del D.Lgs. 163/2006, quale soluzione unica ed infungibile allo stato a garantire il corretto funzionamento e la sicura utilizzazione dei sistemi tecnologici in argomento;
- 3) di stabilire che la validità annuale del suddetto rapporto contrattuale viene adottata in via meramente cautelativa per garantire la continuità del servizio in argomento, nel contesto gestionale – amministrativo di cui alla determina n. 1070/ASURDG/2011, secondo il quale è previsto l'esperimento di nuove procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di manutenzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini ad alta complessità tecnologica in dotazione presso le diverse strutture ospedaliere e territoriali afferenti all'Azienda stessa, mediante la definizione a livello centralizzato di "accordi quadro" di durata quadriennale;
- 4) di nominare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Antonella Pianosi, Dirigente dell'Ingegneria Clinica ASUR;
- 5) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di procedere alla predisposizione e sottoscrizione del relativo contratto tra le Parti, avendo cura di inserire apposita clausola che contempli la possibilità che il contratto stesso sia risolto anticipatamente rispetto al termine stabilito del 31.12.2013 al momento del completamento delle procedure aziendali in corso di realizzazione di cui al precedente punto 3), che sarà costituito dall'offerta economica e dalla lettera di aggiudicazione restituita dalla ditta firmata per accettazione di tutte le clausole e condizioni ivi indicate;
- 6) di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore della U.O. Attività Tecniche-Patrimonio-Nuove Opere presso l'Area Vasta n. 5;
- 7) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dal presente atto, quantificati per l'importo complessivo di € 346.136,01 + I.V.A. (€ 418.824,57 I.V.A. 21% compresa), saranno imputati al conto n. 0510020101 del bilancio di esercizio 2013 della Area Vasta n. 5 così meglio esplicitato nella sottostante tabella:

<i>P.O.</i>	<i>Ufficio Autorizzazioni</i>	<i>Numero</i>	<i>Sub</i>	<i>Importo IVA Esclusa</i>	<i>Importo IVA 21% Inclusa</i>
Ascoli Piceno	AV5TECPAT	11	3	€ 98.810,04	€ 119.560,15
S.Benedetto del Tronto			1	€ 247.325,97	€ 299.264,42
TOTALE				€ 346.136,01	€ 418.824,57

- 8) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto, rispettivamente, per limite di valore economico, alla disciplina di cui all'articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in tema di autorizzazione, né alla disciplina in tema di controllo di cui all'articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento:
 - al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R n. 26/1996 e s.m.i.,
 - all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi della DGRM n.

1584/2003 e s.m.i.;

- al Responsabile Unico del Procedimento
- al Direttore della U.O. Attività Tecniche-Patrimonio-Nuove Opere presso l'Area Vasta n. 5

10) dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di servizi.

IL REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA
(Ing. Marco ORLANDI)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Antonella PIANOSI)

Per il parere infrascritto:

U.O. ATTIVITÀ TECNICHE – PATRIMONIO – NUOVE OPERE

Il sottoscritto attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente atto e ne propone l'adozione al Direttore Generale. Attesta inoltre che la spesa di € € 418824,57 IVA 21% inclusa trova copertura economica nel budget assegnato provvisoriamente per l'anno 2013 all'U.O. Attività Tecniche, Patrimonio e Nuove Opere all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 5 con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013.

IL DIRIGENTE U.O. ATTIVITÀ TECNICHE – PATRIMONIO – NUOVE OPERE
Area Vasta n. 5
(Ing. Paolo Enrico SVAMPA)

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE – Area Vasta n.5

I sottoscritti, visto quanto espresso nel documento istruttorio dal Direttore dell'U.O. Attività Tecniche, Patrimonio e Nuove Opere, attestano che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 5 con determina ASUR/DG n. 275 del 10.04.2013.

IL DIRIGENTE
U.O. CONTROLLO di GESTIONE
Area Vasta n. 5
(Dott. Milco COACCI)

IL DIRIGENTE
U.O. GESTIONE ECONOMICO / FINANZIARIA
Area Vasta n. 5 - Ascoli Piceno
(Dott. Pietrino MAURIZI)

IL TITOLARE P.O.
U.O. GESTIONE ECONOMICO / FINANZIARIA
Area Vasta n. 5 - San Benedetto del Tronto
(Rag. Bruna PELLICIONI)

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso l'U.O. Attività Tecniche-Patrimonio-Nuove Opere dell'Area Vasta n.5 – Ascoli Piceno.