

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL

Oggetto: ESITO RDO 358302/2013: FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE PER LE  
NECESSITA' DEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DELL' AREA VASTA 5

IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR

- . - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale della medesima;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**SENTITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

**Di approvare** la procedura espletata e di aggiudicare la fornitura di aghi e siringhe autorizzata con DG Asur n. 715 del 19.09.2013, in esito ad RDO 358302 secondo il criterio del miglior prezzo, alle ditte e condizioni riportate nel prospetto inserito nella parte propositiva del documento istruttorio che qui si intende trascritta ed approvata;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 54.859,58 ( i.v.a. 22% compresa) è distinta tra Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto come di seguito indicato

- ASCOLI PICENO € 33.025,41 (27.070,01 + i.v.a. 22%)

- S. BENEDETTO DEL TRONTO € 21.834,17 (17.896,86 + i.v.a. 22%)

la stessa è imputata al conto 0501130101 -Acquisti di dispositivi medici- del bilancio 2014 ove trova copertura e viene registrata nei limiti della DG ASUR 103 del 26.02.2014 e nel rispetto del disposto di cui alla DGRM n. 1750 del 27.12.2013 (riduzione 1% rispetto al 2013) ;

**Di dare atto** che la durata del contratto è di mesi 12 salvo risoluzione anticipata per aggiudicazione di corrispondente gara espletata dalla SUAM;

**Di dare atto** che il rapporto negoziale sarà regolato da contratto d'appalto che, ai sensi del combinato disposto dall'art 11 , comma 13 del D. Lgs 163/2006 e dell'art 334 c.2 del DPR 207/2010 è regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RDO, generato dal sistema Me. pa. e, firmato dal punto ordinante, dott. Pietrino Maurizi, Direttore dell' UOC Acquisti e Logistica dell' Area Vasta 5;

**Di dare atto** che le competenze relative all'esecuzione del contratto a titolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto vengono attribuite ai Responsabili delle Farmacie Ospedaliere degli Stabilimenti rispettivamente di S. Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno, ciascuno per i quantitativi ordinati, fermo restando l'affidamento del supporto alla gestione tecnico-giuridica dell'appalto all'U. O. C. Acquisti e Logistica;

**Di dare atto** che la presente determina viene trasmessa rispettivamente alle Farmacie Ospedaliere degli Stabilimenti di S. Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno per l'emissione dei relativi buoni d'ordine;

**Di dare mandato** al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione dei risultati, per estratto, della presente procedura di affidamento, come segue:

- sul profilo di committente della stazione appaltante (sito [www.asurzona12.marche.it](http://www.asurzona12.marche.it))
- nell'albo della stazione appaltante
- sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" (gratis)
- sul quotidiano on line "Appaltitalia" (gratis)
- sul BURM (gratis)

**Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR a norma dell'art. 17 della L. R. n.26/96 e s. m. i.;

**Di dare atto** che il presente provvedimento non è soggetto ad approvazione regionale a norma della L.R. 36 dell'11.11.2013;

**Di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina si configura come "aggiudicazione forniture".

**Di disporre** l'esecutività del presente atto nei termini di legge.

Ancona, sede legale ASUR


Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Giulietta Capocasa



Il Direttore Generale  
Dott. Gianni Genga



Il Direttore Sanitario  
Dott. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 10 pagine di cui 0 allegati

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
Area Vasta 5**

*U. O. C Acquisti e logistica  
S. Benedetto del Tronto*

**Riferimenti normativi**

- L. R. n. 26 del 17.07.1996 “ Riordino del Servizio Sanitario Regionale “;
- L. R. n. 13 del 20 giugno 2003 “Riorganizzazione del servizio Sanitario Regionale”, e s. m. i., con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR);
- L. R. n. 17 del 01.08.2011 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 ....”;
- D.G.R.M. n. 1704 del 28.12.2005, concernente “Art. 3, comma 2 della Legge Regionale 13-2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR);
- D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relative a lavori servizi e forniture” e s.m.i.;
- D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- Legge 94 del 6 luglio 2012 (conversione D. L. 52 del 7.05.2012)
- Legge 135 del 7 agosto 2012 ( Conversione D. L. 92 6/07/2012) art 15, integrato dalle disposizioni di cui all’art 1, comma 131 lett .a) della L. 228 del 24.12.2012 – legge di stabilità per il 2013-
- Determina D.G. Asur 742 del 28.09.2012 “ n.94/2012- DL 95/2012 e DGRM n. 1220/2012 “ Spending review”
- D.G.R.M. 1750 del 27/12/2013 “ L. R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione alle Aziende ed Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2014 “
- Determina DG ASUR 943 del 31.12.2013 avente ad oggetto “ Adozione del bilancio economico preventivo anno 2013 e pluriennale 2013-2015-
- Determina DG ASUR 103 del 26.02.2014 “ DGRM 1750/2013 – Determinazioni “

Con determina del Direttore Generale Asur n. 715 del 19.09.2013 è stata autorizzata una procedura di gara sottosoglia, ai sensi dell’art 124 del D. Lgs. 163/2006, mediante ricorso al Mercato Elettronico di Consip, realizzata attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pervenute in risposta a specifica RDO rivolta ai fornitori abilitati ai Bandi Me. Pa., per l’acquisto di Aghi e Siringhe necessari agli stabilimenti ospedalieri dell’ Area Vasta 5, approvando il relativo elenco di materiale e disciplinare di gara.

Si è quindi proceduto alla pubblicazione sulla rivista Gazzetta Aste e Appalti , sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito della stazione appaltante, di un avviso di manifestazione di interesse alla procedura di acquisto in oggetto;

Visto l’esito dell’ indagine di cui sopra si è proceduto ad RDO 358302 secondo il criterio del miglior prezzo.

Gli operatori economici invitati, scelti in numero di 9 tra le ditte che hanno presentato istanza , sono stati i seguenti

1. ARTSANA spa di Grandate – CO-
2. B. BRAUN MILANO spa di Milano
3. BECTON DCKINSON ITALIA spa di Buccinasco – MI -
4. CORMED CARDIOVASCOLARE srl di Roma
5. COVIDIEN ITALIA spa di San Felice – Segrate – MI-
6. FARMAC ZABBAN spa di Calderara di Reno – BO -

7. FREEENIUS KABI ITALIA srl di Isola della Scala – VR-
8. MT PLUS srl di ANCONA
9. RAYS spa di Osimo –AN

Alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte sono risultate pervenute, via telematica, le proposte dei seguenti operatori economici :

- Ditta RAYS spa di Osimo, Ancona
- Ditta BECTON DICKINSON ITALIA spa di Buccinasco, Milano

La documentazione amministrativa è stata esaminata ed approvata;

Via breve è stata trasmessa la documentazione tecnica al responsabile della farmacia ospedaliera di S. Benedetto del Tronto il quale con note prot. 414743 del 27.01.2013 e n. 417879 del 06.02.2014, di seguito sintetizzate, ha comunicato gli esiti della valutazione :

- per i lotti 15 e 16 la migliore offerta (ditta Rays) non risulta idonea in quanto le siringhe offerte non sono compatibili con le pompe in dotazione presso gli stabilimenti ospedalieri;
- per il lotto 5 ne viene sospesa l'assegnazione nelle more di ulteriori valutazione da parte del servizio prevenzione e protezione "essendo il dispositivo destinato alla prevenzione della puntura accidentale degli operatori sanitari."
- per tutti gli altri lotti l'offerta al miglior prezzo risulta idonea;

La risultante delle valutazioni è esplicitata in forma sintetica nel prospetto di seguito riportato :

CND	DESCRIZIONE DISPOSITIVO MEDICO	U. M.	Q.TA' SBT	Q.TA' AP	Q.TA' TOTALE	DITTA AGG.RIA	codice prodotto	OFFERTA	BBT	ASCOLI PICENO	TOTALE OFFERTA
	<b>AGHI IPODERMICI</b>										
	Caratteristiche: Gli aghi ipodermici per siringa devono essere sterili, apirogeni, atossici, monouso, in acciaio inox, con cono e copriago di materiale plastico idoneo e conformi a quanto prescritto dalla F.U.. Latex free. L'ago deve avere un alto coefficiente di resistenza e deve essere saldamente fissato al barilettto; la punta dell'ago deve essere in triplice affilatura con cono di colore convenzionale secondo la misura. Confezione in scatole contenenti al massimo 100 unità.										
lotto 1	Aghi monouso sterili per insulina G25 - G26 - G27- 30G mm0,3x8mm	PZ	5.000	3.000	8.000	RAYS	HN25G16 HN26G13 HN27G13 HN30G08	0,0114	57	34,2	91,20
	CIG LOTTO 1 524935726F										
lotto2	Aghi monouso sterili G18 1 1/2" mm1,20x40mm- G20 - G21 1 1/2" mm0,8x38mm- G22 1 1/4" mm0,70x30mm- G23 - G25 5/8" mm0,5x16mm- G27 1/2" mm0,40x12,7mm- G30	PZ	130.000	165.000	295.000	RAYS	HN18G38 HN20G38 HN21G38 HN22G32 HN23G25 HN25G16 HN27G13 HN30G08	0,011	1430	1815	3.245,00
	CIG LOTTO 2 5249369C53										
lotto 3	Ago monouso sterile con sistema di sicurezza per somministrazione insulina mediante penna 30G mm0,3x8mm	pz		10.000	10.000			DESERTO			
	CIG LOTTO 3 5249380569										

lotto 4	Ago monouso sterile per uso odontoiatrico 27G mm0,4x25mm - 27G mm0,4x38mm- 30G mm0,3x21mm	PZ	2.000	3.700	5.700							DESERTO	
	CIG LOTTO 4 5249388C01												
	<b>AGHI A FARFALLA CON SISTEMA DI SICUREZZA</b>												
	Caratteristiche generali: Gli aghi a farfalla devono essere sterili, monouso, siliconati, scorrevoli, atraumatici con punta a triplice affilatura. Le alette laterali devono essere flessibili, provviste di arresto antiscivolo e di colore convenzionale. Il tubicino dovrà essere trasparente, sottile, flessibile, non collabente alla torsione, con attacco luer-lock e munito di tappo a perfetta tenuta. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in materiale plastico idoneo, Latex free, PVC free. Il SISTEMA DI SICUREZZA deve essere parte integrante del dispositivo. Confezione: in involucri singoli, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni accidentali, termosaldati sui quattro lati e confezionati in scatole contenenti al massimo 100 unità.												
lotto 5	Aghi a farfalla monouso sterili con sistema di sicurezza - G21 - G23 - G25 - G27. Lunghezza tubo 30 cm circa (circa +/- 10%)	PZ	40.000	117.200	157.200							sospeso, non si aggiudica	
	CIG LOTTO 5 5249399517												
	<b>SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO</b>												
	<b>CARATTERISTICHE</b> Le siringhe da infusione ed irrigazione monouso con luer tre pezzi con ago, oltre ai requisiti generali già indicati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: a) devono essere costituite da tre pezzi (cilindro, pistone, anello di tenuta); b) l'estremità interna dello stantuffo deve essere munita di un anello di gomma latex free che garantisca la tenuta della siringa; c) l'ago deve essere innestato direttamente sulla siringa e protetto dal copriago in plastica, deve essere con cannula in acciaio inox, con punta a triplice affilatura atraumatica e con barileto di colore convenzionale; d) devono essere provviste di un sistema di blocco per evitare la fuoriuscita del pistone; e) il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido dentro il cilindro.												
lotto 6	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 2,5 ml cono centrale- ago 21/22/23 G	PZ	43.000	115.200	158.200	RAYS	2521CM38 2522CM32 2523CM25	0,0229	984,7	2638,08			3.822,78
	CIG LOTTO 6 5249406ADC												
lotto 7	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 5 ml - cono centrale ago G 21/22/23 G	PZ	106.000	155.200	261.200	RAYS	5521CM38 5522CM32 5523CM25	0,0246	2607,6	3817,92			6.425,52
	CIG LOTTO 7 52494130A6												
lotto 8	5) Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 10 ml - cono centrale - con ago 22G	PZ	115.200	202.000	317.200	RAYS	1022CM32	0,0363	4181,76	7332,6			11.514,36
	CIG LOTTO 8 524942173E												

lotto 9	Siringhe sterili monouso per tubercolina - da 1 ml - ago 25/26/27G	PZ	2.500	6.000	8.500	RAYS	TUB1ML25G16 TUB1ML28G13 TUB1ML27G13	0,0223	55,75	133,8	189,55
	CIG LOTTO 9 5249427C30										
lotto 10	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 20 ml - cono eccentrico - con ago 21G	PZ	35.000	16.800	53.800	RAYS	2021EM38	0,0532	1862	1000,16	2.862,16
	CIG LOTTO 10 5249431F7C										
lotto 11	Siringhe sterili monouso per Insulina - da 1 ml(100 UI) - ago 27-26-25G	PZ	35.000	10.000	45.000	RAYS	INS1ML27G13 INS1ML26G13 INS1ML25G16	0,0223	780,5	223	1.003,50
	CIG LOTTO 11 52494352CD										
	<b>SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO</b>										
	<b>CARATTERISTICHE</b> Le siringhe da infusione ed irrigazione monouso cono luer lock a tre pezzi senza ago, oltre ai requisiti generali già indicati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: a) devono essere costituite da tre pezzi (cilindro, pistone, anello di tenuta); b) l'estremità interna dello stantuffo deve essere munita di un anello di gomma latex free, che garantisca la tenuta della siringa; c) devono essere provviste di un sistema di blocco per evitare la fuoriuscita del pistone; d) il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido dentro il cilindro.e) devono essere compatibili con le apparecchiature elettromedicali in dotazione.										
lotto12	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 5 ml - cono luer-lock - senza ago.	pz		1.600	1.600	RAYS	55LL	0,0205		32,8	32,80
	CIG LOTTO 12 CIG 5255708B6F										
lotto 13	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 10 ml - cono luer-lock - senza ago.	pz	16.000	800	16.800	RAYS	10LL	0,0319	510,4	25,52	535,92
	CIG LOTTO 13 52557817AE										
lotto 14	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 30 ml - cono luer-lock - senza ago.	PZ	10.000	1.200	11.200	RAYS	30LL	0,0634	634	76,08	710,08
	CIG LOTTO 14 52557920C4										
lotto 15	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 50/60ml - cono luer-lock - senza ago.	PZ	9.000	16.800	27.800	BECTON DICKINSON		0,22	1980	4136	6.116,00
	CIG LOTTO 15 5255813218										

lotto 16	Siringhe schermata in PVC monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 50/60ml - cono luer-lock - senza ago.	PZ	1.500	1.000	2.500	BECTON DICKINSON		0,364	546	364	910,00
	CIG LOTTO 16 5255822983										
lotto 17	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 20 ml - cono luer-lock - senza ago.	PZ	4.000	4.000	8.000	RAYS	20LL	0,0458	183,2	183,2	366,40
	CIG LOTTO 17 52558310F3										
	<b>SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO/CATETERE A TRE PEZZI SENZA AGO</b>										
lotto 18	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 50/60 ml - cono catetere centrale - senza ago	PZ	18.000		18.000	RAYS	60CC	0,1129	2032,2		2.032,20
	CIG LOTTO 18 5255841931										
lotto 19	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 100 ml - cono/catetere centrale - senza ago	pz		16.700	16.700	RAYS	100CC	0,2355		3932,85	3.932,85
	CIG LOTTO 19 5255844BAA										
	<b>SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO SENZA CONO CON AGO FISSO</b>										
	<b>CARATTERISTICHE</b> Le siringhe da infusione ed irrigazione monouso senza cono con ago fisso, oltre ai requisiti generali già indicati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) devono essere costituite da tre pezzi (cilindro, pistone, anello di tenuta); b) l'estremità interna dello stantuffo deve essere munita di un anello di gomma latex free, che garantisce la tenuta della siringa; c) l'ago deve essere fissato direttamente al cilindro e protetto dal copriago in plastica, deve essere con cannula in acciaio inox, con punta a triplice affilatura atraumatica e con barileto di colore convenzionale; d) devono essere provviste di un sistema di blocco per evitare la fuoriuscita del pistone; e) il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido dentro il cilindro.										
lotto 20	Siringhe monouso sterili a tre pezzi per insulina - da 0,5 ml - ago 30G senza spazio morto	PZ	1.500	39.400	39.900	RAYS	SU5-30G08	0,0346	51,75	1324,8	1.376,56
	CIG LOTTO 20 5255852247								17.896,86	27.070,01	44.966,87
							IVA 22 %		3937,31	6955,4	9.892,71
							TOTALE IVA C.		21834,17	33025,41	54.859,58

La spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi è pari ad € 54.859,58( i.v.a. 22% compresa ) ed è così distinta tra Ascoli P. e S. Benedetto del Tronto

- ASCOLI PICENO € 33.025,41 (27.070,01 + i. v. a. 22 %)  
 - S. BENEDETTO DEL TRONTO € 21.834,17 (17.896,86 + i. v. a. 22% )

la stessa è ampiamente ricompresa nell'importo autorizzato con D.G. Asur 715 del 19.09.2013 che tenuto conto dei lotti non aggiudicati perché deserti (n.3 e n.4) o in quanto sospesi (lotto n.5) per le motivazioni già espresse, è pari ad € 93.521,3+iva ;

La spesa trova copertura sul conto economico 0501130101 *Acquisti di dispositivi medici* nei limiti di quanto disposto con DG Asur n. 103 del 26.02.2014 e nel rispetto di quanto dettato dalla DGRM 1750 del 27.12.2013 per la gestione provvisoria dei bilanci economici preventivi per l'anno 2014;

importo autorizzato con DG ASUR 715 del 19.09.2013	€126.678,56 + iva
Valore lotti 3-4-5-(valutati sulla base d'asta )	€ - 33.157,26 + iva
<b>IMPORTO AUTORIZZATO</b>	<b>€ 93.521,30 + iva</b>

In conformità a quanto dettato dagli art. 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006, stante a la necessità di procedere all'approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, al fine di non interrompere l'attività assistenziale, e nelle more di aggiudicazione di corrispondente gara SUAM ,

Atteso che il presente atto non è sottoposto a controllo della Regione,

**PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO SI PROPONE L'APPROVAZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO:**

**Di approvare** la procedura espletata e di aggiudicare la fornitura di aghi e siringhe autorizzata con DG Asur 715 /2013 , in esito ad RDO 358302 secondo il criterio del miglior prezzo, alle ditte e condizioni riportate nel prospetto inserito nella parte propositiva del documento istruttorio che qui si intende trascritta ed approvata;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 54.859,58 ( i.v.a. 22% compresa) è distinta tra Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto come di seguito indicato

- ASCOLI PICENO € 33.025,41 (27.070,01 + i.v.a. 22 % )  
 - S. BENEDETTO DEL TRONTO € 21.834,17 (17.896,86 + i.v.a. 22% )

la stessa è imputata al conto 0501130101 *Acquisti di dispositivi medici* del bilancio 2014 ove trova copertura e viene registrata nei limiti di quanto disposto con DG ASUR 103 del 26.02.2014;

**Di dare atto** che la durata del contratto è di mesi 12 salvo risoluzione anticipata per aggiudicazione di corrispondente gara espletata dalla SUAM;

**Di dare atto** che il rapporto negoziale sarà regolato da contratto d'appalto che, ai sensi del combinato disposto dall'art 11 , comma 13 del D. Lgs 163/2006 e dell'art 334 c.2 del DPR 207/2010 è regolato



dalle condizioni e clausole individuate nella RDO, generato dal sistema Me. pa. e, firmato dal punto ordinante, dott. Pietrino Maurizi, Direttore dell' UOC Acquisti e Logistica dell' Area Vasta 5;

**Di dare atto** che le competenze relative all'esecuzione del contratto a titolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto vengono attribuite ai Responsabili delle Farmacie Ospedaliere degli Stabilimenti rispettivamente di S. Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno, ciascuno per i quantitativi ordinati, fermo restando l'affidamento del supporto alla gestione tecnico-giuridica dell'appalto all'U. O. C. Acquisti e Logistica;

**Di dare atto** che la presente determina viene trasmessa rispettivamente alle Farmacie Ospedaliere degli Stabilimenti di S. Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno per l'emissione dei relativi buoni d'ordine ;

**Di dare mandato** al Responsabile del Procedimento di procedere alla pubblicazione dei risultati della presente procedura di affidamento, per estratto, come segue:

- sul profilo di committente della stazione appaltante (sito [www.asurzona12.marche.it](http://www.asurzona12.marche.it))
- nell'albo della stazione appaltante
- sul quotidiano "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" ( gratis )
- sul quotidiano on line " Appaltitalia " ( gratis )
- sul BURM ( gratis )

**Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR a norma dell'art. 17 della L. R. n.26/96 e s. m. i.;


**Di dare atto** che il presente provvedimento non è soggetto ad approvazione regionale a norma della L.R. 36 dell'11.11.2013;

**Di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina si configura come "aggiudicazione forniture".

**Di disporre** l'esecutività del presente atto nei termini di legge.

**Il Responsabile del procedimento**

Grazia Di Concetto




**Il Direttore della U.O. C. Acquisti e Logistica**

Il sottoscritto dichiara la conformità del presente atto alle normative in vigore, la sua regolarità procedurale, nonché la regolarità tecnica.

**Il Direttore U. O. C. Acquisti e Logistica**

Dott. Pietrino Maurizi



## PER IL PARERE INFRASCritto RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, limitatamente ai costi 2014 si attesta la compatibilità economica con il budget di area vasta provvisoriamente assegnato con determina Dg Asur 103/2014; gli stessi saranno rilevati al Conto economico 0501130101 (*acquisti di dispositivi medici*) come di seguito indicato:

- ASCOLI PICENO	€ 33.025,41	(27.040,01 + i.v.a. 22 %)
- S. BENEDETTO DEL TRONTO	€ 21.834,19	(17.896,88 + i.v.a. 22%)

I costi derivanti dal presente atto relativi all'esercizio 2015 saranno ricompresi nella programmazione dell'esercizio di riferimento.


**Il Direttore U.O. Controllo di Gestione**  
*Dot. Milco Coacci*



**Il Direttore ff.**  
**U. O. C. Economico Finanziaria**  
**S. Benedetto del Tronto**  
*Il funzionario delegato alla firma*  
*Sig.ra Bruna Pelliccioni*



**Il Direttore ff.**  
**U. O. C. Economico Finanziaria**  
**Ascoli Piceno**  
*Il funzionario delegato alla firma*  
*Dott.ssa Luisa Polini*



**- ALLEGATI -**

Nessuno