

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Fornitura di n. 3 Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia per le esigenze dell'ASUR Area Vasta 3 sedi operative di Macerata e Camerino. Aggiudicazione.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale della medesima;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**SENTITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. DI APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte integrante della presente determina, dell'appalto denominato **"Fornitura di n. 3 Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia per le esigenze dell'ASUR Area Vasta 3 sedi operative di Macerata e Camerino"**.
2. DI DISPORRE l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, alla ditta UROMED s.r.l. – Via Caduti del lavoro, 24/L – Ancona (AN) – C.F. / P.IVA 01129030423, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alla RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la seguente fornitura:

CND	Numero Repertorio D.M.	Riferimento / Descrizione / dettaglio / codice / produttore Dispositivo	Q.tà	Costo offerto per singolo dispositivo in euro (IVA esclusa)	Costo totale in euro (IVA esclusa)	IVA
Z11900802	No classe I	9826NB - Monitor 26° Storz art. 9826NB	06	€ 5.083,00	€ 30.498,00	22%
	Non è dispositivo medico	9626SF Base per monitor art. 9626SF	03	Sconto merce	Sconto merce	--
Z12020402	475948	20161401-1 Fonte di luce Storz art.	03	€ 3.475,55	€ 10.426,65	22%
Z12020980	1153658	20161401-1				
Z12020405	775296	TC200IT Videoprocessore storz art. TC200IT	03	€ 5.911,75	€ 17.735,25	22%
Z12020405	775304	TC300 Telecamera storz image 1 art. TC300)	03	€ 4.199,00	€ 12.597,00	22%

Z12020405	862934	TH100 Testa telecamera storz art. TH100	03	€ 12.707,50	€ 38.122,50	22%
Z12020401	1237338	WD200-IT Sistema aida storz art. WD200-IT	03	€ 8.265,40	€ 24.796,20	22%
Z12020480	468826	20090519 Monitor touch storz art. 20090519	03	€ 1.933,75	€ 5.801,25	22%
V0880	88309	CARSPEC78/5PTF8 Carrello n. laris art. CARSPEC78/5PTF8	03	€ 2.275,00	€ 6.825,00	22%
V0880	88309	AC496 Braccio per carrello n. laris art. AC496	03	€ 318,50	€ 955,50	22%
V0880	88309	AC499 estensione per braccio n. laris art. AC499	03	€ 74,75	€ 224,25	22%
V0880	88309	AC493 portabombola n. laris art. AC493	03	€ 97,50	€ 292,50	22%
Z12029008- Z12029080- Y210999- A060102	411484- 412608- 422801- 459755	26432008-1 insufflatore storz art. 26432008-1	03	€ 7.284,55	€ 21.853,65	22%
Z129080	421437	20400222 tubo alta pressione per insufflatore storz art. 20400222	03	€ 179,40	€ 538,20	22%
Z11076	127582	UP-DR80MD stampante medicale sony art. UP-DR80MD	03	€ 1.510,00	€ 4.530,00	22%
Z1302	127748	UPC-R80MD pacchetto per stampante sony UPC-R80MD	30	€ 160,00	€ 4.800,00	22%
Z12029009	416735	26046AA telescopio storz 0° diam. mm.5 art. 26046AA	02	Sconto merce	Sconto merce	22%
Z12029009	416735	26046BA telescopio storz 30° diam. mm.5 art. 260046BA	03	Sconto merce	Sconto merce	--
Z12029009	416718	26003AA telescopio storz 0° diam. mm.10 art 26003AA	03	Sconto merce	Sconto merce	--
Z12029009	732270	26003BA telescopio storz 30° diam. mm.10 art 26003BA	03	Sconto merce	Sconto merce	--

L'offerta include oltre agli oneri da rischi di interferenza quantificati come da documentazione di gara anche gli oneri per la sicurezza, connessi all'attività specifiche dell'impresa, già compresi nel totale pari ad € 0,00.

- DI DISPORRE ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle regole del sistema di e-procurement della P.A. di Consip SpA che il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RDO è generato dal sistema MEPA e firmato digitalmente dal punto ordinante.
- DI DISPORRE ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto attraverso la richiesta di DURC e nel casellario informatico.
- DI RICHIEDERE la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale.
- DI STABILIRE che l'avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale.
- DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l'appalto in oggetto, sarà il Dott. Nicolantonio Sacco dell'Area Vasta n. 3 di Macerata.
- DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 179.995,95+ I.V.A. 22% = € 219.595,06 (IVA inclusa), sarà imputata, al conto economico 01.02.02.04.01 "Attrezzature Sanitarie" - autorizzazione AV3

- INVEST n. 1 sub. 1/2015 e trova copertura nel budget 2015 provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1440 del 22/12/2014, così come integrata dalla D.G.R. n. 346 del 28/04/2015 e recepita con determina n. 544/ASURDG del 24/07/2015.
9. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, dell'art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l'appalto in oggetto non risultano opzioni d'acquisto attivabili presso una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta possibile, per l'oggetto dell'appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d'acquisto nelle convenzioni CONSIP.
  10. DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti giustificativi.
  11. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
  12. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriatura nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazione definitiva forniture".
  13. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
  14. DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge.
  15. DI TRASMETTERE copia della presente determina all'Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Dott. Nicolantonio Sacco dell'Area Vasta n. 3 di Macerata per il seguito di competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dr. Alessandro Marini*

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*Dott. Pierluigi Ghisucci*

**IL DIRETTORE SANITARIO**

*Dott.ssa Nadja Storti*

La presente determina consta di n 14 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 3 MACERATA)**

- Normativa di riferimento
- DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” s.i.m.;
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”;
- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i.: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1750 del 28/12/2013 ad oggetto: “L.R. n. 13 del 20.06.2003 – Autorizzazione agli Enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2014”;
- Determina n. 943/ASURDG del 31/12/2013 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2013 e pluriennale 2013-2015.”;
- Determina n. 103/ASURDG del 26/02/2014 “DGRM 1750/2013 – Determinazioni”.

□ Motivazione:

Con Determina del Direttore Generale ASUR n. 206/DG del 30/03/2015 è stato autorizzato l'acquisto mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di n. 3 Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia per le esigenze dell'ASUR Area Vasta 3 di Macerata.

I Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia richiesti sono presenti sul Mercato Elettronico (MePa) ed al fine di ottenere le migliori condizioni di fornitura è stata predisposta idonea RDO.

Con Determina n. 511/DGASUR del 8 Luglio 2015 sono stati assegnati alle varie Aree Vaste i tetti di spesa per gli investimenti con fondi correnti per l'anno 2015 e l'acquisto indicato in oggetto è registrato nell'allegato ai numeri AV3-120.

Allo scopo di acquisire offerte congrue ed idonee sul libero mercato nonché nell'intento di garantire la massima trasparenza si è proceduto alla previa pubblicazione sul profilo committente di un avviso di indagine di mercato.

Il punto istruttore ha inserito la RDO 792799, invitando le seguenti ditte:

1. STRYKER ITALIA s.r.l.
2. CONMED ITALIA s.r.l.
3. UROMED s.r.l.
4. ENDOMEDICA
5. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.
6. MOVI S.p.A.
7. FARMEC
8. PAOLETTI

La Richiesta di Offerta prevede:

- Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
- unità di misura dell'offerta a percentuale
- Numero di lotti 1
- CIG 6208928977

Entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute le offerte delle ditte: STRYKER ITALIA s.r.l. e UROMED s.r.l.

Successivamente il punto istruttore ha riscontrato la regolarità della documentazione amministrativa.

Con Determina n. 388/ASURDG del 3 Giugno 2015 è stata nominata la Commissione Giudicatrice preposta per la valutazione della documentazione tecnica e la conseguente assegnazione dei punteggi secondo i criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione di gara.

La Commissione Giudicatrice, in data 27 Luglio 2015, così esprimeva la propria valutazione:

..... "N.3 Sistema Integrato per acquisizione e gestione di immagini Endoscopiche e di Chirurgia Mini-Invasiva da destinare a:

Blocco Operatorio P.O. di Civitanova Marche

Blocco Operatorio P.O. di Recanati

Blocco Operatorio P.O. di S. Severino

Ciascun sistema dovrà essere completo di:

- N.2 Monitor
- Fonte di luce
- Video processore
- Testa telecamera
- Sistema di registrazione immagini/video
- Stampante
- Carrello con trasformatore di isolamento
- Insufflatore di CO2

### **CARATTERISTICHE DI MINIMA**

#### **Monitor principale:**

- dimensione non inferiore a 26'';
- flat-screen tipo LCD;
- riproduzione HD con risoluzione non inferiore a 1920 x 1080 pixel;
- risoluzione possibile a 1080 con scansione progressiva;
- possibilità di visualizzazione tipo PiP;
- ingressi video analogici, digitali;

#### **Monitor secondario:**

- dimensione non inferiore a 20'';
- flat-screen tipo LCD;

#### **Fonte luce:**

- tipologia LED;
- possibilità di regolazione automatica/manuale dell'intensità;
- indicatori e controlli sul pannello frontale;

#### **Video processore:**

- possibilità di supportare testine a 3CCD;
- possibilità di regolazione dell'intensità luminosa;
- indicatori e controlli sul pannello frontale;

#### **Testa telecamera:**

- testina digitale a 3CCD;
- possibilità di zoom;
- presenza di pulsanti di comando;

#### **Sistema di registrazione:**

- idoneo per registrazione di immagini e video;
- con possibilità di registrazione su supporti vari, quali CD, DVD, pen drive, schede di memoria, etc.;

#### **Carrello:**

- ruote piroettanti di cui almeno due dotate di freno;
- almeno 5 ripiani con capacità di carico tale da garantire l'alloggio sicuro delle tecnologie offerte;
- supporto per monitor principale;
- braccio per monitor secondario
- almeno un supporto porta bombole laterale;
- trasformatore di isolamento;
- almeno n.7 prese di alimentazione elettrica protette separatamente da fusibile e interruttore differenziale;
- porta bombola;

#### **Insufflatore:**

- ampi range di pressione e flusso regolabili;
- sistema di riscaldamento di CO2;
- indicatori e controlli sul pannello frontale (pressione attuale e pressione impostata, flusso della CO2, % gas residuo, etc.);
- allarmi acustici e visivi;
- completo di tubo gas con raccordi appropriati per attacco alla bombola di CO2 da alloggiarsi su carrello

**Stampante:**

- stampante termica a colori

**Accessori/Consumabili:**

Le apparecchiature offerte dovranno tutte essere complete di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo. In particolare dovranno rispettivamente essere forniti almeno:

**Sede PO Recanati:**

- n.1 ottica 0° da 10 mm
- n.1 ottica 30° da 5 mm
- n.1 ottica 30° da 10 mm
- n.5 kit di materiale consumabile per stampante (carta, inchiostro)

**Sede PO S. Severino:**

- n.1 ottica 0° da 5 mm
- n.1 ottica 0° da 10 mm
- n.1 ottica 30° da 5 mm
- n.1 ottica 30° da 10 mm
- n.5 kit di materiale consumabile per stampante (carta, inchiostro)

**Sede PO Civitanova Marche:**

- n.1 ottica 0° da 5 mm
- n.1 ottica 0° da 10 mm
- n.1 ottica 30° da 5 mm
- n.1 ottica 30° da 10 mm
- n.5 kit di materiale consumabile per stampante (carta, inchiostro)

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE**

Il punteggio relativo al parametro "qualità" viene attribuito dalla Commissione, dopo valutazione della documentazione tecnica, ai sensi dell'Allegato P, comma II lett. a) punto 4 del D.P.R. 207/2010, applicando la seguente formula:

$$K(x) = \sum i [W(x)i * V(x)i]$$

dove:

- **K(x)** rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x
- **W(x)i** è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo dell'offerta x, in base ai seguenti parametri (sub-criteri):

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	W(x)i	W(x)i Min (*)
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	25	≥ 15
Funzionalità e prestazioni	25	≥ 15
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto	10	≥ 6
<b>Punteggio Qualità TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>-</b>

(\*) punti minimi di ammissibilità

-  $V(x)_i$  è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, per ogni elemento di valutazione, secondo un coefficiente variabile da 0 a 1 riferito al giudizio riportato nella seguente tabella di corrispondenza:

Giudizio Coefficienti	$V(x)_i$
Non valutabile	0
Gravemente insufficiente	0,4
Insufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

Si riporta di seguito, per ciascun parametro di valutazione di cui alla precedente tabella, i criteri motivazionali che verranno utilizzati per l'assegnazione del giudizio da parte della Commissione giudicatrice:

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• soluzione progettuale ed innovazioni tecnologiche proposte;</li> <li>• elevata risoluzione, contrasto e luminosità dei monitors;</li> <li>• ridotte dimensioni e peso della telecamera;</li> <li>• elevata durata delle lampade LED.</li> </ul>
Funzionalità e prestazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elevata qualità dell'immagine;</li> <li>• elevato livello di luminosità e contrasto;</li> <li>• elevata ergonomia;</li> <li>• praticità d'uso e di gestione;</li> <li>• ottimizzazione degli ingombri;</li> <li>• facilità di pulizia e sanificazione.</li> </ul>
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi finalizzati a garantire la massima continuità d'uso delle tecnologie;</li> <li>• completezza dell'offerta formativa e presenza corsi di aggiornamento per il personale medico;</li> <li>• estensione della durata della garanzia.</li> </ul>

### OFFERTE

Nei tempi previsti dalla procedura di gara sono pervenute le seguenti offerte:

	UROMED	STRYKER
Monitor principale	9826NB 26" Storz	VisionPro LED 26" - Stryker
Monitor secondario	9826NB 26" Storz	VisionPro LED 26" - Stryker
Fonte di luce	Power LED 175 Storz	LED9000- Stryker
Video processore	Image 1 Connect TC200 Storz Image 1H3 Link TC300 Storz	1488 HD - Stryker
Testa telecamera	Image 1H3 ZSpies TH100 Storz	1488 HD 3-Chip - Stryker
Sistema di registrazione	AIDA Storz- Monitor Storz	SDC3 - Stryker
Carrello	CARSPEC78/5PTF8 Nuova Laris	Compact Cart ITD



Insufflatore	Thermoflator Storz	Pneumo Sure XL - Stryker
Stampante	UP-DR80MD	SDP1000 Stryker

### **VALUTAZIONE TECNICA SUI PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI**

Si evidenzia che la valutazione delle offerte ricevute è stata svolta dall'analisi dell'intera documentazione tecnica consegnata ed a fronte delle prove pratiche effettuate, riportando nella presente relazione le principali evidenze.

#### **Caratteristiche tecniche delle TS - Punti 25**

Entrambe le ditte offrono Sistemi per acquisizione e gestione di immagini Endoscopiche e di Chirurgia mini-invasiva con caratteristiche tecniche soddisfacenti le richieste di minima indicate nel Capitolato tecnico.

Entrambe le ditte offrono monitor principale e secondario da 26" con retroilluminazione a LED, con prestazioni pressoché equivalenti. Dotazione di un terzo monitor da 19", touch screen, per il sistema offerto da Uromed, finalizzato alla gestione dei sistemi di registrazione immagini e video.

Tutti i sistemi offerti risultano soddisfacenti in termini di fruibilità e completezza dei parametri, allarmi ed indicatori, con ampia possibilità di configurazione e personalizzazione degli stessi.

Telecamera digitale ad alta definizione a scansione progressiva, di ridotte dimensioni e peso (269g per Uromed e 200g per Stryker) per entrambe le proposte.

Fonte luminosa a LED con durata delle lampade rispettivamente pari a 30.000h per Uromed e 5.000h per Stryker.

La Commissione assegna i seguenti coefficienti:

	<b>UROMED</b>	<b>STRYKER</b>
Componente 1	1	0,9
Componente 2	1	0,9
Componente 3	1	0,9
Componente 4	1	1
Componente 5	1	0,9
<b>V(x) medio</b>	1	0,92
<b>V(x) medio Parametrizzato</b>	<b>1,00</b>	<b>0,92</b>

Si assegnano i seguenti punteggi:

<b>Sub-criterio</b>	<b>UROMED</b>	<b>STRYKER</b>
Caratteristiche tecniche delle TS	<b>25,00</b>	<b>23,00</b>

#### **Funzionalità e prestazioni delle TS - Punti 25**

Entrambi i sistemi risultano equivalenti in termini di ergonomia e semplicità d'uso.

A seguito delle prove pratiche effettuate risulta pienamente soddisfacente la qualità dell'immagine del sistema proposto da Uromed, caratterizzata da un livello di luminosità e contrasto tale da consentire la visualizzazione di dettagli nitidi e ben definiti, dai colori naturali ed uniformi; l'immagine del sistema Stryker risultava disturbata da persistenti riflessi di luce.

Particolarmente apprezzabile la funzionalità Spies disponibile sul sistema offerto da Uromed, che, attraverso le modalità Spectra, Clara e Chroma, consente di modificare l'immagine endoscopica, con possibilità di ottenere un maggior dettaglio delle strutture anatomiche ed in particolare della vascolarizzazione dei tessuti.

Dimensioni di ingombro del carrello inferiori per il sistema proposto da Stryker.

La Commissione assegna i seguenti coefficienti:

	<b>UROMED</b>	<b>STRYKER</b>
Componente 1	1	0,7

Componente 2	1	0,7
Componente 3	1	0,7
Componente 4	1	0,7
Componente 5	1	0,7
V(x) medio	1	0,7
V(x) medio Parametrizzato	1,00	0,70

Si assegnano i seguenti punteggi:

Sub-criterio	UROMED	STRYKER
Funzionalità e prestazioni delle TS	25,00	17,50

**Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto – Puntì 10**

Offerta formativa di durata pari a 5gg per Stryker, e n.2 gg per Uromed.

Servizio di assistenza tecnica di tipo full risk in regime di garanzia della durata rispettivamente di 36 mesi per Stryker e 24 mesi per Uromed.

Dimensionamento e organizzazione della rete di assistenza tecnica del produttore soddisfacente per entrambe le proposte.

La Commissione assegna i seguenti coefficienti:

	UROMED	STRYKER
Componente 1	0,8	1
Componente 2	0,8	1
Componente 3	0,7	1
Componente 4	0,8	1
Componente 5	0,8	1
V(x) medio	0,78	1
V(x) medio Parametrizzato	0,78	1,00

Si assegnano i seguenti punteggi:

Sub-criterio	UROMED	STRYKER
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto	7,80	10,00

**TABELLA RIASSUNTIVA**

PARAMETRI	Puntì Max	UROMED	STRYKER
Caratteristiche tecniche dei dispositivi	25	25,00	23,00
Funzionalità e prestazioni	25	25,00	17,50
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto	10	7,80	10,00
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>	<b>60</b>	<b>57,80</b>	<b>50,50</b>
<b>PUNTEGGIO PARAMETRIZZATO</b>	<b>60</b>	<b>60,00</b>	<b>52,42</b>

Successivamente si è provveduto all'apertura delle buste economiche, che presentano le seguenti offerte:

DITTA STRYKER ITALIA s.r.l. - LED org.Lumin. LED L9000CAVO LUCETRASPAR. 5MM LG 3,05MT1488 HD 3-CHIP CAMERA CONTROL 1488 HD 3-CHIP CAMERA HEAD, C-MOUNT PKG, 1488 HD ZOOM COUPLER, C MOUNTSDC3BASE SYSTEM – SDC3DEVICE CONTROL SMALL COMPACTCARHEIGHTVARIABLE ARM IV POLEWITH 2 ARMSGAS BOTTLE HOLDER20LVERTICAL HANDLE HEIGHTVARIABLE ARM Insuffl. Sure XLFiltroTubol Insuff. Risc. RiutAdatTuboConnISO+HeaterTUBOALTA PRESSFork Wrench for GasConnection ISO 514SDP1000PRINTER 5MM 0°, LAPAROSCOPE, AC10MM 0°, LAPAROSCOPE, AC5MM 30°, LAPAROSCOPE, AC10MM 30°, LAPAROSCOPE, ACSEPC-100 – BOX OF A4 SIZE MEDIAFOR SDP 1000 PRINTERSEPC-100 –BOX OF A4 SIZE MEDIA FOR SDP1000PRINTER ad € 170.212,50 + I.V.A.

Ditta UROMED s.r.l. –

Monitor 26° Storz, Base per monitor, Fonte di luce Storz, Videoprocessore storz, Telecamera storz image 1, Testa telecamera storz, Sistema aida storz, Monitor touch storz, Carrello n. Laris, Braccio per carrello n. laris, estensione per braccio n. laris, portabombola n. laris, insufflatore storz, tubo alta pressione per insufflatore storz, stampante medicale sony, pacchetto per stampante sony, telescopio storz 0° diam. mm.5, telescopio storz 30° diam. mm.5, telescopio storz 0° diam. mm.10, telescopio storz 30° diam. mm.10 ad € 179.995,95 + I.V.A

La valutazione economica delle offerte è effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo, con la formula proporzionale inversa, attraverso il sistema di calcolo della piattaforma digitale del mercato elettronico (MEPA);

Il massimo punteggio sarà assegnato al concorrente che offre il prezzo complessivo più basso, agli altri concorrenti è previsto siano attribuiti punteggi decrescenti in modo inversamente proporzionale sulla base della seguente proporzione:

$$Punteggio\_iesimo = 40 * (Prezzo\_min / Prezzo\_iesimo)$$

Dove:

- *Punteggio\_iesimo* è il punteggio riportato dall'offerta in esame
- *Prezzo\_iesimo* è il prezzo dell'offerta in esame
- *Prezzo\_min* è il prezzo più basso fra le offerte ritenute valide.

La valutazione economica delle offerte è effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo, da parte del sistema di calcolo della piattaforma digitale del mercato elettronico (MEPA);

Il sistema MEPA, in modo automatico, ha assegnato i seguenti punteggi:

Offerente Concorrente	Lotto 1			
	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio Prezzo	Punteggio Qualità	Punteggio complessivo
UROMED srl – Ancona	€ 179.995,95	37,83	60,00	97,83
STRYKER ITALIA srl	€ 170.212,50	40,00	52,42	92,42
<b>Punteggio massimo</b>				<b>97,83</b>

#### VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL'APPALTO

In riferimento all'esito del procedimento d'appalto, si rileva che l'offerta economica dell'offerente aggiudicatario evidenzia un ribasso del 0,00225% rispetto all'importo a base di gara.

CONSIDERATO che presso "CONSIP SpA" non esistono attive convenzioni che consentono l'acquisizione di dette attrezzature aventi medesime caratteristiche tecniche.

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:

- DI APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte integrante della presente determina, dell'appalto denominato **"Fornitura di n. 3 Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia per le esigenze dell'ASUR Area Vasta 3 sedi operative di Macerata e Camerino"**.
- DI DISPORRE l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, alla ditta UROMED s.r.l. – Via Caduti del lavoro, 24/L – Ancona (AN) – C.F. / P.IVA 01129030423, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alla RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la seguente fornitura:

CND	Numero Repertorio D.M.	Riferimento / Descrizione / dettaglio / codice / produttore Dispositivo	Q.tà	Costo offerto per singolo dispositivo in euro (IVA esclusa)	Costo totale in euro (IVA esclusa)	IVA
Z11900802	No classe I	9826NB - Monitor 26° Storz art. 9826NB	06	€ 5.083,00	€ 30.498,00	22%
Non è dispositivo medico		9626SF Base per monitor art. 9626SF	03	Sconto merce	Sconto merce	--
Z12020402	475948	20161401-1 Fonte di luce Storz art.	03	€ 3.475,55	€ 10.426,65	22%
Z12020980	1153658	20161401-1				
Z12020405	775296	TC200IT Videoprocessore storz art. TC200IT	03	€ 5.911,75	€ 17.735,25	22%
Z12020405	775304	TC300 Telecamera storz image 1 art. TC300)	03	€ 4.199,00	€ 12.597,00	22%
Z12020405	862934	TH100 Testa telecamera storz art. TH100	03	€ 12.707,50	€ 38.122,50	22%
Z12020401	1237338	WD200-IT Sistema aida storz art. WD200-IT	03	€ 8.265,40	€ 24.796,20	22%
Z12020480	468826	20090519 Monitor touch storz art. 20090519	03	€ 1.933,75	€ 5.801,25	22%
V0880	88309	CARSPEC78/5PTF8 Carrello n. laris art. CARSPEC78/5PTF8	03	€ 2.275,00	€ 6.825,00	22%
V0880	88309	AC496 Braccio per carrello n. laris art. AC496	03	€ 318,50	€ 955,50	22%
V0880	88309	AC499 estensione per braccio n. laris art.AC499	03	€ 74,75	€ 224,25	22%
V0880	88309	AC493 portabombola n. laris art. AC493	03	€ 97,50	€ 292,50	22%
Z12029008– Z12029080– Y210999– A060102	411484– 412608– 422801- 459755	26432008-1 insufflatore storz art. 26432008-1	03	€ 7.284,55	€ 21.853,65	22%
Z129080	421437	20400222 tubo alta pressione per insufflatore storz art. 20400222	03	€ 179,40	€ 538,20	22%
Z11076	127582	UP-DR80MD stampante medicale sony art. UP-DR80MD	03	€ 1.510,00	€ 4.530,00	22%
Z1302	127748	UPC-R80MD pacchetto per stampante sony UPC-R80MD	30	€ 160,00	€ 4.800,00	22%
Z12029009	416735	26046AA telescopio storz 0° diam. mm.5 art. 26046AA	02	Sconto merce	Sconto merce	22%
Z12029009	416735	26046BA telescopio storz 30° diam.	03	Sconto merce	Sconto merce	--


		mm.5 art. 260046BA				
Z12029009	416718	26003AA telescopio storz 0° diam. mm.10 art 26003AA	03	Sconto merce	Sconto merce	--
Z12029009	732270	26003BA telescopio storz 30° diam. mm.10 art 26003BA	03	Sconto merce	Sconto merce	--

L'offerta include oltre agli oneri da rischi di interferenza quantificati come da documentazione di gara anche gli oneri per la sicurezza, connessi all'attività specifiche dell'impresa, già compresi nel totale pari ad € 0,00.

3. DI DISPORRE ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle regole del sistema di e-procurement della P.A. di Consip SpA che il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RDO è generato dal sistema MEPA e firmato digitalmente dal punto ordinante.
4. DI DISPORRE ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto attraverso la richiesta di DURC e nel casellario informatico.
5. DI RICHIEDERE la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale.
6. DI STABILIRE che l'avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale.
7. DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l'appalto in oggetto, sarà il Dott. Nicolantonio Sacco dell'Area Vasta n. 3 di Macerata.
8. DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura, pari ad € 179.995,95+ I.V.A. 22% = € 219.595,06 (IVA inclusa), sarà imputata, al conto economico 01.02.02.04.01 "Attrezzature Sanitarie" - autorizzazione AV3 INVEST n. 1 sub. 1/2015 e trova copertura nel budget 2015 provvisoriamente assegnato con determina D.G.R. n. 1440 del 22/12/2014, così come integrata dalla D.G.R. n. 346 del 28/04/2015 e recepita con determina n. 544/ASURDG del 24/07/2015.
9. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, dell'art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l'appalto in oggetto non risultano opzioni d'acquisto attivabili presso una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta possibile, per l'oggetto dell'appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d'acquisto nelle convenzioni CONSIP.
10. DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti giustificativi.
11. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
12. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazione definitiva forniture".
13. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
14. DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge.
15. DI TRASMETTERE copia della presente determina all'Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Dott. Nicolantonio Sacco dell'Area Vasta n. 3 di Macerata per il seguito di competenza.

Il Responsabile del procedimento

Elisabetta Carpineti




**IL DIRIGENTE U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA**

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale

IL DIRIGENTE

U.O.C. Acquisti e Logistica

Dott.ssa Zalina Gramini




Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2015 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1440 del 22/12/2014, così come integrata dalla D.G.R. n. 346 del 28/04/2015 e recepita con determina n.544/ASURDG del 24/07/2015.


Il Dirigente UOC Controllo di Gestione

Paolo Cuccinelli



Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio

Dr.ssa Lucia Eusebi



- ALLEGATI -

Nessun allegato.