

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 520/AV2 DEL 01/04/2014**

Oggetto: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO DI OSMOSI PRESSO IL CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA CON SISTEMA DI DISSALAZIONE ACQUA MEDIANTE BI - OSMOSI INVERSA.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTE la DGRM n. 34/2014 ad oggetto “*Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale*” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 ad oggetto “*Insediamiento del dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2*”;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento della U.O. Gestione Economica Finanziaria presso la sede operativa di SENIGALLIA quanto alla compatibilità economica del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel medesimo documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la società FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A. – PALAZZO PIGNANO, alle operazioni di aggiornamento tecnologico dell’impianto di osmosi in dotazione al Centro Dialisi presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 con un sistema di dissalazione acqua mediante bi – osmosi inversa – modello AQUAB PLUS B2 1500 – secondo l’offerta economica acquisita in atti, e per gli interventi previsti nell’offerta stessa commentati nel documento istruttorio, quantificato per l’importo complessivo di € 38.000,00 I.V.A. esclusa;
3. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto del citato sistema – quantificati per l’importo di € 38.000,00 + I.V.A. - quindi per l’importo complessivo di € 46.360,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020301 “*impianti e macchinari*” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all’Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, dandosi atto che l’intervento oggetto della presente determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso;

4. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
6. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
dott. Giovanni STROPPA

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte attestano che gli oneri di spesa derivante dal presente provvedimento, quantificati per l'importo di € 38.000,00 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 46.360,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto economico n. 0102020301 "*impianti e macchinari*" del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all'Area Vasta n. 2 per l'anno 2014, dandosi atto che l'intervento oggetto della presente determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso.

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2 – dr.ssa M. Letizia PARIS

IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di SENIGALLIA
dr.ssa Laura TORREGGIANI

La presente determina è composta da n. 6 pagine e nessun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO DI OSMOSI PRESSO IL CENTRO DIALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA CON SISTEMA DI DISSALAZIONE ACQUA MEDIANTE BI - OSMOSI INVERSA.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 e sue successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSE

Presso il Centro Dialisi presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche risulta in dotazione a titolo di proprietà un impianto di osmosi, di produzione FRESENIUS.

CONSIDERAZIONI IN FATTO

Con nota in data 01.07.2013, il Direttore del Centro Dialisi presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ha provveduto a comunicare lo stato attuale dell'impianto in dotazione citato nelle premesse, manifestando alcune emergenti criticità e richiedendo un intervento di aggiornamento tecnologico dell'impianto stesso necessario alla tutela della sicurezza dei pazienti, con particolare riferimento alla necessità di acquisire un sistema che consenta una adeguata disinfezione chimica delle acque in trattamento.

Ciò posto, stanti le esigenze di indifferibilità e di urgenza rappresentate dalla citata Direzione di Unità Operativa quanto alla necessità di procedere in tal senso all'aggiornamento tecnologico dell'impianto in dotazione, questa competente U.O. Acquisti e Logistica, di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale operante presso questa Area Vasta n. 2 e con la Direzione il Centro Dialisi presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, ha proceduto a richiedere alla società produttrice dell'impianto FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA di formulare propria proposta economica per l'eventuale affidamento dell'intervento prospettato.

Ciò posto, la società FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA, con nota in data 09.08.2013, mediante propria offerta prodotta in atti, ha provveduto a presentare proposta economica per la realizzazione dell'intervento in argomento, proponendo la fornitura di un sistema di dissalazione acqua mediante bi - osmosi inversa – modello AQUAB PLUS B2 1500 – quantificata per l'importo di € 40.000,00 I.V.A. esclusa.

Sulla base dell'offerta prodotta, questa competente Unità Operativa proponente, di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso la sede operativa di SENIGALLIA, ha proceduto ad avviare negoziato per il miglioramento economico dell'offerta stessa.

In esito a tali operazioni di negoziato, la società FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA, con successiva nota in data 27.03.2014 acquisita in atti, ha proceduto a formulare nuova proposta economica per la fornitura del sistema in argomento per l'importo di € 38.000,00 I.V.A. esclusa.

PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA'

Ai fini dell'inquadramento giuridico della presente proposta di determina, si ritiene, rispettivamente, che la attività negoziale intervenuta con il fornitore e produttore originario dell'impianto in argomento assume profilo e presupposto di legittimità nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata *“qualora, per ragioni di natura tecnica (...) – chiaramente riscontrabili nell'ipotesi in argomento – il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”*, e che l'affidamento del citato intervento di aggiornamento tecnologico dell'impianto stesso al medesimo fornitore appare ulteriormente e direttamente riconducibile alla ulteriore fattispecie della lettera b) del comma 3 del medesimo articolo 57, secondo cui la procedura negoziata è consentita *“nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquisire materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate (...)”*.

COMPATIBILITA' ECONOMICA

Con riferimento alla direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012, secondo la quale, in relazione alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011 in tema di modalità di ammortamento di cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, è stata adottata regolamentazione di carattere provvisorio secondo cui non è consentito acquisto di beni strumentali con fondi di parte corrente, fatte salve circostanze di indifferibilità e di urgenza, rappresentate, nell'ambito della presente fattispecie, nel senso di cui alle premesse al presente documento istruttorio, dalla necessità di soddisfare compiutamente la sicurezza dell'impianto di osmosi in dotazione al Centro Dialisi presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, si propone, quanto alla compatibilità economica dell'acquisto del sistema oggetto della presente proposta di determina, che gli oneri di spesa derivanti dall'acquisto – quantificati per l'importo di € 38.000,00 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 46.360,00 I.V.A. compresa al 22% - siano imputati al conto economico n. 0102020301 *“impianti e macchinari”* del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all'Area Vasta n. 2 per l'anno 2014, dandosi atto che l'intervento oggetto della presente determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente proponente in qualità di Responsabile del Procedimento;

VISTA, ai sensi e per gli effetti delle circostanze di indifferibilità e di urgenza relative alla necessità di soddisfare compiutamente le specifiche esigenze di sicurezza dell'impianto di osmosi in dotazione al Centro Dialisi presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA, la direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012;

VISTO l'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che l'acquisto oggetto della presente proposta di determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio 2014;

ATTESTATA da parte del Responsabile Unico del Procedimento la conformità della presente proposta di determina alle normative vigenti e la sua regolarità procedurale in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;

VISTE, per quanto sopra esposto, rispettivamente:

- la Legge Regionale n. 17 del 01.08.2011, avente ad oggetto *“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica delle Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17”*;
- la DGRM n. 34 del 20.01.2014 ad oggetto: *“Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale”*;
- la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06.02.2014 ad oggetto: *“Insediamento del dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta n. 2”*;

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di autorizzare, per le motivazioni e secondo le circostanze indicate nel medesimo documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la società FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A. – PALAZZO PIGNANO, alle operazioni di aggiornamento tecnologico dell'impianto di osmosi in dotazione al Centro Dialisi presso il Presidio Ospedaliero di SENIGALLIA di questa Area Vasta n. 2 con un sistema di dissalazione acqua mediante bi – osmosi inversa – modello AQUAB PLUS B2 1500 – secondo l'offerta economica acquisita in atti, e per gli interventi previsti nell'offerta stessa commentati nel documento istruttorio, quantificato per l'importo complessivo di € 38.000,00 I.V.A. esclusa;

- 3) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'acquisto del citato sistema – quantificati per l'importo di € 38.000,00 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 46.360,00 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020301 “*impianti e macchinari*” del Piano dei Conti del bilancio ASUR 2014, e inseriti nella programmazione di budget che sarà assegnato all'Area Vasta n. 2 per il presente medesimo esercizio, dandosi atto che l'intervento oggetto della presente determina risulta inserito nel piano investimenti previsto da parte di questa Area Vasta n. 2 per il corrente esercizio stesso;
- 4) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi “altre tipologie”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento.