

ASUR Area Vasta 2 - Ancona

Fornitura di n. 1 morcellatore per le necessità della Struttura "C. Urbani" di Jesi del Presidio Ospedaliero Unico dell'Area Vasta n.2

OGGETTO DELLA FORNITURA	
<u>NOTA: le specifiche dichiarate in questo documento, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate nei documenti allegati</u>	
Descrizione della fornitura	Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 1 morcellatore e del relativo strumentario accessorio necessario per l'espletamento di procedure ThuLEP.
Codice Tipologia CND-CIVAB	Z12080204-MRC
Importo a base d'asta	L'importo di aggiudicazione, oggetto di valutazione economica, è pari a un valore a base d'asta non superabile di € 35.000,00 (IVA esclusa) .
Servizi / UU.OO. di competenza	U.O. Urologia – POU Struttura "C. Urbani" di Jesi
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	
<p>Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.</p>	
Caratteristiche di minima	<p>Il sistema di morcellazione da fornirsi dovrà essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un modulo shaver, per la frammentazione delle porzioni di tessuto; b) una pompa di aspirazione, per la rimozione dei frustoli; <p>e dovrà presentare le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elevata coppia del motore dello shaver per garantire la dovuta efficacia di taglio anche con i tessuti duri; - possibilità di regolazione di frequenza e velocità di taglio della fresa; - fresa da taglio caratterizzata da movimento oscillatorio e rotatorio; - possibilità di regolazione del verso di rotazione della fresa (orario o antiorario); - possibilità di attivazione e regolazione da pedale della morcellazione e dell'aspirazione; - visualizzazione a display dei parametri impostati e operativi; - adeguati allarmi acustici e visivi; - manipolo leggero ed ergonomico; - punta della fresa con profilo atraumatico; - ridotte vibrazioni distalmente sulle frese; - ridotta rumorosità di manipolo, generatore e pompa di aspirazione; - frese e manipoli autoclavabili; - possibilità di utilizzo di frese monouso; <p>Il sistema dovrà essere fornito completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 elemento operativo combinabile con fibre laser di vario diametro, indipendentemente dal tipo di laser utilizzato; - n. 1 ottica a baionetta compatibile con il manipolo del morcellatore oggetto di fornitura. <p>I suddetti strumenti dovranno essere altresì compatibili con le camice esterne e le camice interne di produzione Wolf mod. Shark già in dotazione presso l'U.O. di destinazione.</p>

ASUR Area Vasta 2 - Ancona

Fornitura di n. 1 morcellatore per le necessità della Struttura "C. Urbani" di Jesi del Presidio Ospedaliero Unico dell'Area Vasta n.2

	<p>In caso contrario, dovranno essere compresi in fornitura anche i seguenti strumenti, necessari a garantire la piena continuità funzionale, operativa e interventistica della U.O. di destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 camice esterne; - n. 2 camice interne; - n. 2 ottiche 30°.
<p>Accessori di minima</p>	<p>Dovranno essere forniti i seguenti accessori di minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 vaso di raccolta delle secrezioni, completo di coperchio e tubi di collegamento alla pompa e al manipolo; - n. 1 pedale per l'azionamento e il controllo di morcellazione e aspirazione; - tutti gli ulteriori accessori, connettori, cablaggi necessari per il normale e corretto utilizzo della tecnologia.
<p>Consegna – Installazione</p>	<p>Il tempo utile, in giorni naturali e consecutivi, per la consegna e l'installazione delle apparecchiature non dovrà essere superiore ai 30 giorni a far data dall'emissione dell'ordine.</p> <p>La consegna-installazione dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria direttamente presso i locali dell'U.O. di competenza secondo le indicazioni del rispettivo Responsabile o di un suo delegato.</p> <p>La consegna delle attrezzature dovrà essere immediatamente precedente all'installazione, per evitare stazionamenti incustoditi di cui questa Azienda non si accolla alcuna responsabilità.</p> <p>La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire al momento della consegna, la propria disponibilità all'aggiornamento tecnologico delle tecnologie offerte e delle loro principali componenti all'ultima versione e/o evoluzione.</p> <p>Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura. La ditta dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo i prodotti consegnati dovessero risultare non conformi a quelli aggiudicati.</p>
<p>Verifica di conformità dei beni</p>	<p>Tale verifica ha lo scopo di accertare la rispondenza delle forniture rispetto a quanto richiesto, il perfetto funzionamento delle tecnologie e delle relative attrezzature di supporto, prevede l'esecuzione delle verifiche secondo le norme CEI 62.128 "Guida alle prove d'accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione".</p> <p>La verifica dovrà essere effettuata in contraddittorio alla presenza del personale tecnico e sanitario indicato dalle Aziende ordinanti e del personale referente dell'Aggiudicatario.</p> <p>In sede di verifica l'Aggiudicatario dovrà fornire per ciascun dispositivo una copia del manuale d'uso in formato cartaceo e in lingua italiana.</p> <p>Dovrà altresì essere consegnata all'Ingegneria Clinica copia digitale del manuale tecnico di service, in lingua italiana o inglese, contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione delle tecnologie fornite (comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura).</p> <p>La scrivente Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle forniture solo a seguito di esito positivo delle richiamate verifiche di conformità. Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture saranno a carico dell'appaltatore, anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.</p>

ASUR Area Vasta 2 - Ancona

Fornitura di n. 1 morcellatore per le necessità della Struttura "C. Urbani" di Jesi del Presidio Ospedaliero Unico dell'Area Vasta n.2

Formazione	<p>Deve essere garantita la formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>al personale sanitario (medici, infermieri, etc.),</i> sul corretto uso dei prodotti offerti, sulle metodiche di interesse e su tutto quanto necessario per far funzionare correttamente e in maniera ottimale le apparecchiature; - <i>al personale tecnico e dell'Ingegneria Clinica ASUR,</i> finalizzato alla conoscenza e all'uso delle tecnologie offerte ed alle principali procedure di manutenzione preventiva e correttiva e di telemonitoraggio.
Servizi di assistenza tecnica in regime di garanzia	<p>Almeno 24 (ventiquattro) mesi di assistenza tecnica di tipo Full-Risk in regime di garanzia, a partire dalla data di collaudo con esito positivo.</p> <p>In tale periodo dovranno essere garantiti i seguenti livelli di assistenza minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema e di tutte le parti di ricambio, a qualsiasi titolo deteriorate, salvo il dolo, con relativa sostituzione delle parti difettose ed usurate con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria; - riparazione e/o sostituzione gratuita nel più breve tempo possibile di quelle parti che per qualità di materiale, per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore o a cause di forza maggiore; - riparazioni e operazioni di manutenzione preventiva e correttiva; - ogni intervento richiesto, anche solo telefonicamente, per assistenza tecnica d'urgenza; - verifiche di sicurezza richieste; - numero illimitato di interventi su chiamata, effettuata anche solo telefonicamente, per assistenza tecnica d'urgenza, inclusivi della eventuale sostituzione di parti di ricambio.
Conformità normativa	<ul style="list-style-type: none"> - marcatura CE secondo le Direttive 93/42/CE e ss.mm.ii. (D. Lgs. 46/97 e ss.mm.ii.); - norme IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-1, IEC/EN 60601-1-2.