



DIREZIONE GENERALE

- D. Dir. Amm.
- D. Dir. Econ.
- D. Dir. Clin.
- D. Dir. C.G.
- D. Dir. A.S.
- D. Dir. Legale
- D. Dir. Formazione
- D. Dir. U.R.P.
- D. Dir. S.P.P.A.
- D. Dir. Prof. Sanità
- D. Dir. Uff. Legale
- D. Dir. S.I.A.
- D. Dir. Personale
- D. Dir. Acqu. Mag.
- D. Dir. Bilancio
- D. Dir. At. Tec.
- D. U.O.
- D. C.A.T.
- D. Dir. Amm.
- D. Dir. Legale
- D. Dir. Formazione
- D. Dir. U.R.P.
- D. Dir. S.P.P.A.
- D. Dir. Prof. Sanità
- D. Dir. Uff. Legale
- D. Dir. S.I.A.
- D. Dir. Personale
- D. Dir. Acqu. Mag.
- D. Dir. Bilancio
- D. Dir. At. Tec.

Al **Dott. Licio Livini**
Direttore di Area Vasta n.4
Sede operativa Fermo

Pec: arcavasta4.asur@emarche.it

OGGETTO: Donazione tomografo risonanza magnetica da installarsi presso il Presidio Ospedaliero di Amandola - Trasmissione accettazione donazione e atto delega

Il sottoscritto, Dr Alessandro Marini, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, in Ancona, via Oberdan n.2, cod.fisc.e partita IVA n.02175860424, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda:

PREMESSO che

- Con nota prot. 38680 ASURAV4 del 02/08/2018 (prot. 22367 ASUR del 2/08/2018) il Direttore di area vasta n.4 ha richiesto al Direttore Generale ASUR la preventiva accettazione della donazione, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (nota prot. n. 37144 ASURAV4 del 25/07/2018), di un tomografo a risonanza magnetica modello S Scan produzione Esaote SpA (unità dimostrativa), comprensivo del progetto di installazione della tecnologia, consegna e installazione, messa in opera, collaudo e formazione degli operatori e servizio di assistenza tecnica full risk per i primi 36 mesi dalla data di collaudo, da destinarsi all' U.O. Diagnostica per Immagini di Fermo e ubicarsi presso l' ospedale di Amandola del valore economico totale di € 240.000,00 (iva esclusa).
- L'U.O.C. Ingegneria Clinica ha avviato un'istruttoria interna attraverso cui ha verificato che:
 - l'introduzione della richiamata tecnologia risulta in linea gli indirizzi strategici di sviluppo tecnologico aziendale orientati all'abbattimento delle liste di attesa nell'erogazione delle prestazioni di risonanza magnetica
 - l'introduzione della richiamata tecnologia è subordinata alle disposizioni di cui al D.P.R. 542/1994 avente ad oggetto 'Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale', con presentazione, tra gli altri adempimenti, al Servizio Sanità e Agenzia Sanitaria Regionale della 'comunicazione di messa in servizio' se classificata come 'rnn settoriale' ovvero presentazione di 'istanza autorizzativa prima dell'installazione' se classificata come 'rnn a corpo intero' secondo valutazioni da effettuarsi congiuntamente con Esperto Responsabile e Medico Responsabile del sito di risonanza magnetica nonché con il produttore della tecnologia stessa;
 - l'offerta presentata dal soggetto donante, discussa e negoziata sulla base di un elaborato tecnico dell'Ingegneria Clinica, risulta completa di tutte le attività necessarie a garantire la corretta installazione e messa in servizio della tecnologia oggetto di donazione, atteso altresì che la realizzazione delle predisposizioni edili impiantistiche sono state assunte dal Comune di Amandola;
 - la tecnologia in oggetto non prevede l'utilizzo di materiale di consumo dedicato;

si esprime pertanto parere tecnico favorevole all'accettazione della donazione, subordinata all'attuazione degli adempimenti applicabili di cui al D.P.R. 542/1994.

AUTORIZZA

l'accettazione della donazione, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (nota prot. n. 37144

ASURAV4 del 25/07/2018) , di un tomografo a risonanza magnetica modello S Scan produzione Esaote SpA (unità dimostrativa), comprensivo del progetto di installazione della tecnologia, consegna e installazione, messa in opera, collaudo e formazione degli operatori e servizio di assistenza tecnica full risk per i primi 36 mesi dalla data di collaudo, da destinarsi all' U.O. Diagnostica per Immagini di Fermo e ubicarsi presso l' ospedale di Amandola e del valore economico totale di € 240.000,00 (iva esclusa).

A TAL FINE DELEGA

Il Dott. Licio Livini, quale Direttore di Arca Vasta n.4, domiciliato per la carica in via Zeppilli, 18, 63900 Fermo (FM), affinché provveda:

- al compimento di tutti gli atti necessari finalizzati all'accettazione da parte Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (nota prot. n. 37144 ASURAV4 del 25/07/2018) , di un tomografo a risonanza magnetica modello S Scan produzione Esaote SpA (unità dimostrativa), comprensivo del progetto di installazione della tecnologia, consegna e installazione, messa in opera, collaudo e formazione degli operatori e servizio di assistenza tecnica full risk per i primi 36 mesi dalla data di collaudo, da destinarsi all' U.O. Diagnostica per Immagini di Fermo e ubicarsi presso l' ospedale di Amandola e del valore economico totale di € 240.000,00 (iva esclusa),
- all'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. 542/1994, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale" e smi, applicabili sulla specifica tecnologia oggetto di donazione.

Il sottoscritto delegante conferisce la succitata delega con la prescrizione che l'efficacia della stessa è sottoposta alla condizione dell'esito positivo delle valutazioni del delegato rispetto alla conformità dell'iter procedimentale rispetto alle normative statali e regionali vigenti in materia.

Resta fermo, pertanto, che permane in capo al delegato ogni responsabilità:

- a) in merito ad eventuale incompletezza della verifica di cui al punto che precede;
- b) in merito ad omissioni, non conformità, non veridicità, non rispondenza rispetto alle evidenze in atti ed alla vigente normativa, delle decisioni a tal fine assunte e delle dichiarazioni rese, relative a circostanze non note al sottoscritto delegante;
- c) ogni ulteriore responsabilità in merito agli impegni assunti nell'ambito del procedimento per cui è la presente delega, nonché agli ulteriori adempimenti necessari il cui onere si incardini in capo al delegato.

Si precisa infine che l'accettazione definitiva ed il nulla-osta all'utilizzo sono subordinati al superamento con esito positivo della prova di accettazione che verrà svolto presso l'Ospedale di Amandola alla presenza del referente dell'Ingegneria Clinica, Esperto Responsabile e Medico Responsabile del sito di risonanza magnetica in questione.

In tale sede il Fornitore dovrà garantire che la tecnologia dimostrativa sia in buono stato di conservazione e che la stessa sia dotata di:

- o marcatura CE in conformità alle direttive europee applicabili (EEC MD 93/42,)
- o certificazione in conformità alle normative tecniche vigenti applicabili (CEI UNI) e radiazioni ionizzanti (qualora applicabili);
- o manuale d'uso in lingua italiana;
- o manuale di servizio.

Distinti saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro MARINI)

Ingegneria Clinica ASUR
Ins. Amandola Piceno
Ing. E. Berti