

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 128/ASURDG DEL 11/02/2013

Oggetto: AREA VASTA N. 4 – FORNITURA SENSORI SATURAZIONE OSSIGENO - AGGIUDICAZIONE

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di aggiudicare il lotto 1 della fornitura di sensori saturazione ossigeno per l'Area Vasta 4 - ai prezzi unitari indicati nell'allegato 1 – alla ditta Pirrone & co srl di Milano per l'importo complessivo quadriennale di €. 34.860,00, con termine iniziale presunto in data 01/03/2013 e termine finale presunto in data 28//02/2017;
2. di aggiudicare il lotto 2 della fornitura di sensori saturazione ossigeno per l'Area Vasta 4 - ai prezzi unitari indicati nell'allegato 2 – alla ditta Primed srl di Ancona per l'importo complessivo quadriennale di €. 88.120,00 più IVA, con termine iniziale presunto in data 01/03/2013 e termine finale presunto in data 28/02/2017;
3. di delegare il potere di firma dei contratti, da stipularsi in nome e per conto dell'A.S.U.R., al Direttore dell'UOC Provveditorato – Economato Area Vasta n. 4, Dott. Fulvio De Cicco;
4. di imputare, come di seguito indicato, la somma complessiva di euro 148.975,20 (€.123.120,00 più IVA 21%) nella contabilità sezionale dell'Area Vasta 4 (Conto di riferimento 05.01.08.01.01 – Presidi chirurgici e materiale

sanitario), dando atto che la spesa sarà resa coerente e compatibile con le previsioni dei budget 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 quando definiti ed assegnati:

<i>Budget 2013</i>	<i>Budget 2014</i>	<i>Budget 2015</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Budget 2017</i>
€. 31.036,5	€. 37.243,80	€. 37.243,80	€. 37.243,80	€. 6.207,3

5. di attribuire le competenze relative all'esecuzione dei contratti al Responsabile UOC Farmacia Area Vasta 4 ovvero a persone da questi formalmente delegate, fermo il supporto tecnico-giuridico dell'UOC Provveditorato/Economato per gli aspetti di gestione fisiologica del rapporto di fornitura;

6. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazioni definitive di forniture";

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;

9. di trasmettere il presente atto all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture per la prescritta verifica di regolarità;

10. di dichiarare il presente atto efficace ed esecutivo trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione sul sistema atti web salute e nell'albo pretorio ASUR.

Ancona, sede legale ASUR

Il Direttore Sanitario

Dott. Giorgio Caraffa

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alberto Carelli

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Piero Ciccarelli

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 9 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**U.O.C. PROVVEDITORATO/ECONOMATO AREA VASTA 4)**

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale); D.G.R.M. 1704/2005, ex art. 3 della L.R. 13/2003 (Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR e successive proroghe (Decentramento delle funzioni amministrative; Regolamento provvisorio); D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Con Determina del Direttore Generale ASUR n°591/2011 veniva indetta procedura aperta - con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso - per la fornitura quadriennale (suddivisa in n. 2 lotti) di sensori saturazione ossigeno per l'Area Vasta 4.

La documentazione di gara veniva pubblicata in: G.U.C.E.; G.U.R.I.; nella Rivista a diffusione nazionale "Aste ed Appalti"; nel quotidiano a diffusione nazionale "La Gazzetta dello Sport"; nei quotidiani "Il Messaggero" (pagina locale) e "Il Resto del Carlino" (pagina locale); nel profilo del Committente: www.asl11.marche.it; nel sito www.serviziopubblici.it.

Il termine per la presentazione delle offerte fissato nel bando di gara spirava in data 31/01/2012. Entro tale data presentavano offerta sia, per il lotto 1 che per il lotto 2, le ditte: Primed srl di Ancona; MT plus srl di Montecarotto; Logic srl di Trieste; Pirrone & co srl di Milano.

Secondo quanto indicato nel verbale di gara n° 1 del 09/02/2012 (documento agli atti) venivano dichiarate ammissibili tutte le offerte. Seguiva la fase di valutazione tecnica (effettuata dalla Dott.ssa Marisa Sassano, Dirigente Farmacista presso UOC Farmacia Area Vasta 4, e dall'Ing. Marco Orlandi dell'UOC Ingegneria Clinica ASUR) volta ad individuare il possesso da parte delle offerte presentate dei requisiti tecnici minimi indicati nella documentazione di gara.

In esito alla succitata valutazione tecnica che si chiudeva in data 30/05/2012, secondo quanto riportato nel verbale di gara n. 3 del 12/06/2012 (documento agli atti), venivano dichiarate escluse le seguenti offerte:

Ditta	Lotto al quale si riferisce l'offerta	Motivazione esclusione
MT Plus srl	1	L'offerta non è conforme ai requisiti espressi nel capitolato in quanto sulla confezione manca l'evidenza sia del numero di lotto che della data di validità e/o scadenza.

MT Plus srl	2	<p>L'offerta non è conforme ai requisiti espressi nel capitolato in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adattatore pluriuso e da utilizzare per un numero indefinito di sensori, non può contenere i dati specifici del sensore collegato; - sulla confezione manca l'evidenza sia del numero di lotto che della data di validità e/o scadenza.
Logic srl	2	<p>L'offerta non è conforme ai requisiti espressi nel capitolato in quanto l'adattatore pluriuso e da utilizzare per un numero indefinito di sensori non può contenere i dati specifici del sensore collegato.</p>
Pirrone & co. srl	2	<p>L'offerta non è conforme ai requisiti espressi nel capitolato in quanto l'adattatore pluriuso e da utilizzare per un numero indefinito di sensori non può contenere i dati specifici del sensore collegato.</p>

Secondo quanto indicato nel verbale di gara n. 3 del 12/06/2012 (documento agli atti) le ditte partecipanti offrivano i seguenti importi annui complessivi:

Ditta	Importo annuo complessivo in euro IVA esclusa lotto 1	Importo annuo complessivo in euro IVA esclusa lotto 2
Primed srl	22.030,00	22.030,00
Pirrone & co srl	8.715,00	
Logic srl	10.500,00	

Risultavano quindi aggiudicatarie in via provvisoria per il lotto 1 la Ditta Pirrone & co srl di Milano e per il lotto 2 la ditta Primed srl di Ancona.

Si dà atto del regolare svolgimento della procedura di gara (come risulta dai verbali di gara ai quali si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, documenti agli atti). Si dà atto del corretto avvio del sub-procedimento di controllo dei requisiti posseduti dagli aggiudicatari (nota prot. n. 343PROVVCL del 20/06/2012, documentazione agli atti).

Limitatamente agli obblighi di adesione CONSIP e MEPA, si precisa che l'assenza di convenzioni CONSIP fu verificata al tempo dell'indizione, in ossequio al principio *tempus regit actum*. Si precisa che in ogni caso al momento non sussistono convenzioni CONSIP attive di identico oggetto né disponibilità nel catalogo dei prodotti MEPA.

Si ritiene rispondente sempre ai principi di economia procedimentale, efficienza ed efficacia della PA che il DG ASUR Dott. Piero Ciccarelli voglia delegare il potere di firma del contratto di fornitura, (da stipularsi successivamente all'aggiudicazione definitiva in nome e per conto dell'ASUR Area Vasta 4) al Direttore UOC Provveditorato-Economato Area Vasta 4, Dott. Fulvio De Cicco.

Preso atto della quantificazione della spesa e della coerenza e compatibilità economica della stessa mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di budget da parte del Responsabile UOC Farmacia, Dott. Massimo Fioretti, si propone l'adozione del seguente schema di determina:

- di aggiudicare il lotto 1 della fornitura di sensori saturazione ossigeno per l'Area Vasta 4 - ai prezzi unitari indicati nell'allegato 1 – alla ditta Pirrone & co srl di Milano per l'importo complessivo quadriennale di €. 34.860,00, con termine iniziale presunto in data 01/03/2013 e termine finale presunto in data 28//02/2017;
- di aggiudicare il lotto 2 della fornitura di sensori saturazione ossigeno per l'Area Vasta 4 - ai prezzi unitari indicati nell'allegato 2 – alla ditta Primed srl di Ancona per l'importo complessivo quadriennale di €. 88.120,00 più IVA, con termine iniziale presunto in data 01/03/2013 e termine finale presunto in data 28/02/2017;
- di delegare il potere di firma dei contratti, da stipularsi in nome e per conto dell'A.S.U.R., al Direttore dell'UOC Provveditorato – Economato Area Vasta n. 4, Dott. Fulvio De Cicco;
- di imputare, come di seguito indicato, la somma complessiva di euro 148.975,20 (€.123.120,00 più IVA 21%) nella contabilità sezionale dell'Area Vasta 4 (Conto di riferimento 05.01.08.01.01 – Presidi chirurgici

e materiale sanitario), dando atto che la spesa sarà resa coerente e compatibile con le previsioni dei budget 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 quando definiti ed assegnati:

Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
€. 31.036,5	€. 37.243,80	€. 37.243,80	€. 37.243,80	€. 6.207,3

- di attribuire le competenze relative all'esecuzione dei contratti al Responsabile UOC Farmacia Area Vasta 4 ovvero a persone da questi formalmente delegate, fermo il supporto tecnico-giuridico dell'UOC Provveditorato/Economato per gli aspetti di gestione fisiologica del rapporto di fornitura;
- di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazioni definitive di forniture";
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- di trasmettere il presente atto all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture per la prescritta verifica di regolarità;
- di dichiarare il presente atto efficace ed esecutivo trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione sul sistema atti web salute e nell'albo pretorio ASUR.

Fermo, 17/01/2013

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Catia Litantrace

Il Direttore dell'UOC Provveditorato – Economato esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale ASUR.

Il Direttore UOC Provveditorato – Economato Area Vasta 4

Dott. Fulvio De Cicco

Il Direttore dell'UOC Bilancio, vista la dichiarazione resa dal Direttore UOC Farmacia attesta che i costi di cui al presente atto rientrano nella disponibilità economica di cui al conto Conto di riferimento 05.01.08.01.01 e che saranno resi compatibili con i Budget 2013, 2014, 2015 2016, 2017 quando definiti ed assegnati.

Il Direttore U.O.C. Bilancio Area Vasta 4

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Allegato 1

Dettaglio offerte economiche ditta Pirrone & co srl

LOTTO 1 (Nelcorr RCAL)

<i>Sub-lotto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità annua presunta in pezzi</i>	<i>Prezzo unitario offerto in €. IVA esclusa</i>	<i>Numero di pezzi a confezione</i>	<i>Importi annui offerti IVA esclusa</i>
Sub-lotto 1	Sensori saturazione ossigeno Nelcorr RCAL originali o compatibili per adulti di peso superiore a 30 kg circa	N°1350	4,98	25	6.723,00
Sub-lotto 2	Sensori saturazione ossigeno Nelcorr RCAL originali o compatibili pediatrici per pazienti di peso compreso tra circa 10 e 50 Kg	N°200	4,98	25	996,00
Sub-lotto 3	Sensori saturazione ossigeno Nelcorr RCAL originali o compatibili per lattanti di peso compreso tra 3 e 20 Kg circa	N°200	4,98	25	996,00
TOTALE ANNUO OFFERTO IVA ESCLUSA					€ 8.715,00

Allegato 2 - Dettaglio offerta economica ditta Primed srl
LOTTO 2 (Nellcor Oximax)

Sub-lotto	Descrizione	Quantità annua presunta in pezzi	Prezzo unitario offerto in €. IVA esclusa	Numero di pezzi a confezione	Importi annui offerti IVA esclusa
Sub-lotto 1	Sensori saturazione ossigeno Nelcorr originali per adulti di peso superiore a 30 kg circa codice MAX-A-1	N° 1350	12,20	24	16.470,00
Sub-lotto 2	Sensori saturazione ossigeno Nelcorr originali pediatrici per pazienti di peso compreso tra circa 10 e 50 Kg codice MAX-P-1	N°200	12,20	24	2.440,00
Sub-lotto 3	Sensori saturazione ossigeno Nelcorr originali per lattanti di peso compreso tra 3 e 20 Kg circa codice MAX-I-I	N°200	15,60	24	3.120,00
TOTALE ANNUO OFFERTO IVA ESCLUSA					€. 22.030,00