

**VERBALE SEDUTA PER ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE
CHIARIMENTI SU ALCUNE OFFERTE ECONOMICHE, E
RIDETERMINAZIONE PUNTEGGI, ANOMALIE E
GRADUATORIE PER I LOTTI 7 E 8**

Oggetto: LICITAZIONE PRIVATA ex D.Lgs 358/92 - APPALTO FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER STERILIZZAZIONE PER LE FARMACIE OSPEDALIERE DELLE ZONE TERRITORIALI DELLA REGIONE MARCHE N. 8 DI CIVITANOVA MARCHE, N. 9 DI MACERATA E N. 10 DI CAMERINO - Bando di Gara: G.U.R.I. n. 38 del 15/02/2006.

In esecuzione della Determina n. 452/ASURDG del 05/09/2005 - n. 762/ASURDG del 21/08/2009 e n. 450/ASURDG del 10/05/2010 del Direttore Generale dell'A.S.U.R., il giorno 12/10/2011 alle ore 10:25, presso la sede della Zona Territoriale n. 8 di Civitanova Marche Alta - Piazza Garibaldi, 8, si è riunita la Commissione di gara in seduta pubblica per:

- acquisizione e valutazione chiarimenti/integrazioni richiesti e forniti sulle offerte economiche delle ditte ID&CO srl, 3M Italia spa, Paoletti srl e BS Export srl, aperte il 23/09/2011;
- presa d'atto rivisitazione offerte economiche ID&CO per i lotti 7 e 8, operata dal RUP in data 28/09/2011;
- ricalcolo dei punteggi e delle soglie di anomalia con proclamazione delle nuove graduatorie finali per i lotti 7 e 8;
- rilevazione eventuali offerte anomale per i lotti 7 e 8;
- varie ed eventuali.

La commissione giudicatrice è stata RICOSTITUITA con Determina del Direttore Generale ASUR n. 450 del 10/05/2010, ed è così composta:

CARICA

**NOME E COGNOME
QUALIFICA**

Responsabile del Procedimento
U.O. Approvvigionamenti e Logistica

**Dr. Alberto Bonfigli
PRESIDENTE**


Azienda Sanitaria Unica Regionale

Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA - P.I./C.F. 02175860424

Sede operativa: Zona Territoriale 8 - Piazza Garibaldi, 8 - 62013 Civitanova Marche (MC)

(Civitanova Marche - Montecosaro - Montefano - Montepulciano - Monte S. Giusto - Morrovalle - Potenza Picena - Porto Recanati - Recanati)

www.asur.marche.it



ALL. E

Direttore della farmacia ospedaliera ZT 8

Dr.ssa Gabriela Gallucci
COMPONENTE

Dirigente della farmacia ospedaliera ZT 9

Dr. Giuseppe Caraceni
COMPONENTE

Dirigente della farmacia ospedaliera ZT 10

Dr.ssa Carolina De Vito
COMPONENTE

Dirigente del Serv. Prevenzione e Protezione ZT8 **Dr.ssa m. Gabriella Spurio**
COMPONENTE

Alla seduta odierna sono presenti tutti i componenti la Commissione medesima.

La seduta per l'apertura delle buste interne è stata notificata agli operatori economici mediante notifica fax prot. 30311 del 06/10/2011.

Alle ore **10:30** il Presidente della Commissione di gara riceve il pubblico registrando le presenze, si provvede altresì al ritiro delle autorizzazioni, ove necessario, delle ditte partecipanti a presenziare la seduta, con potere di intervento, mediante proprio delegato, in particolare:

- 3M ITALIA SPA: soggetto delegato **CARLETTI MASSIMO**
- BS EXPORT SRL: soggetto delegato **GENNI CERETANI**

Premesso che nella seduta pubblica del 23/09/2011 si è provveduto all'apertura delle offerte economiche delle seguenti ditte:

- 3M ITALIA SPA - VIA S. BOVIO, 3 - LOC. SAN FELICE - 20090 SEGRATE (MI)
- ID&CO SRL - VIA BRACCIANO, 17 - 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
- B.S. EXPORT SRL - VIA ADOLFO TEDESCHI, 4 - 42124 REGGIO EMILIA
- PAOLETTI SRL - PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 23 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO (AP)
- I-TEMA SRL - VIA TINTORRI, 15/1/i - 20049 CONCOREZZO (MI)

provvedendo nel contempo alla relativa valutazione con calcolo dei relativi punteggi conseguiti da ciascuna offerta, alla rilevazione di eventuali offerte anomale, alla formulazione delle graduatoria provvisoria per i lotti recanti offerte anomale, alla formulazione delle graduatoria definitiva ed alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria per i restanti lotti, riservandosi comunque, la Commissione, di operare eventuali ulteriori controlli e verifiche, e, in caso di eventuali modifiche e/o integrazioni di ogni genere da apportare alle risultanze della stessa seduta, di comunicare, alle Ditte che hanno presentato offerta, tale evento.


Il Responsabile del Procedimento e Presidente della Commissione di gara, sulla base di quanto già emerso durante la seduta di gara e in base ai controlli suppletivi più incisivi avvenuti nei giorni successivi, ha provveduto a richiedere chiarimenti/integrazioni e/o comunicare eventuali errori rilevati.

Con riferimento alle mere richieste di chiarimento/integrazione formulate, tutte le ditte hanno dato riscontro fornendo spiegazioni esaustive, come risulta qui di seguito:

B.S. EXPORT SRL

- Con riferimento all'offerta formulata per il **lotto 2**, l'operatore economico, avendo già pienamente accettato tutte le condizioni di gara, conferma che, in caso di

2



aggiudicazione, fornirebbe n. 2 incubatori in comodato, facendo ulteriormente presente di non avere la possibilità di fornirne un quantitativo aggiuntivo.

• Con riferimento a quanto segue ha comunicato:

Costi relativi alla sicurezza in entrambe le seguenti forme:

a) in misura percentuale rispetto al prezzo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata: 0%

b) espressi in € rispetto al prezzo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata: € 0

Con riferimento al costo relativo alla sicurezza specificazione della quota parte % relativa ai rischi specifici propri dell'impresa e la quota parte % relativa ai rischi interferenti: non presenti

Ai fini della valutazione del costo del lavoro che la stazione appaltante deve operare (ex art. 1 della Legge 7/11/2000 n. 327 applicabile in corso di vigenza del D.Lgs 358/92) specificazione nell'offerta di tutti i dati utili ai fini della valutazione medesima, in quanto i costi medesimi dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura - A titolo di mero esempio:

1) quota percentuale del costo del lavoro dei propri dipendenti, calcolabile sul valore dell'importo presunto della fornitura: 0%

2) contratto collettivo nazionale applicato dalla ditta offerente nei confronti dei propri dipendenti: commercio

3) consistenza quali-quantitativa del personale impiegabile con relativo impegno orario, riferito ovviamente alla fornitura in specie, ove possibile: non conteggiabile.

PAOLETTI SRL

• Con riferimento all'offerta formulata per il lotto 9, già rivisitata nella seduta del 23/09/2011, prima di procedere al calcolo dei punteggi, l'operatore economico ha preso atto della rivisitazione relativa al quantitativo convenzionale di cartucce per l'etichettatrice, con relativo ricalcolo dell'offerta.

• Con riferimento all'offerta formulata per il lotto 2, l'operatore economico, avendo già pienamente accettato tutte le condizioni di gara, conferma che, in caso di aggiudicazione, fornirebbe n. 2 incubatori in comodato, facendo ulteriormente presente la propria disponibilità a fornirne in comodato un quantitativo aggiuntivo pari alle esigenze della stazione appaltante.

• Con riferimento a quanto segue ha comunicato:

Ai fini della valutazione del costo del lavoro che la stazione appaltante deve operare (ex art. 1 della Legge 7/11/2000 n. 327 applicabile in corso di vigenza del D.Lgs 358/92) specificazione nell'offerta di tutti i dati utili ai fini della valutazione medesima, in quanto i costi medesimi dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura - A titolo di mero esempio:

2) contratto collettivo nazionale applicato dalla ditta offerente nei confronti dei propri dipendenti: commercio

3M ITALIA SPA

• Con riferimento all'omissione sanabile, nella colonna 5 del modello di offerta economica, della consistenza della confezione offerta, la ditta ha inoltrato prospetto esplicativo ad integrazione delle dizioni presenti nella citata colonna 5, precisando che per l'articolo 1292E, necessario a soddisfare le esigenze per il sub-lotto 1.02, il confezionamento si è dimezzato, come di conseguenza si è dimezzato il prezzo unitario offerto, lasciando inalterato il valore della stessa offerta economica; tutto ciò ha consentito il controllo di congruità dell'intera offerta economica, positivamente avvenuto.

• Con riferimento al presunto refuso presente nell'offerta economica (reclami per merce non conforme ai d.d.t.), in apparente contrasto con quanto prescritto all'art. 3, comma 18, del Capitolato Speciale, quest'ultimo regolarmente sottoscritto dall'operatore economico



per presa visione ed accettazione, l'operatore medesimo conferma l'ovvia nullità della condizione posta per mero errore formale.

ID&CO SRL

- Con riferimento all'offerta formulata per il **lotto 1**, l'operatore economico, avendo già pienamente accettato tutte le condizioni di gara, conferma che, in caso di aggiudicazione, fornirebbe n. 3 incubatori in comodato, facendo ulteriormente presente la propria disponibilità a fornirne in comodato un quantitativo aggiuntivo pari a 2.
- Con riferimento all'offerta formulata per il **lotto 2**, l'operatore economico, avendo già pienamente accettato tutte le condizioni di gara, conferma che, in caso di aggiudicazione, fornirebbe n. 2 incubatori in comodato, facendo ulteriormente presente di non avere la possibilità di fornirne un quantitativo aggiuntivo.
- Con riferimento all'offerta formulata per il **lotto 9**, già rivisitata nella seduta del 23/09/2011, prima di procedere al calcolo dei punteggi, l'operatore economico ha confermato le correzioni apportate in tale sede, relative ai "fabbisogni complessivi biennali presunti" ed alle relative "n. confezioni necessarie per soddisfare il fabbisogno", con relativo ricalcolo dell'offerta, oltre al quantitativo convenzionale di cartucce per l'etichettatrice da fornire gratis. Relativamente alle etichettatrici da fornire in comodato si conferma il numero previsto dal Disciplinare di gara (n. 10 etichettatrici), facendo ulteriormente presente la propria disponibilità a fornirne in comodato un quantitativo aggiuntivo pari a 5.

Con riferimento agli errori rilevati sulle offerte economiche ID&CO per i lotti 7 e 8, provvedendo alla rivisitazione delle stesse a cura del RUP in data 28/09/2011, l'operatore economico ha riscontrato come segue ed il RUP propone conseguentemente alla Commissione di gara gli esiti del ricalcolo dei punteggi e delle soglie di anomalia con indicazione delle nuove graduatorie finali per i lotti 7 e 8, riportati nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente verbale:

- Con riferimento all'offerta formulata per il **lotto 7**, dalla quale è emerso come l'offerta dell'operatore economico ID&CO sia stata erroneamente calibrata su quantitativi annuali, anziché biennali, come richiesto dalla documentazione di gara, il medesimo operatore economico ha confermato tutte le correzioni apportate dal RUP.
- Con riferimento all'offerta formulata per il **lotto 8**, dalla quale è emerso come l'offerta dell'operatore economico ID&CO sia stata erroneamente calibrata su quantitativi annuali, anziché biennali, come richiesto dalla documentazione di gara, il medesimo operatore economico ha confermato tutte le correzioni apportate dal RUP.

Riportati nell'allegato prospetto, proposto dal RUP, gli esiti delle offerte economiche per i lotti 7 e 8, considerato il ricalcolo delle offerte economiche della ditta ID&CO, si prende atto:

- della nuova attribuzione dei punteggi relativi al prezzo sulla base delle indicazioni e formule previste dal Disciplinare;
- del nuovo calcolo del punteggio totale provvisorio derivante dalla sommatoria dei punteggi qualità e dei punteggi prezzo;
- della nuova eventuale rilevazione delle offerte anomale in base a quanto prescritto dall'art. 19 del D.Lgs 358/92;

- della nuova formulazione di una graduatoria provvisoria finale.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 358/1992, commi 2-3-4, si conferma l'attivazione del procedimento di verifica nei confronti delle medesime ditte per le quali è stata rilevata "offerta anomala", come risulta dall'allegato prospetto, richiedendo debite giustificazioni.

Pertanto per il momento continua a vigere per il lotto 8, una **nuova graduatoria meramente provvisoria** degli operatori economici concorrenti come risulta dall'allegato prospetto.

La Commissione Giudicatrice, solo previa valutazione ed accettazione delle giustificazioni prodotte avendo riguardo alle offerte anomale, confermerà la graduatoria, dichiarando l'aggiudicazione provvisoria al primo operatore economico classificato in graduatoria, e proporrà al Direttore Generale l'aggiudicazione definitiva della fornitura allo stesso, riservandosi comunque di operare tutti gli opportuni controlli e verifiche, e, in caso di eventuali modifiche e/o integrazioni di ogni genere da apportare alle risultanze dell'odierna seduta, comunicherà, alle Ditte che hanno presentato offerta, tale evento.

E' ovvio che nel caso le giustificazioni non venissero accettate e qualche offerta si rivelasse effettivamente anomala, si procederà al conseguente ricalcolo dei punteggi e di una nuova soglia di anomalia ai fini della nuova graduatoria delle offerte e degli operatori economici.

Con riferimento invece al lotto 7, la Commissione Giudicatrice conferma ufficialmente l'aggiudicazione provvisoria al primo concorrente desunto dalla nuova graduatoria che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e propone al Direttore Generale l'aggiudicazione definitiva della fornitura al citato primo operatore economico classificato, riservandosi comunque di operare eventuali ulteriori controlli e verifiche, e, in caso di eventuali modifiche e/o integrazioni di ogni genere da apportare alle risultanze dell'odierna seduta, comunicherà, alle Ditte che hanno presentato offerta, tale evento.



La ditta 3M ITALIA SPA, con riferimento al lotto 1, presentando fotocopia di una scheda tecnica originale di un prodotto della ditta ID&CO, dichiara:

- che il tempo di incubazione dichiarato tra 3 e 5 ore è necessario per ottenere il risultato positivo (per esempio la fiala di controllo) mentre è necessaria una incubazione di 10 ore in totale per ottenere la validazione del risultato negativo;
- che il prodotto non è più da considerarsi come controllo biologico rapido, in quanto per ottenere il risultato definitivo ed archiviabile occorre attendere 10 ore.

La seduta pubblica si chiude alle ore 11:20.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE - Dr. Alberto Bonfigli

Al. E

COMPONENTE - Dr.ssa Gabriela Gallucci

COMPONENTE - Dr. Giuseppe Caraceni

COMPONENTE - Dr.ssa Carolina De Vito

COMPONENTE - Dr.ssa Gabriella Spurio



Y

8

A circular stamp with the text "REGIONE MARCHE" in the center, "ZONA TERRITORIALE N. 8" around the top inner edge, and "CANTANOVA MARCHE" around the bottom inner edge. There are some handwritten marks and a diagonal line through the stamp.

APPALTO
"FORNITURA BIENNALE MATERIALE SANITARIO PER LA STERILIZZAZIONE PER LE FARMACIE OSPEDALIERE DELLE ZONE TERRITORIALI DELLA REGIONE MARCHE N. 8 DI CIVITANOVA MARCHE, N. 9 DI MACERATA E N. 10 DI CAMERINO"

DITTA
ID&CO Srl
 Via Bracciano, 17
 20098 S. Giuliano Mil.se (MI)

Cod. Attività
464630

Descrizione Lotto	N. LOTTO
DISPOSITIVO DI PROVA DEL PROCESSO A CARICHI CAVI DI TIPO B O S.	7
Prodotto per sterilizzazione richiesto	2
7.01 indicatori chimici per test carichi cavi per autoclavi di tipo B o S	5000 2500
7.02 dispositivo dedicato (preferibilmente ad uso gratuito)	8 4

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome commerciale prodotto offerto	Codice prodotto	Tipo confez.	N. confez. necessarie per soddisfare il fabbisogno	Prezzo di listino della conf. (iva esclusa)	Percentuale di sconto sul prezzo di listino	Prezzo unitario offerto per conf. (iva esclusa)	Costo Totale biennale (colonna 6 x colonna 9) - (iva esclusa)	Specificazioni (Prezzo unitario offerto)
Helix-Check	LT 104/ITL	250 (all'interno di ogni conf. è presente 1 dispositivo)	20 10.000.000	323,75	55,21%	€ 145,00	€ 2.900 € 1.450,00	0,58000

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE (iva esclusa)

PRODOTTI OFFERTI UN COMODATO D'USO GRATUITO O GRATIS

1	2
Prodotto per sterilizzazione richiesto	Fabbisogno complessivo biennale presunto
7.02 dispositivo dedicato (preferibilmente ad uso gratuito)	8 4

3	4	5	6	7
Nome commerciale prodotto offerto	Tipo confez. (facoltativo)	N. confez. necessarie per soddisfare il fabbisogno (facoltativo)	Indicare: COMODATO o GRATIS	Specificazioni
all'interno di ogni confezione è presente il dispositivo		20	GRATIS	




REGIONE MARCHE - ZONA TERRITORIALE N. 8
CIVITANOVA MARCHE
20/03/2010

Il titolare o legale rappresentante o persona all'uopo delegata della ditta

firma **Antonio Sacco** ID & CO Srl data 25/03/2010

(Dott. Antonio Sacco)



Ac. E

u



APPALTO
"FORNITURA BIENNALE MATERIALE
SANITARIO PER LA STERILIZZAZIONE PER LE
FARMACIE OSPEDALIERE DELLE ZONE
TERRITORIALI DELLA REGIONE MARCHE N. 8
DI CIVITANOVA MARCHE, N. 9 DI MACERATA
E N. 10 DI CAMERINO"

DITTA
ID&CO Srl
Via Bracciano, 17
20098 S. Giuliano Mil.se (MI)
Cod. Attività
464630

Descrizione Lotto	N. LOTTO
DISPOSITIVO DI PROVA DEL PROCESSO A CARICHI CAVI DI TIPO B DI DIMENSIONI GROSSE	8
1	2
Prodotto per sterilizzazione richiesto	Fabbisogno complessivo biennale presunto
8.01 indicatori chimici per test carichi cavi per autoclavi di tipo B di grosse dimensioni	1600 800
8.02 dispositivo dedicato (preferibilmente ad uso gratuito)	6

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE (iva esclusa)
€ 464,00

PRODOTTI OFFERTI UN COMODATO D'USO GRATUITO O GRATIS	
1	2
Prodotto per sterilizzazione richiesto	Fabbisogno complessivo biennale presunto
7.02 dispositivo dedicato (preferibilmente ad uso gratuito)	6

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nome commerciale prodotto offerto	Codice prodotto	Tipo confez.	N. confez. necessarie per soddisfare il fabbisogno	Prezzo di listino della confez. (iva esclusa)	Percentual e di sconto sul prezzo di listino	Prezzo unitario offerto per confez. (iva esclusa)	Costo Totale biennale (colonna 6 x colonna 9) - (iva esclusa)	Specificazioni (Prezzo unitario offerto)
LT Hell-Check	104/ITL	250 (all'interno di ogni confez. è presente 1 dispositivo)	64 3.200.000	323,75	55,21%	€ 145,00	€ 928 € 464,00	0,58000

3	4	5	6	7
Nome commerciale prodotto offerto	Tipo confez. (facoltativ o)	N. confez. necessarie per soddisfare il fabbisogno (facoltativ o)	Indicare: COMODATO o GRATIS	Specificazioni
			GRATIS	

Il titolare o legale rappresentante o persona all'uopo delegata della ditta
firma
ID & CO Srl
L'Amministratore data 25/03/2010
(Dott. Antonello Succo)



20 SEPT 2010
AUT. REGIONALE



Alc. E

12

Alc.E

Sul sito del produttore:

<http://www.sgmbiotech.com/products/smart-read.php>

è scritto abbastanza chiaramente che il tempo di incubazione dichiarato tra 3 e 5 ore è necessario per ottenere il risultato positivo (per esempio la fiala di controllo) mentre è necessaria una incubazione di 10 ore in totale per ottenere la validazione del risultato negativo.

SGM BIOTECH®
A DIVISION OF MESA LABS

THE BIOLOGICAL INDICATORS COMPANY
Customer Survey

[Biological Indicators](#)
[Accessories](#)
[Contract Studies](#)
[Support](#)
[Company](#)

Products -> Smart-Read EZTest® Biological Indicator Monitoring System

The Smart-Read EZTest® Biological Monitoring System allows an organization to release sterile product with true biological confirmation faster and easier than ever before. This unique system uses a real biological indicator (BI) – with no added enzyme or chemical integrator – which is incubated, evaluated, and documented in one simple, automated operation. Relying only upon bacterial spore growth, the Smart-Read system can detect sterilization failure in as few as **three to five hours**, and negative results can be confirmed with an additional five hours of incubation.

The Smart-Read system includes the Smart-Read EZTest self-contained biological indicator which is specially designed for rapid evaluation in our advanced Smart-Well® incubator. Based on familiar, proven technology, the Smart-Read system can be implemented by any organization with minimal training and validation.

Smart-Well® Incubator



Though a highly sophisticated tool, the Smart-Well incubator is easy to configure and monitor with its simple touch-screen interface. The incubator can evaluate up to ten Smart-Read EZTest biological indicators independently, and contains an additional cell for a positive control unit. Each BI test result is automatically documented with a user-customizable printed report, and an alarm is sounded the moment that sterilization failure is detected. The incubator also contains an NIST-traceable thermometer marked at the appropriate incubation temperature to allow the operator to quickly verify proper operation.

The Smart-Well incubator is offered in a kit including the incubator itself, stylus, report printer, record book for storing reports, thermometer, and all necessary cabling.



Smart-Read EZTEST®
BIOLOGICAL INDICATOR MONITORING SYSTEM

Product Highlights

Smart-Read EZTest®

The Smart-Read EZTest is a familiar self-contained color change biological indicator specifically designed for rapid evaluation in the Smart-Well incubator. It requires no special processing and can be used in place of any existing self-contained BI. The Smart-Read BI contains spores of *Geobacillus stearothermophilus* and is suitable for steam sterilization processes.



Smart-Read EZTest for Steam				
Spore	Incubation*	Population	Units	Reorder #
<i>G. stearothermophilus</i>	3-5 Hours in the Smart-Well Incubator	10 ⁵	100	SEZS/5
		10 ⁶	100	SEZS/6
Smart-Read EZTest Biological Indicator Test Pack (PCD) – 25 units per case				
Spore	Incubation	Dimensions	Population	Reorder #
<i>G. stearothermophilus</i>	10 Hours at 58 -62°C	4-1/2" x 2-5/8" x 1/4"	10 ⁵	SRSP/05 (5 controls) SRSP/25 (25 controls)

*Negative results confirmed with an additional five hours of incubation.

Quindi per ottenere un risultato definitivo ed archiviabile occorre attendere 10 ore.

-13

