



Al. F
ALLEGATO _____ ALLA
DETERMINA N. 210/Sc
DEL 12 MAR 2011

U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica

P.zza Garibaldi n.8 – 62012 Civitanova Marche Alta

R.U.P.: Dott. Alberto Bonfigli

Tel. 0733 894756

Cellulare 320 4354661

Fax: . 0733 894256 894715

Mail: alberto.bonfigli@sanita.marche.it

Prot. N. 34293/17-11-2011/ASURZT8/PRET/P

Civitanova Marche, li 17/11/2011

Oggetto: LICITAZIONE PRIVATA ex D.Lgs 358/92 - APPALTO FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER STERILIZZAZIONE PER LE FARMACIE OSPEDALIERE DELLE ex ZZ.TT. DELL'AREA VASTA 3 - ASUR – PRECISAZIONI 3M ITALIA SU OFFERTA TECNICA ID&CO PER IL LOTTO 1 "PROVA BIOLOGICA LETTURA RAPIDA"

Fax 02 93650483

3M ITALIA SPA
VIA S. BOVIO, 3 LOC. SAN FELICE
20090 SEGRATE (MI)

Con riferimento a quanto dichiarato da Codesto operatore economico nel corso della seduta pubblica del 12/10/2011, rispetto all'offerta tecnica prodotta per il lotto 1 dall'operatore economico ID&CO, e precisamente:

- che il tempo di incubazione dichiarato tra 3 e 5 ore è necessario per ottenere il risultato positivo (per esempio la fiala di controllo) mentre è necessaria una incubazione di 10 ore in totale per ottenere la validazione del risultato negativo;
- che il prodotto non è più da considerarsi come controllo biologico rapido, in quanto per ottenere il risultato definitivo ed archiviabile occorre attendere 10 ore

si formulano le precisazioni che seguono.

Si ricorda innanzitutto che le specifiche tecniche definitive presenti nell'art. 4 (Capitolato Tecnico) del Capitolato Speciale di gara, comparando il lotto 1 (c.d. lettura rapida) con il lotto 2 (c.d. lettura tradizionale), prevedevano quanto segue:

**LOTTO N° 1
PROVA BIOLOGICA LETTURA RAPIDA**

Lotto 1.1 Pacchi per prova biologica per sterilizzazione a vapore rapido

Requisiti

- Gli indicatori biologici devono dare risposta della avvenuta sterilizzazione **preferibilmente** entro 3 ore dall'inizio dell'incubazione sia per cicli a 121°C che a 134°C.

Lotto 1.2 Fiale per prova biologica per sterilizzazione a vapore rapido

Requisiti

- Gli indicatori biologici devono dare risposta della avvenuta sterilizzazione **preferibilmente** entro 3 ore dall'inizio dell'incubazione sia per cicli a 121°C che a 134°C.

**LOTTO N° 2
PROVA BIOLOGICA**


Lotto 2.1 Fiale per prova biologica per sterilizzazione a vapore

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede legale: Via Caduti del lavoro, 40 – 60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 sito internet: www.asur.marche.it

Area Vasta n.3

Sede Amministrativa: Belvedere Raffaello Sanzio, 1 – 62100 Macerata – Tel. 0733/25721 – Fax 0733/2572710



1

Requisiti

- Gli indicatori biologici devono dare risposta della avvenuta sterilizzazione entro 48 ore dall'inizio dell'incubazione sia per cicli a 121°C che a 134°C

L'entità di tali specifiche si fonda non solo sulla necessità di salvaguardare sempre e comunque il principio della massima concorrenza tra operatori economici ed il massimo allargamento al mercato con relativi benefici di economicità nelle acquisizioni, ma soprattutto, per quanto riguarda il lotto 1, sul fatto che la stazione appaltante utilizzatrice è cosciente che **sarebbe preferibile, ma non indispensabile**, ottenere un test rapido che dia risposta entro 3 ore, **non disprezzando la possibilità di valutare discrezionalmente**, a cura della Commissione Giudicatrice e ovviamente attribuendo punteggi inferiori, **prodotti che si discostino accettabilmente da tale parametro temporale**; fra l'altro il requisito per il lotto 2 (lettura c.d. tradizionale) è molto lontano rispetto ai tempi dichiarati dalla ditta ID&CO per il lotto 1 (lettura c.d. rapida), **non si vede pertanto la ragione per cui tali tempi non possano essere considerati**, per così dire, **comunque rapidi**, in ragione dell'organizzazione interna al soggetto utilizzatore, **considerando pertanto la stessa offerta della ID&CO "idonea"**, sfumando così ogni possibile accusa di illogicità manifesta o incongruenza.

Giova precisare che profondamente diverso è il caso trattato dal TAR Piemonte, sez. 2°; con sentenza n. 401/2011, 3M/Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, con la quale il TAR ha ritenuto il ricorso formulato da Codesto O.E. fondato, sulla base di una richiesta espressa dell'Azienda Osp.Uni. che i prodotti offerti soddisfacessero la caratteristica tecnica "lettura definitiva entro 3-4 ore", requisito "distintivo" da ritenersi effettivamente ed inderogabilmente (trattandosi di specifica tecnica) essenziale per il lotto in questione e **non meramente indicativo**, conseguendone che, nel caso in specie, assolutamente non sovrapponibile a quello oggetto della presente nota, i prodotti che si discostavano dal limite temporale richiesto dalla lex specialis di gara andavano necessariamente esclusi dalla competizione.


Con la locuzione "preferibilmente" la stazione appaltante ha inteso esprimere una mera preferenza per prodotti che possano dare risposta dell'avvenuta sterilizzazione entro tre ore, **non un vincolo inderogabile, evitando di indicare tale termine temporale come tassativo assolutamente influente sull'idoneità dell'offerta**; si noti come la Commissione Giudicatrice attribuendo i seguenti punteggi per parametro attinente:

3M ITALIA SPA - VIA S. BOVIO, 3 - LOC. SAN FELICE - 20090 SEGRATE (MI)	Criteri di valutazione	Punti attribuiti
	Caratteristiche tecniche e rispondenza al capitolato (esempio: valore D, popolazione batterica, ecc...)	35
ID&CO SRL - VIA BRACCIANO, 17 - 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)	Criteri di valutazione	Punti attribuiti
	Caratteristiche tecniche e rispondenza al capitolato (esempio: valore D, popolazione batterica, ecc...)	25

abbia anche premiato l'offerta della 3M rispetto a quella della ID&CO, **quest'ultima ritenuta comunque discrezionalmente idonea a garantire l'esigenza di rapidità richiesta dalla stazione appaltante utilizzatrice**; si sottolinea inoltre che nulla è sfuggito alla Commissione Giudicatrice rispetto a quanto contenuto nella documentazione tecnica della ditta ID&CO che corrisponde a quanto affermato e documentato dalla 3M.

Si comunica pertanto che **la Commissione Giudicatrice conferma il proprio operato**.

Cordiali saluti.



Il Responsabile del Procedimento e
Presidente della Commissione Giudicatrice
Dott. Alberto Bonfigli

