



ASUR Marche – U.O. Acquisti e Logistica - Area Vasta n. 2

PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI N. 3 COLONNE LAPAROSCOPICHE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA UNICA DELLA REGIONE MARCHE - AREE VASTE N.RI 2 E 3 SEDI OPERATIVE DI FABRIANO, SENIGALLIA E MACERATA (n. CIG

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO / DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina la eventuale acquisizione da parte della ASUR Marche – Aree Vaste n.ri 2 e 3 - sedi operative di Fabriano, Senigallia e Macerata - di n. 3 COLONNE LAPAROSCOPICHE, da destinare come di seguito dettagliato:

- n. 1 colonna laparoscopica alla Area Vasta n. 2 - sede operativa di Fabriano - U.O. Blocco Operatorio U.O.C. Chirurgia Generale;
- n. 1 colonna laparoscopica alla Area Vasta n. 2 - sede operativa di Senigallia - U.O. Blocco Operatorio – U.O.C. Ginecologia/Ostetricia;
- n. 1 colonna laparoscopica alla Area Vasta n. 3 - sede operativa di Macerata - U.O. Blocco Operatorio – U.O.C. Ginecologia/Ostetricia.

L'eventuale aggiudicazione della presente fornitura – a lotto unico - sarà effettuata secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

1.1. – CARATTERISTICHE TECNICHE

Per tutto quanto relativo alle caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto della presente procedura di affidamento, si rimanda integralmente al **capitolato tecnico**, in allegato al presente disciplinare di gara / capitolato speciale di appalto, quale sua parte integrante e sostanziale **denominato allegato A e sub-allegati: B.1, B.2, B.3, C, D ed E.**

1.2. - EQUIVALENZA

Allo scopo di evitare la circostanza che le indicazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei dispositivi richiesti possano ricondursi alla individuazione di una linea produttiva determinata, si intende esplicitamente apposta la clausola “**o equivalente**”. Detta equivalenza, ai sensi dell'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 163/2006, dovrà essere provata in modo soddisfacente dagli operatori economici interessati – con qualsiasi mezzo ritenuto appropriato – ed attestata con separata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica. La valutazione concernente la citata equivalenza sarà espletata dalla Commissione Giudicatrice preposta alle operazioni di gara.

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424
Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa: Via Marconi n. 9 – 60044 FABRIANO

Articolazione Responsabile del Procedimento: U.O. Provveditorato / Economato
Via Stelluti Scala – 60044 FABRIANO – tel. 0732.707491 / 707357 – fax 0732.707439 - e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it

ARTICOLO 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 328 del DPR n. 207 del 5.10.2010, dell'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 - per la parte inerente alla presente procedura di affidamento - codesta rispettabile impresa dovrà far pervenire, entro il termine perentorio

delle ore **12.00 del giorno**,

mediante modalità e ritualità descritte e disciplinate presso il sistema di e-procurement - previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA - denominata "Richiesta di Offerta" la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- copia del presente capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata;
- copia dell'avvenuto versamento a favore della *Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* del contributo economico dovuto alla stessa Autorità per la partecipazione alla presente procedura di gara;
- **EVENTUALE** richiesta di sub-appalto / sub-affidamento – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e redatta secondo le modalità appresso disciplinate al successivo articolo 15 del presenta capitolato.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- copia del capitolato tecnico (allegato A) firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata;
- allegato B-1 (Informazioni ditta), B-2 (Servizio di istruzione del personale sanitario / tecnico), B-3 (Servizio di assistenza tecnica della ditta) firmati digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata;
- allegato C (Dati) firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata;
- allegato D (dettaglio offerta economica – ad integrazione e completamento per ragioni di natura tecnica dell'allegato n. 2) firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata;
- allegato E (dichiarazione di disponibilità all'effettuazione della prova pratica) firmato digitalmente - per integrale accettazione - dal Legale Rappresentante della impresa candidata.

OFFERTA ECONOMICA

- offerta economica - firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa candidata – redatta secondo modalità e ritualità descritte e disciplinate dal sistema Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione / Richiesta di offerta.

Ogni impresa candidata sarà tenuta a produrre **una sola ed unica** offerta tecnica. Qualora - per mero errore materiale – venissero caricate a sistema più offerte tecniche provenienti dal medesimo operatore economico, la SA terrà conto esclusivamente di quella inserita per prima.

Quanto indicato nella documentazione tecnica dovrà garantire la conformità delle apparecchiature alle normative vigenti ed alle disposizioni internazionali riconosciute per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424
Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa: Via Marconi n. 9 – 60044 FABRIANO

2

e tecniche disciplinanti la fornitura e si intende rappresentato e prodotto quanto ai suoi specifici contenuti sotto la completa responsabilità dell'impresa offerente.

Qualsiasi richiesta di chiarimento, avente natura tecnica e/o amministrativa, dovrà essere inoltrata **esclusivamente** all'attenzione di questa U.O. Responsabile del Procedimento – mediante ricorso al **sistema di comunicazioni con le imprese** previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - entro i termini indicati nella RDO – pena l'impossibilità da parte di questa Stazione Appaltante di evasione delle stesse.

In caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo in cifre e l'indicazione del prezzo in lettere, la stazione appaltante terrà conto della indicazione di prezzo in lettere.

I prezzi si intenderanno per merce resa franco magazzino, comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura stessa e sulle prestazioni da rendere. E' esclusa dal prezzo la sola I.V.A. che rimane a carico della stazione appaltante.

Saranno ritenute nulle (ancorché regolarmente firmate in modalità digitale):

- le offerte espresse in modo indeterminato e quelle formulate con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri o senza comunicazione degli importi richiesti;
- le offerte non compilate correttamente o incomplete;
- le offerte per persona da nominare;
- le offerte non sottoscritte dal legale rappresentante o da altra persona legittimata ad impegnare il concorrente.

TUTTA la DOCUMENTAZIONE sopra menzionata - firmata digitalmente - dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante - per ragioni di natura tecnica – **IN FORMATO PDF.**

2.1 EFFETTUAZIONE DELLA PROVA

Con riferimento all'allegato E del capitolato tecnico si precisa che, le prove delle tecnologie in parola - eventualmente richieste dalla Commissione Giudicatrice di Gara ai fini di una più completa e puntuale valutazione dei dispositivi offerti - potranno essere richieste da ciascuna Unità Operativa delle diverse sedi territoriali di questa Azienda Sanitaria (Fabriano, Senigallia e Macerata) interessate al presente appalto di forniture.

Pertanto, con la sottoscrizione della citata dichiarazione – denominata allegato E – l'impresa candidata si impegna a sostenere fino ad un massimo di 3 prove complessive.

Dette prove si svilupperanno, presumibilmente, nell'arco di tre singole giornate lavorative della durata di circa 12 ore.

ARTICOLO 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE

La predisposizione della documentazione amm.va, tecnica ed economica, secondo i termini, disciplina, modalità e requisiti formali e sostanziali stabiliti dal presente capitolato a titolo di *lex specialis* – fatti salvi i principi di pertinenza, ragionevolezza e proporzionalità - deve intendersi tassativamente prevista **a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.**

In esito a quanto sopra ed in relazione agli enunciati principi è fatta salva pertanto la possibilità per la stazione appaltante di procedere alla richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione presentata in sede di gara.

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424
Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa: Via Marconi n. 9 – 60044 FABRIANO

3

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 79 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e della disciplina prevista dalla CONSIP SpA in materia di regolamentazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, le eventuali comunicazioni di esclusione nei confronti delle imprese candidate saranno comunicate **unicamente** mediante ricorso al sistema informativo previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA..

Avverso il provvedimento di eventuale esclusione potrà essere promosso ricorso nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo".

ARTICOLO 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE / COSTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo i seguenti parametri e criteri di valutazione:

- QUALITA' massimo **60 punti**
- PREZZO massimo **40 punti**

Per quanto concerne l'attribuzione dei punteggi attinenti al parametro QUALITA' ed al criterio di calcolo degli stessi, si rimanda integralmente all'allegato "A" al capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara denominato *capitolato tecnico* (pag. 5).

La successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro PREZZO – soltanto per i concorrenti le cui offerte tecniche saranno state ritenute ammissibili (*secondo i criteri di valutazione di cui al citato capitolato tecnico – allegato A – pagina n. 5*) sarà effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo (generata dal sistema di calcolo della piattaforma digitale ME.PA.) mediante *formula proporzionale inversa* (*capitolato tecnico – allegato A – pagina n. 6*).

La base d'asta relativa al presente appalto di forniture, **si intende fissata in € 180.000,00 + I.V.A.**

Il prezzo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, di ogni spesa concernente la fornitura ed ogni altro costo accessorio con la sola esclusione dell'IVA.

Il prezzo d'offerta si intende altresì comprensivo della totale garanzia e del servizio di assistenza tecnica e manutenzione per un periodo di **24 mesi** decorrenti dalla data del collaudo di accettazione delle apparecchiature oggetto della presente procedura di gara.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

5.1. – PRESUPPOSTI GIURIDICI DELLA PROCEDURA

I presupposti giuridici della presente procedura di gara traggono fondamento dal combinato disposto dell'articolo 328 del DPR n. 207 del 5.10.2010 e dall'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

5.2. – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

Verificati i termini di ricezione delle offerte, questa competente Unità Operativa Responsabile del Procedimento provvederà, in una prima seduta **pubblica digitale** (la cui data ed orario, saranno comunicati alle imprese candidate dal Responsabile del Procedimento – mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - con congruo termine di anticipo):

- al riscontro della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, secondo quanto sopra disciplinato;

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424
Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa: Via Marconi n. 9 – 60044 FABRIANO

4

- all'eventuale pronunciamento di esclusione nei confronti delle imprese candidate per le quali sia stata rilevata la mancata osservanza della regolarità e ritualità della documentazione amm.va prodotta a corredo dell'offerta economica, secondo quanto disciplinato dal precedente articolo 2 del presente capitolato di appalto;
- alla eventuale richiesta di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione amministrativa presentata;

in successiva seduta pubblica digitale (la cui data ed orario, saranno comunicati alle imprese candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - con congruo termine di anticipo):

- all'apertura della DOCUMENTAZIONE TECNICA / offerta tecnica - per le sole imprese la cui documentazione amm.va sia risultata regolare e rituale secondo quanto sopra chiarito – ed al preliminare riscontro della stessa in ordine alla corrispondenza della documentazione tecnica prodotta rispetto a quella richiesta in sede di redazione della RDO.
- alla eventuale richiesta – se possibile nella stessa seduta - di chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in ordine alle offerte tecniche presentate;
- all'eventuale pronunciamento di esclusione nei confronti delle imprese candidate per le quali sia stata rilevata la mancanza sostanziale della documentazione tecnica richiesta e/o la carenza dei requisiti tecnici della stessa, secondo quanto chiarito al precedente articolo 2 del presente capitolato;

In ulteriore seduta pubblica digitale (la cui data ed orario saranno comunicati alle imprese candidate dal Segretario della Commissione Giudicatrice di Gara – mediante il sistema di comunicazione alle imprese previsto nell'ambito della piattaforma digitale ME.PA. - con congruo termine di anticipo) la Commissione Giudicatrice di Gara provvederà:

- ad assegnare – stante intervenuta valutazione tecnico-qualitativa delle offerte prodotte dalle imprese candidate – i punteggi relativi al parametro QUALITA';
- al successivo riscontro delle OFFERTE ECONOMICHE – per le sole imprese le cui offerte tecniche saranno state formalmente ritenute ammissibili secondo quanto sopra chiarito;
- alla attivazione del sistema di calcolo posto a disposizione dalla piattaforma digitale ME.PA. per la valutazione complessiva del rapporto QUALITA' + PREZZO, secondo i criteri di calcolo di cui al precedente articolo 4 del presente capitolato di appalto;
- alla conseguente dichiarazione di **aggiudicazione provvisoria**.

I passaggi procedurali sopra dettagliati potrebbero subire variazioni in ragione di difficoltà di carattere tecnico legate al funzionamento della piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Sarà premura di questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento / Commissione Giudicatrice di Gara, notiziare le imprese candidate - mediante il sistema di comunicazione previsto nell'ambito dello stesso Mercato Elettronico – in ordine ad eventuali variazioni e/o cambiamenti.

ARTICOLO 6 – CONSEGNA E COLLAUDO DELLE TECNOLOGIE.

Le apparecchiature oggetto di aggiudicazione dovranno essere consegnate a cura, rischio e spesa di qualsiasi natura da parte della impresa aggiudicataria presso i recapiti indicati dai preposti Uffici delle sedi operative/territoriali interessate (Fabriano, Senigallia, Macerata) entro **30 giorni** dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Il collaudo di accettazione delle apparecchiature, in contraddittorio con l'impresa fornitrice, verrà effettuato da parte del personale incaricato dalla stazione appaltante, che accerterà la rispondenza dell'apparecchiatura stessa ad ogni norma tecnica e di sicurezza vigente.

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424
Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa: Via Marconi n. 9 – 60044 FABRIANO

5

Articolazione Responsabile del Procedimento: U.O. Provveditorato / Economato
Via Stelluti Scala – 60044 FABRIANO – tel. 0732.707491 / 707357 – fax 0732.707439 - e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it

In fase di collaudo, l'impresa fornitrice, nella persona delegata, dovrà dimostrare la rispondenza della apparecchiatura a quanto disposto dalle specifiche normative di riferimento, se previste, o dalle procedure della impresa produttrice, e comunque dovrà dimostrare la funzionalità alle attività richieste nelle procedure aziendali, conformi alle prestazioni dichiarate nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'offerta.

Nel periodo di tre mesi successivi al collaudo delle apparecchiature ed alla loro conseguente piena funzionalità, le Unità Operative interessate **si riservano ulteriore, eventuale valutazione** relativa alla idoneità e capacità della apparecchiature stesse a mantenere e riprodurre le attività richieste. Superato tale periodo di ulteriore valutazione, le apparecchiature verranno considerate a tutti gli effetti idonee ed operative. **In caso di esito sfavorevole della suddetta valutazione, l'Amministrazione appaltante si riserva, con provvedimento motivato, la facoltà di risolvere il contratto di fornitura.**

Per ogni ulteriore indicazione relativa alla consegna ed al collaudo dei dispositivi oggetto della presente procedura di gara, si richiama integralmente tutto quanto disciplinato dal CAPITOLATO TECNICO (allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara / capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 7 – CONTROLLO DELLA FORNITURA

La firma apposta all'atto di ricevimento delle apparecchiature indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati. La conformità è esclusivamente quella accertata presso i locali della Unità Operativa ricevente entro i dieci giorni dalla consegna e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non corrispondenza.

In caso di apparecchiature per le quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti richiesti nel presente capitolato speciale di appalto e/o nel capitolato tecnico, si potrà procedere mediante restituzione delle apparecchiature stesse contestate al fornitore, che sarà tenuto a ritirarle a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirle con spese a suo totale carico entro quindici giorni dalla richiesta di sostituzione, la quale potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramento delle apparecchiature per negligenza ed insufficiente imballaggio, o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino ai locali indicati nell'ordine di acquisto.

Il fornitore dovrà ritirare le apparecchiature ritenute non accettabili e in pendenza o in mancanza del ritiro, dette apparecchiature rimarranno, a rischio del fornitore, nella disponibilità della Stazione Appaltante - senza alcuna responsabilità imputabile a quest'ultima – per ulteriori eventuali degradamenti o deprezzamenti che le apparecchiature stessa possano subire.

Per ogni ulteriore indicazione relativa controllo della fornitura oggetto della presente procedura di gara, si richiama integralmente tutto quanto disciplinato dal CAPITOLATO TECNICO (allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara / capitolato speciale di appalto.

ARTICOLO 8 – ASSISTENZA TECNICA E PRESTAZIONI COLLATERALI

8.1. – ASSISTENZA TECNICA

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a fornire totale garanzia e servizio di assistenza tecnica e manutenzione per un periodo di **24 mesi** dalla data del collaudo delle apparecchiature, intendendosi in esse comprese:

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424
Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa: Via Marconi n. 9 – 60044 FABRIANO

6

- manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature e di tutte le parti di ricambio, a qualsiasi titolo deteriorate, salvo il dolo, con relativa sostituzione delle parti difettose ed usurate con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria;
- intervento tecnico entro le **otto ore** dalla chiamata e ripristino delle funzionalità entro le ventiquattro ore solari consecutive dall'intervento;
- garanzia della prosecuzione delle attività - anche nel caso in cui la riparazione dei dispositivi necessiti di un tempo non sostenibile dalla Unità Operativa interessata mediante fornitura in sostituzione di dispositivi similari (muletto);

Per ogni ulteriore indicazione relativa alla assistenza tecnica ed alle prestazioni collaterali concernenti i dispositivi oggetto della presente procedura di gara, si richiama integralmente tutto quanto disciplinato dal **CAPITOLATO TECNICO** (allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara / capitolato speciale di appalto.

8.2. PRESTAZIONI COLLATERALI

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alle seguenti ulteriori prestazioni collaterali:

- eventuale attività di formazione / addestramento per il personale qualificato (sanitario, tecnico ed afferente al servizio di ingegneria clinica aziendale) addetto alla utilizzazione delle apparecchiature ed addestramento per gli eventuali aggiornamenti tecnici o per necessità di turn-over del personale;
- fornitura di manuali di installazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature, contenenti tutte le metodiche e le modalità di applicazione, redatti in lingua italiana (manuale d'uso in formato cartaceo e digitale e manuale tecnico di servizio / service).

Per ogni ulteriori dettaglio e/o approfondimento inerente a quanto sopra, si rimanda integralmente al capitolato tecnico (allegato A - pagg. 3 e 4).

ARTICOLO 9 – FATTURAZIONE E DOCUMENTI DI TRASPORTO

La fattura ed il documento di trasporto dovranno tassativamente riportare gli estremi dell'ordine. Il documento comprovante l'avvenuta consegna dovrà essere firmato dal personale referente del Magazzino e/o dai preposti Servizi Economici dei Presidi Ospedalieri di Fabriano, Senigallia e Macerata (con firma leggibile e timbro) e dovrà arrecare la data di consegna.

La fattura dovrà pervenire a norma di legge, con esplicito riferimento alla bolla di consegna ed al numero d'ordine.

La data di ricevimento della fattura è attestata dal timbro apposto dal competente Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.

Il termine per il pagamento, nel rispetto delle vigenti normative, si intende fissato entro 60 giorni fine mese data fattura.

L'eventuale ritardo nel pagamento della fattura non può essere invocato come motivo valido per la mancata evasione dell'ordinativo ovvero come motivo di risoluzione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

Stanti le vigenti normative di settore, si fa presente sin d'ora che questa Stazione Appaltante provvederà a richiedere alla competente Autorità, ogni necessario documento utile alla valutazione della regolarità contributiva della impresa aggiudicataria, e soltanto in esito a positivo riscontro della stessa, darà mandato alle UU.OO. Bilancio e Finanza delle sedi operative / territoriali interessate di procedere alla liquidazione delle fatture.

ARTICOLO 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424
Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa: Via Marconi n. 9 – 60044 FABRIANO

7

Articolazione Responsabile del Procedimento: U.O. Provveditorato / Economato
Via Stelluti Scala – 60044 FABRIANO – tel. 0732.707491 / 707357 – fax 0732.707439 - e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it

L'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire alla stazione appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei prodotti forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi.

L'impresa aggiudicataria assumerà ogni responsabilità per l'uso di prodotti o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore.

L'impresa dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della stazione appaltante in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi a tenere indenne il committente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui lo stesso dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Ai sensi della Deliberazione della *Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* del 21.12.2011, con la quale la stessa Autorità di Vigilanza ha provveduto a dare attuazione all'articolo 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2012, **si rammenta** che gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di affidamento, saranno tenuti a versare – a favore della medesima Autorità - debito contributo economico, calcolato in relazione all'importo posto a base di gara dalla Stazione Appaltante.

Stante quanto sopra, tenuto conto della base d'asta fissata per la presente procedura di gara – determinata in € 180.000,00 – ai sensi dell'articolo 2 e secondo modalità e termini stabiliti dall'articolo 3 di cui alla citata deliberazione dell'Autorità, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il contributo da versare a favore della Autorità **si intende fissato in € 20,00.**

ARTICOLO 12 – CONTESTAZIONI / PENALI / RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le modalità attuative della fornitura oggetto del presente capitolato speciale di appalto dovranno essere realizzate nel pieno rispetto d'ogni direttiva disciplinata nel capitolato stesso.

Ai sensi degli articoli 297 e 298 del D.P.R. n. 207/2010, qualora a seguito di opportune verifiche dovessero emergere irregolarità, in relazione a:

- manchevolezze e/o deficienze attinenti alla qualità/quantità delle forniture concordate;
- mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e/o alle modalità d'espletamento della forniture e/o delle prestazioni collaterali concordate,

senza esclusione alcuna di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, le penali da applicare saranno stabilite dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione (Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale), in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente per un valore non superiore al dieci per cento (10%), da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento.

In caso di adempimento tardivo, saranno applicate penali in misura compresa tra 0,1 per mille e 0,1 per cento pro die.

Il Direttore dell'Esecuzione riferirà tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ad eventuali inadempimenti. Qualora la somma degli inadempimenti dovesse determinare un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, potrà promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sul credito dell'esecutore dipendente dal contratto del quale trattasi. Mancando crediti o essendo insufficienti, le modalità di corresponsione dell'ammontare medesimo sarà oggetto di accordo tra le parti, fermo restando quanto sopra anticipato in ordine al risarcimento per eventuali maggiori danni per inadempimento.

È ammessa, su motivata richiesta del Legale Rappresentante della impresa aggiudicataria da presentarsi entro gg. 15 dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'inadempimento non sia imputabile all'esecutore medesimo, oppure quando si riconosca che le penali siano manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

La disapplicazione non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali deciderà il Responsabile del Procedimento ove possibile entro gg. 30 dalla richiesta di disapplicazione, sentito il Direttore dell'Esecuzione anche in qualità di organo di collaudo.

Le penali verranno notificate all'affidatario in via amministrativa, restando in tal senso escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e/o ogni atto o procedimento giudiziale.

Oltre ai provvedimenti indicati, il RUP avrà facoltà:

- nei casi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, di particolare gravità, di procedere alla revoca dell'aggiudicazione;

Il RUP si riserva altresì di chiedere la risoluzione del contratto:

- in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni tutte indicate nel presente capitolato;
- in caso di cessione di azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Impresa.

L'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche in caso di inadempimento dell'aggiudicatario agli obblighi descritti dal presente capitolato, potrà fissare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

Trascorso inutilmente il predetto termine, il rapporto si intenderà risolto di diritto (Art 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

Le Aree Vaste n.ri 2 e 3 potranno inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, qualora l'impresa:

- a. perda i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'Art 38 del D.Lgs. 163/2006;
- b. risulti inadempiente rispetto agli obblighi di legge fissati in materia di regolarità contributiva, quali in tal senso comprovati dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e ricorrano le circostanze di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006, comma 1 lett. g).

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424
Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa: Via Marconi n. 9 – 60044 FABRIANO

9

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta aggiudicataria della fornitura, le AA.VV n.ri 2 e 3, a loro insindacabile giudizio, avranno il diritto di pretendere tanto la risoluzione del rapporto, da parte della impresa in liquidazione, quanto la eventuale continuazione dello stesso da parte dell'eventuale nuova ditta subentrata.

Con la risoluzione del rapporto sorge in capo alle Aree Vaste n.ri 2 e 3 il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Impresa inadempiente. All'impresa inadempiente saranno altresì addebitate le ulteriori spese sostenute dalle Aree Vaste n.ri 2 e 3 rispetto a quelle previste dal rapporto contrattuale risolto.

ARTICOLO 13 – AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alla propria disponibilità di bilancio o non ritenute idonee all'accoglimento sotto l'aspetto tecnico / normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

Questa stazione appaltante si riserva inoltre specifica facoltà di revocare la presente procedura di acquisizione qualora, prima dell'aggiudicazione definitiva, giungano a definizione gare condotte a livello ASUR, tali da assicurare migliori condizioni economiche, e/o di annullare la procedura in essere, qualora l'ASUR Marche, nell'esercizio del proprio diritto potestativo, decida che la fornitura di cui trattasi, finalizzata a dar compimento a quanto argomentato in premessa, diverga rispetto ai propri indirizzi di politica aziendale.

Questa stazione appaltante si riserva infine - ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, e della DGRM n. 1220/2012 con la quale la Regione Marche ha approvato le linee di attuazione ed applicazione del citato Decreto Legge, quali da ultimo recepite con determina n. 742/ASURDG in data 28.09.2012 - di non procedere ad aggiudicazione del presente appalto di forniture qualora, presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) - costituita con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670/2012 a decorrere dal 01.12.2012 - prima dell'aggiudicazione definitiva, risultino aggiudicate procedure di gara per forniture aventi le medesime e/o equivalenti caratteristiche tecniche dei dispositivi oggetto della presente procedura di gara atte a soddisfare – ad insindacabile giudizio dei Direttori delle UU.OO. interessate e del Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale – le esigenze delle citate strutture.

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa stazione appaltante si riserva in ultimo la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, ritenuta congrua e conveniente.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa, nell'ambito dei contratti, da sottoscrivere con le Aree Vaste n.ri 2 e 3 ed identificati con il **CIG n.**, assume, a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi di tracciabilità relativa ai flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge n. 136/2010 e successive integrazioni e modifiche.

L'impresa, a pena di nullità dei contratti di fornitura, ovvero di risoluzione degli stessi, assume inoltre l'onere di comunicare alle UU.OO. Bilancio e Finanza delle Aree Vaste n.ri 2 e 3 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati **entro gg. 7** dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424
Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa: Via Marconi n. 9 – 60044 FABRIANO

10

Articolazione Responsabile del Procedimento: U.O. Provveditorato / Economato

Via Stelluti Scala – 60044 FABRIANO – tel. 0732.707491 / 707357 – fax 0732.707439 - e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it

L'impresa, si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo delle Province di Ancona e/o Macerata (secondo la vigente competenza territoriale), della notizia di inadempimento della propria controparte (qualora esistente - subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa, al fine di consentire opportuna verifica delle clausole in esso inserite, assume inoltre l'onere di trasmettere prontamente all'Azienda, copia di ogni eventuale contratto di subappalto/subaffidamento sottoscritto.

Le Area Vasta n.ri 2 e 3 si fanno carico di verificare, in occasione del pagamento di quanto dovuto all'Impresa aggiudicataria, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto di appalto, pena la immediata risoluzione del contratto e risarcimento di eventuali danni.

L'eventuale richiesta di subappalto, dovrà essere prodotta per iscritto – firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della impresa interessata – e caricata a sistema unitamente alla restante documentazione amm.va, quale dettagliata al precedente articolo 2 del presente capitolato.

Detta richiesta dovrà descrivere con precisione la percentuale (%) della fornitura che si intende subappaltare e dimostrare, **con ogni ulteriore, utile documentazione da allegarsi alla richiesta stessa**, il possesso da parte del soggetto individuato dei requisiti di idonea capacità tecnica e professionale.

In tal caso, l'aggiudicatario resta comunque solo ed unico responsabile di fronte all'Amministrazione appaltante della parte della fornitura subappaltata. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato speciale / disciplinare di gara.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie debbono intendersi competenti (secondo rispettivi ambiti territoriali) i Fori di Ancona e/o Macerata.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con la stazione appaltante non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni legate alla fornitura sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati alla stazione appaltante (ed alle citate articolazioni territoriali della stessa: Fabriano, Senigallia e Macerata) dipendente da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e dalla importanza di garantire il buon andamento dell'amministrazione pubblica, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali la stazione appaltante è portatrice.

ARTICOLO 18 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e nel Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni), le disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 e del Decreto Legislativo n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia o che dovessero essere emanati nel corso della fornitura, in quanto applicabili.

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424
Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa: Via Marconi n. 9 – 60044 FABRIANO

11

Articolazione Responsabile del Procedimento: U.O. Provveditorato / Economato
Via Stelluti Scala – 60044 FABRIANO – tel. 0732.707491 / 707357 – fax 0732.707439 - e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/2003, si informano le imprese candidate che i dati personali raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della procedura di cui al presente capitolato. I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità della procedura medesima. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del citato Decreto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424

Area Vasta Territoriale n. 2 - Sede Amministrativa: Via Marconi n. 9 – 60044 FABRIANO

Articolazione Responsabile del Procedimento: U.O. Provveditorato / Economato

Via Stelluti Scala – 60044 FABRIANO – tel. 0732.707491 / 707357 – fax 0732.707439 - e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it

AREA VASTA N. 2

Fornitura di n.3 Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia - AAVV 2-3

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

NOTA: le specifiche dichiarate in questo documento, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate nei documenti allegati

Codice Tipologia CND-CIVAB	Z120204/STE*
Descrizione	Sistema Integrato per acquisizione e gestione di immagini Endoscopiche e di Chirurgia Mini-Invasiva
Quantità minima	N. 3
Reparto / Servizio destinatario	U.O.C. Chirurgia P.O. di Fabriano U.O.C. Ostetricia Ginecologia Senigallia U.O.C. Ostetricia Ginecologia Macerata
Destinazione d'uso	Fornisce e/o elabora un'immagine video del campo osservato per via endoscopica mediante acquisizione dell'immagine con camera televisiva, o del campo osservato per via videoendoscopica.
Importo	L'importo complessivo dell'appalto, non superabile, è di € 180.000,00 (I.V.A. esclusa).
Necessità di prova o visione	La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la visione delle Tecnologie nella configurazione offerta, da tenersi presso la sede indicata dalla Stazione Appaltante. Andrà indicato specificatamente nominativo e recapito del referente del Fornitore per la visione (rif. Allegato A-3).

* La classificazione identificata è indicativa della destinazione d'uso del dispositivo richiesto, che pertanto, se diversamente classificato, deve prevedere tale funzionalità.

SPECIFICHE TECNICHE

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche. Fatto salvo quanto sopra, si intendono obbligatorie le specifiche di 'minima' richieste.

Descrizione della fornitura	<p>Ciascun sistema dovrà essere completo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ N.2 Monitor ▪ Fonte di luce ▪ Video processore ▪ Testa telecamera ▪ Sistema di registrazione immagini/video ▪ Carrello <p>A completamento della fornitura dei n.3 Sistemi dovranno essere forniti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ N.2 Insufflatori
Caratteristiche tecniche di minima	<p>Monitor principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensione non inferiore a 26''; - flat-screen tipo LCD; - elevata risoluzione; - possibilità di visualizzazione tipo PiP; - ingressi video analogici, digitali e HD; <p>Monitor secondario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensione non inferiore a 20'';

AREA VASTA N. 2

Fornitura di n.3 Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia - AAVV 2-3

	<ul style="list-style-type: none"> - flat-screen tipo LCD; - elevata risoluzione; <p>Fonte luce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipologia LED; - possibilità di regolazione automatica/manuale dell'intensità; - indicatori e controlli sul pannello frontale; - elevata durata della lampada; <p>Video processore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - possibilità di supportare testine a 3CCD; - possibilità di regolazione dell'intensità luminosa; - indicatori e controlli sul pannello frontale; - ingressi video analogici, digitali e HD; - uscite video analogici, digitali e HD; <p>Testa telecamera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensioni e peso contenuti; - elevata ergonomia dell'impugnatura e della posizione dei pulsanti di comando; - testina digitale a 3CCD; <p>Sistema di registrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idoneo per registrazione di immagini e video; - con possibilità di registrazione su supporti vari, quali CD, DVD, pen drive, schede di memoria, etc.; <p>Carrello:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno 5 ripiani con idonea capacità di carico; - supporto per monitor principale; - braccio per monitor secondario - almeno un supporto porta bombole laterale; - almeno n.6 prese di alimentazione elettrica; - trasformatore di isolamento. <p>Insufflatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampi range di pressione e flusso regolabili; - sistema di riscaldamento di CO₂; - visualizzazione di indicatori e controlli (pressione attuale e pressione impostata, flusso della CO₂, % gas residuo, etc.); - allarmi acustici e visivi.
<p>Accessori/Consumabili di minima richiesta</p>	<p>Le apparecchiature offerte dovranno tutte essere complete di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo. In particolare dovranno essere forniti almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n.1 ottiche 0° da 5 mm con cavo - n.1 ottiche 30° da 5 mm con cavo - n.2 ottiche 0° da 10 mm con cavo - n. 3 cavo-testina telecamera - n. 3 tubo di gas per collegamento con raccordi appropriati <p>Nell'Offerta Economica (Allegato D) dovrà essere <u>dettagliata descrizione e quotazione economica delle singole componenti dell'intera configurazione delle apparecchiature oggetto di richiesta</u>. I prezzi praticati in offerta per le TS (e relativi accessori, opzioni) resteranno fissi ed immodificabili per l'intero periodo di validità contrattuale.</p> <p>Si chiede di allegare all'Offerta Economica (D):</p> <ul style="list-style-type: none"> - elenco accessori disponibili con indicazione del prezzo di listino e sconto (%) applicato

AREA VASTA N. 2

Fornitura di n.3 Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia - AAVV 2-3

	<p>elenco del materiale consumabile disponibile con indicazione, per ciascuno, del prezzo di listino e sconto (%) applicato, nonché se di produzione esclusiva oppure reperibile nel libero mercato.</p>
<p>Consegna-Installazione</p>	<p>Il tempo utile, in giorni naturali e consecutivi, per la consegna e l'installazione del sistema complessivo sarà quello indicato e sottoscritto dal legale rappresentante (nel rispetto del termine massimo individuato nella successiva sezione denominata "Tempo utile per l'ultimazione della fornitura").</p> <p>La consegna-installazione dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria direttamente presso i locali dell'U.O. di competenza secondo le indicazioni dei rispettivi Primari o di un suo delegato.</p> <p>La consegna delle apparecchiature dovrà essere immediatamente precedente all'installazione, per evitare stazionamenti incustoditi di cui questa Azienda non si accolla alcuna responsabilità.</p> <p>La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire al momento della consegna, la propria disponibilità all'aggiornamento tecnologico delle tecnologie offerte e delle loro principali componenti all'ultima versione e/o evoluzione.</p> <p>Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura. La ditta dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo i prodotti consegnati dovessero risultare non conformi a quelli aggiudicati.</p> <p>Nel documento di trasporto e nella fattura dovrà essere riportata la dicitura "APPARECCHIATURA NUOVA" ed il numero di matricola del prodotto e per i dispositivi medici il numero di repertorio (art. 5 D.M. 20/07/07 s.m.i.).</p>
<p>Collaudo</p>	<p>Il collaudo, che ha lo scopo di accertare la rispondenza delle caratteristiche della fornitura rispetto a quanto richiesto, la corretta installazione, il perfetto funzionamento delle tecnologie e delle relative attrezzature di supporto, prevede l'esecuzione delle verifiche secondo le norme CEI 62.128 "Guida alle prove d'accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione".</p> <p>Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del personale indicato dalla stazione appaltante e del personale referente dell'Aggiudicatario.</p> <p>In sede di collaudo l'Aggiudicatario dovrà fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due copie del manuale d'uso (in lingua italiana), di cui una in formato digitale; - manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione delle tecnologie fornite (comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici, descrizione dettagliata dell'hardware e del software, descrizione delle modalità di ricerca guasto e taratura, descrizione delle varie interfacce software, sorgenti software se pattuito in fornitura, tutte le password di accesso (comprese quelle di amministratore). <p>La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto. Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico dell'appaltatore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.</p>
<p>Riserva di utilizzo</p>	<p>L'Amministrazione, si riserva di sottoporre il materiale e le attrezzature oggetto della presente gara ad un congruo periodo di verifica della buona qualità dei prodotti e sistemi, stabilito in n.6 mesi a partire dalla data del collaudo, sulla base dei risultati ottenuti dall'impiego degli stessi.</p> <p>La non rispondenza dei prodotti alle esigenze sanitarie verrà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura del Personale Sanitario e Tecnico utilizzatori.</p> <p>In questo caso si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.</p>

AREA VASTA N. 2

Fornitura di n.3 Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia - AAVV 2-3

<p>Servizi di assistenza tecnica e garanzia minimi richiesti</p>	<p>Almeno mesi 24 di garanzia di tipo Full-Risk, a partire dalla data di esito positivo delle verifiche di conformità.</p> <p>In tale periodo dovranno essere garantiti i seguenti livelli di assistenza minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema e di tutte le parti di ricambio, a qualsiasi titolo deteriorate, salvo il dolo, con relativa sostituzione delle parti difettose ed usurate con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria; - riparazione e/o sostituzione gratuita di quelle parti che per qualità di materiale, per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore o a cause di forza maggiore; - in caso di guasti o malfunzionamenti, se l'intervento di manutenzione correttiva si rivelerà non risolvibile in loco, l'aggiudicatario dovrà garantire la continuità funzionale tramite fornitura temporanea di un muletto, con le medesime prestazioni tecnico-operative del prodotto offerto in gara; - riparazioni, tarature e tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva; - ogni intervento richiesto, anche solo telefonicamente, per assistenza tecnica d'urgenza; - verifiche annuali di sicurezza elettrica e particolari secondo le norme CEI applicabili; - numero illimitato di interventi su chiamata da parte della U.O. interessata, effettuati anche solo telefonicamente, per assistenza tecnica d'urgenza, inclusivi della eventuale sostituzione di parti di ricambio; - massimo tempo di intervento dalla chiamata: 8 ore consecutive (escluso festivi); - massimo tempo di ripristino della funzionalità dalla chiamata: 24 ore consecutive (escluso festivi). <p>L'offerente dovrà descrivere l'organizzazione dell'assistenza tecnica (All. B-3), al fine di dimostrare il possesso delle capacità e delle risorse atte a svolgere i servizi richiesti.</p> <p>Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di cui sopra, ovvero alla eventuale offerta migliorativa da parte della Ditta, sarà applicata una penale pari a: ((costo apparecchiatura interessata)/(5x365)) x 10</p>
<p>Formazione</p>	<p>Deve essere garantita la formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>al personale sanitario (medici, infermieri, etc.)</i>, sul corretto uso dei prodotti offerti, sulle metodiche di interesse e su tutto quanto necessario per far funzionare correttamente e in maniera ottimale le apparecchiature; - <i>al personale tecnico e dell'Ingegneria Clinica ASUR</i>, finalizzato alla conoscenza e all'uso delle tecnologie offerte ed alle principali procedure di manutenzione preventiva e correttiva.
<p>Conformità normativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 (D. Lgs 46/97 e 37/10); - CEI 62-5, CEI 62-51
<p>Tempo utile per la consegna</p>	<p>Entro e non oltre i trenta giorni (30gg) consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine.</p> <p>In caso di ritardata attivazione delle apparecchiature sarà applicata una penale pari allo 0,5% del valore totale di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno di ritardo.</p>
<p>PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE</p>	
<p>L'aggiudicazione del presente lotto sarà effettuata a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006), in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo secondo i seguenti criteri e punteggi:</p> <p>A) Elemento economico Punti 40 B) Elementi qualitativi Punti 60</p> <p>L'Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle offerte prima di procedere all'aggiudicazione. La congruità potrà essere valutata anche con riferimento a forniture analoghe effettuate a favore di altre Amministrazioni.</p>	



AREA VASTA N. 2

Fornitura di n.3 Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia - AAVV 2-3

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed economicamente congrua. Si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le apparecchiature offerte non risultino all'esame tecnico rispondenti alle esigenze dell'Ente, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle ditte offerenti siano ritenute non convenienti.

Elementi qualitativi

Il punteggio relativo al parametro "qualità" sarà attribuito dalla Commissione, dopo valutazione della documentazione tecnica ed eventualmente della visione delle tecnologie offerte, applicando la seguente formula:

$$K(x) = \sum i [W(x)_i * V(x)_i]$$

dove:

- **i** numero totale dei criteri di valutazione
- $\sum i$ sommatoria
- **K(x)** rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x
- **W(x)_i** è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione *i-esimo* dell'offerta x, in base ai seguenti parametri:

PARAMETRI	Punti Max	Punti Min (*)
Caratteristiche generali dell'offerta (<i>presentazione dell'offerta tecnica, chiarezza della documentazione tecnica, etc.</i>)	2	-
Caratteristiche tecniche delle TS (<i>caratteristiche tecniche, dimensione, ingombro, accessoristica in dotazione, etc.</i>)	30	≥ 18
Funzionalità e prestazioni delle TS (<i>semplicità d'uso e di gestione, ergonomia, qualità dell'immagine, etc.</i>)	20	≥ 12
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto (<i>supporto alla installazione, formazione, manutenzione, etc.</i>)	8	≥ 4,8
Punteggio Qualità TOTALE	60	-

(*) punti minimi di ammissibilità

- **V(x)_i** è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, per ogni elemento di valutazione, secondo quanto segue:

- ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1 secondo il giudizio riportato nella seguente tabella di corrispondenza:

Giudizio Coefficienti	V(x) _i
Nulla	0
Inadeguato	0,1
Assolutamente insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,3
Insufficiente	0,4
Mediocre	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9

AREA VASTA N. 2

Fornitura di n.3 Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia - AAVV 2-3

	<p>Eccellente</p> <ul style="list-style-type: none"> viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (media provvisoria); vengono calcolati i coefficienti definitivi [variabili tra 0 e 1] riportando ad uno la media provvisoria più alta e proporzionando ad essa le restanti. <p>Non saranno ammesse alla seconda fase della gara per l'applicazione del punteggio relativo al prezzo i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio parziale per le singole voci di valutazione di cui alla tabella sopra richiamata, inferiore ai punti minimi di ammissibilità ivi indicati.</p> <p>Il raggiungimento o superamento delle soglie tecniche indicate per singola voce di valutazione è condizione necessaria per l'apertura della offerta economica del concorrente.</p> <p>Il punteggio totale verrà calcolato riportando a 60 il punteggio più alto e proporzionando ad esso i restanti.</p>	<p>1</p>
<p>Elemento economico</p>	<p>La valutazione economica delle offerte sarà effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo, con formula proporzionale inversa, da parte del sistema di calcolo della piattaforma digitale del mercato elettronico (MEPA).</p> <p>Si precisa che per importo complessivo di fornitura si intende quello indicato come "OFFERTA COMPLESSIVA" nell'Allegato D (fac-simile Offerta Economica).</p> <p><u>Non saranno ammesse offerte parziali o subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, nè offerte in aumento.</u></p>	
<p>Elenco Allegati</p>	<p>OFFERTA TECNICA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Elenco / legenda di presentazione delle documentazioni presentate. <input checked="" type="checkbox"/> Relazione di presentazione dei prodotti offerti (massimo 8 pagine). <input checked="" type="checkbox"/> Questionario Assistenza Tecnica e Servizi (file: <i>B - Allacq.xls</i>): <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.B-1"; <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.B-2"; <input checked="" type="checkbox"/> allegato "All.B-3"; <input checked="" type="checkbox"/> Questionario Caratteristiche Tecniche (file: <i>C - Questionario Tecnico.xls</i>). <input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione disponibilità alla prova pratica (file: <i>E - Prova Pratica.xls</i>). <input checked="" type="checkbox"/> Offerta economica <u>senza prezzi</u> (file_fac simile: <i>D - Offerta Economica senza prezzi.xls</i>) e relativi allegati. <input checked="" type="checkbox"/> Copia del documento di certificazione CE applicabile (dichiarazione e certificato in funzione della procedura di certificazione seguita, redatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità Europea, in accordo con quanto indicato nelle direttive europee e disposizioni nazionali applicabili) delle tecnologie offerte, esplicitando la classe di rischio coerente con la destinazione d'uso individuata ed eventuali limitazioni d'uso. Ai fini della presente documentazione, non sono accettabili, ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000, autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. <input checked="" type="checkbox"/> Certificazione di conformità a norme nazionali e internazionali e direttive, se non già contenuto nella certificazione di cui al punto precedente. <input checked="" type="checkbox"/> Attestazione di registrazione dei prodotti offerti al Repertorio dei Dispositivi Medici (D.M. 20/02/2007, D.M. 21/12/2009), se necessari. <input checked="" type="checkbox"/> Manuali d'uso in lingua italiana dei sistemi offerti. <input checked="" type="checkbox"/> Manuali di servizio per la manutenzione correttiva su guasto e preventiva dei sistemi offerti. <input checked="" type="checkbox"/> Depliant illustrativi e/o documentazione scientifica. <p><i>In esecuzione di quanto disposto all'art. 6 comma 2 del D.M. del 21/12/2009, i Concorrenti possono astenersi dal fornire informazioni disponibili nel Repertorio dei Dispositivi Medici</i></p>	



INGEGNERIA CLINICA

AREA VASTA N. 2

Fornitura di n.3 Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia - AAVV 2-3

del Ministero della Salute. In tal caso il Concorrente potrà astenersi dal consegnare la specifica documentazione richiesta al presente prospetto, allegando dichiarazione con indicazione delle informazioni disponibili nel Repertorio dei Dispositivi Medici, aggiornate alla data della dichiarazione stessa.

OFFERTA ECONOMICA


- Offerta economica (file_fac simile: D - Offerta Economica.xls).

Data, ____ / ____ / ____

Timbro e Firma

ALLEGATO B-1
Informazioni Ditta

- 1 RAGIONE SOCIALE
- 2 CITTA'
- 3 PROVINCIA (sigla)
- 4 INDIRIZZO
- 5 CAP
- 6 TELEFONO 1
- 7 TELEFONO 2
- 8 FAX
- 9 E-Mail
- 10 INDIRIZZO INTERNET www



ALLEGATO B-2

Servizio di istruzione del personale sanitario / tecnico

Ragione Sociale Città Provincia
CAP Indirizzo Tel. 0 Fax 0

Apparecchiatura

1. La ditta si impegna a fornire i seguenti corsi per il personale sanitario e tecnico:

1.1 Compresi nella fornitura e senza alcun costo aggiuntivo (SI,NO)

1.2 Corso per il personale sanitario comprendente tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla gestione ed utilizzo dell'apparecchiatura (SI,NO)

1.2.1 DURATA giorni TOTALE ORE

1.2.2 SEDE CORSO

1.2.3 MATERIALE DIDATTICO FORNITO

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.3 Corso per il personale tecnico e dell'Ingegneria Clinica ASUR comprendente tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla gestione dell'apparecchiatura e ad effettuare la manutenzione correttiva e preventiva (SI,NO)

1.3.1 DURATA giorni TOTALE ORE

1.3.2 SEDE CORSO

1.3.3 MATERIALE DIDATTICO FORNITO

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

1.4 INSEGNANTE/I

1.4.1 QUALIFICA INSEGNANTE/I

LA DITTA

ALLEGATO B-3

Servizio di Assistenza Tecnica della ditta

Ragione Sociale	Città	Provincia
CAP	Indirizzo	Tel.	0
				Fax	0

SEDE DELLA DITTA INCARICATA DAL FORNITORE AD EFFETTUARE L'ASSISTENZA TECNICA IN SITO
(Indicare se autorizzata dal produttore / referente per l'assistenza formato dal produttore)

Ragione Sociale	Città	Provincia
CAP	Indirizzo	Tel.
				Fax

Numero e qualifica dei tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
NUMERO: QUALIFICA:

NUMERO DI TECNICI PER APPARECCHIATURE INSTALLATE (analoghe a quella offerta): 7

SEDE DELL'ASSISTENZA PRINCIPALE DELLA DITTA

Ragione Sociale	Città	Provincia
CAP	Indirizzo	Tel.
				Fax

Numero e qualifica dei tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:
NUMERO: QUALIFICA:

NUMERO DI TECNICI PER APPARECCHIATURE INSTALLATE (analoghe a quella offerta):

TEMPI DI INTERVENTO GARANTITI

Tempo massimo di intervento dal momento della chiamata da parte dell'ASUR:
ORE LAVORATIVE CON CONTRATTO
ORE LAVORATIVE SENZA CONTRATTO

Tempo massimo di risoluzione del guasto dal momento di inizio lavoro: ore lavorative per il
% degli interventi.

PERIODO DI TEMPO IN CUI SI GARANTISCE L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE (ANNI)

UPGRADE E AGGIORNAMENTO DELLE APPARECCHIATURE OFFERTE

L'Upgrade e/o aggiornamento hardware e software delle apparecchiature offerte é (indicare con SI o NO alla rispettiva voce):

GRATUITO E AUTOMATICO
GRATUITO SU RICHIESTA
PREVISTO SOLO NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE
DA CONTRATTARE DI VOLTA IN VOLTA
FORNITURA DI MACCHINA SOSTITUTIVA (Si,No)

IL CONTRATTO FULL RISK PREVEDE L'ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI PARTI DI RICAMBIO

NOME	DESCRIZIONE	CODICE	COSTO Unitario
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tutto quanto non sopra riportato si intende fornito durante la garanzia e a carico della ditta fornitrice.

INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DI MANUTENZIONE - MANUTENZIONE SU CHIAMATA

Tariffe €:

DIRITTO DI CHIAMATA:

COSTO ORARIO LAVORO

COSTO ORARIO VIAGGIO

INDENNITA' CHILOMETRICA:

COSTO FORFETTARIO PER INTERVENTI SUPERIORI ALLE 8 ORE:

ALTRO

GARANZIA

PERIODO GARANZIA ASSICURATO (MESI)

TIPO DI ASSISTENZA TECNICA (Full Risk, Manut. Prev., etc.)

FORNITURA DI MACCHINA SOSTITUTIVA (Si,No)

DURANTE LA GARANZIA E' PREVISTA L'ESCLUSIONE DI:

PARTI DI RICAMBIO	DESCRIZIONE	CODICE	COSTO Unitario

Tutto quanto non sopra riportato si intende fornito durante la garanzia e a carico della ditta fornitrice.

NORMATIVE E/O CERTIFICAZIONI

L'assistenza tecnica della ditta é effettuata secondo le seguenti normative (ISO, EN, ecc.)

EDIZIONE

EDIZIONE

L'assistenza tecnica é inoltre certificata da:

LA DITTA

Allegato C

COLONNA DI ENDOSCOPIA E LAPAROSCOPIA

N.B. Le informazioni inserite nel seguito si intendono relative alla configurazione offerta

DATI GENERALI

Produttore
Modello
Fornitore
CND
N. Repertorio
Anno di inizio produzione del modello offerto

Parametri	Dati / Valori
-----------	---------------

1 CARATTERISTICHE STRUTTURALI

1.1 MONITOR PRINCIPALE

- 1.1.1 Modello (dettagliare nome e versione)
- 1.1.2 Dimensioni [in pollici]
- 1.1.3 Risoluzione (dettagliare: 1600x1200, 1920x1200, etc.) [in pixel]
- 1.1.4 Luminosità [cd/m²]
- 1.1.5 Angolo visivo [in gradi]
- 1.1.6 Formato (dettagliare: 4:3, 5:4, 16:9, etc.)
- 1.1.7 Rapporto di contrasto (dettagliare: 500:1, 600:1, 1000:1, etc.)
- 1.1.8 Tempo di risposta [in ms]
- 1.1.9 Sistema antiriflesso (no, si - dettagliare)
- 1.1.10 Modalità di visualizzazione compatibili (dettagliare: PiP, PoP, etc.)
- 1.1.11 Visualizzazione dati e parametri a monitor (no, si - dettagliare)
- 1.1.12 Eventuali pulsanti di comando (no, si - dettagliare numero e funzioni)
- 1.1.13 Input analogici (elenicare)
- 1.1.14 Input digitali (elenicare)
- 1.1.15 Input HD (elenicare)
- 1.1.16 Output analogici (elenicare)
- 1.1.17 Output digitali (elenicare)
- 1.1.18 Output HD (elenicare)

- 1.1.20 Modello (dettagliare nome e versione)
- 1.1.21 Dimensioni [in pollici]
- 1.1.22 Risoluzione (dettagliare: 1600x1200, 1920x1200, etc.) [in pixel]
- 1.1.23 Luminosità [cd/m²]
- 1.1.24 Angolo visivo [in gradi]
- 1.1.25 Formato (dettagliare: 4:3, 5:4, 16:9, etc.)
- 1.1.26 Rapporto di contrasto (dettagliare: 500:1, 600:1, 1000:1, etc.)
- 1.1.27 Tempo di risposta [in ms]
- 1.1.28 Sistema antiriflesso (no, si - dettagliare)
- 1.1.29 Modalità di visualizzazione compatibili (dettagliare: PiP, PoP, etc.)
- 1.1.30 Visualizzazione dati e parametri a monitor (no, si - dettagliare)
- 1.1.31 Eventuali pulsanti di comando (no, si - dettagliare numero e funzioni)
- 1.1.32 Input analogici (elenicare)
- 1.1.33 Input digitali (elenicare)
- 1.1.34 Input HD (elenicare)
- 1.1.35 Output analogici (elenicare)
- 1.1.36 Output digitali (elenicare)
- 1.1.37 Output HD (elenicare)

- 1.2
- 1.2.1 Modello (dettagliare nome e versione)
- 1.2.2 Tipo di lampada (dettagliare: xenon, led)
- 1.2.3 Potenza [in Watt]
- 1.2.4 Temperatura di colore [in Kelvin]
- 1.2.5 Vita della lampada [in ore di attività continua]
- 1.2.6 Regolazione intensità (dettagliare modalità)
- 1.2.7 Lampada di emergenza (no, si - dettagliare tipologia, potenza, temperatura di colore e vita della lampada)
- 1.2.8 Comandi gestibili dal pannello frontale (elenicare e dettagliare)
- 1.2.9 Indicatori presenti sul pannello frontale (elenicare e dettagliare)
- 1.2.10 Spie luminose presenti sul pannello frontale (elenicare e dettagliare)
- 1.2.11 Allarmi acustici (dettagliare numero, tipologia, funzione e modalità di attivazione)

- 1.3
- 1.3.1 Modello (dettagliare nome e versione)
- 1.3.2 Risoluzione [num. di linee]
- 1.3.3 Tipologia scansione (dettagliare: progressiva, interlacciata)
- 1.3.4 Formato (dettagliare: 5:4, 16:9, etc.)
- 1.3.5 Controllo automatico esposizione / luminosità (no, si - dettagliare)
- 1.3.6 Comandi gestibili dal pannello frontale (elenicare e dettagliare)
- 1.3.7 Indicatori presenti sul pannello frontale (elenicare e dettagliare)
- 1.3.8 Spie luminose presenti sul pannello frontale (elenicare e dettagliare)
- 1.3.9 Possibilità di utilizzare testine mono/3CCD/HD (no, si - dettagliare)
- 1.3.10 Strumentazione videoendoscopica compatibile (elenicare e dettagliare)
- 1.3.11 Supporti di archiviazione integrati (no, si - dettagliare tipologia: USB, schede di memoria, etc.; dati archiviabili: foto / video; formato di archiviazione)
- 1.3.12 Input disponibili (dettagliare: tastiera, connettore seriale, etc.)
- 1.3.13 Output analogici (elenicare)
- 1.3.14 Output digitali (elenicare)
- 1.3.15 Output HD (elenicare)
- 1.3.16 Allarmi acustici (dettagliare numero, tipologia, funzione e modalità di attivazione)

1.4 TESTINA TELECAMERA

- 1.4.1 Modello (dettagliare nome e versione)
- 1.4.2 Sensori (dettagliare numero e tipo)
- 1.4.3 Distanza focale [in mm]
- 1.4.4 Zoom (dettagliare)
- 1.4.5 Numero di pulsanti / ghiera (elenicare per tipologia)
- 1.4.6 Funzioni gestibili dai pulsanti / ghiera della testina (elenicare e dettagliare)
- 1.4.7 Peso della testina [in grammi]
- 1.4.8 Dimensioni (l x h x p) [in mm]
- 1.4.9 Possibilità di disinfezione (no, si - dettagliare modalità)

- 1.5 **INSUFFLATORE**
- 1.5.1 Modello *(dettagliare nome e versione)*
- 1.5.2 Tipologia gas idoneo
- 1.5.3 Range di flussi *[in l/min]*
- 1.5.4 Range pressioni *[in mmHg]*
- 1.5.5 Sensibilità rilevazione flussi *[in l/min]*
- 1.5.6 Sensibilità rilevazione pressioni *[in mmHg]*
- 1.5.7 Precisione misurazione flussi *[in %]*
- 1.5.8 Precisione misurazione pressioni *[in %]*
- 1.5.9 Modalità di flusso impostabili *(elencare e dettagliare)*
- 1.5.10 Comandi gestibili dal pannello frontale *(elencare e dettagliare)*
- 1.5.11 Indicatori presenti sul pannello frontale *(elencare e dettagliare)*
- 1.5.12 Spie luminose presenti sul pannello frontale *(elencare e dettagliare)*
- 1.5.13 Sistema di riscaldamento gas insufflato *(dettagliare e specificare se interno o esterno)*
- 1.5.14 Allarmi acustici *(dettagliare numero, tipologia, funzione e modalità di attivazione)*

1.6 SISTEMA DI REGISTRAZIONE

- 1.6.1 Tipologia file registrabili (specificare: immagini, video, immagini e video)
- 1.6.2 Risoluzione immagini/video acquisiti (dettagliare: 1280x1024, 1600x1200, etc.)
- 1.6.3 Tipologia scansione (dettagliare: progressiva, interlacciata)
- 1.6.4 Capacità eventuale hard-disk interno [in Gb]
- 1.6.5 Formati file immagini supportati (elencare)
- 1.6.6 Formati file video supportati (elencare)
- 1.6.7 Input analogici (elencare)
- 1.6.8 Input digitali (elencare)
- 1.6.9 Output analogici (elencare)
- 1.6.10 Output digitali (elencare)
- 1.6.11 Dispositivi supportati per salvataggio files (CD, DVD, USB, schede di memoria, etc.)
- 1.6.12 Ulteriori specifiche (in relazione alla tipologia di sistema di archiviazione offerto - dettagliare)
- 1.6.13 Allarmi acustici (dettagliare numero, tipologia, funzione e modalità di attivazione)

1.7 CARRELLO

- 1.7.1 Dimensioni complessive (l x h x p) [in cm]
- 1.7.2 Numero ripiani
- 1.7.3 Dimensione ripiani (l x p) [in cm]
- 1.7.4 Capacità di carico ripiani (dettagliare per ciascun ripiano)
- 1.7.5 Numero e tipologia freni (dettagliare)
- 1.7.6 Numero prese del trasformatore d'isolamento
- 1.7.7 Eventuali cassette (no, si - specificare numero e dimensioni)
- 1.7.8 Eventuale supporto porta-bombole (no, si - specificare numero e dimensioni)

2 ACCESSORI A CORREDO (specificare per ciascuno se incluso nell'offerta o opzionale)

- 2.1 Cavo-luce (dettagliare lunghezza [in cm], diametro [in mm] ed eventuale angolazione [in gradi])
- 2.2 Ottiche (dettagliare n. e tipologia)
- 2.3 Cavo testina telecamera (dettagliare lunghezza [in cm])
- 2.4 Tubo per insufflatore (dettagliare tipologia attacco e lunghezza [in cm])
Cavi di alimentazione integrati nel carrello e connessi al trasformatore di isolamento (dettagliare numero e lunghezze [in cm])
- 2.5 Eventuale tastiera (dettagliare)
- 2.6 Eventuale videostampante (dettagliare)
- 2.7 Eventuali pedali di comandi (dettagliare numero e funzioni gestibili)
- 2.8 Eventuali flaconi morbidi / rigidi per aspirazione (dettagliare tipologia e specificare la capacità [in l])
- 2.9 Eventuale materiale consumabile dedicato (filtri, tubi in silicone, etc)
- 2.10 Eventuale ulteriore dotazione accessoria (elencare e dettagliare)

3 SICUREZZA

- 3.1 **ALARM**
- 3.1.3 Ulteriori sistemi di sicurezza hardware o software (elencare e dettagliare)

3.2 CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'

- 3.2.1 Marchi di qualità (elencare)
- 3.2.2 Certificazione di conformità a norme nazionali (dettagliare con allegato)
- 3.2.3 Certificazione di conformità a norme internazionali (dettagliare con allegato)
- 3.2.4 Certificazione di conformità ad altre DIRETTIVE (dettagliare con allegato)
- 3.2.5 FDA approval (no, si - dettagliare con allegato)
- 3.2.6 Marcatura CE (no, si - dettagliare con allegato)
- 3.2.7 Certificazione di qualità ISO 9001 (no, si - dettagliare con allegato)

3.3 MANUALISTICA E DOCUMENTAZIONE

- 3.3.1 Manuali d'uso in italiano (no, si - dettagliare con allegato)
- 3.3.2 Manuale di servizio per la manutenzione, comprensivo di disegni costruttivi e schemi elettrici, meccanici, pneumatici, etc., con descrizione dettagliata di tutto quanto necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria (no, si - dettagliare con allegato)
- 3.3.3 Manuale di servizio per la manutenzione preventiva e periodica (no, si - dettagliare con allegato)

4 ALTRE CARATTERISTICHE

- 4.1 Numero di installazioni dello stesso modello in ambito regionale (specificare ospedale e anno di vendita)
- 4.2 Numero delle installazioni dello stesso modello in Italia
- 4.3 Numero di installazioni dello stesso modello vendute in Italia nell'ultimo anno

5 ULTERIORI INFORMAZIONI A CURA DELLA DITTA

- 5.1 Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

A – DISPOSITIVI COMPONENTI IL SISTEMA OGGETTO DI RICHIESTA (OGGETTO DI COMPARAZIONE ECONOMICA)									
ID (*)	CND	Numero Repertorio D.M.	Riferimento	Descrizione / dettaglio / codice / produttore Dispositivo	Quantità	Costo Listino singolo dispositivo e/o sistema in euro (I.V.A. esclusa)	Costo offerto singolo dispositivo e/o sistema in euro (I.V.A. esclusa)	Costo totale in euro (I.V.A. esclusa)	Aliquota I.V.A.
1									
2									
....								
TOTALE A									

(*) Ogni modello di dispositivo deve essere identificato da un codice numerico ID – con funzione di collegamento con gli eventuali relativi accessori / moduli opzionali di cui alla successiva SEZIONE B

L'offerta include oltre agli oneri da rischi di interferenza eventualmente quantificati come da documentazione di gara anche gli oneri per la sicurezza, connessi all'attività specifiche dell'impresa, già compresi nel **TOTALE A** pari a euro _____ / _____.

B – COMPONENTI OPZIONALI (Quotazioni aggiuntive al di fuori della fornitura base)									
ID (*)	CND	Numero Repertorio D.M.	Riferimento	Descrizione / dettaglio / codice / produttore Dispositivo	Quantità	Costo Listino singolo dispositivo e/o sistema in euro (I.V.A. esclusa)	Costo offerto singolo dispositivo e/o sistema in euro (I.V.A. esclusa)	Costo totale in euro (I.V.A. esclusa)	Aliquota I.V.A.
1									
2									
....								
TOTALE B									

(°) Specificare su quale ID delle precedenti SEZIONI A l'accessorio / modulo è installabile.

C - SERVIZI OPZIONALI (Quotazioni aggiuntive al di fuori della fornitura base)		
Descrizione attività	Costo omnicomprensivo TOTALE in euro (senza IVA)	Costo omnicomprensivo TOTALE in euro (con IVA)
Assistenza tecnica di tipo Tutto Compreso per un anno		
.....		

Si dichiara altresì che:

- a) che nella redazione dell'offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, ai sensi dell'art.1 della L.327/2000;
- b) che si intende/non si intende avvalersi del sub appalto della fornitura; nel caso di sub-appalto, si riportano di seguito le parti e la natura delle prestazioni che si intendono sub-appaltare, con l'esatta indicazione e quantificazione delle stesse, che non supererà comunque il 30% del valore complessivo della fornitura;
- c) che l'offerta resta valida 180 giorni decorrenti da quello di scadenza per la presentazione dei documenti di gara;
- d) che la garanzia è garantita per _____ mesi secondo le condizioni riportate nel Capitolato Tecnico;
- e) che la fornitura verrà effettuata entro e non oltre _____ giorni consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine.

Data,

Firma del Legale Rappresentante
o di un suo Procuratore

AREA VASTA N. 2

Fornitura di n.3 Sistemi di Endoscopia e Laparoscopia - AAVV 2-3

**DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'EFFETTUAZIONE
DELLA PROVA PRATICA**

(compilare tutti i campi)

Spett.le ASUR AV2 Fabriano
U.O.C. Acquisti e Logistica
Via Turati, 51
60044 Fabriano

**OGGETTO: FORNITURA DI N.3 SISTEMI DI ENDOSCOPIA E LAPAROSCOPIA - AAVV 2-3 -
CODICE CIG:**

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ provincia di _____
Codice Fiscale n. _____
in qualità di _____
dell'impresa _____

DICHIARA:

che l'impresa offerente è disponibile all'effettuazione della prova pratica prevista per l'assegnazione del punteggio relativo al merito tecnico nelle sedi che verranno indicate dalla Stazione Appaltante.

FIRMA LEGGIBILE

