

AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 d.p.r. 445/2000)

Riferimenti: Procedura tramite RDO sul Mercato Elettronico per la fornitura di

N. 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO per U.O. UTIC del P.O. di CIVITANOVA MARCHE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 _____ il _____ residente a _____
 in Via _____ n. ____ in qualità di _____
 _____ dell'impresa _____

con sede legale o domicilio fiscale a _____ in
 Via _____ n. _____ consapevole delle sanzioni
 penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, cui può andare incontro in caso di
 dichiarazioni mendaci, e dell'art. 75 del medesimo D.P.R. sulla decadenza dei benefici
 eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del sopra citato D.P.R. 445/2000:

- **(se di interesse)** di classificarsi **MICRO IMPRESA** o **PICCOLA IMPRESA** o **MEDIA IMPRESA** **(riportare l'ipotesi che eventualmente ricorre)**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 12 e 13 della Legge 11/11/2011 n. 180, in quanto rientra nei seguenti parametri:

Parametri	Dati
Numero dipendenti inferiore a:	n.
Fatturato inferiore o uguale a:	mln
Stato patrimoniale inferiore o uguale a:	mln

fissati ex Raccomandazione n. 03/361/CE in GUCE I. 124/2003 e D.M. 18/04/2005 n. 19470, del Ministero delle Attività Produttive, in GURI 238/2005.

- **(se di interesse)** che l'impresa, costituita sotto forma di società di capitali o consorzio:
 - a) **è a socio unico**, nelle vesti del/la Sig./ra _____ nato/a a _____
 _____ il _____ residente a _____
 _____ in Via _____ n. ____ ,
 codice fiscale _____;
 - b) **ha meno di quattro soci**, con **socio di maggioranza** il/la Sig./ra _____
 _____ nato/a a _____ il _____

_____ residente a _____ in Via
 _____ n. ____, codice fiscale _____;

c) ha i seguenti amministratori muniti di potere di rappresentanza:

Sig./ra _____ nato/a a _____ il
 _____ residente a _____ in Via
 _____ n. ____, codice fiscale _____;

Sig./ra _____ nato/a a _____ il
 _____ residente a _____ in Via
 _____ n. ____, codice fiscale _____;

Sig./ra _____ nato/a a _____ il
 _____ residente a _____ in Via
 _____ n. ____, codice fiscale _____;

- di **non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione** previste dall'art. 38 del D.Lgs 163 del 12/04/2006, tenendo debito conto che l'articolo medesimo dispone quanto segue:

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;*
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;*
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*

- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- con espresso riferimento a quanto autodichiarato rispetto alle condizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006, **si indica la presenza delle seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta:**

Tribunale che ha emesso la sentenza-decreto e data di emissione	Tipologia di reato – relativi riferimenti normativi – data consumazione del reato	Circostanze e relativi riferimenti normativi	Dispositivo sentenza e relativi riferimenti normativi	Eventuali benefici e relativi riferimenti normativi	Note

NOTA: Ai fini del citato comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per le quali e' intervenuta la riabilitazione.

- ai fini del comma 1, lettera m-quater), **si formula la seguente dichiarazione contrassegnata:**

- Si dichiara** di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Si dichiara** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- Si dichiara** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- pertanto, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/1999 e che non sussiste, nei confronti del sottoscritto candidato, affidatario dell'appalto, affidatario del subappalto o cottimo, alcuno dei divieti previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quanto recentemente sancito dalla Legge 13/08/2010 n. 136 ;
- l'inesistenza di piani di emersione del lavoro irregolare, con procedura automatica o progressiva, per i quali non sia concluso il periodo di emersione, ex legge 18 ottobre 2001 n. 383, che costituirebbero esclusione dalle gare di appalto pubblico;
- l'inesistenza di ulteriori impedimenti "ex lege" alla partecipazione alla procedura di selezione del contraente o, in ogni caso alla generica sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, come ad esempio nel caso in cui sia stata comminata la sanzione dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; a mero titolo esemplificativo possono citarsi le seguenti normative: art. 44, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"); art. 41, d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"); art. 36, l. 20 maggio 1970, n. 300 ("Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"); art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari");
- ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 163 del 12/04/2006, di **essere iscritta** nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, o nel registro della Commissione Provinciale per l'Artigianato di _____, o presso l'Ordine Professionale _____ di _____, per l'attività di _____ n° _____ di iscrizione _____, legalmente rappresentata da:

INDICARE:

- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;*
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;*

- d) *amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;*
- e) *procuratori ed altri soggetti titolari di ampi poteri decisionali tali da consentire di determinare gli indirizzi di gestione dell'impresa ed in grado di manifestare all'esterno la volontà dell'azienda;*
in ogni caso indicare sempre i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

Cognome e nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza completa	Tipo di carica e scadenza

NOTE: *oltre alle informazioni obbligatorie di cui sopra è in facoltà dell'Operatore Economico produrre in allegato, a titolo meramente integrativo, copia conforme di certificazione o visura della CCIAA o altro, dalla quale risultino informazioni sull'azienda, di data non anteriore a tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente autocertificazione.*

- ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 163 del 12/04/2006, che il **fatturato globale complessivo d'impresa**, realizzato nel triennio 2012/2013/2014 (**IVA esclusa**) è stato pari a Euro _____, e che l'**importo relativo a servizi o forniture nel settore oggetto di gara**, realizzato nel triennio 2012/2013/2014 (**IVA esclusa**) è stato pari a Euro _____ (**ATTENZIONE: Non dovrà essere inferiore al livello minimo pari a ... volta/volte l'importo dei lotti di interesse**)
- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 163 del 12/04/2006, che l'elenco dei **principali servizi o forniture** prestati nel triennio 2012/2013/2014, è il seguente:

Oggetto fornitura	Importo (iva esclusa) Euro	Data fornitura o prestazione	Destinatario (pubblico o privato)

Si dichiara espressamente che tali forniture sono state regolarmente eseguite;

- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 163 del 12/04/2006, che l'elenco **dei tecnici e degli organi tecnici**, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità, è il seguente:

Nome e Cognome del Tecnico e/o Indicazione dell'Organo Tecnico	Incarico del Tecnico e/o composizione (nomi, cognomi e incarichi) e attività dell'Organo tecnico

- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 163 del 12/04/2006, che le **attrezzature tecniche** individuabili e rintracciabili, le **misure** adottate **garantire la qualità** nonché gli **strumenti di studio o di ricerca** di cui si dispone, sono i seguenti:

prendendo atto che l'iscrizione costituirà, per la stazione appaltante, presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m);

- di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali, e le leggi vigenti che disciplinano l'appalto in oggetto;
- di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale che regolano la fornitura, nonché nel Capitolato Generale, nonché di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
- dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto, del contratto da stipularsi e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione del servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti - che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione del servizio/fornitura.
- di essere in possesso di tutte le eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente per:
 - la produzione e/o commercializzazione e/o installazione dei prodotti oggetto della fornitura;
 - la prestazione del servizio oggetto di gara;e di impegnarsi a comunicare immediatamente all'Ente le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni medesime che intervenissero in corso di fornitura o prestazione;
- di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta:
 1. di tutte le condizioni contrattuali;
 2. dei costi, oneri e obblighi, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui, quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita l'installazione;

- di non aver ricevuto più di tre contestazioni scritte da una amministrazione appaltante, né di essere stata oggetto di risoluzione del contratto per inadempimento o di revoca dell'appalto per mancata fornitura o prestazione;
- che per ogni eventuale comunicazione inerente la gara di riferimento, comprese richieste di chiarimento e/o integrazione documentale, il candidato elegge domicilio presso:

Denominazione	
Via e n. civico	
CAP e Città	
Fax	
Telefono	
Indirizzi mail	
Indirizzo PEC	

autorizzando espressamente la Stazione Appaltante all'inoltro delle comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs.163/2006 al sopra indicato numero di fax, ai sensi del comma 5 bis del citato articolo;

- di impegnarsi fin da ora ad ottemperare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- dichiara di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di eventuali protocolli di legalità/patti di integrità stipulati o dovessero stipularsi;
- di essere informato e prendere atto, che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N. 196 del 30.6.2003, come stabilito dal Disciplinare di gara, e che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio a tutti i controlli e verifiche ritenuti necessari in ordine alla veridicità delle autodichiarazioni presentate, come parimenti stabilito dal Disciplinare di gara;
- di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla presente procedura di gara con conseguente escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; se risultata già aggiudicataria decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata con conseguente escussione della cauzione prestata e segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula dell'eventuale contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall'Azienda ai sensi dell'art. 1456 del cod.civ.;

- che il sottoscritto soggetto, sottoscrivendo in calce la presente autodichiarazione, è consapevole di produrre, sotto la propria personale responsabilità ed in nome e per conto dell'impresa concorrente, certificazione di assenza delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 specificatamente per i seguenti soggetti dei quali ha raccolto tutte le autodichiarazioni e le certificazioni necessarie al fine di assicurare l'assenza delle citate situazioni di esclusione:
 - a) il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
 - b) i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - c) i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - d) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 - e) i procuratori ed altri soggetti titolari di ampi poteri decisionali tali da consentire di determinare gli indirizzi di gestione dell'impresa ed in grado di manifestare all'esterno la volontà dell'azienda;
 soggetti in ogni caso anche cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In fede

LUOGO		DATA	
NOME E COGNOME DEL DICHIARANTE <i>(scritto in stampatello)</i>		FIRMA <i>(per esteso e leggibile)</i>	
↓		↓	
CARICA O QUALIFICA <i>(scritto in stampatello)</i>			
Allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.			

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

NOTA: le specifiche dichiarate in questo documento, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate nei documenti allegati

Oggetto della fornitura	<p>N. 1 Sistema di monitoraggio multiparametrico composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 4 monitor multiparametrico per UTIC - n. 1 centrale di monitoraggio per UTIC <p>N. 1 rete monitoraggio telemetria composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 centrale di monitoraggio per il reparto - n. 4 trasmettitori telemetrici - n. 1 sistema ricezione segnali telemetrici <p>Net working</p>
Codice Tipologia CIVAB	CMO* e SIV*
Definizione CIVAB	Sistema che concentra, ripete ed elabora i segnali fisiologici rilevati da monitor collegati ai pazienti, completo di stazioni trasmettenti e riceventi per la rivelazione e trasmissione di segnali bioelettrici relativi ai parametri vitali (tra cui per es. ECG, NIPB, SpO2, Respiro, etc)
U.O. richiedente	U.O. Cardiologia- UTIC – P.O. Civitanova Marche – AREA VASTA 3 - ASUR Marche
Esigenze cliniche	<p>Acquisizione di un sistema di monitoraggio per pazienti ricoverati in UTIC.</p> <p>Possibilità di sorvegliare i pazienti a minore intensità di cura attraverso un sistema di trasmettitori/ricevitori telemetrici e centrale di monitoraggio.</p> <p>I dati della centrale di monitoraggio telemetrici dovranno essere scambiati con la centrale di monitoraggio dell'UTIC</p>
Importo indicativo	<p>L'importo della fornitura è di €. 70.000,00 (iva esclusa).</p> <p>La stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisizione di un ulteriore quantitativo delle medesime Tecnologie ed accessori, presso i presidi afferenti all'ASUR, entro 36 mesi dalla stipula del contratto, fino alla concorrenza di un importo massimo pari a €. 140.000,00 (iva esclusa).</p> <p>Il numero di ulteriori quantità di tecnologie acquisibili è quindi subordinato al raggiungimento di tali soglie economiche massime.</p> <p>Ferme le quantità minime, pertanto, nessuna pretesa può essere avanzata dall'Aggiudicatario per il mancato raggiungimento degli importi massimi sopra indicati, sia per configurazioni base che per eventuali opzioni, entro il periodo del vincolo contrattuale.</p>
Necessità di prova o visione	La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la visione delle Tecnologie nella configurazione offerta, da tenersi presso la sede indicata dalla Stazione Appaltante. Andrà indicato specificatamente nominativo e recapito del referente del fornitore per la visione (Allegato A-3)

* La classificazione identificata è indicativa della destinazione d'uso del dispositivo richiesto, che pertanto, se diversamente classificato, deve prevedere tale funzionalità.

SPECIFICHE TECNICHE

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Caratteristiche di minima

Centrale di monitoraggio (UTIC):

- numero massimo di posti letto collegabili contemporaneamente non inferiore a 4
- 2 display tipo TFT-LCD da almeno 19 pollici, ad alta risoluzione e a colori
- possibilità di visualizzazione contemporanea di tutti i posti letto collegati
- possibilità di visualizzazione di parametri numerici
- presenza di funzione di revisione delle forme d'onda per almeno 48 ore
- configurazione del display (tracce e parametri) selezionabile dall'operatore
- diversi livelli di allarme sui parametri rilevati
- gestione degli allarmi indipendente per ciascun paziente
- elevata capacità di memorizzazione ed archiviazione di dati, tracciati e allarmi
- dotata di stampante laser esterna ad alta definizione
- interfaccia utente caratterizzata da semplice ed intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù
- dotata di gruppo di continuità
- possibilità di aggiornamento software
- possibilità di esportazione dati

Monitor multiparametrico (UTIC):

- apparecchio idoneo al monitoraggio di pazienti adulti/pediatri
- ottimizzazione della gestione/funzionalità del posto letto 8minimizzazione degli ingombri, delle ridondanze, ergonomia dell'intero sistema e delle connessioni, etc)
- monitor con display tipo TFT – LCD ad alta risoluzione, a colori e dimensioni dello schermo di almeno 15 pollici
- visualizzazione contemporanea di almeno 6 tracce (tra cui, obbligatoriamente, la combinazione ECG, NIBP ed SpO2) e almeno 6 parametri
- configurazione del display (tracce e parametri) selezionabile dall'operatore
- opportuni sistemi di allarme (automatici e manuali) per anomalie o superamento di valori minimi e massimi impostati
- possibilità di impostazione dei livelli di allarme dei parametri rilevati
- parametri vitali rilevabili (dotazione minima per tutti i monitor):
 - ECG 12 rilevazioni (adatto alla rilevazione delle aritmie con analisi su almeno tre derivazioni e all'analisi del tratto ST misurato da almeno due derivazioni)
 - Frequenza cardiaca
 - Respiro
 - SpO2
 - NIBP
 - IBP a 2 canali+
 - Temperatura
- Dispositivo di fissaggio a parete, completo di piano di appoggio/braccio ruotabile

	<p><u>Rete monitoraggio telemetri (UTIC)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 Centrale: <ul style="list-style-type: none"> ▪ numero massimo di posti letto collegabili contemporaneamente non inferiori a 4 ▪ 2 display tipo TFT – LCD da almeno 19 pollici, ad alta risoluzione e a colori ▪ possibilità di visualizzazione contemporanea di tutti i posti letto collegati ▪ possibilità di visualizzazione di parametri numerici ▪ presenza di funzione di revisione delle forme d’onda per almeno 48 ore ▪ configurazione del display (tracce e parametri) selezionabile dall’operatore ▪ diversi livelli di allarme sui parametri rilevati ▪ gestione degli allarmi indipendente per ciascun paziente ▪ elevata capacità di memorizzazione ed archiviazione di dati, tracciati e allarmi ▪ dotata di stampante laser esterna ad alta definizione ▪ interfaccia utente caratterizzata da semplice ed intuitiva selezione di funzioni ed impostazioni e gestione dei menù ▪ dotata di gruppo di continuità ▪ possibilità di aggiornamento software ▪ possibilità di esportazione dati - N. 4 trasmettitori telemetrici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rilevazione ECG a 12 derivazioni ▪ batteria interna ed elevata autonomia ▪ peso e di dimensioni ridotte ▪ dotati di comodo sistema di trasporto per il paziente - N. 1 sistema di ricezione segnali telemetrici composto da antenne in numero adeguato a coprire la superficie del reparto <p>Networking: Fornitura ed installazione del supporto di rete fisica (cablaggio, punti rete, hub, antenne riceventi e ripetitori, etc) per la connessione a livello locale dei monitor posto letto alle centrali di monitoraggio di reparto, in funzione delle necessità riscontrate nelle localizzazioni indicate. Nella soluzione wireless la copertura dovrà essere garantita nell’area di utilizzo continuativo delle tecnologie. Fornitura ed installazione del supporto hardware e software necessario all’implementazione di cui alla presente sezione.</p> <p>NB: l’eventuale utilizzo della tecnologia wireless wi fi, per la centralizzazione dei dati, deve poter coesistere con altre reti WI FI e deve garantire i necessari livelli di sicurezza, integrità e livelli di servizio adeguati alla criticità del dato trasmesso</p>
Accessori di minima	L’apparecchiatura offerta dovrà essere completa di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo.
Accessori opzionali	<p>Nell’Offerta Economica (Allegato 3.6) dovrà essere <u>dettagliata descrizione e quotazione economica delle singole componenti dell’intera configurazione delle apparecchiature oggetto di richiesta.</u></p> <p>I prezzi praticati in offerta per le TS (e relativi accessori, opzioni) resteranno fissi ed imm modificabili per l’intero periodo di validità contrattuale.</p> <p>Si chiede di allegare all’Offerta Economica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elenco accessori disponibili con indicazione del prezzo di listino e sconto (%) applicato - elenco del materiale consumabile disponibile con indicazione, per ciascuno, del prezzo di listino e sconto (%) applicato, e se di produzione esclusiva oppure reperibile nel libero mercato.

<p>Esigenze impiantistiche</p>	<p>Tutte le opere edili e/o impiantistiche necessarie per l'installazione e il corretto funzionamento dell'apparecchiatura nel reparto di destinazione sono da eseguirsi a carico della ditta aggiudicataria.</p> <p>A tal fine l'impresa concorrente ha facoltà di ispezione il sito e/o i siti di installazione (locali e impianti), in modo da acquisire ogni aspetto utile alla corretta redazione dell'offerta.</p> <p>Ai fini del sopralluogo, l'impresa concorrente dovrà preventivamente prendere contatto ai seguenti riferimenti:</p> <table border="1" data-bbox="399 533 1484 604"> <thead> <tr> <th>Nominativo</th> <th>Unità Operativa</th> <th>Telefono</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sig. Andrea Venanzoni</td> <td>U.O. Ufficio Tecnico</td> <td>0733/894732</td> </tr> </tbody> </table>	Nominativo	Unità Operativa	Telefono	Sig. Andrea Venanzoni	U.O. Ufficio Tecnico	0733/894732
Nominativo	Unità Operativa	Telefono					
Sig. Andrea Venanzoni	U.O. Ufficio Tecnico	0733/894732					
<p>Consegna – Installazione</p>	<p>Il tempo utile, in giorni naturali e consecutivi, per la consegna e l'installazione del sistema complessivo sarà quello indicato e sottoscritto dal legale rappresentante (nel rispetto del termine massimo individuato nella successiva sezione denominata "Tempo utile per l'ultimazione della fornitura").</p> <p>La consegna-installazione dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria direttamente presso i locali dell'U.O. di competenza secondo le indicazioni dei rispettivi Primari o di un suo delegato.</p> <p>La consegna delle apparecchiature dovrà essere immediatamente precedente all'installazione, per evitare stazionamenti incustoditi di cui questa Azienda non si accolla alcuna responsabilità.</p> <p>La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire al momento della consegna, la propria disponibilità all'aggiornamento tecnologico delle tecnologie offerte e delle loro principali componenti all'ultima versione e/o evoluzione.</p> <p>Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura. La ditta dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo i prodotti consegnati dovessero risultare non conformi a quelli aggiudicati.</p> <p>Nel documento di trasporto e nella fattura dovrà essere riportata la dicitura "Apparecchiatura Nuova" ed il numero di matricola del prodotto e per i dispositivi medici il numero di repertorio (art. 5 D.M. 20/07/07 s.m.i.).</p>						
<p>Tempo utile per la consegna</p>	<p>Entro e non oltre i trenta giorni (30 gg) consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine. L'impresa aggiudicataria è soggetta a penale in caso di inosservanza di ogni prescrizione contrattuale o di non puntuale adempimento, che non comporti per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto. In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'esecutore le penali da applicare, commisurate alla gravità delle differenti inadempienze contestate, sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, e verranno motivatamente determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo</p>						

Collaudo	<p>Il collaudo, che ha lo scopo di accertare la rispondenza della fornitura al progetto ed alle regole dell'arte, la corretta installazione, il perfetto funzionamento delle tecnologie e delle relative attrezzature di supporto, prevede l'esecuzione delle verifiche secondo le norme CEI 62.122 - 128 "Guida alle prove d'accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione".</p> <p>Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del personale indicato dalla stazione appaltante e del personale referente dell'Aggiudicatario.</p> <p>In sede di collaudo l'Aggiudicatario dovrà fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manuale d'uso (in lingua italiana); - manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione delle tecnologie fornite. L'esito positivo del collaudo è vincolante ai fini della verbalizzazione del giudizio di accettabilità della fornitura e successiva liberatoria del compenso spettante all'Aggiudicatario. <p>La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.</p> <p>Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico dell'appaltatore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.</p>
Riserva di utilizzo	<p>L'Amministrazione utilizzatrice dei suddetti prodotti, si riserva di sottoporre il materiale e le attrezzature oggetto della presente gara ad un congruo periodo di verifica della buona qualità dei prodotti e sistemi, stabilito un n. 6 mesi a partire dalla data della prima consegna, sulla base dei risultati ottenuti dall'impiego degli stessi; per quanto riguarda i sistemi il periodo di "riserva di utilizzo" decorrerà dalla data del collaudo.</p> <p>La non rispondenza del materiale alle esigenze sanitarie verrà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura del Personale Sanitario e Tecnico utilizzatori. In questo caso si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.</p>

<p>Servizi di assistenza tecnica e garanzia minimi richiesti</p>	<p>Garanzia di almeno mesi 24 con assistenza tecnica di tipo Full-Risk, a partire dalla data di esito positivo delle verifiche di conformità.</p> <p>In tale periodo, oltre a quanto previsto dal regime di garanzia, dovranno essere garantiti i seguenti livelli di assistenza minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema e di tutte le parti di ricambio , a qualsiasi titolo deteriorate, salvo il dolo, con relativa sostituzione delle parti difettose ed usurate con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria - riparazione e/o sostituzione gratuita di quelle parti che per qualità di materiale, per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell'utilizzatore o a cause di forza maggiore; - in caso di guasti o malfunzionamenti, se l'intervento di manutenzione correttiva si rivelerà non risolvibile in loco, l'aggiudicatario dovrà garantire la continuità funzionale tramite fornitura temporanea di un muletto, con le medesime prestazioni tecnico-operative del prodotto offerto in gara; - riparazioni, tarature e tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva; - ogni intervento richiesto, anche solo telefonicamente, per assistenza tecnica d'urgenza; - verifiche annuali di sicurezza elettrica e particolari secondo le norme CEI applicabili; - numero illimitato di interventi su chiamata da parte della U.O. interessata, effettuati anche solo telefonicamente, per assistenza tecnica d'urgenza, inclusivi della eventuale sostituzione di parti di ricambio; - massimo tempo di intervento dalla chiamata : 8 ore consecutive (esclusi i festivi) - massimo tempo di ripristino della funzionalità della chiamata: 24 ore consecutive (escluso festivi) <p>L'offerente dovrà descrivere l'organizzazione dell'assistenza tecnica (all. A-1.3), al fine di dimostrare il possesso delle capacità e delle risorse atte a svolgere i servizi richiesti.</p> <p>Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di cui sopra, ovvero alla eventuale offerta migliorativa da parte della Ditta, sarà applicata una penale pari a : ((costo apparecchiatura interessata)/5x365)) x10</p>
<p>Formazione</p>	<p>Deve essere garantita la formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>al personale sanitario (medici, infermieri, etc.)</i>, sul corretto uso dei prodotti offerti, sulle metodiche di interesse e su tutto quanto necessario per far funzionare correttamente e in maniera ottimale le apparecchiature; - <i>al personale tecnico e dell'Ingegneria Clinica ASUR</i>, finalizzato alla conoscenza e all'uso delle tecnologie offerte ed alle principali procedure di manutenzione preventiva e correttiva.
<p>Conformità normativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 (D. Lgs 46/97 e 37/10); - EN 60601-1 (CEI 62-5), EN 60601-1-1 (CEI 62-51)
<p>CRITERI DI AGGIUDICAZIONE</p>	
<p>L'aggiudicazione del presente lotto sarà effettuata a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006), in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo secondo i seguenti criteri e punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> A) Elemento economico Punti 40 B) Elementi qualitativi Punti 60 <p>L'amministrazione si riserva di valutare la congruità delle offerte prima di procedere all'aggiudicazione. La congruità potrà essere valutata anche con riferimento a forniture analoghe effettuate a favore di altre Amministrazioni.</p> <p>L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed economicamente congrua. Si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le apparecchiature offerte non risultino all'esame tecnico rispondenti alle esigenze dell'Ente, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle Ditte offerenti siano ritenute non convenienti.</p>	

Elementi qualitativi

Il punteggio di qualità, ai sensi dell'Allegato P, comma II lett. a) punto 4 del D.P.R. 207/2010, sarà attribuito dalla Commissione, dopo valutazione della documentazione tecnica ed eventualmente della visione delle tecnologie offerte, applicando la seguente formula:

$$K(x) = \sum i [W(x)_i * V(x)_i]$$

Dove:

- i numero totale dei criteri di valutazione
- $\sum i$ sommatoria
- K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x
- W (x)_i è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione *i-esimo* dell'offerta x

In base ai seguenti parametri:

PARAMETRI	Punti Max	Punti Min (*)
<i>Caratteristiche tecniche delle TS (caratteristiche, consistenza e robustezza delle componenti, sicurezza, molteplicità di funzione, compattezza ed essenzialità, tipologia e numero di accessori, espansibilità, aggiornabilità, innovazione)</i>	31	≥18.6
<i>Funzionalità e prestazioni cliniche delle TS (ergonomia, semplicità d'uso e di gestione al posto letto, semplice configurabilità e personalizzazione, fruibilità e visibilità dei dati e degli allarmi, facilità di impostazione dei parametri, etc.)</i>	23	≥13.8
<i>Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto</i>	6	≥3.6
Punteggio Qualità TOTALE	60	-

(*) *punti minimi di ammissibilità*

-V (x)_i è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, per ogni elemento di valutazione, secondo quanto segue:

- Ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1 secondo il giudizio riportato nella seguente tabella di corrispondenza:

Giudizio Coefficienti	V (x) _i
Nulla	0
Inadeguato	0,1
Assolutamente insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,3
Insufficiente	0,4
Mediocre	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

AREA VASTA N. 3

Fornitura di n.1 Sistema di monitoraggio multiparametrico per le necessità della U.O. di Cardiologia – P.O. Civitanova Marche

	<ul style="list-style-type: none"> • viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (media provvisoria); • vengono calcolati i coefficienti definiti [variabili tra 0 e 1] riportando ad uno la media provvisoria più alta e proporzionando ad essa le restanti. <p>Non saranno ammesse alla seconda fase della gara per l'applicazione del punteggio relativo al prezzo i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio parziale per le singole voci di valutazione di cui alla tabella sopra richiamata, inferiore ai punti minimi di ammissibilità ivi indicati.</p> <p>Il raggiungimento o superamento delle soglie tecniche indicate per singola voce di valutazione è condizione necessaria per l'apertura della offerta economica del concorrente.</p> <p>Qualora a nessuna offerta risultasse assegnato il valore massimo del punteggio qualità, i valori K(x) verranno ricalcolati, riportando al punteggio massimo il valore più alto e proporzionando ad esso i restanti</p>
Elementi qualitativi	<p>La valutazione economica delle offerte sarà effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo, con formula proporzionale inversa, da parte del sistema di calcolo della piattaforma digitale del mercato elettronico (MEPA).</p> <p>Si precisa che per importo complessivo di fornitura si intende quello indicato come "OFFERTA COMPLESSIVA" nell'Allegato A-6 (fac-simile Offerta Economica).</p> <p><u>Non saranno ammesse offerte parziali o subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte in aumento.</u></p>
ELENCO ALLEGATI	
<p>OFFERTA TECNICA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elenco/legenda di presentazione delle documentazioni presentate ▪ Relazione di presentazione dei prodotti offerti (massimo 8 pagine). ▪ Scheda tecnica di ciascun accessorio (manipolo/pinza/elettrodo, etc) offerto. ▪ Questionario Assistenza Tecnica e Servizi (file: All. 3.3). <ul style="list-style-type: none"> ➢ Allegato "All. 3.3.1" ➢ Allegato "All. 3.3.2" ➢ Allegato "All. 3.3.3" ▪ Questionario Caratteristiche Tecniche (file: All. 3.4). ▪ Dichiarazione disponibilità alla prova pratica(file: All. 3.5). ▪ Offerta economica comprensiva di Allegati senza prezzi (file : All.3.6 - Offerta Economica.xls). ▪ Copia del documento di certificazione CE applicabile (dichiarazione e certificato in funzione della procedura di certificazione seguita, redatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità Europea, in accordo con quanto indicato nelle direttive europee e disposizioni nazionali applicabili) delle tecnologie offerte, esplicitando la classe di rischio coerente con la destinazione d'uso individuata ed eventuali limitazioni d'uso. Ai fini della presente documentazione, non sono accettabili, ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000, autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. ▪ Certificazione di conformità a norme nazionali e internazionali e direttive, se non già contenuto nella certificazione di cui al punto precedente. ▪ Attestazione di registrazione dei prodotti offerti al Repertorio dei Dispositivi Medici (D.M. 20/02/2007, D.M. 21/12/2009) se necessari ▪ Manuale d'uso in lingua italiana dei sistemi offerti ▪ Manuale di servizio per la manutenzione correttiva su guasto e preventiva dei sistemi offerti ▪ Depliant illustrativi e/o documentazione scientifica. 	

Fornitura di n.1 Sistema di monitoraggio multiparametrico per le necessità della U.O. di Cardiologia – P.O. Civitanova Marche

In esecuzione di quanto disposto all'art. 6 comma 2 del D.M. del 21/12/2009, i Concorrenti possono astenersi dal fornire informazioni disponibili nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute. In tal caso il Concorrente potrà astenersi dal consegnare la specifica documentazione richiesta al presente prospetto, allegando dichiarazione con indicazione delle informazioni disponibili nel Repertorio dei Dispositivi Medici, aggiornate alla data della dichiarazione stessa.

OFFERTA ECONOMICA


- Offerta economica (file:All. 3.6 - Offerta Economica.xls).

Data, ____/____/____

Timbro e Firma

ALLEGATO 3.3.1
Informazioni Ditta

- 1 RAGIONE SOCIALE
- 2 CITTA'
- 3 PROVINCIA (sigla)
- 4 INDIRIZZO
- 5 CAP
- 6 TELEFONO 1
- 7 TELEFONO 2
- 8 FAX
- 9 E-Mail
- 10 INDIRIZZO INTERNET www



ALLEGATO 3.3.2

Servizio di istruzione del personale sanitario / tecnico

Ragione Sociale Città Provincia
CAP Indirizzo Tel. 0 Fax 0

Apparecchiatura #RIFI

1. La ditta si impegna a fornire i seguenti corsi per il personale sanitario e tecnico:

1.1 Compresi nella fornitura e senza alcun costo aggiuntivo (SI,NO)

1.2 Corso per il personale sanitario comprendente tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla gestione ed utilizzo dell'apparecchiatura (SI,NO)

1.2.1 DURATA giorni TOTALE ORE

1.2.2 SEDE CORSO

1.2.3 MATERIALE DIDATTICO FORNITO

1.2.4

1.2.5

1.2.6

LA DITTA

.....

ALLEGATO 3.3.3

Servizio di Assistenza Tecnica della ditta

Ragione Sociale _____ Città _____ Provincia _____
CAP _____ Indirizzo _____ Tel. _____ Fax _____

DESCRIZIONE ASSISTENZA TECNICA

Fatturato del servizio di manutenzione della ditta (espresso in migliaia di €) per gli anni indicati:

2008	_____	2011	_____
2009	_____	2012	_____
2010	_____	2013	_____

SEDE DELLA DITTA INCARICATA DAL FORNITORE AD EFFETTUARE L'ASSISTENZA TECNICA IN SITO
(Indicare se autorizzata dal produttore / referente per l'assistenza formato dal produttore)

Ragione Sociale _____ Città _____ Provincia _____
CAP _____ Indirizzo _____ Tel. _____ Fax _____

Numero e qualifica dei tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:

NUMERO: _____ QUALIFICA: _____

NUMERO DI TECNICI PER APPARECCHIATURE INSTALLATE (analoghe a quella offerta): _____

SEDE DELL'ASSISTENZA PRINCIPALE DELLA DITTA

Ragione Sociale _____ Città _____ Provincia _____
CAP _____ Indirizzo _____ Tel. _____ Fax _____

Numero e qualifica dei tecnici di questa sede abilitati ad intervenire sulle apparecchiature offerte:

NUMERO: _____ QUALIFICA: _____

NUMERO DI TECNICI PER APPARECCHIATURE INSTALLATE (analoghe a quella offerta): _____

TEMPI DI INTERVENTO GARANTITI

Tempo massimo di intervento dal momento della chiamata da parte dell'ASUR:

ORE LAVORATIVE CON CONTRATTO _____

ORE LAVORATIVE SENZA CONTRATTO _____

Tempo massimo di risoluzione del guasto dal momento di inizio lavoro: _____ ore lavorative per il _____

% degli interventi. _____

PERIODO DI TEMPO IN CUI SI GARANTISCE L'ATTIVITA' DI RIPARAZIONE (ANNI) _____

UPGRADE E AGGIORNAMENTO DELLE APPARECCHIATURE OFFERTE

L'Upgrade e/o aggiornamento hardware e software delle apparecchiature offerte é (indicare con SI o NO alla rispettiva voce):

GRATUITO E AUTOMATICO _____

GRATUITO SU RICHIESTA _____

PREVISTO SOLO NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE _____

DA CONTRATTARE DI VOLTA IN VOLTA _____

GARANZIA

PERIODO GARANZIA ASSICURATO (MESI) _____

TIPO DI CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA (Tutto Compreso, Manut, Prev., etc.) _____

PARTI DI RICAMBIO INCLUSI/ESCLUSI _____

NORMATIVE E/O CERTIFICAZIONI

L'assistenza tecnica della ditta é effettuata secondo le seguenti normative (ISO, EN, ecc.)

_____ EDIZIONE _____

_____ EDIZIONE _____

L'assistenza tecnica é inoltre certificata da: _____

LA DITTA

Allegato 3.4 - QUEST_MON

Monitor multiparametrico

(I dati indicati debbono corrispondere alle prestazioni della configurazione offerta, pena esclusione)

DATI GENERALI

Produttore
Modello
Fornitore
Anno di inizio produzione del modello offerto

	Parametri	Dati / Valori
1	CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OFFERTO	
1.1	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	
1.1.1	Ingombro totale (L x H x P) [in mm]	
1.1.2	Peso totale senza batteria [in kg]	
1.1.3	Peso totale con batteria [in kg]	
1.1.4	Tipologia (specificare se integrato o modulare)	
1.1.5	Specificare numero e tipologia di parametri rilevabili (elencare e dettagliare)	
1.1.6	Meccanismo di fissaggio a parete (piano di appoggio, braccio ruotabile - dettagliare)	
1.1.7	Caratteristiche di resistenza agli urti (dettagliare)	
1.1.8	Caratteristiche di resistenza all'acqua (dettagliare)	
1.1.9	Modalità di sanificazione (dettagliare)	
1.2	MONITORAGGIO ECG	
1.2.1	Derivazioni disponibili (elencare e dettagliare)	
1.2.2	Range segnale in ingresso [in mV]	
1.2.3	Risposta in frequenza [in Hz] (con filtro on / off, etc. - elencare e dettagliare)	
1.2.4	Impedenza d'ingresso [in MΩ]	
1.2.5	Velocità di scorrimento [in mm/mV] (elencare e dettagliare)	
1.2.6	Regolazione guadagno [in mV] (elencare e dettagliare)	
1.2.7	Monitoraggio frequenza cardiaca (dettagliare)	
1.2.8	Range di misura frequenza cardiaca [min - Max in bpm]	
1.2.9	Accuratezza frequenza cardiaca [in bpm]	
1.2.10	Filtri implementati (interferenza elettrobisturi, tremori muscolari, etc. - dettagliare)	
1.2.11	Protezione contro scariche defibrillatore (dettagliare)	
1.2.12	Tempo di recupero dopo defibrillazione [in sec]	
1.2.13	Sensore distacco elettrodo da paziente (si, no - dettagliare)	
1.2.14	Presenza allarme distacco elettrodo da paziente (si, no - dettagliare)	
1.2.15	Regolazioni soglie di ampiezza e durata riconoscimento spike pace-maker (dettagliare)	
1.2.16	Possibilità di impostazione On-Off del riconoscimento spike pace-maker	
1.2.17	Analisi tratto ST (dettagliare)	
1.2.18	Soglia di sensibilità QRS [in μV]	
1.2.19	Riconoscimento PVC (no, si - dettagliare)	
1.2.20	Riconoscimento e classificazione aritmie (elencare e dettagliare)	
1.2.21	Intervallo di aggiornamento del display	
1.2.22	Possibilità di inserimento marker (si, no - dettagliare)	
1.2.23	Durata registrazione trend [in h]	
1.2.24	Risoluzione trend [in min]	
1.3	MONITORAGGIO SpO2	
1.3.1	Range di misura SpO2 [min - Max in %]	
1.3.2	Range di misura frequenza cardiaca [min - Max in bpm]	
1.3.3	Accuratezza SpO2 per misure tra 70%-100% [in %]	
1.3.4	Accuratezza SpO2 per misure sotto il 70% nell'adulto [in %]	
1.3.5	Accuratezza misura frequenza cardiaca [errore in %]	
1.3.6	Visualizzazione onda pletismografica (si, no - dettagliare)	
1.3.7	Durata registrazione trend [in h]	
1.3.8	Risoluzione trend [in min]	
1.3.9	Tecnologia sensori SpO2 (dettagliare)	
1.4	MONITORAGGIO EtCO2	
1.4.1	Predisposizione per canale EtCO2 (dettagliare)	
1.4.2	Principio di misura (dettagliare)	
1.4.3	Range di misura della CO2 [in mmHg] - almeno da 0 mmHg a 99 mmHg di minima	
1.4.4	Accuratezza della misura [in mmHg]	
1.4.5	Visualizzazione in tempo reale del capnogramma (si, no - dettagliare)	
1.4.6	Durata registrazione trend [in h]	
1.4.7	Risoluzione trend [in min]	
1.4.8	Tipologia sensore CO2 (dettagliare)	
1.5	MONITORAGGIO NIBP	
1.5.1	Range di misura della pressione sistolica [min - Max in mmHg]	
1.5.2	Range di misura della pressione diastolica [min - Max in mmHg]	
1.5.3	Range di misura della pressione media [min - Max in mmHg]	
1.5.4	Tempo di misura (insufflazione + analisi) [in sec]	
1.5.5	Modalità di rilevazione sia manuale che periodica ad intervalli regolabili (dettagliare)	
1.5.6	Numero di intervalli di rilevazione selezionabili (dettagliare)	
1.5.7	Numero di parametri pressori visualizzati (dettagliare)	
1.5.8	Soglie di allarme impostabili [in mmHg]	
1.5.9	Protezione da sovrappressione nel bracciale (si, no - dettagliare)	
1.5.10	Controllo dei disturbi legati al movimento (si, no - dettagliare)	
1.5.11	Durata registrazione trend pressorio [in h]	
1.5.12	Risoluzione trend [in min]	
1.6	MONITORAGGIO IBP	
1.6.1	Range di misura [min - max in mmHg]	
1.6.2	Accuratezza nella definizione dello "zero" di pressione [in mmHg]	
1.6.3	Accuratezza nella misura del valore di pressione [in mmHg]	
1.6.4	Presenza allarme di disconnessione del circuito di misura (si, no - dettagliare)	

- 1.6.5 Impostazione campo di visualizzazione delle onde (*manuale, automatica - dettagliare*)
- 1.6.6 Durata registrazione trend [*in h*]
- 1.6.7 Risoluzione trend [*in min*]
- 1.6.8 Predisposizione ulteriore canale IBP (*si, no - dettagliare*)
- 1.6.9 Ulteriori caratteristiche (*dettagliare*)

1.7 MONITORAGGIO RESPIRO

- 1.7.1 Metodo di rilevazione (*dettagliare*)
- 1.7.2 Range di misura [*min - Max in rpm*]
- 1.7.3 Accuratezza [*in rpm*]

1.8 MONITORAGGIO TEMPERATURA

- 1.8.1 Tipologia sonde di rilevazione (*dettagliare*)
- 1.8.2 Range di misura [*min - Max in °C*]
- 1.8.3 Risoluzione [*in °C*]
- 1.8.4 Accuratezza per misure sopra i 30 °C [*in °C*]
- 1.8.5 Accuratezza per misure sotto i 30 °C [*in °C*]
- 1.8.6 Frequenza aggiornamento valore [*in sec*]
- 1.8.7 Durata registrazione trend [*in h*]
- 1.8.8 Risoluzione trend della temperatura [*in min*]
- 1.8.9 Campo di impostazione degli allarmi di temperatura [*in °C*]

1.9 GITTATA CARDIACA

- 1.9.1 Modalità di calcolo (*dettagliare*)
- 1.9.2 Modalità di acquisizione del cardiac output (*dettagliare*)

1.10 PANNELLO DI CONTROLLO E DISPLAY DI VISUALIZZAZIONE

- 1.10.1 Dimensione display [*in pollici*]
- 1.10.2 Tipologia display (*dettagliare*)
- 1.10.3 Touch screen (*no, si*)
- 1.10.4 Area di visualizzazione (L x H) [*in mm*]
- 1.10.5 Risoluzione [*in pixel*]
- 1.10.6 Forme d'onda visualizzabili a monitor (*elencare e dettagliare*)
- 1.10.7 Numero di forme d'onda visualizzabili contemporaneamente
- 1.10.8 Numero Max di tracce ECG visualizzabili contemporaneamente
- 1.10.9 Intervallo di aggiornamento del display ECG [*in msec*]
- 1.10.10 Velocità delle tracce visualizzate impostabili (*dettagliare*)
- 1.10.11 Funzione freeze (*no, si*)
- 1.10.12 Parametri numerici visualizzabili a monitor (*elencare e dettagliare*)
- 1.10.13 Numero di parametri numerici visualizzabili contemporaneamente
- 1.10.14 Trends grafici visualizzabili (*elencare e dettagliare*)
- 1.10.15 Trends tabellari visualizzabili (*elencare e dettagliare*)
- 1.10.16 Numero e tipologia dei pulsanti del pannello di controllo (*elencare e dettagliare le funzioni*)
- 1.10.17 Funzioni gestibili tramite touch screen - se presente (*elencare e dettagliare*)
- 1.10.18 Regolazione della luminosità (*dettagliare*)
- 1.10.19 Rappresentazione di forme d'onda e parametri numerici tramite colori identificativi differenti (*dettagliare*)

1.11 ELABORAZIONE DATI E CONNETTIVITA'

- 1.11.1 Software per la gestione e calcolo parametri ECG (*si, no - dettagliare*)
- 1.11.2 Software per l'esecuzione di misure sulle curve (*dettagliare*)
- 1.11.3 Software per calcoli emodinamici (*dettagliare*)
- 1.11.4 Software per calcolo dei dosaggi di farmaci (*dettagliare*)
- 1.11.5 Funzione bed to bed (*dettagliare*)
- 1.11.6 Possibilità di utilizzo sia centralizzato che stand-alone (*dettagliare*)

1.12 UNITA' DI MEMORIZZAZIONE

- 1.12.1 Capacità di memorizzazione dati / trends [Mb] (*dettagliare*)
- 1.12.2 Tipologia unità di memorizzazione (*integrata, estraibile, etc. - dettagliare*)
- 1.12.3 Durata Max dei dati / trends memorizzabili [*in h*]
- 1.12.4 Risoluzione dei dati / trends memorizzabili [*in min*]
- 1.12.5 Intervalli di visualizzazione dei trends grafici [*in min*] (*elencare*)
- 1.12.6 Intervalli di visualizzazione dei trends tabellari [*in min*] (*elencare*)
- 1.12.7 Modalità di trasferimento dati (*dettagliare*) - *previsto di minima*

1.13 UNITA' DI REGISTRAZIONE

- 1.13.1 Possibilità di stampa forme d'onde / parametri numerici (*si, no - dettagliare*)
- 1.13.2 Tipologia stampante (*integrata, di rete via cavo o wireless - dettagliare*)
- 1.13.3 Dimensione eventuale stampante esterna (L x H x P) [*in mm*]
- 1.13.4 Larghezza carta di stampa [*in mm*]
- 1.13.5 Velocità della carta impostabili [*in mm/s*]
- 1.13.6 Forme d'onda stampabili (*elencare*)
- 1.13.7 Numero di forme d'onda stampabili in parallelo (*dettagliare*)
- 1.13.8 Parametri numerici stampabili (*elencare*)

1.14 ALIMENTAZIONE

- 1.14.1 Tipologia batteria (*dettagliare*)
- 1.14.2 Autonomia della batteria [*in h*]
- 1.14.3 Tempo di ricarica [*in h*]

2 ACCESSORI A CORREDO

- 2.1 Cavi ECG (*dettagliare numero, tipologia e numero di elettrodi per ciascun cavo offerto*)
- 2.2 Cavo e trasduttore SpO2 per adulti (*dettagliare numero e tipologia*)
- 2.3 Cavo e bracciale per NIBP per adulti (*dettagliare numero e tipologia*)
- 2.4 Cavo e sonda per la rilevazione della temperatura (*dettagliare numero e tipologia*)
- 2.5 Cavo e sonda per IBP per adulti (*dettagliare numero e tipologia*)
- 2.6 Cavo e sonda EtCO2 (*dettagliare numero e tipologia*)
- 2.7 Eventuale stampante esterna (*no, si - dettagliare numero e tipologia*)
- 2.8 Batteria ausiliaria (*no, si - dettagliare numero e tipologia*)
- 2.9 Sistema di aggancio al lettino / barella (*no, si - dettagliare numero*)
- 2.10 Ulteriore accessoristica (*elencare e dettagliare*)

3 SICUREZZA

3.1 SISTEMA DI MONITORAGGIO

- 3.1.1 Voci di allarme (*superamento soglie sup./inf. parametri, aritmie, distacco elettrodi, scollegamento sensore, batteria scarica, etc.* - *elencare e dettagliare*)
- 3.1.2 Tipi e classificazione allarmi (*dettagliare*)
- 3.1.3 Indicatori d'allarme acustici (*dettagliare*)
- 3.1.4 Indicatori d'allarme visivi (*dettagliare*)
- 3.1.5 Soglie impostabili per ciascuno parametro (*elencare e dettagliare*)
- 3.1.6 Possibilità memorizzazione allarmi registrati (*no, si - dettagliare numero e tipologia*)
- 3.1.7 Possibilità di sospensione allarmi (*si, no - dettagliare intervalli di sospensione [in sec]*)
- 3.1.8 Possibilità di silenziamento allarmi (*si, no - dettagliare*)
- 3.1.9 Sistemi di blocco di sicurezza dei comandi di controllo (*dettagliare*)

4 ULTERIORI INFORMAZIONI A CURA DELLA DITTA

Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne

Allegato 3.4 - QUEST_CMO

Centrale di monitoraggio

(I dati indicati debbono corrispondere alle prestazioni della configurazione offerta, pena esclusione)

DATI GENERALI

Produttore
Modello
Fornitore
Anno di inizio produzione del modello offerto

	Parametri	Dati / Valori
1	CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OFFERTO	
1.1	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	
1.1.1	Numero massimo di monitor collegabili alla stessa centrale	
1.1.2	Posti letto visualizzabili contemporaneamente (dettagliare)	
1.1.3	Possibilità di aggiungere altri posti letto (si, no - dettagliare)	
1.1.4	Tipologia e frequenza processore principale (dettagliare)	
1.1.5	Capacità di memoria RAM [in Mbyte]	
1.1.6	Capacità Hard Disk [in Gbyte]	
1.1.7	Software installati (denominazione e versione - dettagliare)	
1.1.8	Unità CD-Rom e ulteriori periferiche per archiviazione di massa (si, no - dettagliare)	
1.2	PANNELLO DI CONTROLLO E UNITA' DI VISUALIZZAZIONE	
1.2.1	Dimensione display [in pollici]	
1.2.2	Risoluzione [in pixel]	
1.2.3	Scheda grafica (dettagliare)	
1.2.4	Numero display (dettagliare)	
1.2.5	Tipologia display (dettagliare)	
1.2.6	Touch screen (si, no - dettagliare)	
1.2.7	Area di visualizzazione (LxH) [in mm]	
1.2.8	Possibilità di aggiungere display aggiuntivi (si, no - dettagliare)	
1.2.9	Forme d'onda visualizzabili per posto letto in modalità di visualizzazione multipla (dettagliare)	
1.2.10	Funzione di visualizzazione completa parametri singolo posto letto (dettagliare)	
1.2.11	Numero di ore totali revisionabili (dettagliare)	
1.2.12	Numero tracce totali in full disclosure (dettagliare)	
1.2.13	Numero derivazioni ECG totali in full disclosure (dettagliare)	
1.2.14	Regolazione della luminosità (si, no - dettagliare)	
1.2.15	Funzione freeze (si, no - dettagliare)	
1.2.16	Impostabilità delle modalità di rappresentazione grafica di curve e parametri (dettagliare)	
1.3	CONNETTIVITA'	
1.3.1	Supporto fisico previsto (cablaggio, hub, antenne, punti rete, etc. - dettagliare)	
1.3.2	Condivisione dati in remoto per sorveglianza e/o second-opinion (dettagliare)	
1.3.3	Integrazione in HL7 dei dati con applicativi aziendali (dettagliare)	
1.3.4	Gestione contemporanea dei dati provenienti da ogni posto letto, da monitor sub-intensiva e telemetria (dettagliare)	
1.3.5	Comunicazione bidirezionale tra centrale e monitor (dettagliare)	
1.3.6	Numero porte seriali RS232	
1.3.7	Numero e tipologia porte video	
1.4	POSTAZIONE DI RIPETIZIONE (REPARTO)	
1.4.1	Soluzione proposta (descrivere caratteristiche HW/SW)	
1.4.2	Possibilità di stampa, modifica parametri, etc. (si/no specificare)	
1.4.3	Funzioni gestibili (specificare e dettagliare)	
1.4.4	Stampante (si/no) (descrivere caratteristiche)	
1.5	ALIMENTAZIONE	
1.5.1	Potenza assorbita [in W]	
1.5.2	Tensione di alimentazione [in V]	
1.5.3	Filtro di rete 50 Hz (si, no - dettagliare)	
1.5.4	Necessità stabilizzatore di tensione (si, no - dettagliare)	
2	ACCESSORI A CORREDO	
2.1	Stampante laser formato A4 per referti, tracce e report (dettagliare)	
2.2	Tastiera alfanumerica (dettagliare)	
2.3	Mouse (dettagliare)	
2.4	Altri dispositivi di ingresso dati (lettore barcode, etc. - dettagliare)	
2	SICUREZZA	
2.1	GENERALE	
2.1.1	Fusibili di protezione (si, no - dettagliare)	
2.1.3	Protezioni da virus informatici (si, no - dettagliare)	
2.1.4	Accesso autenticato (dettagliare)	
2.2	ALLARMI	
2.2.1	Tipo e classificazione allarmi (dettagliare)	
2.2.2	Allarmi acustici (si, no - dettagliare)	
2.2.3	Allarmi visivi (si, no - dettagliare)	
2.2.4	Soglie impostabili per ciascun parametro (dettagliare)	
2.2.5	Possibilità memorizzazione allarmi registrati (no, si - dettagliare numero e tipologia)	
2.2.6	Possibilità di sospensione allarmi (no, si - dettagliare intervalli di sospensione [in sec])	

2.2.7 Possibilità di silenziamento allarmi (*no, si*)

2.2.8 Possibilità di stampa automatica degli allarmi (*si, no - dettagliare*)

3 **ULTERIORI INFORMAZIONI A CURA DELLA DITTA**

Nota: Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in

Allegato 3.4 - QUEST_TELEMETRIA

Unità trasmittente telemetrica

(I dati indicati debbono corrispondere alle prestazioni della configurazione offerta, pena esclusione)

DATI GENERALI

Produttore
Modello
Fornitore
Anno di inizio produzione del modello offerto

	Parametri	Dati / Valori
1	CARATTERISTICHE DEL SISTEMA OFFERTO	
1.1	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	
1.1.1	Dimensioni (L x H x P) [in cm]	
1.1.2	Peso [in kg]	
1.1.3	Livelli di monitoraggio (dettagliare)	
1.1.4	Resistenza all'acqua (dettagliare)	
1.1.5	Resistenza agli urti (dettagliare)	
1.1.6	Modalità di sanificazione (dettagliare)	
1.1.7	Altre caratteristiche fisiche dell'apparecchio (dettagliare)	
1.1.8	Caratteristiche sistema di ricezione (numero ripetitori, modalità di trasmissione e acquisizione segnale, etc.)	
1.1.9	Caratteristiche connessione (wifi, antenne passive, etc. - dettagliare)	
1.1.10	Frequenza di trasmissione [in MHz] (specificare)	
1.2	MONITORAGGIO IN TRASMISSIONE	
1.2.1	Derivazioni disponibili (elenicare e specificare se reali e simultanee)	
1.2.3	Autonomia in trasmissione [in h]	
1.2.4	Tipo di trasmissione (digitale, analogica - dettagliare)	
1.2.5	Impedenza in ingresso [in MOhm]	
1.2.6	Registrazione di dati attivata da paziente (si, no - dettagliare)	
1.2.7	Identificazione pacemaker (si, no - dettagliare)	
1.2.8	Rilevazione SpO2 tramite sensore a dito (dettagliare)	
1.2.9	Range di misura SpO2 [min - Max in %]	
1.2.10	Range di misura frequenza cardiaca [min - Max in bpm]	
1.3	SICUREZZA	
1.3.1	Protezione da scariche di defibrillazione (si, no - dettagliare)	
1.3.2	Indicatore stato di carica batteria (si, no, acustico, visivo - dettagliare)	
1.3.3	Allarme disconnessione elettrodo/contatto non sufficiente (si, no, acustico, visivo - dettagliare)	
1.3.4	Allarme superamento soglia impostata (si, no, acustico, visivo - dettagliare)	
1.3.5	Allarme batteria scarica (si, no, acustico, visivo - dettagliare)	
1.3.6	Silenziamento allarmi (si, no - dettagliare)	
1.3.7	Altri allarmi acustici e/o visivi presenti (dettagliare)	
1.4	ALIMENTAZIONE	
1.4.1	Tensione batterie [in V]	
1.4.2	Tipo batterie utilizzate (alcaline, NiCd, etc. - dettagliare)	
1.4.3	Durata media batteria [in giorni]	
1.4.4	Batterie ricaricabili (si, no - dettagliare)	
2	ACCESSORI A CORREDO	
2.1	Cavo/i ECG (dettagliare numero, tipologia e numero di elettrodi per ciascun cavo offerto)	
2.2	Cavo e trasduttore SpO2 per adulti (dettagliare numero e tipologia)	
2.3	Batteria ausiliaria (no, si - dettagliare numero e tipologia)	
2.4	Custodia (si, no - dettagliare caratteristiche)	
2.5	Ulteriore accessoristica (elenicare e dettagliare)	
2.6	Interscambiabilità cavi ECG con quelli dei monitor UTIC (si, no - dettagliare)	
3	ALTRE CARATTERISTICHE	
3.1	Numero di installazioni dello stesso modello in ambito regionale (specificare ospedale e anno di vendita)	
3.2	Numero delle installazioni dello stesso modello in Italia	
4	ULTERIORI INFORMAZIONI A CURA DELLA DITTA	
	<i>Nota:</i> Nel caso in cui alcuni punti del questionario non fossero applicabili all'apparecchiatura in considerazione, indicarne il motivo.	

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'EFFETTUAZIONE DELLA PROVA PRATICA

(compilare tutti i campi)

Spett.le ASUR AV3 – Civitanova Marche
U.O. Approvvigionamenti e Logistica
P.zza Garibaldi, 8
62013 Civitanova Marche

OGGETTO: Fornitura di N. 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO per U.O. UTIC del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche .

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ provincia di _____
Codice Fiscale n. _____
in qualità di _____
dell'impresa _____

DICHIARA:

- che l'impresa offerente è disponibile all'effettuazione della prova pratica, prevista per l'assegnazione del punteggio relativo al merito tecnico, presso la U.O. UTIC del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche;
- che il referente dell'impresa per la presa visione delle tecnologie offerte è:

(indicare nominativo e recapito)

FIRMA LEGGIBILE

SCHEMA INDICATIVO DI OFFERTA

**Oggetto: PROCEDURA
PER AGGIUDICAZIONE APPALTO per la fornitura di
n. 1 SISTEMA di MONITORAGGIO
per U.O. UTIC dell'Ospedale di Civitanova Marche**

.....

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di _____ (legale rappresentante o altra qualifica abilitata ad impegnare l'impresa) dell'Operatore Economico _____ con domicilio fiscale in _____ Via _____, codice fiscale _____, partita IVA n. _____, codice attività dell'impresa _____, facendo riferimento alla gara in oggetto, avendo preso piena conoscenza dei servizi da eseguire e di ogni circostanza connessa, nonché di avere preso visione delle norme del disciplinare di gara, del capitolato speciale e di tutti i documenti di gara, tutti accettati senza riserva alcuna, con riferimento a:

	Importo a base d'asta unitario - € (iva esclusa)	Importo a base d'asta complessivo per l'appalto- € (iva esclusa)
	€ 70.000,00 (settantamila/00)	€ 70.000,00 (settantamila/00)
in cifre	€ 70.000,00	€ 70.000,00
in lettere	<i>Euro settantamila/00</i>	<i>Euro settantamila/00</i>

il sottoscritto operatore economico

OFFRE

il seguente **ribasso %** pari al:

(in cifre) _____ %

(in lettere) _____ %

pertanto gli importi unitari e complessivi che hanno concorso alla formazione e fissazione della base d'asta si intendono così ribassati:

		Importo unitario ribassato offerto - € (iva esclusa)			Importo complessivo ribassato offerto per l'appalto ...nnale - € (iva esclusa)
		€ (...../...)			€ (...../...)
		€ (...../...)			€ (...../...)
	in cifre				€
	in lettere				€/...

DICHIARA

che il ribasso indicato in offerta viene fissato dall'Operatore Economico concorrente in base ai calcoli di propria convenienza, a proprio rischio, e pertanto si intende fisso ed invariabile.

L'offerta economica ha una validità di almeno 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

I costi relativi alla sicurezza propri dell'impresa (rischi specifici) incidenti economicamente sul prezzo complessivo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata, ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D.Lgs 163/2006, ed al fine di dare corretta applicazione dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006, come novellato dall'art. 8 della Legge 123/2007:

- espressi in misura percentuale** rispetto al prezzo complessivo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata, sono pari al %;
- espressi in €** rispetto al prezzo complessivo offerto, costituito, in caso di ribasso %, dalla base d'asta ribassata sono pari a .

pertanto, in estrema sintesi, la macro-composizione dell'offerta economica, in forma percentuale, è la seguente:

	AGGREGATO	% di incidenza sul prezzo complessivo offerto
1	Costi di produzione del/i prodotto/i fabbricato/i oggetto di appalto, escluso il costo del personale (per candidato produttore) o costi di acquisizione/importazione del/i prodotto/i finito/i (per candidato distributore)	
2	Costi di commercializzazione e distribuzione, nonché di esecuzione dell'appalto in genere, escluso il costo del personale	
3	Altri costi generali ed amministrativi, escluso il costo del personale	
6	Costo della sicurezza (rischi specifici)	

7	Margine d'impresa	
---	-------------------	--

Ai fini dell'applicazione ottimale di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81 del 09/04/2008, con riferimento al (D.U.V.R.I.), si conferma la:

- l'assenza di potenziali rischi interferenti come rilevato dalla stazione appaltante;
- la presenza dei potenziali rischi interferenti pre-identificati dalla stazione appaltante.

Indicazione della quota di appalto che il candidato intende subappaltare, in caso di aggiudicazione della gara e conseguente stipula del contratto di appalto: _____

Per raggruppamenti o consorzi - specifica delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati:

_____.

Per consorzi - indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre: _____.

Luogo e data

_____ li _____

Il titolare o legale rappresentante

Per offerta presentata da operatori economici riuniti o raggruppati: Il titolare o legale rappresentante o persona all'uopo delegata da ciascuna ditta

I sottoscritti operatori economici si impegnano alla costituzione in _____, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 37 comma 8 del D.Lgs 163/2006 compatibile e congruamente applicabile per "estensione analogica" all'appalto in specie.

firma e timbro _____ data / / _____	IMPRESA MANDATARIA
firma e timbro _____ data / / _____	IMPRESA MANDANTE
firma e timbro _____ data / / _____	IMPRESA MANDANTE