

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: Fornitura di n. 16 sistemi per la refertazione primaria di bio-immagini a supporto del sistema RIS/PACS in dotazione dell'Area Vasta n. 3 sedi di Macerata e Camerino. Aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale della medesima;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. DI APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte integrante della presente determina, dell'appalto denominato "fornitura di n. 16 sistemi per la refertazione primaria di bio-immagini a supporto del sistema RIS/PACS in dotazione dell'Area Vasta n. 3 sedi di Macerata e Camerino."
2. DI DISPORRE l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, alla ditta EURO IMAGING s.r.l. – Via Sommacampagna n. 33 – Torino – C.F. CTRLMN32D21L219C - P.IVA 05906140016, che ha presentato l'offerta al prezzo più basso, relativamente alla RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la seguente fornitura:

Descrizione	Q.tà	Costo cadauno (IVA esclusa)	Costo Totale (IVA esclusa)	Aliquota IVA
Monitor MAMMO – 5MPX BN fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU ms5512	14	€ 5.200,00	€ 72.800,00	22%
Monitor RX – 3MPX BN fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU MS3512	6	€ 0,00	€ 0,00	22%
Monitor TC/RM/US – 2MPX COLOR fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU CCL25812	12	€ 2.400,00	€ 18.000,00	22%
SCHEDA VIDEO SK fabbricante AMD ATI Modello FiRePro	16	€ 450,00	€ 7.200,00	22%

W5100				
SW CLIENT Q4 fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU PM Medvisor	16	€ 100,00	€ 1.600,00	22%
SW REMOTO CENTRALIZZATO QUALITY CONTROL fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU PM Medivisor	1	€ 300,00	€ 300,00	22%
SW QC CON SENSORE ESTERNO fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU CAL012	1	€ 580,00	€ 580,00	22%
Costo Totale della fornitura			€ 129.280,00	22%
Ribasso percentuale (%) sull'importo a base d'asta			19,20%	

al costo complessivo di € 129.280,00 + I.V.A., approvando la procedura espletata dall'U.O.C. Acquisti e logistica.

3. DI DISPORRE ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle regole del sistema di e-procurement della P.A. di Consip SpA che il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RDO è generato dal sistema MePa e firmato digitalmente dal punto ordinante.
4. DI DISPORRE ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto attraverso la richiesta di DURC e nel casellario informatico.
5. DI RICHIEDERE la costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.163/2006.
6. DI STABILIRE che l'avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale.
7. DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l'appalto in oggetto, sarà la Dott.ssa Sara Fattori dell'U.O. Fisica Medica dell'Area Vasta n. 3 di Macerata.
8. DI DARE ATTO che la fornitura pari ad € 129.280,00+ I.V.A. 22% = € 157.721,60 (IVA inclusa), sarà imputata, al conto economico 01.02.02.04.01 "Attrezzature Sanitarie" - autorizzazione AV3 INVEST n. 3 sub. 19/2015, utilizzando i fondi nell'ambito del Progetto Codice identificativo 110.110201.U010 "Potenziamento delle tecnologie a supporto della rete di screening oncologico senologico" inserito nell'Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze del 18/03/2009, ammesso al finanziamento ministeriale con Decreto del Direttore dell'Ufficio VII del Dipartimento di Qualità - Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- del 13/10/2009 recante "Ammissione a finanziamento di n. 4 interventi previsti nell'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18 marzo 2009 tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Regione Marche - Programma investimenti ex art. 20 L n. 67/88;
9. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, dell'art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l'appalto in oggetto non risultano opzioni d'acquisto attivabili presso una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta possibile, per l'oggetto dell'appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d'acquisto nelle convenzioni CONSIP.
10. DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti giustificativi.
11. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

12. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriatura nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazione definitiva forniture".
13. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
14. DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge.
15. DI TRASMETTERE copia della presente determina all'Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell'esecuzione del contratto Dott.ssa Sara Fattori dell'U.O. Fisica Medica dell'Area Vasta n. 3 di Macerata per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Genga



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giulietta Capocasa



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n 12 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 3 MACERATA)

□ Normativa di riferimento

- DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” s.i.m.;
- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”;
- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Legge 6 Luglio 2012 n. 94: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 s.m.i: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 s.i.m.: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;
- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1704 del 28/12/2005, concernente “Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1750 del 28/12/2013 ad oggetto: “L.R. n. 13 del 20.06.2003 – Autorizzazione agli Enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2014”;
- Determina n. 943/ASURDG del 31/12/2013 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2013 e pluriennale 2013-2015.”;
- Determina n. 103/ASURDG del 26/02/2014 “DGRM 1750/2013 – Determinazioni”.

SW REMOTO CENTRALIZZATO QUALITY CONTROL	NDS Dome Dashboard
SW QC CON SENSORE ESTERNO	NDS Dome Access + Fotometro

attraverso l'esame della documentazione di seguito specificata (files digitali):

- o 020091000a Domesxdisplaymanual Ita.pdf
- o A Capitolato Tecnico Sistemi Refertazione.pdf
- o A1 Offerta Senza Prezzo.pdf
- o Certificazionidichiarazioni.pdf
- o D020092000 B Dome Ex Display Manual It.pdf
- o Depliant.pdf
- o Dichiarazione Di Accesso Agli Atti.pdf
- o Questionariotecnico.pdf
- o Relazionetecnica.pdf
- o Ricevuta04112014.pdf

- confronto delle stesse con i requisiti tecnici espressi nel capitolato speciale di gara;

sono stati rilevate, come caratteristiche tecniche giudicate non conformi a quelle richieste "di minima" nei documenti di gara, quelle elencate nella tabella successiva (per brevità di trattazione vengono quindi omesse tutte quelle caratteristiche giudicate conformi ai requisiti minimi):

MONITOR MAMMO – 5Mpx BN: NDS DOME E5			
CARATTERISTICA	REQUISITO DI MINIMA	CARATTERISTICA BENE OFFERTO	GIUDIZIO DI CONFORMITÀ
Retroilluminazione	LED	CCFL	Non conforme
sensore frontale per la rilevazione della luminosità del quadro, con calibrazione automatica del monitor	Presenza del sensore e della caratteristica di calibrazione automatica della luminosità per ogni monitor	fotometro esterno USB per ogni coppia di monitor	Non conforme il sensore doveva essere presente per ciascun monitor mentre ne è stato offerto uno per ogni coppia. Inoltre non si ritiene che un sensore esterno sia in grado di svolgere le stesse funzioni, anche a causa della maggiore distanza tra schermo e fotometro, dell'ingombro "fisico" di tale sensore (molto maggiore rispetto a quelli integrati).
Equalizzatore di Uniformità x quadro e/o pixel	Presenza di un sistema di controllo dell'uniformità di luminanza sull'intero quadro o sul pixel	nel questionario tecnico è scritto "si - con una precisione di 0,2 max deviazione rispetto alla JND"	Non conforme Tale caratteristica, come anche indicato nella relazione tecnica, si riferisce alla DICOM L.U.T. (Look Up Table). La caratteristica richiesta, invece, è relativa alla uniformità di luminanza sull'intero quadro, che non è descritta in nessun documento tecnico prodotto.
Compensazione automatica luminosità ambientale	Compensazione automatica della luminosità ambientale (con sensore specifico di rilevazione della luminosità ambientale)	nel questionario tecnico è stato espresso un generico "si"	Non conforme Dall'analisi della documentazione tecnica (relazione, questionario, depliant e manuale d'uso)

			non è emersa né tale caratteristica né il sensore specifico.
--	--	--	--

Nota:
 in relazione ai parametri "Luminosità Massima" e "Contrasto" è emersa una discordanza tra quanto indicato nel questionario tecnico (rispettivamente 1.100 e 850:1) e quanto indicato nella parte restante della documentazione tecnica (rispettivamente 1.000 e 800:1); nel secondo caso, che rappresenta i valori riconducibili alla documentazione del fabbricante, i valori sarebbero stati inferiori a quelli richiesti come "di minima" e quindi sarebbero risultati non conformi.

MONITOR RX – 3 Mpx BN: NDS DOME S3			
CARATTERISTICA	REQUISITO DI MINIMA	CARATTERISTICA BENE OFFERTO	GIUDIZIO DI CONFORMITÀ
Retroilluminazione	LED	CCFL	Non conforme
Contrasto	$\geq 1200:1$	900:1	Non conforme
Equalizzatore di Uniformità x quadro e/o pixel	Presenza di un sistema di controllo dell'uniformità di luminanza sull'intero quadro o sul pixel	nel questionario tecnico è scritto "si - con una precisione di 0,2 max deviazione rispetto alla JND"	Non conforme Tale caratteristica, come anche indicato nella relazione tecnica, si riferisce alla DICOM L.U.T. (Look Up Table). La caratteristica richiesta, invece, è relativa alla uniformità di luminanza sull'intero quadro, che non è descritta in nessun documento tecnico prodotto.
Compensazione automatica luminosità ambientale	Compensazione automatica della luminosità ambientale (con sensore specifico di rilevazione della luminosità ambientale)	nel questionario tecnico è stato espresso un generico "si"	Non conforme Dall'analisi della documentazione tecnica (relazione, questionario, depliant e manuale d'uso) non è emersa né tale caratteristica né il sensore specifico.

MONITOR TC/RM/US – 2MPX COLOR: NDS DOME S3c			
CARATTERISTICA	REQUISITO DI MINIMA	CARATTERISTICA BENE OFFERTO	GIUDIZIO DI CONFORMITÀ
Contrasto	$\geq 1100:1$	700:1	Non conforme
Equalizzatore di Uniformità x quadro e/o pixel	Presenza di un sistema di controllo dell'uniformità di luminanza sull'intero quadro o sul pixel	nel questionario tecnico è scritto "si - con una precisione di 0,2 max deviazione rispetto alla JND"	Non conforme Tale caratteristica, come anche indicato nella relazione tecnica, si riferisce alla DICOM L.U.T. (Look Up Table). La caratteristica richiesta, invece, è relativa alla uniformità di luminanza sull'intero quadro, che non è descritta in nessun documento tecnico prodotto.
Compensazione automatica luminosità ambientale	Compensazione automatica della luminosità ambientale (con sensore specifico di rilevazione della luminosità ambientale)	nel questionario tecnico è stato espresso un generico "si"	Non conforme Dall'analisi della documentazione tecnica (relazione, questionario, depliant e manuale d'uso)

			<i>non è emersa né tale caratteristica né il sensore specifico.</i>
--	--	--	---

Premesso quanto sopra è stata effettuata un'ulteriore analisi sull'equivalenza delle soluzioni proposte per verificare se le soluzioni offerte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche.

Rilevato però:

- che nella documentazione tecnica prodotta sono assenti i c.d. "mezzi appropriati" per la prova dell'equivalenza (ad es. una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto);
- che, in base alla documentazione prodotta, le prestazioni delle tecnologie offerte non sono state giudicate come "equivalenti" alle caratteristiche sopra menzionate, richieste nel capitolato come "di minima";
- non può ravvisarsi in capo alla stazione appaltante un ulteriore onere di attività di indagine circa l'eventuale equivalenza,

il giudizio di equivalenza delle soluzioni tecnologiche offerte alle specifiche richieste è negativo.

Premesso quanto sopra esposto l'offerta tecnica presentata dalla Sago Medica srl non soddisfa tutti i requisiti "di minima" espressi nel capitolato speciale d'appalto, né le soluzioni da essa proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche... ".....

Pertanto, la Ditta SAGO MEDICA con nota Prot. 103562/MC PROV del 18/11/2014, viene esclusa dal proseguo della procedura di gara.

Per quanto concerne l'altra ditta concorrente si comunica quanto segue "...In relazione alla procedura in oggetto, facendo seguito a:

- analisi della seguente offerta tecnica:

OFFERENTE: EURO IMAGING SRL	
Tecnologia Richiesta	Beni Offerti (Fabbricante / Modello)
MONITOR MAMMO – 5Mpx BN	JVCKenwood Totoku MS55i2
MONITOR RX – 3MPX BN	JVCKenwood Totoku MS35i2
MONITOR TC/RM/US - 2MPX COLOR	JVCKenwood Totoku CCL258i2
SCHEDA VIDEO SK	AMD ATI FirePro W5100
SW CLIENT QA	JVCKenwood PM Medivisor
SW REMOTO CENTRALIZZATO QUALITY CONTROL	JVCKenwood PM Medivisor
SW QC CON SENSORE ESTERNO	JVCKenwood CAL012

attraverso l'esame della documentazione di seguito specificata (files digitali):

- 1 Elenco Legenda Documentazione Amministrativa Presentata.pdf
- 2totoku Led.pdf
- 4 Ati W5100.pdf
- 4 Ccl258i2 Mddce Doc Rev A131119.pdf
- 4 Ms35i2 Mddce Doc Rev A131119.pdf
- 4 Ms55i2 Mddce Doc Reva.pdf
- 7 Manualeutenteccl258i2.pdf
- 7 Manualeutentems35i2.pdf
- 7 Manualeutentems55i2.pdf
- A Capitolato Tecnico Sistemi Refertazione.pdf
- A2 Questionario Tecnologia Offerta.xlsx
- Dichiarazione Accesso Agli Atti.pdf
- Offerta Economica Senza Prezzi.pdf
- Relazione Presentazione Prodotti Offerti.pdf
- risposta al chiarimento in merito alla Retroilluminazione e contrasto del Monitor MS55i2
- confronto delle stesse con i requisiti tecnici espressi nel capitolato speciale di gara... ".....

Premesso quanto sopra l'offerta tecnica presentata dalla Euro Imaging srl soddisfa tutti i requisiti "di minima" espressi nel capitolato speciale d'appalto....."

Si procede, come previsto dalla documentazione di gara, alla visione dei sistemi offerti (n. 1 per tipologia) della Ditta EURO IMAGING s.r.l, convocati in data 4 Dicembre 2014.

"...In relazione alla gara in oggetto, in data odierna è stata effettuata la prova delle tecnologie offerte in gara secondo quanto indicato nel capitolato di gara; sono presenti in tal senso:

- dr. Lugi Oncini – Radiologia AV3 Macerata
- dott.ssa Sara Fattori – Fisica Medica AV3 Macerata
- dott.ssa Emilia Di Nicola – Fisica Medica AV3 Macerata
- dott.ssa Martina Paoli – Fisica Medica AV3 Macerata
- Ing. Marco Orlandi – Ingegneria Clinica ASUR
- Ing. Enrico Rinaldi – Euro Imaging srl
- Ing. Federico Copparoni – Agfa (supporto tecnico)

Premesso quanto sopra esposto, l'esito delle prove effettuate è positivo.

Si allega relazione del Servizio di Fisica Medica. ".... "....nello specifico sono state verificate le tecnologie relative a:

- ✓ sensore di luminanza esterno per la calibrazione
- ✓ sensore di luminanza integrato per le ispezioni da remoto
- ✓ fotometro integrato (per misure di illuminamento ambientale)
- ✓ sw Client Q A Medivisor
- ✓ sw Medivisor NX per calibrazione e ispezioni da remoto (Displa) Inspection)
- ✓ presenza Test Pattern memorizzati
- ✓ possibilità di accesso al server remoto tramite creazione di un account utente.

Inoltre è stata verificata la reale possibilità di interfacciare le nuove stazioni di refertazione con le tecnologie già in dotazione.

Tutte le verifiche effettuate hanno avuto esito positivo."

Successivamente si è provveduto all'apertura della busta economica, presentata dalla Ditta Euro. Imaging srl:

Descrizione	Q.tà	Costo cadauno (IVA esclusa)	Costo Totale (IVA esclusa)	Aliquota IVA
Monitor MAMMO – 5MPX BN fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU ms5512	14	€ 5.200,00	€ 72.800,00	22%
Monitor RX – 3MPX BN fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU MS3512	6	€ 0,00	€ 0,00	22%
Monitor TC/RM/US – 2MPX COLOR fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU CCL25812	12	€ 2.400,00	€ 18.000,00	22%
SCHEDA VIDEO SK fabbricante AMD ATI Modello FiRePro W5100	16	€ 450,00	€ 7.200,00	22%
SW CLIENT Q4 fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU PM Medivisor	16	€ 100,00	€ 1.600,00	22%
SW REMOTO CENTRALIZZATO QUALITY CONTROL fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU PM Medivisor	1	€ 300,00	€ 300,00	22%
SW QC CON SENSORE ESTERNO fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU CAL012	1	€ 580,00	€ 580,00	22%
Costo Totale della fornitura			€ 129.280,00	22%
Ribasso percentuale (%) sull'importo a base d'asta			19,20%	

In riferimento all'esito del procedimento d'appalto, si rileva che l'offerta economica dell'offerente aggiudicatario evidenzia un ribasso del 19,20%, rispetto all'importo a base di gara.

CONSIDERATO che presso "CONSIP SpA" non esistono attive convenzioni che consentono l'acquisizione di materiale informatico avente medesime caratteristiche tecniche.

□ Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:

- DI APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria, per le ragioni riportate nel documento istruttorio che è parte integrante della presente determina, dell'appalto denominato **"fornitura di n.16 sistemi per la refertazione primaria di bio-immagini a supporto del sistema RIS/PACS in dotazione dell'Area Vasta n. 3 sedi di Macerata e Camerino."**
- DI DISPORRE l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, alla ditta EURO IMAGING s.r.l. – Via Sommacampagna n. 33 – Torino – C.F. CTLRMN32D21L219C - P.IVA 05906140016, che ha presentato l'offerta al prezzo più basso, relativamente alla RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la seguente fornitura:

Descrizione	Q.tà	Costo cadauno (IVA esclusa)	Costo Totale (IVA esclusa)	Aliquota IVA
Monitor MAMMO – 5MPX BN fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU ms5512	14	€ 5.200,00	€ 72.800,00	22%
Monitor RX – 3MPX BN fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU MS3512	6	€ 0,00	€ 0,00	22%
Monitor TC/RM/US – 2MPX COLOR fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU CCL25812	12	€ 2.400,00	€ 18.000,00	22%
SCHEMA VIDEO SK fabbricante AMD ATI Modello FiRePro W5100	16	€ 450,00	€ 7.200,00	22%
SW CLIENT Q4 fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU PM Medvisor	16	€ 100,00	€ 1.600,00	22%
SW REMOTO CENTRALIZZATO QUALITY CONTROL fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU PM Medjvisor	1	€ 300,00	€ 300,00	22%
SW QC CON SENSORE ESTERNO fabbricante JVCKenwood Modello TOTOKU CAL012	1	€ 580,00	€ 580,00	22%
Costo Totale della fornitura			€ 129.280,00	22%
Ribasso percentuale (%) sull'importo a base d'asta			19,20%	

al costo complessivo di € 129.280,00 + I.V.A., approvando la procedura espletata dall'U.O.C. Acquisti e logistica.

- DI DISPORRE ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle regole del sistema di procurement della P.A. di Consip SpA che il contratto tra le parti regolato dalle condizioni e clausole individuate nella RDO è generato dal sistema MEPA e firmato digitalmente dal punto ordinante.
- DI DISPORRE ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto attraverso la richiesta di DURC e nel casellario informatico.
- DI RICHIEDERE la costituzione di una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.163/2006.
- DI STABILIRE che l'avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale.
- DI PRENDERE ATTO che il Direttore di esecuzione del contratto per l'appalto in oggetto, sarà la Dott.ssa Sara Fattori dell'U.O. Fisica Medica dell'Area Vasta n. 3 di Macerata.

8. DI DARE ATTO che la fornitura pari ad € 129.280,00+ I.V.A. 22% = € 157.721,60 (IVA inclusa), sarà imputata, al conto economico 01.02.02.04.01 "Attrezzature Sanitarie" - autorizzazione AV3 INVEST n. 3 sub. 19/2015, utilizzando i fondi nell'ambito del Progetto Codice identificativo 110.110201.U010 "Potenziamento delle tecnologie a supporto della rete di screening oncologico senologico" inserito nell'Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze del 18/03/2009, ammesso al finanziamento ministeriale con Decreto del Direttore dell'Ufficio VII del Dipartimento di Qualità - Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- del 13/10/2009 recante "Ammissione a finanziamento di n. 4 interventi previsti nell'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18 marzo 2009 tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Regione Marche – Programma investimenti ex art. 20 L n. 67/88.
9. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 296/96, dell'art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l'appalto in oggetto non risultano opzioni d'acquisto attivabili presso una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta possibile, per l'oggetto dell'appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d'acquisto nelle convenzioni CONSIP.
10. DI DARE ATTO che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti giustificativi.
11. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
12. DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazione definitiva forniture".
13. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
14. DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge.
15. DI TRASMETTERE copia della presente determina all'Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell'esecuzione del contratto Dott.ssa Sara Fattori dell'U.O. Fisica Medica dell'Area Vasta n. 3 di Macerata per il seguito di competenza.

Il Responsabile del procedimento

Elisabetta Carpineti
Elisabetta Carpineti

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale

IL RESPONSABILE
U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott. *Massimiliano Carpineti*

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento utilizzando i fondi nell'ambito del Progetto Codice identificativo 110.110201.U010 "Potenziamento delle tecnologie a supporto della rete di screening oncologico senologico" inserito nell'Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze del 18/03/2009, ammesso al finanziamento ministeriale con Decreto del Direttore dell'Ufficio VII del Dipartimento di Qualità - Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali- del 13/10/2009 recante "Ammissione a finanziamento di n. 4 interventi previsti nell'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18 marzo 2009 tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Regione Marche - Programma investimenti ex art. 20 L n. 67/88.

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione
Paolo Cusimelli

Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

- ALLEGATI -

Nessun allegato.