

ID: 308769 | 13/04/2014 | MCDIRSAO

Servizio Farmaceutico Territoriale
Largo Belvedere Sanzio, n. 1 – 62100 Macerata
Responsabile: Dott. Stefano Sagratella
stefano.sagratella@sanita.marche.it
Tel. 0733/2572.631

OGGETTO: Fornitura di prodotti ed accessori per alimentazione enterale. Gara n. 4869789.
Verbale valutazione tecnica commissione giudicatrice.

Al responsabile UOC Acquisti e Logistica
Dott. Massimiliano Carpineti

La commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata con determina del Direttore Generale ASUR n. 903 del 16/12/2013, nel rispetto dell'incarico assegnato ha provveduto a fare la valutazione tecnica dei prodotti offerti secondo il programma e il calendario delle riunioni effettuate alle quali risultano presenti tutti i componenti, indicati nella tabella sottostante.

DATA	ATTIVITA' SVOLTA
25/02/2014	Verifica idoneità lotti dal n.1 al n. 14
04/03/2014	Verifica idoneità lotti dal n.15 al n. 28
11/03/2014	Valutazione parametri lotti da n. 29 a n. 31
18/03/2014	Valutazione parametri lotti da n. 32 a n. 35
25/03/2014	Riepilogo e approvazione valutazioni effettuate

I risultati delle valutazioni effettuate dalla commissione sono stati registrati nei seguenti documenti che si allegano al presente verbale e ne fanno parte sostanziale:

- a) Allegato 1: si riporta la conformità o meno ai requisiti richiesti nel Capitolato Speciale per i lotti dal n. 1 al n. 28; in caso di non conformità si specifica la motivazione; l'allegato è composto da n. 6 pagine;

b) Allegati da n. 2 a n. 8: schede di valutazione per i lotti dal n. 29 al n. 35; il punteggio tecnico è stato attribuito, a ciascun lotto, per i parametri di valutazione indicati nell'Art.7- "Criterio di Aggiudicazione" del Disciplinare di Gara approvato con Determina n. 490/ASURDG del 17/6/2013. Gli allegati sono composti dai seguenti numeri di pagina: All. 2: n. 3 pagine; All. 3: n. 4 pagine; All. 4: n. 3 pagine; All. 5: n. 3 pagine; All. 6: n. 5 pagine; All. 7: n. 4 pagine; All. 8: n. 2 pagine.

Si fa presente che la commissione, in fase di valutazione e al fine di eseguire una corretta e esauriente analisi delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, chiede alle ditte partecipanti per il tramite dell'UOC Acquisti e Logistica AV3, una dichiarazione riportante le caratteristiche di seguito indicate:

1. marcatura di conformità CE (dlgs n.46 del 24/02/1997, in attuazione alla Direttiva 93/42 e successive modifiche ed integrazioni);
2. conformità alla norma tecnica UNI EN 1615/2001;
3. attestazione che i dispositivi sono finalizzati esclusivamente per la nutrizione enterale e che, pertanto, sono funzionalmente incompatibili con le linee EV.

Per la Commissione:


Dott. Stefano Sagratella (presidente)

Dott.ssa Sara Salvadori

Dott.ssa Loredana Scoccia


Coord. Anna Borgiani

Coord. Carla Giordani




Stefano Sagratella
Sara Salvadori
Loredana Scoccia
Anna Borgiani
Carla Giordani

N° LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	DITTA	CONFORMITA'
1	Dieta enterale per sonda, liquida, polimerica, nutrizionalmente completa, pronta all'uso, a basso residuo, normocalorica (kcal/ml = 1 circa), sterile, con adeguata distribuzione calorica tra proteine, lipidi e carboidrati, priva di glutine e fibre, con osmolarità tra 200 e 270 mOsm/l, contenuto minimo di proteine totali 4 gr/100 ml. Lattosio clinicamente ininfluente. Confezione da 500 ml	Nutricia Italia srl	CONFORME
2	Dieta enterale per sonda, liquida, polimerica, nutrizionalmente completa, pronta all'uso, a basso residuo, normocalorica (kcal/ml = 1 circa), sterile con adeguata distribuzione calorica tra proteine, lipidi e carboidrati, priva di glutine, con osmolarità tra 210 a 270 mOsm/l, arricchita di fibre alimentari in quantità comprese fra 1,2 e 1,5 gr/100 ml. Lattosio clinicamente ininfluente. Confezione da 500 ml	Nutricia Italia srl	CONFORME
3	Miscela polimerica ipercalorica per sonda. Apporto calorico: 1,5 Kcal/ml circa Osmolarità: ≤400 mOsm/l Glutine e fibre assenti Confezione da 500 ml	Nutricia Italia srl B. BRAUN Milano Spa	CONFORME
4	Dieta enterale per sonda, liquida, polimerica, nutrizionalmente completa, pronta all'uso, a basso residuo, normocalorica (kcal/ml = 1 circa), sterile con adeguata distribuzione calorica tra proteine, lipidi e carboidrati, priva di glutine, con osmolarità tra 210 a 270 mOsm/l, arricchita di fibre alimentari in quantità comprese fra 1,2 e 1,5 gr/100 ml. Lattosio clinicamente ininfluente. Confezione pack da 1000 ml Miscela polimerica ipercalorica per sonda. Apporto calorico: 1,2 Kcal/ml circa Proteine g/100 ml: 6-7 Osmolarità: ≤350 mOsm/l Glutine e fibre assenti Confezione pack da 1000 ml	Nutricia Italia srl	CONFORME
5	Dieta enterale per sonda e per os liquida, polimerica, nutrizionalmente completa, pronta all'uso, arricchita di fibre solubili (1,5 g/100 ml), indicata per pazienti diabetici. Apporto calorico: 1 kcal/ml circa Proteine: 16% circa Lipidi: 33% circa Carboidrati: 51% circa Osmolarità: 320 mOsm/l circa Confezione 500 ml	Nestlé Italiana Spa	CONFORME
6			CONFORME


7 Dieta enterale per sonda e per os liquida, polimerica, nutrizionalmente completa, pronta all'uso, arricchita di fibre solubili (1,5 g/100 ml), iperproteca e moderatamente ipercalorica indicata per pazienti diabetici. Apporto calorico: 1,2 kcal/ml circa Proteine: 20% circa Lipidi: 40% circa Carboidrati: 40% circa Osmolarità: 390 mOsm/l circa Confezione 500 ml	Nestlé Italiana SpA	CONFORME
8 Dieta enterale per sonda e per os liquida, polimerica, nutrizionalmente completa, pronta all'uso, arricchita di fibre solubili (1,5 g/100 ml), indicata per pazienti diabetici. Apporto calorico: 1 kcal/ml circa Proteine: 17% circa Lipidi: 38% circa Carboidrati: 45% circa Osmolarità: 300 mOsm/l circa Confezione pack da 1000 ml Dieta enterale per sonda e per os, liquida, polimerica, nutrizionalmente completa, pronta all'uso, arricchita di fibre insolubili (1,5 g/100 ml circa), indicata per pazienti con alterata tolleranza al glucosio. Apporto calorico: 1 kcal/ml Proteine: 17% circa Lipidi: 50% circa Carboidrati: 33% circa Osmolarità: 300 mOsm/l circa Confezione 500 ml	Nutricia Italia srl	CONFORME
9 Dieta enterale per sonda e per os liquida, polimerica, nutrizionalmente completa, pronta all'uso, indicata per pazienti con insufficienza renale non in trattamento dialitico. Apporto calorico: 2 kcal/ml. Proteine: 6%-8% Lipidi: 43%-45% Carboidrati: 47%-51% Osmolarità: < 460 mOsm/l. Confezione 125-237 ml	Nutricia Italia srl/ Abbott srl Tender Office	CONFORME

GARA NUTRIZIONE VERIFICA LOTTI DAL N. 1 AL N. 28

	supplemento nutrizionale per os inguivo, nutrizionalmente completo, pronto per l'uso, ipercalorico.	B. BRAUN Milano Spa	
11	Apporto calorico: 1,5 kcal/ml Proteine: 16% circa Lipidi: 35% circa Carboidrati: 49% circa Privo di glutine e di fibre Osmolarità: < 460 mOsmol/l Confezione da 200 ml SUPPLEMENTO nutrizionale per os inguivo, pronto per l'uso, iperproteico.		NON CONFORME per Osmolarità, lipidi e carboidrati.
12	Apporto calorico: 1 kcal/ml circa Proteine: gr 10/100 ml circa Privo di glutine Osmolarità: 420 mOsmol/l circa Confezione da 200 ml circa	Nutricia Italia srl	CONFORME
13	Dieta enterale per sonda e per os liquida, polimerica, nutrizionalmente completa, pronta all'uso, arricchita di fibre solubili (2,2g/100 ml), lattosio clinicamente ininfluente indicata per pazienti con diarrea. Apporto calorico: 1,1 kcal/ml circa. Proteine: 16% circa. Lipidi: 30% circa. Carboidrati: 54% circa. Confezione 500ml.	Nestlé Italiana Spa	NON CONFORME per calorie, lipidi e carboidrati
14	Dieta enterale liquida, completa, pronta all'uso, da somministrare per via orale, priva di lattosio e di glutine, con fibre e fruttooligosaccaridi a catena corta, capporto calorico di circa 0,9kcal/ml, proteine pari a circa 4,5 g./100 ml, con carboidrati a lento assorbimento pari a circa 8,8 g/100 ml, lipidi principalmente monounsaturi pari a circa 3,5g/100 ml, osmolarità circa 600 mOsmol/l, palatabile, vari gusti indicato per pazienti diabetici. Confezione circa 220 ml	Abbott srl Tender Office	CONFORME
15	Dieta enterale per sonda e per os liquida, polimerica, nutrizionalmente completa, pronta all'uso, arricchita di fibre solubili (2,2 g/100 ml), lattosio clinicamente ininfluente indicata per pazienti con diarrea.	Nestlé Italiana Spa	CONFORME
16	Dieta enterale per sonda e per os liquida, polimerica, nutrizionalmente completa, pronta all'uso, arricchita di fibre solubili e insolubili, con almeno 1g/100 ml di fruttooligosaccaridi a catena corta, indicata per pazienti con alterata funzionalità intestinale.. Apporto calorico: 1,2 kcal/ml circa Proteine: 19% circa Lipidi: 30% circa Carboidrati: 51% circa Confezione 500 ml	Abbott srl Tender Office	CONFORME

Supplemento

17	Dieta enterale per sonda liquida, nutrizionalmente completa, priva di fibre, ad elevato contenuto lipidico antinfiammatorio (EPA, GLA e MCT), indicata per pazienti con ARDS, ALL, SLA. circa Proteine: 6 g/100 ml circa Lipidi: 9 g/100 ml circa Carboidrati: 10,5 g/100 ml circa Confezione da 500 ml	Abbott srl Tender Office	CONFORME
18	Dieta enterale per sonda e per os liquida, polimerica, nutrizionalmente completa, pronta all'uso, indicata per pazienti con insufficienza renale in trattamento dialitico Apporto calorico: 2 kcal/ml circa Proteine: 14-15% circa Lipidi: 44-45% circa Carboidrati: 40-42% circa Confezione 125-200 ml	Nutricia Italia srl Abbott srl Tender Office	CONFORME
19	Dieta semi-elementare liquida, nutrizionalmente completa, priva di glutine e di fibre, normocalorica, con peptidi a catena corta, a ridotto apporto lipidico (non superiore a 1,7 g/100 ml), contenente lipidi a catena media, carboidrati non superiori al 70%, pronta all'uso, da somministrare per sonda, lattosio clinicamente ininfluente Confezione da 500 ml	Nutricia Italia srl	CONFORME
20	Dieta polimerica liquida, completa ed equilibrata, arricchita in arginina, antiossidanti quali vitamine A-E-C e zinco per una quantità di 2mg/100ml, pronta all'uso per sonda, priva di glutine per pazienti affetti da lesioni da decubito. Lattosio clinicamente ininfluente. Apporto calorico: 1 Kcal/ml Proteine: 20% circa Lipidi: 30% circa Carboidrati: 50% circa Osmolarità: 300 mOsm/l circa Confezione pack da 1000 ml	Nutricia Italia srl	CONFORME
21	Dieta elementare liquida, completa, pronta all'uso, da somministrare per via orale, priva di lattosio, di glutine e di fibre alimentari, con apporto calorico di circa 0,8 Kcal/ml, con un contenuto di aminoacidi pari ad almeno 3 g/100 ml, di carboidrati pari a circa 11 g/100ml, di lipidi pari a circa 3,5 g/100ml, palatabile, disponibile in vari gusti, adatta a situazioni patologiche quali: sindrome da intestino corto, morbo di Crohn, colite ulcerosa, fibrosi cistica, HIV, ed altre per somministrazione orale. Confezione da 250 ml circa	Nutricia Italia srl	CONFORME

[Handwritten signature]

GARA NUTRIZIONE VERIFICA LOTTI DAL N. 1 AL N. 28

Allegato 1

Integratore nutrizionale, in polvere, pronto all'uso per somministrazione orale, privo di glutine, lattosio clinicamente ininfluente, arricchito di arginina, vitamina C e zinco (4,5mg/100ml), disponibile in vari gusti palatabili., adatto ai pazienti con ulcere da decubito. Apporto calorico: 1,2 kcal/ml circa Proteine: 30% circa Lipidi: 25% circa Carboidrati: 45% circa Osmolarità: 500 mOsm/l circa Confezione 200 ml	Nutricia Italia srl	CONFORME
Integratore in polvere solubile, ad elevato contenuto proteico pari a 90gr/100gr, con basso contenuto di fosfato e di potassio pari o inferiore a 60mg/100 grammi, con apporto calorico di 3,7 -4 Kcal/grammo di prodotto, privo di fibre e di glutine, solubile anche nei cibi caldi, adatto a pazienti dializzati, con insufficienza renale, catabolismo, iperfosfemia e nei casi in cui necessita un aumento del fabbisogno proteico con limitata introduzione di fosfato e di potassio in busta o altro idoneo contenitore Integratore proteico in polvere, normocalorico (1 Kcal/ml), contenuto proteico da 5 a 6g/100 ml di prodotto di cui almeno 1,5g di glutammina. Confezione in buste da 76g circa Dieta enterale per somministrazione per os in polvere, prontamente e completamente pronta all'uso, arricchita di fibre solubili e insolubili, con almeno 1g/100 ml di fruttosio e saccaridi a catena corta, indicata per pazienti critici, ipercatabolici, con perdita involontaria di massa magra.	Nessuna offerta	CONFORME
Apporto calorico: 1,2 kcal/ml circa Proteine: 21% circa Lipidi: 19% circa Carboidrati: 60% circa Osmolarità : 470 mOsm/l circa Confezione 500 ml	Abbott srl Tender Office	CONFORME
Dieta enterale, in polvere senza fibre, in forma elementare, costituito da Arginina, Glutammina e HMB(beta-idrossi-beta-metilbutirrato), indicata per pazienti che necessitano di riparare tessuti danneggiati e/o ricostruire massa magra Confezione : busta 19-25 g circa	Abbott srl Tender Office	CONFORME

Supremo

27 Deffussori da utilizzare a caduta, devono essere in PVC o polimero equivalente, a perfetta tenuta con: attacco universale adattabile a a qualunque tipologia di confezione del prodotto; presenza di raccordo universale ai diversi tipi di sondini nasogastrici presenza di filtro d'aria e camera di gocciolamento presenza di sistema che eviti il flusso libero lunghezza circa 130-150 cm rispondenza alla normativa sul marchio CE per i dispositivi medici. I deffussori devono essere sterili, privi di ftalati e confezionati in busta singolarmente. Sulla confezione devono essere indicati: descrizione quali-quantitativa del contenuto data di produzione e numero di lotto di appartenenza data di scadenza metodo di sterilizzazione diciture "Monouso e "Sterile"	Nutricia Italia srl Abbott srl Tender Office Benefis srl Ferrari L. di Ferrari Pietro srl Covidien Italia SpA	CONFORME COVIDIEN E NUTRICIA. NON CONFORME: ABBOTT perché non adattabile a tutti i sondini naso/gastrici. FERRARI E BENEFIS perché manca l'attacco universale adattabile a qualunque tipo di confezione di prodotti.
28 Sacca con deffussore a gravità per nutrizione enterale aventi un volume pari a 2000 ml. Le sacche devono essere sterili e confezionate in busta singolarmente. Sulla confezione devono essere indicati: data di produzione e numero di lotto di appartenenza; data di scadenza; metodo di sterilizzazione; diciture "Monouso" e "Sterile". Devono riportare all'esterno una serigrafia che consenta di annotare i dati del paziente (nome, cognome, n° di cartella clinica), il volume, il contenuto calorico e azotato, la velocità di somministrazione e la data. Inoltre devono riportare una serigrafia verticale tale da consentire una valutazione del volume; devono essere compatibili con le diete per nutrizione enterale. La compatibilità delle sacche con le diete enterali deve essere certificata nella scheda tecnica. Devono contenere nella confezione un bay-pass per la somministrazione dei liquidi, un luer lock femmina distale e un connettore universale a cinque passi.	Nutricia Italia srl	CONFORME

[Handwritten signatures and initials]

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 29

Allegato 2

LOTTO N° 29

Bevanda idratante adatta all'idratazione di pazienti affetti da disfagia, privo di proteine e lipidi, priva di glutine, Ph circa 7 con contenuto di sodio inferiore a 0,08 g/100 gr e di potassio 55 mg circa, resistente all'amilasi di facile utilizzo, coloranti naturali, disponibile in gusti palatabili.
Confezione da 125 gr.

DITTA: TONUSLINE		PRODOTTO: ACQUA GEL EDULCORATA		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	/
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione disgregazione	da 0 a 10	10	/
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti ??	da 0 a 10	10	/
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	/
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	/
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	/
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	/
TOTALE				0

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

Signature 1
Signature 2
Signature 3

NON CONFORME A CAUSA DEL PH. MANCA IL NUMERO VERDE PER L'ASSISTENZA.

10

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 29 Allegato 2

LOTTO N° 29

Bevanda idratante adatta all'idratazione di pazienti affetti da disfagia, privo di proteine e lipidi, priva di glutine, Ph circa 7 con contenuto di sodio inferiore a 0,08 g/100 gr e di potassio 55 mg circa, resistente all'amilasi di facile utilizzo, coloranti naturali, disponibile in gusti palatabili.
Confezione da 125 gr.

DITTA: NESTLE'		PRODOTTO: RESOURCE BEVANDA GELIFICATA		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	25
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione disaggregazione	da 0 a 10	10	10
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti ??	da 0 a 10	10	10
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	5
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	2
TOTALE				60

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

Esposito
Brugioni

CONFORME

contenuto di sodio inferiore a 0,08 g/100 gr e di potassio 55 mg circa, resistente all'amilasi di facile utilizzo, coloranti naturali, disponibile in gusti palatabili. Confezione da 125 gr.

DITTA: NUTRICIA		PRODOTTO: NUTILIS AQUA		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	/
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione/disgregazione	da 0 a 10	10	/
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti ??	da 0 a 10	10	/
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	/
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	/
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	/
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	/
TOTALE				0

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

[Signature]
[Signature]

NON CONFORME A CAUSA DEL PH



LOTTO N° 30

Prodotto addensante in polvere per pazienti disfagici, a base di carboidrati, da utilizzare istantaneamente con alimenti liquidi o semiliquidi, semidensi, caldi o freddi, gusto neutro.
Confezione max300 grammi

DITTA: NUTRICIA		PRODOTTO: NUTILIS POWDER		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	25
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione e disgregazione	da 0 a 10	10	10
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti	da 0 a 10	10	0
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	5
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	2
TOTALE				50

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE





SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 30 Allegato 3

LOTTO N° 30

Prodotto addensante in polvere per pazienti disfagici, a base di carboidrati, da utilizzare istantaneamente con alimenti liquidi o semiliquidi, semidensi, caldi o freddi, gusto neutro.
 Confezione max 300 grammi

DITTA: NESTLE'		PRODOTTO: THICKEN UP		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	25
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione disaggregazione	da 0 a 10	10	10
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti	da 0 a 10	10	0
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	5
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	2
TOTALE				50

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

[Signature]
[Signature]
[Signature]

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 30 Allegato 3

LOTTO N° 30

Prodotto addensante in polvere per pazienti disfagici, a base di carboidrati, da utilizzare istantaneamente con alimenti liquidi o semiliquidi, semidensi, caldi o freddi, gusto neutro.

Confezione max300 grammi

DITTA: TONUSLINE

PRODOTTO: GEL'M

CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	20
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione disaggregazione.	da 0 a 10	10	A.D.
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti	da 0 a 10	10	0
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	5
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	(2)	0
TOTALE				

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

[Handwritten signatures]



14

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 30 Allegato 3

LOTTO N° 30

Prodotto addensante in polvere per pazienti disfagici, a base di carboidrati, da utilizzare istantaneamente con alimenti liquidi o semiliquidi, semidensi, caldi o freddi, gusto neutro.
Confezione max 300 grammi

DITTA: NOVAMEDISAN		PRODOTTO: DENS UP VELUTE'		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	/
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione disagregazione	da 0 a 10	10	/
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti	da 0 a 10	10	/
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	/
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	/
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	/
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	/
TOTALE				0

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

[Signature]
[Signature]
[Signature]

NON CONFORME CONFEZIONE DA 430 GR

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 31 Allegato 4

LOTTO N° 31


Prodotto addensante in polvere per pazienti disfagici, privo di amido di mais, a base di carboidrati e fibre alimentari, con contenuto di sodio <1,1g/100g, da utilizzare istantaneamente con alimenti liquidi o semiliquidi, semidensi, caldi o freddi, acqua e bevande tipo tè, latte, vino caffè ed altre, gusto neutro in modo da non alterare il sapore degli alimenti o delle bevande
 Confezione da 125g grammi con misurino incluso

DITTA: NESTLE'		PRODOTTO: THICKEN UP CLEAR		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	25
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione disagregazione	da 0 a 10	10	10
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti	da 0 a 10	10	0
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	5
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	2
TOTALE				50

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE



















SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 31 Allegato 4

LOTTO N° 31

Prodotto addensante in polvere per pazienti disfagici, privo di amido di mais, a base di carboidrati e fibre alimentari, con contenuto di sodio <1,1g/100g, da utilizzare istantaneamente con alimenti liquidi o semiliquidi, semidensi, caldi o freddi, acqua e bevande tipo tè, latte, vino caffè ed altre, gusto neutro in modo da non alterare il sapore degli alimenti o delle bevande Confezione da 125g grammi con misurino incluso

DITTA: TONUSLINE		PRODOTTO: GEL' CLEAR		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	/
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione disaggregazione	da 0 a 10	10	/
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti	da 0 a 10	10	/
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	/
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	/
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	/
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	/
TOTALE				0

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

NON CONFORME SODIO IN ECCESSO

*[Signature] 200.
 [Signature] fondazione
 Gile Gioielli 2/3*

contenuto di sodio <1,1g/100g, da utilizzare istantaneamente con alimenti liquidi o semiliquidi, semidensi, caldi o freddi, acqua e bevande tipo tè, latte, vino caffè ed altre, gusto neutro in modo da non alterare il sapore degli alimenti o delle bevande
Confezione da 125g grammi con misurino incluso

DITTA: NOVAMEDISAN		PRODOTTO: DENS UP CRISTAL		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	/
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione disaggregazione	da 0 a 10	10	/
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti	da 0 a 10	10	/
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	/
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	/
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	/
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	/
TOTALE				0

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

Supremo
Ponderoso
Colle Gualdo
3/3
(18)

NON CONFORME SODIO IN ECCESSO

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 32 Allegato 5

LOTTO N° 32

Integratore nutrizionale semisolido, iperproteico ed ipercalorico, apporto calorico compreso tra 1,6 e 1,7 kcal/g, privo di glutine, disponibile in gusti vari e palatabili, pronto all'uso da assumere per via orale adatto a pazienti che manifestano problemi di malnutrizione e disfagia.
 Confezione da 125-150 g circa

DITTA: NUTRICIA		PRODOTTO: FORTIMEL CREME		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	20
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione/disgregazione.	da 0 a 10	10	10
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti	da 0 a 10	10	10
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	5
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	2
TOTALE				55

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

[Signature]
[Signature]
[Signature]

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 32 Allegato 5

LOTTO N° 32

Integratore nutrizionale semisolido, iperproteico ed ipercalorico, apporto calorico compreso tra 1,6 e 1,7 kcal/g, privo di glutine, disponibile in gusti vari e palatabili, pronto all'uso da assumere per via orale adatto a pazienti che manifestano problemi di malnutrizione e disfagia.
 Confezione da 125-150 g circa

DITTA: NESTLE'		PRODOTTO: RESOURCE CREME		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	20
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione/disgregazione	da 0 a 10	10	10
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti	da 0 a 10	10	6
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	5
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	2
TOTALE				51

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

[Signature]
[Signature]
[Signature]

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 32 Allegato 5

LOTTO N° 32

Integratore nutrizionale semisolido, iperproteico ed ipercalorico, apporto calorico compreso tra 1,6 e 1,7 kcal/g, privo di glutine, disponibile in gusti vari e palatabili, pronto all'uso da assumere per via orale adatto a pazienti che manifestano problemi di malnutrizione e disagia.
Confezione da 125-150 g circa

DITTA: TONUSLINE		PRODOTTO: CREME LINE		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche del prodotto	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore capacità di mantenere la consistenza.	da 0 a 25	25	20
	Palatabilità intesa come gradevolezza durante la fase di dissoluzione/disgregazione	da 0 a 10	10	5
	Varietà dei gusti proposti. Si valorizzerà l'offerta che presentano una maggiore varietà dei gusti	da 0 a 10	10	8
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza	da 0 a 5	5	5
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg. dalla ricezione dell'ordine ed entro gg.2 in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	0
TOTALE				46

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

Salvatore
Superiore
19
3/3

MANCA N° VERDE

Alegato 6

LOTTO N° 33

Sondini nasogastrici sterili, in poliuretano biocompatibile, radioopachi con filo guida metallico e connettore con attacco universale. Misure varie.

DITTA: NUTRICIA		PRODOTTO:		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore resistenza, flessibilità, maneggevolezza, a traumaticità e tollerabilità.	da 0 a 30	30	27
Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per deflussori.	Si valorizzerà l'offerta che presenta caratteristiche migliorative in termini di qualità costruttiva e di materiale.	da 0 a 15	15	12,5
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza per i deflussori e del codice identificativo della pompa.	da 0 a 5	5	5
Assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg dalla ricezione dell'ordine ed entro 2 gg in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	2
TOTALE				54,5

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE





Allegato 6

LOTTO N° 33

Sondini nasogastrici sterili, in poliuretano biocompatibile, radioopachi con filo guida metallico e connettore con attacco universale. Misure varie.

DITTA: CAIR		PRODOTTO:		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore resistenza, flessibilità, maneggevolezza, a traumaticità e tollerabilità.	da 0 a 30	30	20
Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per deflussori.	Si valorizzerà l'offerta che presenta caratteristiche migliorative in termini di qualità costruttiva e di materiale.	da 0 a 15	15	10,5
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza per i deflussori e del codice identificativo della pompa.	da 0 a 5	5	4,5
Assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg dalla ricezione dell'ordine ed entro 2 gg in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	0
TOTALE				43

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

2/5

2/5
Simpson
Lambson
Gardner
Hale

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 33 Allegato 6

LOTTO N° 33

Sondini nasogastrici sterili, in poliuretano biocompatibile, radioopachi con filo guida metallico e connettore con attacco universale. Misure varie.

DITTA: BRAUN		PRODOTTO:		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore resistenza, flessibilità, maneggevolezza, a traumaticità e tollerabilità.	da 0 a 30	30	28
Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per deflussori.	Si valorizzerà l'offerta che presenta caratteristiche migliorative in termini di qualità costruttiva e di materiale.	da 0 a 15	15	12
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza per i deflussori e del codice di identificazione.	da 0 a 5	5	5
Assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg dalla ricezione dell'ordine ed entro 2 gg in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	0
TOTALE				53

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE






3/5

59


SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 33 Allegato 6


LOTTO N° 33

Sondini nasogastrici sterili, in poliuretano biocompatibile, radioopachi con filo guida metallico e connettore con attacco universale. Misure varie.

DITTA: COVIDIEN		PRODOTTO:		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore resistenza, flessibilità, maneggevolezza, a traumaticità e tollerabilità.	da 0 a 30	30	24
Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per deflussori.	Si valorizzerà l'offerta che presenta caratteristiche migliorative in termini di qualità costruttiva e di materiale.	da 0 a 15	15	11,5
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza per i deflussori e del codice	da 0 a 5	5	5
Assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg dalla ricezione dell'ordine ed entro 2 gg in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	0
TOTALE				48,5

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE





SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 33 Allegato 6

LOTTO N° 33

Sondini nasogastrici sterili, in poliuretano biocompatibile, radioopachi con filo guida metallico e connettore con attacco universale. Misure varie.

DITTA: TELEFLEX

PRODOTTO:

CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore resistenza, flessibilità, maneggevolezza, a traumaticità e tollerabilità.	da 0 a 30	30	20
Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per deflussori.	Si valorizzerà l'offerta che presenta caratteristiche migliorative in termini di qualità costruttiva e di materiale.	da 0 a 15	15	10
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza per i deflussori e del codice identificativo della nomina	da 0 a 5	5	3
Assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg dalla ricezione dell'ordine ed entro 2 gg in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	0
TOTALE				41

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

Engraving *5/5* *5/5* *5/5*
Paula da Conceição

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 34 Allegato 7

LOTTO N° 34

Sondini nasogastrici sterili, in poliuretano biocompatibile, radioopachi con filo guida metallico e connettore con attacco universale. Misure varie.

DITTA: CAIR		PRODOTTO:		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore resistenza, flessibilità, maneggevolezza, a traumaticità e tollerabilità.	da 0 a 30	30	20
Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per deflussori.	Si valorizzerà l'offerta che presenta caratteristiche migliorative in termini di qualità costruttiva e di materiale.	da 0 a 15	15	10,5
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza per i deflussori e del codice identificativo della pompa.	da 0 a 5	5	4,5
Assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg dalla ricezione dell'ordine ed entro 2 gg in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	0
	TOTALE			43

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

[Handwritten signatures and initials]

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 34 Allegato 7

LOTTO N° 34

Sondini nasogastrici sterili, in poliuretano biocompatibile, radioopachi con filo guida metallico e connettore con attacco universale. Misure varie.

DITTA: BRAUN		PRODOTTO:		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore resistenza, flessibilità, maneggevolezza, a traumaticità e tollerabilità.	da 0 a 30	30	/
Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per deflussori.	Si valorizzerà l'offerta che presenta caratteristiche migliorative in termini di qualità costruttiva e di materiale.	da 0 a 15	15	/
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza per i deflussori e del codice identificativo della sonda.	da 0 a 5	5	/
Assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg dalla ricezione dell'ordine ed entro 2 gg in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	/
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	/
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	/
TOTALE				0

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

[Signature]
[Signature]
[Signature]
 2/4

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 34 Allegato 7

LOTTO N° 34

Sondini nasogastrici sterili, in poliuretano biocompatibile, radioopachi con filo guida metallico e connettore con attacco universale. Misure varie.

DITTA: COVIDIEN		PRODOTTO:		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore resistenza, flessibilità, maneggevolezza, a traumaticità e tollerabilità.	da 0 a 30	30	16,5
Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per deflussori.	Si valorizzerà l'offerta che presenta caratteristiche migliorative in termini di qualità costruttiva e di materiale.	da 0 a 15	15	10
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza per i deflussori e del codice identificativo della sonda	da 0 a 5	5	4
Assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg dalla ricezione dell'ordine ed entro 2 gg in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	0
TOTALE				38,5

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE


Michele Gualandri
3/4

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 34 Allegato 7

LOTTO N° 34

Sondini nasogastrici sterili, in poliuretano biocompatibile, radioopachi con filo guida metallico e connettore con attacco universale. Misure varie.

DITTA: TELEFLEX		PRODOTTO:		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Caratteristiche tecniche	Si valorizzerà l'offerta che presenta una maggiore resistenza, flessibilità, maneggevolezza, a traumaticità e tollerabilità.	da 0 a 30	30	25
Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per deflussori.	Si valorizzerà l'offerta che presenta caratteristiche migliorative in termini di qualità costruttiva e di materiale.	da 0 a 15	15	11,5
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza per i deflussori e del codice identificativo della pompa.	da 0 a 5	5	4,5
Assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg dalla ricezione dell'ordine ed entro 2 gg in caso di urgenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2; 0 punti in caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di presenza	2	0
TOTALE				49

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

Supiano
Donato
Gile Gualini

Allegato 88

Allegato 88

Allegato 88

Allegato 88

Allegato 88

Allegato 88

SCHEDA VALUTAZIONE LOTTO 35

Allegato 8

LOTTO N° 35

Deflussori da utilizzare con nutripompa: devono essere in PVC o polimero equivalente, a perfetta tenuta con:

attacco universale adattabile a qualunque tipologia di confezione dei prodotti; presenza di raccordo universale ai diversi tipi di sondini nasogastrici; presenza di sistema che eviti il flusso libero; lunghezza circa 130-150 cm; rispondenza alla normativa sul marchio CE per i dispositivi medici. I deflussori devono essere sterili, privi di ftalati e confezionati in busta singolarmente. Sulla confezione devono essere indicati: descrizione quali-quantitativa del contenuto data di produzione e numero di lotto di appartenenza, data di scadenza, metodo di sterilizzazione, diciture "Monouso e "Sterile"

DITTA: Nutricia		PRODOTTI:		
CRITERIO	SOTTO CRITERI ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE	PESO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO
Silenziosità della pompa in decibel	Si valorizzerà l'offerta che presenta la maggiore silenziosità da 0 a 15	da 0 a 15	15	15
Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per i deflussori Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per la pompa	Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per i deflussori in termini di qualità costruttiva e di materiale Caratteristiche migliorative rispetto a quelle indicate per la pompa in termini di qualità costruttiva e di materiale	da 0 a 10 da 0 a 10	10 10	10 10
Facilità di utilizzo della pompa	Saranno valorizzate le soluzioni proposte che presentano una maggiore semplicità di utilizzo e di maneggevolezza	da 0 a 10	10	10
Confezionamento ed etichettatura	I prodotti dovranno essere confezionati idonei alla buona conservazione degli stessi e che ne garantiscano la facile individuazione anche grazie all'apposizione di etichette con tipologia di stampigliatura che ne permetta la facile lettura. In particolare, sarà oggetto di valutazione la chiara e ben visibile indicazione del lotto e della scadenza per i deflussori e del codice identificativo della pompa	5	5	5
Servizio di assistenza	Dichiarazione disponibilità alla fornitura entro 7 gg dalla ricezione dell'ordine ed entro 2 gg in caso di urgenza.	0 oppure 4 caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di sua presenza	4	4
	Dichiarazione disponibilità al ritiro e sostituzione di prodotti vicini alla scadenza	0 oppure 4 caso di assenza di dichiarazione 4 in caso di sua presenza	4	4
	Dichiarazione di messa a disposizione di un numero verde	0 oppure 2 caso di assenza di dichiarazione 2 in caso di sua presenza	2	2
TOTALE				60

FIRME COMPONENTI COMMISSIONE

Signature
Signature
21/

Lotto 29: i prodotti offerti dalle ditte TONUSLINE e NUTRICIA sono stati esclusi dalla valutazione in quanto il valore del pH indicato in scheda tecnica non è conforme a quello richiesto nel capitolato speciale.

Lotto 30

Relativamente alle caratteristiche tecniche il prodotto offerto dalla ditta TONUSLINE ha ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello delle altre ditte perché dopo circa 15-20 minuti il prodotto perdeva la consistenza iniziale e durante la solubilizzazione si formavano dei fiocchi.

Il prodotto della ditta NOVAMEDISAN è stato escluso dalla valutazione in quanto è in confezione da 430 grammi, mentre nel capitolato era richiesta una confezione di massimo 300 grammi.

Il punteggio assegnato alla varietà di gusti è "0" perché non applicabile.

Lotti 31

I prodotti offerti dalle ditte TONUSLINE e NOVAMEDISAN sono stati esclusi dalla valutazione in quanto il valore del SODIO indicato in scheda tecnica è superiore a 1,1g/100g che è il valore limite richiesto nel capitolato speciale.

Il punteggio assegnato alla varietà di gusti è "0" perché non applicabile.

Lotto 32

Relativamente alla palatabilità il prodotto offerto dalla ditta TONUSLINE ha ottenuto un punteggio inferiore rispetto a quello delle altre ditte perché i prodotti all'assaggio sono risultati meno gradevoli rispetto agli altri.

Per i prodotti delle ditte TONUSLINE e NESTLE' il punteggio relativo alla varietà di gusti è inferiore rispetto ai prodotti di NUTRICIA perché sono disponibili minori varietà di gusti.

Lotti 33 e 34: la variabilità del punteggio assegnato alle caratteristiche tecniche deriva da una attenta valutazione delle differenze esistenti fra i sondini relativamente alla facilità e ai tempi di inserimento, alla traumaticità (sanguinamenti durante il posizionamento) e al gradimento e tollerabilità da parte del paziente.

Non è stato valutato il lotto 34 della ditta BBraun in quanto le misure dei campioni inviati non sono utilizzate dalle Unità Operative dell'AV3 e pertanto non è stato possibile testare i sondini sui pazienti.


Lotto 35: il deflussore della ditta Nutricia risulta più morbido e più facilmente adattabile; inoltre nella confezione del deflussore sono presenti tutti gli adattatori, mentre la ditta Covidien dispone di confezioni diverse di deflussori con singolo connettore. Il colore viola del deflussore della ditta Nutricia rende il dispositivo più opaco e quindi più protettivo nei confronti di sostanze fotosensibili.

Rispetto a quella della Nutricia la pompa della Covidien è stata giudicata più ingombrante e

pesante e più complessa dal punto di vista del funzionamento. Relativamente alla silenziosità si precisa che nella pompa Nutricia, a differenza di quella della Covidien, è possibile azzerare la rumorosità.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA:


Presidente: Dott. Stefano Sagratella (Componente 1)




Componente: Dott.ssa Sara Salvadori (Componente 2)



Componente: Dott.ssa Loredana Scoccia (Componente 3)



Componente: Coord. Anna Borgiani (Componente 4)



Componente: Coord. Carla Giordani (Componente 5)

