

ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINAZIONE N. 84/156
DEL 27 NOV. 2015



ASUR – AREA VASTA 3

INDAGINE DI MERCATO / AVVISO ESPLORATIVO

(ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006)

INDAGINE DI MERCATO - *AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASFERIMENTO ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA CONVENZIONALE PRESSO L'U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – STRUTTURA OSPEDALIERA MACERATA.*

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 3 di Macerata, procederà, in tempi brevi, ad espletare una gara finalizzata alla fornitura di cui all'oggetto, per la necessità dell'Area Vasta n.3. Punto di contatto U.O.C. Acquisti e Logistica AV3 di Macerata Largo Belvedere R, Sanzio, 1 – 62100 Macerata - tel. 0733/2572626 – fax 0733/2572670. La base d'asta, per l'affidamento della fornitura in parola, si intende fissata (base d'asta) in € 95.000,00 + IVA.

OGGETTO: Riallocazione ed adeguamento tecnologico del sistema radiologico polifunzionale con tavolo telecomandato e stativo pensile modello Opera T90 produzione General Medical Merate, con esecuzione di lavori accessori di adeguamento locali. (Si allega disciplinare tecnico della fornitura/servizio in argomento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori in possesso, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

Requisiti di ordine generale

1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

2. iscrizione al registro della C.C.I.A.A.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara le imprese dovranno far pervenire, ALL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – AREA VASTA 3 DI MACERATA – U.O.C. Acquisti e Logistica – Largo Belvedere Sanzio, 1 - 62100 Macerata (entro il giorno / / alle ore), la propria manifestazione di interesse al seguente Fax 0733/2572670, Pec: areavasta3.asur@emarche.it) precisando: l'indirizzo, la ragione sociale dell'impresa e LA SEGUENTE DICITURA: **“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA RADIOLOGICO POLIFUNZIONALE DELL'AREA VASTA N. 3”**

Riferimento per la procedura sopraindicata RUP Elisabetta Carpineti, tel. 0733/257.2626.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 SI PRECISA CHE I DATI RACCOLTI VERRANNO TRATTATI, ANCHE ELETTRONICAMENTE, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO IN ARGOMENTO.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Elisabetta Carpineti

IL DIRETTORE
U.O.C. Acquisti e Logistica
Dott. Carlo SPACCIA

fac simile manifestazione di interesse

ALL'ATT. DEL RUP CARPINETI ELISABETTA
ASUR - AREA VASTA 3 DI MACERATA – U.O.C. Acquisti e Logistica – Largo Belvedere
Sanzio, 1 - 62100 Macerata - Fax 0733/2572670, Pec: areavasta3.asur@emarche.it

OGGETTO: LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASFERIMENTO ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DI APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA CONVENZIONALE PRESSO L'U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI – STRUTTURA OSPEDALIERA MACERATA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ Via _____ n. ____ in qualità di titolare /
Legale rappresentante della Ditta concorrente (denominazione e ragione sociale) _____
con sede legale in _____ (____), Via _____, n. ____
, Codice Fiscale _____, P.ta IVA _____, (telefono
_____) Pec : _____ e-mail di contatto _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci, presa visione della documentazione di gara.

DICHIARA

Requisiti di ordine generale E Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale ::

- 1) *Possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006; nel particolare insussistenza delle cause di esclusione ivi previste e di quant'altro ivi previsto e da comunicare;*
- 2) *Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/1999;*
- 3) *Inesistenza di piani di emersione del lavoro irregolare, con procedura automatica o progressiva, per i quali non sia concluso il periodo di emersione, ex legge 18 ottobre 2001 n. 383, che costituirebbero esclusione dalle gare di appalto pubblico.*
- 4) *Inesistenza di ulteriori impedimenti "ex lege" alla partecipazione alla procedura di selezione del contraente o, in ogni caso alla generica sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici.*
- 5) *Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso i competenti Ordini Professionali o altro Registro Professionale equipollente dello Stato di appartenenza, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 163/2006.*

Luogo e Data

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003;

Ai sensi del D.Lgs 196/03, il sottoscritto

AUTORIZZA

l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini indicati nella informativa sopra riportata

Timbro dell'impresa e firma del dichiarante

OGGETTO DELLA FORNITURA

NOTA: le specifiche dichiarate in questo documento, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate nei documenti allegati

Descrizione della fornitura	Riallocazione ed adeguamento tecnologico del sistema radiologico polifunzionale con tavolo telecomandato e stativo pensile modello Opera T90 produzione General Medical Merate, con esecuzione di lavori accessori di adeguamento locali.
CND-CIVAB	Z110310
Categoria principale dei servizi	51411000-6 Servizi di installazione di attrezzature per imaging 50421200-4 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi per raggi X
Importo a base d'asta	L'importo complessivo della fornitura è pari a € 95.000,00 (IVA esclusa).
U.O. di competenza	U.O.C. Diagnostica per Immagini – Struttura Ospedaliera Macerata

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali e vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del D. Lgs. 163/2006. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre servizi, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del Capitolato speciale di appalto. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Specifiche tecniche di minima	<p>La fornitura dei servizi oggetto del presente appalto si sviluppa in tre fasi successive e imprescindibili l'una dall'altra:</p> <p>1) <u>SMONTAGGIO</u> Smontaggio elettrico e meccanico non conservativo dell'apparecchiatura per radiologia convenzionale, situata presso la sala diagnostica n.1 della U.O. Diagnostica per Immagini, così composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ generatore radiologico tipo Triselenix completo di trasformatore di alta tensione ▪ tavolo portapaziente completo di stativo pensile mod.Multix, con complesso radiogeno, collimatore e cavi di collegamento ▪ ritiro e trasporto con idonei mezzi comprese opere di facchinaggio. Rottamazione e smaltimento a mezzo azienda autorizzata come da norme di legge con rilascio documentazione di smaltimento (F.I.R.) <p>2) <u>ADEGUAMENTO TECNOLOGICO</u> Adeguamento del sistema radiologico polifunzionale mod. Opera T90, di produzione General Medical Merate, recentemente disinstallato dalla radiologia di Pronto Soccorso del PO di Senigallia - AV2, con la fornitura e posa in opera di:</p> <p><u>Detettore digitale diretto Wi-Fi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Detettore digitale diretto Wi Fi, tipo mod. FDX 43x43R di produzione Toshiba, ▪ Detettore dovrà essere alloggiato sia sullo stativo pensile che sul teleradiografo in dotazione e dovrà garantire la perfetta interoperabilità con le seguenti componenti in dotazione all'attuale sistema, mantenendo le medesime funzionalità presenti:
-------------------------------	--

Fornitura di servizi di trasferimento ed adeguamento tecnologico di apparecchiature per radiologia convenzionale presso l'U.O.C. Diagnostica per Immagini – Struttura Ospedaliera Macerata

- generatore radiologico tipo Opera G65 KW, completo di consolle e armadio rack generatore
- tavolo ribaltabile telecomandato mod. OPERA T90e, completo di consolle e armadio comandi
- complesso radiogeno RTM 101HS e collimatore automatico
- sistema IB da 9" –Tv ccd, completo di centralina comandi e monitor TV da 17"
- stativo pensile mod. msp150, completo di doppio binario a soffitto e gruppo telescopico con contrappesi a molle, pulsantiera comando movimenti
- complesso radiogeno RTM10H, collimatore luminoso e cavi di interconnessione
- teleradiografo con potter portacassette formato 43x43 cm

Tavolo telecomandato

- Modifica al tavolo telecomandato per inserimento detettore nel sistema portacassette e per il movimento sincronizzato tubo detettore durante la esecuzione degli esami radiografici.
- Auspicabile la possibilità di poter utilizzare in caso di necessità, sul medesimo alloggio, le cassette tradizionali formato 43x43

Consolle di acquisizione/elaborazione/visualizzazione

- Il sistema digitale dovrà essere composto dalla consolle completa di monitor LCD almeno 19", processore, tastiera, mouse e sistema di controllo del Detettore digitale.
- Il processore dovrà avere il controllo completo di tutte le funzioni di acquisizione delle immagini, dei dispositivi di esposizione e dovrà consentire la completa connettività con il sistema RIS/ PACS.
- Completa compatibilità DICOM 3.0, classi richieste almeno worklist, storage, query/retrieve, print, mpps.
- Completo di dispositivo UPS per la protezione elettrica della tecnologia e salvataggio dei dati acquisiti.

3) TRASFERIMENTO E REINSTALLAZIONE

Trasferimento e reinstallazione del sistema radiologico polifunzionale mod. Opera T90, GMM, dalla sede del magazzino di Senigallia presso la sala diagnostica n.1 della U.O. Diagnostica per Immagini del P.O. Macerata AV3 con esecuzione delle seguenti principali attività:

- rimontaggio elettrico e meccanico delle componenti di cui sopra, con realizzazione dei collegamenti elettrici fra le diverse componenti e il quadro elettrico di alimentazione;
- sostituzione di eventuali cavi usurati di collegamento;
- collegamenti del generatore radiologico ai segnalatori di erogazione in atto, situati fuori dalla porta, e ai micro-contatti per l'interruzione dell'erogazione, situati sulle porte di ingresso della sala diagnostica;
- fornitura e posa in opera di traliccio autoportante per l'installazione dello stativo pensile a soffitto, comprensiva di opere meccaniche di installazione e di facchinaggio ed esecuzione di report sulle prove statiche;
- verifica funzionale e di corretta installazione delle tecnologie 'a regola d'arte' secondo le disposizioni indicate dal produttore

4) LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI

Adeguamento locale sala diagnostica n.1 U.O. Diagnostica per Immagini, secondo i seguenti lavori:

- rimozione pavimentazione nella sala diagnostica e locali accessori e rifacimento in gomma antistatica o statico-dissipativa, similare a quello presente nella sala diagnostica 6

ASUR AV3

Fornitura di servizi di trasferimento ed adeguamento tecnologico di apparecchiature per radiologia convenzionale presso l'U.O.C. Diagnostica per Immagini – Struttura Ospedaliera Macerata

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizzazione controsoffitto in pannelli in fibra, simile a quello presente presso la sala diagnostica 6 ▪ realizzazione impianto illuminazione con posizionamento di almeno 5 punti luce, simile a quello presente presso la sala diagnostica 6 ▪ riposizionamento rilevatore di fumo ▪ sistemazione porte piombate di ingresso ▪ rifacimento canalizzazioni per passaggio cavi ▪ adeguamento tubazione distribuzione aria ▪ sostituzione della visiva piombata con una a maggior ampiezza (tipo 120x80cm) dello spessore di 2 mmPb (da subordinarsi alle indicazioni della UO Fisica Medica) ▪ eventuali ulteriori lavorazioni accessorie risultassero necessarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui sopra. <p>Ai fini della verifica funzionale e di corretta interoperabilità tra le componenti assemblate dovrà essere effettuata una valutazione dei rischi determinati dall'assemblaggio delle componenti tecnologiche indicate nella presente lettera di invito ai sensi della UNI 14971 (con indicazione di eventuali rischi residui e loro modalità di gestione), esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica ai sensi delle CEI 62-5 e CEI 62-51.</p> <p>A fronte delle verifiche, valutazione e controlli eseguiti dovranno essere rilasciati all'ASUR –AV3 specifiche dichiarazioni e report sottoscritti da soggetti qualificati.</p>
Sopralluogo tecnico	<p>Ciascuna ditta Concorrente ha la facoltà di ispezionare i siti di installazione (locali e impianti) e lo stato delle tecnologie in dotazione e di acquisire dall'Ufficio Tecnico di AV3, in sede di sopralluogo, copia delle piante strutturali e tecniche, in modo da ottenere ogni informazione utile alla valutazione del contesto di inserimento del progetto.</p> <p>In caso sussista la volontà di effettuare il sopralluogo tecnico, tempi e modalità sono da concordarsi con il Servizio Ingegneria Clinica ASUR (tel. 0733/2572096).</p> <p>In ogni caso, il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre giorni 5 dal termine fissato per la presentazione delle offerte.</p>
Tempi di completamento della fornitura	<p>L'attività di cui ai richiamati punti dovrà essere attuata entro 30 giorni lavorativi consecutivi dall'ordinativo (si intendono lavorativi i giorni da lunedì a venerdì), fatte salve diverse indicazioni della stazione appaltante, nel rispetto della minimizzazione dei tempi di fermo dell'attività clinica.</p>
Verifica di conformità e accettazione della fornitura	<p>Tale verifica ha lo scopo di accertare la rispondenza delle forniture di servizi e lavori rispetto a quanto richiesto, il perfetto funzionamento delle tecnologie e delle relative attrezzature di supporto, prevede l'esecuzione delle verifiche secondo le norme CEI 62.128 "Guida alle prove d'accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o di prestazione".</p> <p>La verifica dovrà essere effettuata in contraddittorio alla presenza del personale tecnico e sanitario indicato dall'Amministrazione appaltante e del personale referente dell'Aggiudicatario.</p> <p>In sede di verifica l'Aggiudicatario dovrà fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione e documentazione attestante lo svolgimento delle verifiche funzionale e di sicurezza elettrica sulle tecnologie e di corretto adeguamento/installazione. • Dichiarazioni e documentazione attestante la corretta esecuzione dei lavori di adeguamento edile/impiantistico, oltre che report delle prove statiche secondo dettagliato nel presente capitolato <p>Solo a seguito di esito positivo delle richiamate verifiche di conformità, potranno essere liberate le fatture associate alla fornitura.</p> <p>L'Amministrazione appaltante procederà, attraverso propri incaricati, allo svolgimento dei</p>

	controlli di qualità e radioprotezionistica richiesti dalle disposizioni vigenti. Qualora in esito ai richiamati controlli si rilevino delle non conformità determinate da una non corretta esecuzione dei servizi richiesti nel presente capitolato tecnico, l'Aggiudicatario dovrà effettuare tutti gli adeguamenti richiesti senza ulteriori oneri.
Garanzia	Sui lavori eseguiti e componenti/materiali oggetto di nuova fornitura dovrà essere offerta una garanzia di almeno 12 mesi.
Primo approccio al DUVRI	A seguito dell'atto di aggiudicazione del servizio, il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Area Vasta 3, elaborerà il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze al fine di adempiere a quanto previsto all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., da un primo approccio non si rilevano costi specifici per la sicurezza.
Inadempienze Penali	In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la stazione appaltante si riserva di applicare le penali ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 207/2010.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	
<p>L'aggiudicazione avverrà per l'unico lotto, intero e non frazionabile, e sarà effettuata in favore della ditta che avrà presentato l'<u>OFFERTA AL PREZZO PIÙ BASSO</u>, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.</p> <p>L'offerta, predisposta come da fac simile allegato A4, dovrà essere assolutamente espressa sotto forma di RIBASSO PERCENTUALE [%] SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA.</p> <p>Il prezzo offerto, costituito, in caso di ribasso percentuale, dalla base d'asta ribassata, dovrà essere onnicomprensivo di tutti gli oneri previsti a carico dell'aspirante appaltatore nel presente capitolato tecnico, esclusa l'IVA.</p> <p>L'Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle offerte prima di procedere all'aggiudicazione. La congruità potrà essere valutata anche con riferimento a forniture analoghe effettuate a favore di altre Amministrazioni.</p> <p>L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed economicamente congrua. Si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le apparecchiature offerte non risultino all'esame tecnico rispondenti alle esigenze dell'Ente, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle ditte offerenti siano ritenute non convenienti.</p>	
Elenco Allegati	<p>OFFERTA TECNICA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Elenco / legenda di presentazione delle documentazioni presentate. <input checked="" type="checkbox"/> Relazione di presentazione dei servizi e lavori offerti, con dettaglio dei materiali costruttivi offerti (massimo 10 pagine) <input checked="" type="checkbox"/> Planimetrie con stato di progetto <input checked="" type="checkbox"/> Depliant e schede tecniche dei materiali <input checked="" type="checkbox"/> Cronoprogramma (file: <i>A-1 - Cronoprogramma.xls</i>). <input checked="" type="checkbox"/> Offerta economica senza prezzi, corredata di computo metrico dei lavori (file_fac simile: <i>A-2 - Offerta Economica senza prezzi.xls</i>) <input checked="" type="checkbox"/> Il presente documento sottoscritto. <p>OFFERTA ECONOMICA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Offerta economica corredata di computo metrico dei lavori (file_fac simile: <i>A-3 - Offerta Economica.xls</i>).

Data, ___/___/_____

Timbro e Firma