



U.O.S. Dip. Farmacia Ospedaliera Fossombrone  
Resp. Dr.ssa C. Vitali  
Tel. 0721/721369; Fax. 0721/721375  
e-mai : [carmen.vitali@sanita.marche.it](mailto:carmen.vitali@sanita.marche.it)

ALLEGATO \_\_\_\_\_ ALLA  
DETERMINAZIONE N. 855/DC  
DRL 04 DIC. 2015

Via Fratelli Kennedy, s.n.c.  
61034, Fossombrone (PU)

Dr.ssa Tiziana Mattioli 0721.721378  
Dr.ssa Paola Servici 0721.721326

Fossombrone 09/03/2015

Prot. 15 264748/09/03/2015/PROAV1

Al Dr .C.Montalbini  
Dirigente Amministrativo  
UOS Acquisti e Logistica AV1

Alla Sig.ra P.Cesarini  
UO Acquisti e Logistica

Loro Sedi

Oggetto: relazione tecnica per la valutazione del Lotto 1 Guanti in Nitrile : RDO 705886

In data 23 Febbraio 2015 la sottoscritta dr.ssa Carmen Vitali Resp. quale responsabile dell'UOS Dip. Farmacia Ospedaliera di Fossombrone e la dr.ssa T. Mattioli Resp. di Alta Specializzazione DM procedono alla verifica della documentazione tecnica inviata dalle 6 ditte partecipanti alla trattativa per la fornitura in oggetto:

1. 3MC
2. Berica Igiene
3. Chemil
4. Clini-Lab
5. Medline International Italy SRL
6. Nacatur International Import Export SRL

Vengono controllati tutti i documenti forniti e , in modo particolare la presenza della documentazione obbligatoria e la rispondenza dei requisiti del prodotto offerto alle richieste del capitolato tecnico; in modo particolare si evidenzia:

1. I guanti presentati dalla **ditta 3MC** non rispondono al requisito del peso richiesto (peso 3.8+/-0.3) in quanto dalla scheda tecnica fornita risulta che il peso dei guanti in Nitrile offerti per il lotto 1 hanno il **peso di Gr 3.5 +/-0.3** e, alcuni tra i guanti campionati nella misura M hanno un peso inferiore a gr 3,5.
2. I guanti presentati dalla **ditta Berica Igiene** non rispondono al requisito del peso richiesto (peso 3.8+/-0.3) in quanto dalla scheda tecnica fornita risulta che il peso dei guanti in Nitrile offerti per il lotto 1 hanno il **peso di Gr 3.5 +/-0.3** e, alcuni tra i guanti campionati nella misura M hanno un peso inferiore a gr 3,5.
3. Per quanto riguarda la ditta Nacatur:
  - la scheda tecnica riporta valori non rispondenti nel peso a quanto richiesto dal Capitolato tecnico ( gr. 3.8+/-0.3); in modo particolare il peso dichiarato a pag. 9 di 11 (pag 60 in corsivo) rapporto n. 2013CO2894 risulta essere per la misura Media gr. 5.5662 .
  - A pag .9 del Dossier tecnico di Prodotto l'AQL risulta essere 0.65 Mentre sulla confezione del campione si dichiara AQL 1

---

Azienda Sanitaria Unica Regionale  
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424  
Area Vasta n.1  
Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)

U.O.S.Dip. Farmacia Ospedaliera Fossombrone  
 Resp. Dr.ssa C.Vitali  
 Tel. 0721/721369; Fax. 0721/721375  
 e-mai : [carmen.vitali@sanita.marche.it](mailto:carmen.vitali@sanita.marche.it)

Via Fratelli Kennedy, s.n.c.  
 61034, Fossombrone (PU)

Dr.ssa Tiziana Mattioli 0721.721378  
 Dr.ssa Paola Servi 0721.721326

- A pag .9 del Dossier tecnico di Prodotto l'AQL risulta essere 0.65 Mentre sulla confezione del campione si dichiara AQL 1
- La scheda a pag. 18 riporta lunghezza del guanto M 279mm mentre il campione è di circa 240mm.

Alla luce di quanto sopra, le ditte:

1. 3MC
2. Berica Igiene
3. Nacatur International Import Export SRL

Sono **escluse** dalla valutazione della campionatura.

La campionatura potrà essere ritirata presso la farmacia Ospedaliera di Fossombrone entro il 31 Marzo.

Si è quindi passati alla valutazione della campionatura delle ditte che presentano documentazione regolare:

1. Chemil
2. Clini-Lab
3. Medline International Italy SRL

Si predispongono la seguente scheda per la valutazione dei parametri richiesti nel Capitolato

VALUTAZIONE LOTTO 1 GUANTI IN NITRILE										
	B1		B2		B3		B4		B5	
	20 punti		10 punti		10 punti		15 punti		5 punti	
	Indossabilità		facilità estrazione		facilità identificazione misura e tipo		resistenza alla trazione: elasticità, resistenza e sensibilità		resistenza confezione	
CLINILAB	20		8		10	chiaramente identificabile	14,5		5	
MEDLINE	20		9,5		9		13,8	più compressi in cf.	5	
CHEMIL	18	più stretto e più difficile da indossare	10	meglio sistemati nella cf e facili da estrarre	8		15	più elastico e resistente	4,75	più leggera

**Azienda Sanitaria Unica Regionale**

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 – 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

**Area Vasta n.1**

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



U.O.S.Dip. Farmacia Ospedaliera Fossombrone

Resp. Dr.ssa C.Vitali

Tel. 0721/721369; Fax. 0721/721375

e-mai : [carmen.vitali@sanita.marche.it](mailto:carmen.vitali@sanita.marche.it)

Via Fratelli Kennedy, s.n.c.  
61034, Fossombrone (PU)

Dr.ssa Tiziana Mattioli 0721.721378  
Dr.ssa Paola Servi 0721.721326

In base alla tabella, si è provveduto a riportare i dati sul tabulato finale, che si allega, e in base al quale si potrà procedere all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell'offerta dalle tre Ditte.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Dr.ssa Carmen Vitali

Dr.ssa Tiziana Mattioli

**Azienda Sanitaria Unica Regionale**

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

**Area Vasta n.1**

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



**LOTTO 1**

LOTTO	Pos.	Cod. ASUR	Codice CND	DESCRIZIONE PRODOTTO	UM	Q.tà da forn.	PREVISIONE SPESA		1		2		3				
							PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO TOTALE			
1	1			GUANTI IN NITRILE	NR	4.240.000	0,0240	101.800,00	0,0235	99.640,00	0,0237	100.488,00	0,0239	101.336,00			
1	1			TOTALE				101.800,00		99.640,00		100.488,00		101.336,00			
1	1			IMPORTO COMPLESSIVO PER DURATA MESI				-		-		-		-			
1	1			IMPORTO COMPLESSIVO (IVA COMPRESA)			22%	124.196,00		121.560,80		122.595,36		123.629,92			
1	1			RIBASSO D'ASTA	MIN	0,456%	MAX	2,122%		2,122%		1,289%		0,456%			
1	1			PREZZO	punti	40	prezzo migl.	121.560,80		40,00		39,66		39,33			
1	1			QUALITA' TECNICHE	punti	60				57,30		57,52		55,75			
1	1			PUNTEGGIO TOTALE	punti	100				97,30		97,18		95,08			
1	1			PUNTEGGIO OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA						AGG							
1	1			PREZZO OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA													
1	1			IVA			22%	21.920,80									
1	1			TOTALE COSTO CONTRATTO				121.560,80									
1	1			<b>&gt;&gt;&gt; SOLO PER GARE PUBBLICHE</b>													
1	1			<b>VERIFICA OFFERTA ANOMALA</b>													
1	1				Prezzo	40			40,00	1,0000	39,66	0,9916	39,33	ANOMALA	ANOMALA		
1	1				Altri criteri	60			57,30	0,9550	57,52	0,9587	55,75				
1	1				Punti												
1	1																
1	1																



U.O.S.Dip. Farmacia Ospedaliera Fossombrone  
Resp. Dr.ssa C.Vitali  
Tel. 0721/721369; Fax. 0721/721375  
e-mai : [carmen.vitali@sanita.marche.it](mailto:carmen.vitali@sanita.marche.it)

Via Fratelli Kennedy, s.n.c.  
61034, Fossombrone (PU)

Dr.ssa Tiziana Mattioli 0721.721378  
Dr.ssa Paola Servizi 0721.721326

Fossombrone 17/03/2015

Prot. 272247/2013/US/PROAV1

Al Dr O.Mazza  
Resp UO Provveditorato AV1

Al Dr .C.Montalbini  
Dirigente Amministrativo  
UOS Acquisti e Logistica AV1

Alla Sig.ra Nadia Rengucci  
UO Acquisti e Logistica

Loro Sedi

Oggetto: relazione tecnica per la valutazione del Lotto 2 Guanti in Nitrile per la potes: RDO 731024

In data 25 Febbraio 2015 la sottoscritta dr.ssa Carmen Vitali Resp. quale responsabile dell'UOS Dip. Farmacia Ospedaliera di Fossombrone e la dr.ssa T. Mattioli Resp. di Alta Specializzazione DM procedono alla verifica della documentazione tecnica inviata dalle 4 ditte partecipanti alla trattativa per la fornitura in oggetto:

1. Chemil
2. Clini-Lab
3. Nacatur International Import Export SRL
4. IDS Prodotti Chimici

Vengono controllati tutti i documenti forniti e, in modo particolare la presenza della documentazione obbligatoria e la rispondenza dei requisiti del prodotto offerto alle richieste del capitolato tecnico; in modo particolare si evidenzia:

1. Nella documentazione presentata dalla **ditta Chemil** non appare il peso del guanto fornito in campionatura; si richiede telefonicamente il documento mancante che in data 26/02/2015 viene inviato via Fax. Dal documento si rileva la non corrispondenza del requisito del peso richiesto (min 7 gr +/- 0,2) con quello del guanto offerto "peso guanto intorno ai 6.4- 6,5 gr", pertanto il **guanto non è valutabile**.
2. La **ditta IDS prodotti chimici** invia la documentazione ma non la campionatura pertanto **non valutabile**.
3. Per quanto riguarda la ditta **Nacatur International Import Export SRL**, nella documentazione inviata la misura M del guanto offerto Nitryl Derm Long risulta avere un peso gr 5,56 (rapporto n. 2013CO2894 pag.9 do 11, pag 60) mentre la richiesta è di minimo 7GR+/-02

A seguito di quanto sopra, le ditte:

---

**Azienda Sanitaria Unica Regionale**

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

**Area Vasta n.1**

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



U.O.S.Dip. Farmacia Ospedaliera Fossombrone

Resp. Dr.ssa C.Vitali

Tel. 0721/721369; Fax. 0721/721375

e-mai : [carmen.vitali@sanita.marche.it](mailto:carmen.vitali@sanita.marche.it)

Via Fratelli Kennedy, s.n.c.  
61034, Fossombrone (PU)

Dr.ssa Tiziana Mattioli 0721.721378  
Dr.ssa Paola Servici 0721.721326

1. Chemil
2. Nacatur International Import Export SRL
3. IDS Prodotti Chimici

Sono **escluse** dalla valutazione della campionatura.

La **campionatura potrà essere ritirata presso la farmacia Ospedaliera di Fossombrone entro il 10 Aprile.**

Si è quindi passati alla valutazione della campionatura dell'unica ditta che presenta documentazione regolare:

1. Clini-Lab

Si predispose la seguente scheda per la valutazione dei parametri richiesti nel Capitolato

VALUTAZIONE LOTTO 2 GUANTI IN NITRILE									
B1		B2		B3		B4		B5	
20 punti		10 punti		10 punti		15 punti		5 punti	
indossabilità		facilità estrazione		facilità identificazione misura e tipo		resistenza alla trazione: elasticità, resistenza e sensibilità		resistenza confezione	
CLINI-LAB	20		9		9		14,5		5

Si ritiene che il guanto sopra descritto sia valido e aggiudicabile

Si allega alla presente il file excel di valutazione

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Dr.ssa Carmen Vitali

Dr.ssa Tiziana Mattioli

**Azienda Sanitaria Unica Regionale**

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

**Area Vasta n.1**

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



APPALTO FORNITURA DI QUANTO MONOUSO NON STERILE IN NITRILE - LOTTO 2  
PROSPETTO VALUTAZIONE QUALITATIVA OFFERTA

Pos	Sub-criteri di valutazione	PESO	COEFF. MAX	1		2		3		4		
				CHENTIL	CLINT LAB	ID5	MACATUR					
				Dati tecnici	Coeff. attrib.	Punti att.	Dati tecnici	Coeff. attrib.	Punti att.	Dati tecnici	Coeff. attrib.	Punti att.

b.1 QUALITA' TECNICHE QUANTI IN NITRILE												
non valutabile												
non invia campionatura : n.v. peso inferiore : n.v.												
<b>Parametri di attribuzione punteggio</b>												
1	Indossabilità: i prodotti debbono possedere forma anatomica ed essere intercambiabili (ambidestri)	20,0	Provv. 1,000 Defn. 1,000				1,000 1,000	20,000				
2	I prodotti debbono essere disposti nella confezione in modo tale da permettere l'estrazione di un solo guanto per volta attraverso apposita apertura	10,0	Provv. 0,900 Defn. 1,000				0,900 1,000	9,000				
3	Facilità di identificazione della tipologia e della misura: la confezione deve permettere un immediato riconoscimento della tipologia e della misura del guanto.	10,0	Provv. 0,900 Defn. 1,000				0,900 1,000	9,000				
4	Resistenza alla trazione: I prodotti debbono risultare di consistenza ed elasticità tali da offrire la resistenza alla pressione e garantire aderenza alle mani dell'operatore e sensibilità tattile	15,0	Provv. 0,968 Defn. 1,000				0,968 1,000	14,500				
5	Resistenza della confezione: L'involucro della confezione di trasporto deve essere robusto ed adatto al trasporto ed allo stoccaggio	5,0	Provv. 1,000 Defn. 1,000				1,000 1,000	5,000				
TOTALE PUNTEGGIO		69,0						57,500				
VERIFICA PUNTEGGIO MINIMO		7/10						IDON.				



U.O.S.Dip. Farmacia Ospedaliera Fossombrone

Resp. Dr.ssa C.Vitali

Tel. 0721/721369; Fax. 0721/721375

e-mai : [carmen.vitali.@sanita.marche.it](mailto:carmen.vitali.@sanita.marche.it)

Via Fratelli Kennedy, s.n.c.  
61034, Fossombrone (PU)

Dr.ssa Tiziana Mattioli 0721.721378

Dr.ssa Paola Servi 0721.721326

Fossombrone 23/03/2015

Prot.272243/26/3/2015/PROAV1

Al Dr O.Mazza  
Resp UO Provveditorato AV1

Al Dr .C.Montalbini  
Dirigente Amministrativo  
UOS Acquisti e Logistica AV1

Alla Sig.ra N. Rengucci  
UO Acquisti e Logistica

Loro Sedi

Oggetto: relazione tecnica per la valutazione del lotto 3 Guanti in Vinile NON STERILI SENZA POLVERE : RDO 731136

In data 23 Marzo 2015 la sottoscritta dr.ssa Carmen Vitali Resp. quale responsabile dell'UOS Dip. Farmacia Ospedaliera di Fossombrone e la dr.ssa T. Mattioli Resp. di Alta Specializzazione DM procedono alla **verifica della documentazione tecnica** inviata dalle 4 ditte partecipanti alla trattativa per la fornitura in oggetto:

1. 3MC
2. Chemil
3. Clini-Lab
4. IDS Prodotti Chimici

Tra le 4 ditte che presentano la Documentazione tecnica, la **IDS Prodotti Chimici non invia la campionatura, pertanto viene esclusa da tutte le valutazioni**

Tra la campionatura vi è anche quella **della Ditta Nacatur International Import Export SRL che però non presenta la documentazione tecnica, pertanto viene esclusa da tutte le valutazioni.**

Vengono controllati tutti i documenti forniti e, in modo particolare la presenza della documentazione obbligatoria e la rispondenza dei requisiti del prodotto offerto alle richieste del capitolato tecnico; in modo particolare si evidenzia:

1. La **ditta 3MC** presenta "dichiarazione di conformità" relativa a **guanti in Vinile CON Polvere, pertanto si ritiene NON VALUTABILE**

Alla luce di quanto sopra, la ditta 3MC è **esclusa** dalla valutazione della campionatura.

La campionatura delle ditte :

- > **Ditta Nacatur International Import Export SRL**
- > **Ditta 3MC**

---

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.46 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n.1

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



U.O.S.Dip. Farmacia Ospedaliera Fossombrone

Resp. Dr.ssa C.Vitali

Tel. 0721/721369; Fax. 0721/721375

e-mai : [carmen.vitali@sanita.marche.it](mailto:carmen.vitali@sanita.marche.it)

Via Fratelli Kennedy, s.n.c.  
61034, Fossombrone (PU)

Dr.ssa Tiziana Mattioli 0721.721378

Dr.ssa Paola Servi 0721.721326

potrà essere ritirata presso la farmacia Ospedaliera di Fossombrone entro il 30 Aprile.

Si è quindi passati alla valutazione della campionatura delle sole due ditte che presentano documentazione e campionatura regolare:

1. Chemil
2. Clini-Lab

Si predispose la seguente scheda per la valutazione dei parametri richiesti nel Capitolato

VALUTAZIONE LOTTO 1 GUANTI IN NITRILE										
	B1		B2		B3		B4		B5	
	20 punti		10 punti		10 punti		15 punti		5 punti	
	Indossabilità		facilità estrazione		facilità ri-identificazione m'sura e tipo		resistenza alla trazione: elasticità, resistenza e sensibilità		resistenza confezione	
CLINILAB	20		9		8		15		5	
CHEMIL	18		10		10		13.5		5	

In base alla tabella, si è provveduto a riportare i dati sul tabulato finale, che si allega, e in base al quale si potrà procedere all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell'offerta dalle tre Ditte.


Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Dr.ssa Carmen Vitali



Dr.ssa Tiziana Mattioli



**Azienda Sanitaria Unica Regionale**

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

**Area Vasta n.1**

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



APPALTO FORNITURA DI GUANTO MONOUSO NON STERILE IN VINILE - LOTTO 3  
PROSPETTO VALUTAZIONE QUALITATIVA OFFERTA

Pos	Sub-criteri di valutazione	PESO	COEFF. MAX	1		2		3		
				3 M.C. Dati tecnici	Coef. attrib.	Punti attr.	Dati tecnici	Coef. attrib.	Punti attr.	Dati tecnici
<b>b.1 QUALITÀ TECNICHE GUANTI IN VINILE</b>										
N.V. ERRATA DICHI.CONFORM.										
<b>Parametri di attribuzione punteggio</b>				Provv.	1,000					
1	Indossabilità: i prodotti debbono possedere forma anatomica ed essere intercambiabili (ambidestri)	20,0	1,000			0,900			1,000	20,000
2	I prodotti debbono essere disposti nella confezione in modo tale da permettere l'estrazione di un solo guanto per volta attraverso apposita apertura	10,0	1,000			1,000			0,900	
3	Facilità di identificazione della tipologia e della misura: la confezione deve permettere un immediato riconoscimento della tipologia e della misura del guanto.	10,0	1,000			1,000			0,800	9,000
4	Resistenza alla trazione: i prodotti debbono risultare di consistenza ed elasticità tali da offrire la resistenza alla pressione e garantire aderenza alle mani dell'operatore e sensibilità tattile	15,0	1,000			0,900			1,000	
5	Resistenza della confezione: L'involucro della confezione di trasporto deve essere robusto ed adatto al trasporto ed allo stoccaggio	5,0	1,000			0,900	13,500		1,000	15,000
				Provv.	1,000				1,000	5,000
				Defin.	1,000				1,000	5,000
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>					<b>60,0</b>					<b>56,500</b>
<b>VERIFICA PUNTEGGIO MINIMO</b>					<b>7/10</b>					<b>IDON.</b>



U.O.S.Dip. Farmacia Ospedaliera Fossombrone  
Resp. Dr.ssa C.Vitali  
Tel. 0721/721369; Fax. 0721/721375  
e-mai : [carmen.vitali.@sanita.marche.it](mailto:carmen.vitali.@sanita.marche.it)

Via Fratelli Kennedy, s.n.c.  
61034, Fossombrone (PU)

Dr.ssa Tiziana Mattioli 0721.721378  
Dr.ssa Paola Servici 0721.721326

Fossombrone 2/04/2015

Prot. ID 277942/09/04/2015 PROAV1

Al Dr O.Mazza  
Resp UO Provveditorato AV1

Al Dr .C.Montalbini  
Dirigente Amministrativo  
UOS Acquisti e Logistica AV1

Alla Sig.ra N. Rengucci  
UO Acquisti e Logistica

Loro Sedi

Oggetto: relazione tecnica per la valutazione del Lotto 4 Guanti in Lattice NON STERILI SENZA POLVERE : RDO 731136

In data 2 Aprile 2015 la sottoscritta dr.ssa Carmen Vitali Resp. quale responsabile dell'UOS Dip. Farmacia Ospedaliera di Fossombrone e la dr.ssa T. Mattioli Resp. di Alta Specializzazione DM procedono alla **verifica della documentazione tecnica** inviata dalle ditte partecipanti alla trattativa per la fornitura in oggetto:

1. 3MC
2. Chemil
3. Clini-Lab
4. Gardening
5. Nacatur
6. Rays

Tra le 6 ditte che presentano la Documentazione tecnica, la Ditta Nacatur International Import Export SRL a pag. 3 e 9 del dossier tecnico dichiara che AQL del prodotto offerto "Skin" è di 0.64 mentre NELLA confezione della campionatura è riportato chiaramente AQL 1

Alla luce di quanto sopra, la ditta **Nacatur International Import Export SRL** è **esclusa** dalla valutazione della campionatura.

La campionatura potrà essere ritirata presso la farmacia Ospedaliera di Fossombrone entro il 15 Maggio.

Si è quindi passati alla valutazione della campionatura delle 5 ditte che presentano documentazione e campionatura regolare:

1. 3MC
2. Chemil
3. Clini-Lab
4. Gardening
5. Rays

**Azienda Sanitaria Unica Regionale**

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

**Area Vasta n.1**

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)

U.O.S.Dip. Farmacia Ospedaliera Fossombrone  
 Resp. Dr.ssa C.Vitali  
 Tel. 0721/721369; Fax. 0721/721375  
 e-mai : [carmen.vitali.@sanita.marche.it](mailto:carmen.vitali.@sanita.marche.it)

Via Fratelli Kennedy, s.n.c.  
 61034, Fossombrone (PU)

Dr.ssa Tiziana Mattioli 0721.721378  
 Dr.ssa Paola Servici 0721.721326

Si predispongono la seguente scheda per la valutazione dei parametri richiesti nel Capitolato

VALUTAZIONE LOTTO 1 GUANTI IN NITRILE										
	B1		B2		B3		B4		B5	
	20 punti		10 punti		10 punti		15 punti		5 punti	
	indossabilità		facilità estrazione		facilità identificazione misura e tipo		resistenza alla trazione: elasticità, resistenza e sensibilità		resistenza confezione	
MASSIMO	20	PUNTI	10	PUNTI	10	PUNTI	15	PUNTI	5	PUNTI
3MC	20		3		3		10.125		3.5	
CHEMIL	20		10		10		13.875		4.5	
CLINILAB	20		9		9		15		5	
GARDENING	20		3		3		12.375		4.5	
RAYS	20		3		5		9.375		4.5	

In base alla tabella, si è provveduto a riportare i dati sul tabulato finale, che si allega, e in base al quale si potrà procedere all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dell'offerta dalle Ditte.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Dr.ssa Carmen Vitali

Dr.ssa Tiziana Mattioli

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n.1

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



APPALTO FORNITURA DI GUANTO MONOUSO NON STERILE IN LATTICE - LOTTO 4  
PROSPETTO VALUTAZIONE QUALITATIVA OFFERTA

Pos	Sub-criteri di valutazione	PESO	COEFF. MAX	1		2		3		4		5		6	
				Dati tecnici	Coeff. attrib.	Dati tecnici	Coeff. attrib.	Dati tecnici	Coeff. attrib.	Dati tecnici	Coeff. attrib.	Dati tecnici	Coeff. attrib.	Dati tecnici	Coeff. attrib.
<b>b.1 QUALITÀ TECNICHE GUANTE IN NITRILE</b>															
<b>Parametri di attribuzione punteggio</b>															
1	Indossabilità: i prodotti debbono possedere forma anatomica ed essere intercambiabili (ambidestri)	20,0	1,000	Provv.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
				Defin.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	I prodotti debbono essere disposti nella confezione in modo tale da permettere l'estrazione di un solo guanto per volta attraverso apposita apertura	10,0	1,000	Provv.	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
				Defin.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	Facilità di identificazione della tipologia e della misura: la confezione deve permettere un immediato riconoscimento della tipologia e della misura del guanto.	10,0	1,000	Provv.	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
				Defin.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	Resistenza alla trazione: i prodotti debbono risultare di consistenza ed elasticità tali da offrire la resistenza alla pressione e garantire aderenza alle mani dell'operatore e sensibilità tattile	15,0	1,000	Provv.	0,675	0,675	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925	0,625
				Defin.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	Resistenza della confezione: L'involucro della confezione di trasporto deve essere robusto ed adatto al trasporto ed allo stoccaggio	5,0	1,000	Provv.	0,700	0,700	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
				Defin.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>					39,625	58,375	58,375	58,375	58,375	58,375	58,375	58,375	58,375	58,375	58,375
<b>VERIFICA PUNTEGGIO MINIMO</b>					7/10										

N.v. SCHEDE NON CORRETTE