

AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

per la predisposizione di una gara d'appalto per la fornitura di dietetici e nutrienti per nutrizione enterale, pompe infusionali con relativo materiale di consumo e altro materiale per nutrizione enterale

RIEPILOGO OSSERVAZIONI

OGGETTO:

L'ASUR Marche – Area Dipartimentale Acquisti e Logistica, in data 23/10/2017, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha reso pubblico un avviso per la consultazione preliminare di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura inerente la fornitura di dietetici e nutrienti per nutrizione enterale, pompe infusionali con relativo materiale di consumo e altro materiale per nutrizione enterale, dalla stessa condotta in qualità di centrale di committenza. Alla data di scadenza dell'avviso, prevista per il giorno 15/11/2017, sono pervenuti i contributi da parte degli operatori economici, conservati agli atti dell'Area medesima.

Il gruppo di progettazione, nominato con determina n. 119 del 07/03/2017, ha proceduto ad analizzare singolarmente le osservazioni e/o contributi pervenuti, stabilendo se recepirle o meno nella documentazione posta in consultazione.

Gli elaborati tecnici prodotti dal gruppo di progettazione sono stati quindi aggiornati di conseguenza.

RIEPILOGO DELLE OSSERVAZIONI:

Si riepilogano di seguito le osservazioni/ contributi pervenuti in merito alla procedura in oggetto da parte di ciascun operatore economico.

| ID | Rif. | Osservazione / contributo |
|----|--------|---|
| 1. | Par. 1 | In riferimento all'avviso di consultazione preliminare di mercato in oggetto ed alla Vostra richiesta di invio di contributi, chiede di valutare l'opportunità dell'inserimento di un lotto dedicato alla gestione del "service" domiciliare presso il domicilio dell'assistito e/o la sede della RSA ospitante: fornitura e gestione delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la somministrazione dei prodotti presso il domicilio, call center attivo 24 ore su 24 ore, servizio di assistenza tecnica domiciliare ordinaria e straordinaria, formazione dell'assistito/care-giver, consegna programmata del materiale di consumo, software gestionale specifico, ecc. |
| 2. | Par. 1 | 1. Richiesta tipologia e numero dei pazienti: in riferimento ai pazienti a cui destinare il servizio oggetto del presente appalto, si chiede di specificare se si tratti di pazienti ospedalizzati e/o pazienti in nutrizione enterale domiciliare, e cioè se trattasi di sola fornitura di prodotto o anche di Servizio (trasporto, consegna, installazione, interventi tecnici, ecc). Al fine di una chiara conoscenza e completa valutazione del servizio, si chiede di specificare anche il numero dei pazienti previsti per tipologia. 4. 2. Durata della fornitura: in riferimento all'arco temporale pari a sei mesi entro cui ciascuna Area Vasta e/o altro Ente del Servizio Sanitario Regionale coinvolto potrà aderire all'Accordo Quadro, si chiede di specificare cosa succede se nessun Ente aderirà alla procedura nei sei mesi. Sugeriamo di prolungare tale durata per incrementare le possibilità di stipula dei contratti |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| | | <p>attuativi con i singoli Enti.</p> <p>3. Gestione servizio: si chiede di specificare come si intende organizzare il servizio oggetto del presente appalto e di dettagliare ogni aspetto riguardante l'espletamento della fornitura (richiesta della prescrizione, pianificazione e luogo della consegna, installazione, interventi di assistenza tecnica, sostituzione, ritiro, ecc.).</p> <p>4. Prodotti offerti: si chiede se per ogni lotto possa essere inserito più di un modello di apparecchiatura, purché rispondenti alle caratteristiche minime e purché aventi il medesimo prezzo, al fine di garantire all'assistito un maggior comfort ed al medico un'ampia scelta di dispositivi.</p> |
| 3. | Par. 1 | <p>Spett.le Ente,</p> <p>a seguito della pubblicazione dell'avviso in oggetto ed a seguito dell'analisi della documentazione da Voi allegata, la Sapio Life, Home Care provider, leader nella gestione dei pazienti a domicilio in OTD, VTD, NAD, ADR, ADIAI, propone alla Vs attenzione la possibilità di valutare, per la gestione dei pazienti in Nutrizione Artificiale Domiciliare, un servizio omnicomprensivo che preveda la consegna a domicilio delle apparecchiature, dei devices, delle diete e di tutto quanto sia necessario per poter eseguire la terapia al proprio domicilio, con la serenità di un servizio che garantisca assistenza tecnica e specialistica 24 ore su 24, condizione necessaria per un servizio così delicato.</p> <p>Tale possibilità può rappresentare una soluzione vantaggiosa, in quanto oltretutto consente al paziente ed alla sua famiglia di ricevere direttamente a domicilio tutto quanto occorre per svolgere la terapia ed assicura agli stessi che ogni problema di natura tecnica e logistica dovesse sorgere, sarà risolto in tempi strettissimi e da personale competente.</p> <p>E' altrettanto vero che gestire, da parte dell'ente pubblico, tutto quanto occorre ai pazienti in nutrizione artificiale, soprattutto se dislocati in area extra-ospedaliera, diventa sempre più complesso e richiede la presenza di personale dedicato, di spazi dedicati e con risorse sempre più ridotte.</p> <p>Inoltre, l'esperienza insegna che lo spezzettamento di un servizio di questo genere porti ad una frammentazione di attività aventi risultati clinici meno soddisfacenti e con una spesa economica e sociale più alta rispetto a quando gestito, nella sua totalità, da un unico attore.</p> <p>Si precisa, inoltre, che nella regione Marche sono attualmente attivi appalti ove è previsto il servizio domiciliare, servizio di cui possono beneficiare solo pochi pazienti "eletti" creando, di fatto, una disparità di trattamento notevole; non prevedere tale opportunità sarebbe reiterare un non equilibrio di diritti all'interno della stessa regione.</p> <p>Per questi motivi, si suggerisce che venga approfondita la possibilità di prevedere per i pazienti extraospedalieri un servizio omnicomprensivo direttamente a domicilio.</p> <p>Siamo, pertanto, disponibili per un confronto e per una valutazione del modello proposto.</p> |
| 4. | Par. 1.1 | <p>Il presente appalto è finalizzato:</p> <p>a) alla conclusione di accordi quadro con più operatori economici, senza riaprire il confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., fino a un massimo di tre operatori economici, per i lotti dal n. 1 al n. 40 (diete e nutrienti); in particolare, all'esito della procedura, sarà stilata graduatoria per la stipula di accordi quadro del valore pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 70% della fornitura per ciascun lotto, all'aggiudicatario primo in graduatoria; o 20% dei prodotti o articoli di lotto, all'aggiudicatario secondo in graduatoria; o 10% dei prodotti o articoli di lotto, all'aggiudicatario terzo in graduatoria; <p>Si propone di integrare il punto a) come di seguito riportato.</p> <p>Nel caso che all'esito della procedura risultino aggiudicatari non 3 ma 2 operatori economici la graduatoria sarà così stabilita:</p> <ul style="list-style-type: none"> 80% della fornitura al 1 aggiudicatario del lotto 20% della fornitura al 2 aggiudicatario del lotto |
| 5. | Par. 1.2, tutti i lotti | <p>Alle caratteristiche tecniche dal lotto 1 al lotto 40</p> <p>Si propone di eliminare la richiesta:</p> <p>"L'impresa aggiudicataria dovrà pertanto fornire gratuitamente un tappo adattatore per ogni</p> |

AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

| | | |
|-----|---------------------------------|---|
| | | flacone consegnato, ovvero altri dispositivi aggiuntivi eventualmente necessari per la somministrazione” e si consiglia, al fine di prevenire manipolazioni e/o azioni che diminuiscano la sicurezza delle procedure, di ricercare nei criteri qualitativi dei set di somministrazione la soluzione: definendo specifici sistemi di connessione pre-assemblati che non necessitano di adattatori. |
| 6. | Par. 1.2.1 | Si chiede, inoltre, l'inserimento di un ulteriore lotto per pazienti che non tollerano i gusti dolci. Classe di appartenenza: Supplemento nutrizionale orale per pazienti con elevato fabbisogno energetico. Denominazione: supplemento orale ipercalorico a gusto salato arricchito con omega 3 |
| 7. | Par. 1.2.1 | Chiediamo di considerare l'alimento ISOSOURCE MIX, visto il consumo annuo (2016) di 20.116 flaconi, nel conteggio dei fabbisogni di gara in quanto tale consumo supera la soglia di un possibile affidamento diretto motivato, di cui all'art.36 comma 2 del d.lgs. 50/2016. L'alimento è di origine naturale, a base di alimenti naturali e indicato in soggetti che non aderiscono alle terapie convenzionali con alimenti di sintesi industriale. Attualmente è utilizzato in AV2 e AV3. |
| 8. | Par. 1.2.1 | Cogliamo infine l'occasione per informarVi che nel nostro listino abbiamo anche un prodotto a fini medici speciali costituito da una miscela brevettata di aminoacidi (Glutammina, Arginina e HMB) ideale per il regime alimentare di pazienti che necessitano di riparare i tessuti danneggiati e/o ricostruire la massa magra. Anche tale prodotto (ABOUND, in allegato la scheda tecnica), tuttavia, non può essere al momento offerto in nessuno dei lotti descritti nel capitolato. Ove la stazione appaltante ritenga particolarmente utile o necessario che le strutture sanitarie della Regione Marche abbiano a disposizione anche prodotti a fini medici specialistici contenenti HMB, chiediamo di valutare la possibilità di rimodulare la bozza di documentazione disciplina di gara onde consentire ad Abbott di poter offrire in gara tale tipologia di prodotti. |
| 9. | Par. 1.2.1, Lotto 10 | In tale lotto (dieta per sonda per pazienti diabetici, suddiviso in due sub-lotti 10/A e 10/B) viene richiesta una dieta rispettivamente normocalorica (0,9-1.25Kcal/ml) e ipercalorica (1,2-1,5Kcal/ml). Poiché nel nostro listino per il trattamento dei pazienti diabetici disponiamo di 3 prodotti, rispettivamente da 1, 1,2 e 1,5 Kcal/ml, chiediamo di valutare ed eventualmente specificare nella disciplina di gara i seguenti profili: 1) se sia possibile offrire contestualmente tutti e tre i prodotti; 2) in quale dei 2 sub-lotti dovrebbe essere offerta la dieta da 1,2 Kcal/ml; 3) se la disponibilità di più formulazioni (ampliando quindi le possibilità di approccio terapeutico) possa essere considerata un utile di valutazione qualitativa dell'offerta. |
| 10. | Par. 1.2.1, Lotto 10A | Al fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenza, si chiede di modificare come segue: Fibre: 1,4-2,4 g/100ml |
| 11. | Par. 1.2.1, Lotto 10B | Al fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenza, si chiede di modificare come segue: Range calorico: 1- 1,5 kcal/ml Fibre: 1,4-2,4 g/100ml |
| 12. | Par. 1.2.1, Lotto 12 e 13 | Nei lotti 12 e 13 viene richiesta una dieta che appartenga alla categoria degli alimenti a fini medici speciali, adatta ai pazienti con problemi di digestione e malassorbimento. Nel nostro listino è presente una dieta (VITAL, della quale si allega scheda tecnica) con tali caratteristiche, utilizzabile sia per sonda che per os e formulata specificamente per i pazienti con funzionalità gastrointestinale compromessa. Tale dieta, tuttavia, sarebbe esclusa per il suo apporto calorico (1,5 Kcal/ml) superiore al range indicato nella descrizione delle caratteristiche tecniche. Si chiede, pertanto, di valutare un ampliamento del range relativo all'apporto calorico, che consenta ad Abbott s.r.l. di poter partecipare alla procedura. |
| 13. | Par. 1.2.1, Lotto 15 | Al fine di garantire una più ampia partecipazione si chiede di rivedere i range proteico da 15-18 % a 14-18% |

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| 14. | Par. 1.2.1, Lotto | Al fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenza, si chiede di modificare come segue: apporto calorico: 1,22-1,6 kcal/ml lipidi:24-40% fibre: ≤ 1% osmolarità ≤ 600 mOsm/L |
| 15. | Par. 1.2.1, Lotto 17 | Si chiede di togliere la dicitura ' Miscela Polimerica' sul lotto relativo a miscele con proteine idrolizzate. Tale dieta va definita come 'Semielementare'. |
| 16. | Par. 1.2.1, Lotto 17 | [...] Nel nostro listino è presente una dieta (VITAL, della quale si allega scheda tecnica) [...] Il medesimo prodotto (VITAL) potrebbe essere presentato anche nel Lotto 17, il quale richiede una dieta ipercalorica con proteine idrolizzate. Tale prodotto risulterebbe tuttavia notevolmente penalizzato dai parametri qualitativi indicati in relazione al contenuto di acidi grassi omega-3. Si richiede pertanto, di valutare un possibile ampliamento del range nelle specifiche inerenti l'assetto lipidico. |
| 17. | Par. 1.2.1, Lotto 2 | Al fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenza. , si chiede di modificare come segue: Fibre insolubili almeno 0,57g/100ml osmolarità ≤ 285mOsm/L |
| 18. | Par. 1.2.1, Lotto 20 | [...] Nel nostro listino è presente una dieta (VITAL, della quale si allega scheda tecnica) [...] Si segnala altresì che la nostra dieta (VITAL) è utilizzata anche nei pazienti affetti da MICI ma per questa categoria di pazienti è identificato nel Lotto 20 un prodotto specifico in polvere. Si chiede, pertanto di prendere in esame e valutare anche le caratteristiche della nostra dietoformula, dato che anch'essa è specificamente indicata per tale tipologia di paziente. |
| 19. | Par. 1.2.1, Lotto 27 | Al fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenza, si chiede di modificare come segue: Proteine 15 - 27% |
| 20. | Par. 1.2.1, Lotto 29 | <u>Lotto n. 29: Supplemento nutrizionale orale (SNO) iperproteico, arricchito con Arginina, Zinco e Vitamina C</u> La nostra Ditta commercializza una formula innovativa, con caratteristiche simili al lotto, ma con consistenza cremosa, rendendo così più flessibile la somministrazione del prodotto a pazienti disfagici e non. La nostra formula inoltre ha un apporto calorico di 1,6Kca1/100g (vs descrizione tecnica del lotto 1,2- 1,3 Kcal/ml). <i>Si chiede se possibile rivedere le caratteristiche del lotto considerando anche una formulazione "cremosa" che, oltre ai vantaggi di una consistenza adatta ai pazienti disfagici con decubito, apporta una notevole innovazione dal punto di vista della palatabilità.</i> <i>Si chiede inoltre di allargare il range calorico a 1,6Kca1 / 100g in quanto un maggior apporto calorico è una caratteristica favorevole per il processo di guarigione dalle piaghe da decubito.</i> |
| 21. | Par. 1.2.1, Lotto 29 | LOTTO N.29 - Supplemento nutrizionale orale per pazienti con lesioni da decubito Supplemento nutrizionale orale (SNO) iperproteico, arricchito con Arginina, Zinco e Vitamina C - Preparato liquido per os. Chiediamo di poter partecipare con un preparato per os da ricostruire in soluzione acquosa; Chiediamo di poter inserire tra i criteri di valutazione la presenza di glutamina, essenziali nel favorire i processi fisiologici di ricostruzione e di sintesi di sostanze endogene; Chiediamo che venga inserita l'indicazione ai fini medici speciali come CLASSE DI APPARTENENZA/RAGGRUPPAMENTO del prodotto; |
| 22. | Par. 1.2.1, Lotto 3 | Si chiede di togliere la dicitura ' fibra prevalentemente solubile' e sostituire con ' fibra solubile' in quanto la differenza di prodotti che verrebbero messi in concorrenza è troppo elevata per giustificare un confronto. Si chiede di diminuire il range di fibre totali da 1-2.1 a 1.6-2.1 gr/100 ml in quanto la differenza dei quantitativi di Fibra su un litro di prodotto è troppo elevata per giustificare un giusto confronto. |

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| | | Si chiede di aumentare punteggi sulla qualità e quantità di fibra (A.3.1) |
| 23. | Par. 1.2.1, Lotto 3 e 7 | <p>[...] Analizzando i lotti (3, 7) relativi alle diete necessarie ai pazienti con transito intestinale rallentato, utili a migliorare il trofismo intestinale, osserviamo che le caratteristiche descritte, pur estremamente generiche, risulterebbero penalizzanti o escludenti nei confronti di un'intera categoria di diete con costituenti ad alta specificità. Tra queste, segnaliamo in particolare due nostri prodotti (JEVITY PLUS e JEVITY FOS, dei quali alleghiamo la scheda tecnica). In particolare, il Jevity Plus è già ben conosciuto ed utilizzato da anni in tutto il territorio marchigiano. Tale prodotto contiene un sistema di fibre scientificamente formulato per normalizzare la funzionalità gastro-intestinale nel paziente in Nutrizione Enterale. In dettaglio, Jevity Plus contiene FOS a catena corta, fibre che hanno una maggiore efficacia rispetto alle fibre solubili comunemente utilizzate (es. l'inulina) nel favorire l'aumento della flora benefica intestinale, determinando così una significativa riduzione degli episodi di diarrea e stipsi. Constatiamo tuttavia che — nei lotti suddetti - le descrizioni delle diete non tengono in considerazione tali caratteristiche, impedendoci di fatto la partecipazione alla gara. Nella fattispecie a titolo di esempio: dal lotto 3 saremmo esclusi con Jevity FOS perché il range di proteine indicato (15-16%) non trova esatta corrispondenza con il nostro prodotto. Nel lotto n° 7 verrebbero assegnati ben 20 punti di qualità per valori di proteine maggiori o uguali al 20%, mentre il Jevity Plus, avendo solo il 18,16%, prenderebbe solo 5 punti e sarebbe quindi fortemente penalizzato.</p> <p>Al riguardo, pertanto, si chiede di valutare una possibile rimodulazione di tali lotti o una estensione del numero dei lotti stessi che consenta ad Abbott s.r.l. di poter offrire in gara le proprie diete.</p> |
| 24. | Par. 1.2.1, Lotto 36 | <p><u>Lotto n. 36: Bevanda Gelificata</u></p> <p>La nostra Ditta commercializza una referenza con zucchero (acqua gelificata pronta all'uso) ed una referenza senza zucchero (Jelly Edulcorata).</p> <p><i>Si chiede se possibile di rivedere la descrizione del lotto separandolo in 2 sub-lotti: con zucchero e senza zucchero o in alternativa poter presentare 2 referenze con denominazioni commerciali diverse all'interno dello stesso lotto.</i></p> |
| 25. | Par. 1.2.1, Lotto 38 | <p>Per il lotto 38, riportato nel gruppo dei "Dietetici Modulari", le specifiche tecniche riportate "Polvere da ricostituire in acqua per uso orale in monoporzione.....Ciascuna porzione/busta da 4-5g....."</p> <p>Si chiede di chiarire la possibilità di offrire anche una confezione barattolo con misurino dosatore.</p> <p>Si ricorda che le confezioni di prodotti in bustine monodose hanno un costo del 60%-70% superiore alle confezioni barattolo.</p> |
| 26. | Par. 1.2.1, Lotto 38 | <p>La disponibilità di miscele di aminoacidi costruite su misura per le necessità degli esseri umani è una acquisizione scientifica recente ma molto importante per la produzione energetica (ATP), per ridurre la resistenza insulinica e ottimizzare la sintesi proteica (anabolismo), processo preceduto dalla distruzione (catabolismo) delle proteine più vecchie. Premessa fondamentale per ottenere un ottimale rapporto efficacia/tollerabilità di una miscela di aminoacidi è l'equilibrio nella composizione e nei rapporti stechiometrici fra gli aminoacidi essenziali e alcuni non essenziali. Nella miscela dovranno essere pertanto presenti tutti gli aminoacidi essenziali (AAE) più alcuni non essenziali (N-AAE) necessari ad espandere le proprietà, come per esempio favorire l'effetto antiossidante (N-Acetilcisteina), ricaricare i folati e la vitamina B12 (serina), ridurre il rischio di iperomocisteinemia (rapporto cisteina/metionina), migliorare la sintesi di ATP oppure chelare lo ione ammonio in eccesso (ornitina-alfachetoglurato). Il vantaggio non trascurabile di alcune miscele di aminoacidi è legato alla presenza di adeguate quantità di Triptofano dal momento che, un eventuale squilibrio di questo aminoacido essenziale rispetto alla Leucina, tende a ridurre la disponibilità aumentando il rischio di sindromi pellagroidi. Alla luce di ciò, per minimizzare l'effetto catabolico della Leucina è necessario ridurre il dosaggio di questo aminoacido rispetto agli altri 2 ramificati, Isoleucina e Valina aumentando contemporaneamente le dosi di Triptofano. Tra le azioni del Triptofano ricordiamo l'aumento della sintesi di albumina e l'effetto antinfiammatorio. Tanto più è presente il Triptofano tanto più si formano le</p> |

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| | | <p>chinurenine, molecole che modulano l'eccesso della risposta autoimmune.</p> <p>In riferimento ai criteri motivazionali indicati al punto A.38.1 facciamo osservare che l'aggiunta di vitamine del gruppo B risulterebbe ininfluente, ai fini dell'efficacia della miscela, se in dosi nettamente inferiori alla RDA (Recommended Daily Allowance). Vitamine RDA</p> <p>Tiamina (Vitamina B1) 1,4 mg Riboflavina (Vitamina B2) 1,6 mg Niacina (Vitamina B3) 18 mg Vitamina B6 2 mg Acido folico (Vitamina B9) 200 µg Vitamina B12 2 µg Biotina (Vitamina B7) 0,15 mg Acido pantotenico (Vitamina B5) 6 mg</p> <p>Ai fini dell'efficacia della miscela risulta importante il processo industriale di micronizzazione delle sostanze impiegate (< 50 nanometri). A proposito di assorbimento e biodisponibilità occorre pensare che a partire dalla mucosa gastrica possono crearsi zone di concentrazione differenti che dipendono dalla quantità di liquido e dalle dimensioni delle sostanze ingerite. Quanto più è piccola la parte attiva tanto maggiore risulta l'assorbimento con minore impatto sulle mucose. L'efficacia delle miscele a base di aminoacidi è strettamente legata alla quantità giornaliera somministrata che non dovrebbe mai essere inferiore alla dose di 1g/10 kg di peso corporeo. Per questo motivo sono disponibili unità di confezionamento differenti, da 4 g/busta e da 5 g/busta, in grado di garantire maggiori margini di maneggevolezza.</p> |
| 27. | Par. 1.2.1, Lotto 39 | <p><u>Lotto n. 39: Polvere a base di aminoacidi essenziali e siero proteine per uso orale</u></p> <p><i>Si chiede di specificare se gli AA essenziali richiesti nella polvere siano contenuti all'interno delle siero proteine.</i></p> |
| 28. | Par. 1.2.1, Lotto 39 | <p>LOTTO N.39 - Alimento a base di aminoacidi ai fini medici speciali per pazienti con malnutrizione proteica - Polvere a base di aminoacidi essenziali e siero proteine per uso orale - Polvere da ricostituire in acqua per uso orale a base di siero proteine e aminoacidi essenziali. Chiediamo di poter inserire tra i criteri di valutazione la presenza di Arginina e Glutamina, essenziali nel favorire i processi fisiologici di ricostruzione e di sintesi di sostanze endogene;</p> |
| 29. | par. 1.2.1, Lotto 40 | <p>Spett.le Ente</p> <p>facendo seguito alla Vs "Consultazione preliminare di mercato", volevamo informarVi che la ns. Società è interessata a partecipare al Lotto 40.</p> <p>Chiediamo gentilmente, se fosse possibile, di specificare il contenuto in percentuale di MCT al 33%, e che il loro utilizzo trova un razionale nel documento allegato. [...]</p> |
| 30. | Par. 1.2.1, Lotto 5 | <p>Per quanto riguarda questo lotto segnaliamo che nel listino Abbott esiste un prodotto dietetico a fini medici speciali con le caratteristiche richieste e le medesime indicazioni d'uso, il quale tuttavia rimarrebbe escluso solo per una lievissima differenza nel range delle proteine indicato (15-16%), atteso che il nostro prodotto ha un contenuto di proteine pari al 16,64%.</p> <p>Alla luce di quanto precede, si chiede di valutare un ampliamento del range delle proteine che consenta ad Abbott s.r.l. di poter partecipare alla procedura.</p> |
| 31. | Par. 1.2.1, Lotto 7 | <p>Si chiede di modificare il range di fibre totali da 1-2.2 a >2 gr/100 ml in quanto la differenza dei quantitativi di Fibra su un litro di prodotto è troppo elevata per giustificare un giusto confronto.</p> |
| 32. | Par. 1.2.1, Lotto 8 | <p>Al fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenza, si chiede di modificare come segue:</p> <p>Apporto calorico: 1,2 - 1,5 kcal/ml</p> |
| 33. | Par. 1.2.1, Lotto 9 | <p>Al fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenza, si chiede di modificare come segue:</p> <p>Fibre ≤ 2 g/100ml</p> |
| 34. | Par. 1.2.1, Lotto 9 | <p>Si chiede di modificare il quantitativo di fibre totali da < 1.5 gr/100ml con -minore o uguale- 1.5 gr/100 ml in modo includere il nostro prodotto ISOSOURCE PROTEIN FIBRA tra i potenziali aggiudicatari.</p> |
| 35. | Par. 1.2.2.1, | <p>Pompe infusionali a una via per nutrizione enterale</p> <p>In riferimento alla caratteristica minima di infusione richiesta "selezione del volume bolo da 1 a</p> |

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| | Lotto 41 | 1000 ml" si chiede di considerare tale caratteristica come preferenziale al fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenza. |
| 36. | Par. 1.2.2.2, Lotto 41 | Deflussori per pompa infusione a una via per nutrizione enterale In riferimento alla caratteristica minima richiesta "devono presentare un raccordo a Y ENFit per eventuale necessità clinica" si segnala che attualmente il nostro listino prevede deflussori dotati di rubinetto a 3 vie con connessione ENFit e adattatori di transizione. Si chiede pertanto di modificare tale dicitura in " <u>devono presentare un raccordo a Y/rubinetto a tre vie, ENFit per eventuale necessità clinica</u> ", modifica che rappresenta una soluzione equivalente dal punto di vista funzionale al fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenza. |
| 37. | Par. 1.2.2.3, Lotto 41 | Set di somministrazione (sacca + deflussore) per pompa infusione a una via per nutrizione enterale In riferimento alla caratteristica minima richiesta "con sacca integrata da 500/1000/1500 ml circa" si segnala che attualmente il nostro listino prevede l'offerta di deflussore con sacca integrata nella sola misura da 1500 ml. Alla luce di tale considerazione, per garantire la massima partecipazione e concorrenzialità, si chiede di modificare tale dicitura in " <u>con sacca integrata da 500/1000/1500 ml circa o con sacca da 500/1000/1500 ml circa più deflussore</u> ", modifica che consente di offrire due codici separati ed una soluzione equivalente dal punto di vista funzionale. |
| 38. | Par. 1.2.2.3, Lotto 41 | Set di somministrazione (sacca + deflussore) per pompa infusione a una via per nutrizione enterale In riferimento alla caratteristica minima richiesta "raccordo ad Y ENFit per la porta di somministrazione del farmaco" si segnala che attualmente il nostro listino prevede l'offerta di deflussori dotati di rubinetto a 3 vie con connessione ENFit e adattatori di transizione. Si chiede pertanto di modificare tale dicitura in " <u>devono presentare un raccordo a Y/rubinetto a tre vie, ENFit per eventuale necessità clinica</u> ", modifica che costituisce una soluzione equivalente dal punto di vista funzionale al fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenza. |
| 39. | Par. 1.2.2.6, Lotto 44 | Set di somministrazione per gravità costituito da un sistema integrato sacca + deflussore In riferimento alla caratteristica dei deflussori "lunghezza \geq a 200 cm" si segnala che attualmente il nostro listino prevede prodotti di lunghezza pari a 190 cm. Si chiede pertanto di modificare tale dicitura in "lunghezza \geq a 190 cm" o di inserire una quota di tolleranza pari al 10%, modifica che costituisce una soluzione equivalente dal punto di vista funzionale al fine di garantire la più ampia partecipazione e concorrenza. |
| 40. | Par. 1.2.2.6, Lotto 46 | Sonda naso-gastrica per nutrizione enterale con mandrino In riferimento alla caratteristica del sondino "diametro CH vari (da 7 a 12) lunghezza 109-125 cm" si segnala che per l'utilizzo su pazienti adulti attualmente il nostro listino prevede la gamma di CH da 8 a 15. Sulla base di tale considerazione, si chiede di modificare tale dicitura in "diametro CH vari (da 8 a 15)" oppure di specificare che sono accettate misure di CH comprese nel range indicato, senza che la mancanza di una sola di queste sia limitante per la partecipazione, oppure di modificare in "diametro CH vari (circa da 7 a 12)". |
| 41. | Par. 2.1, Lotti 43-44 | Criteri di aggiudicazione Data la destinazione d'uso dei prodotti compresi nei lotti n. 43 e 44, si suggerisce di considerare anche per tali lotti il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come già previsto per il lotto 41. |
| 42. | Par. 2.2, Lotti dal 26 al 41 | Al riferimento: Per ciascun dei prodotti indicati nei lotti che saranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, a ciascun prodotto offerto verranno attribuiti 70 punti qualità, suddivisi in: Per i Lotti 1-40: a) Caratteristiche chimico-fisiche, punteggio specifico per singolo lotto (max 50 punti), secondo quanto indicato al successivo par. 2.2.1 b) Confezionamento e modalità di chiusura (max 12 punti) stesso punteggio per tutti i lotti, secondo quanto indicato al successivo par. 2.2.2 |

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| | | <p>c) Servizio post-vendita (max 4 punti) stesso punteggio per tutti i lotti, secondo quanto indicato al successivo par. 2.2.2</p> <p>d) Documentazione scientifica su riviste internazionali, nazionali che attesti l'efficacia terapeutica del prodotto offerto (max 4 punti) stesso punteggio per tutti i lotti, secondo quanto indicato al successivo par. 2.2.2</p> <p>Per i lotti da 26 al 41 si chiede di includere i punteggi relativi al punto b) c) d) nel solo punto a). Si ritiene opportuno quindi che per i "supplementi nutrizionali" e per i "confezionamenti in polvere e affini" siano attribuiti tutti i 70 punti della qualità nei criteri motivazionali.</p> |
| 43. | Par. 2.2, tutti i lotti | <p>Relativamente ai criteri di valutazione di cui al punto 2.2 in particolare per i lotti 1-40 punto b) Confezionamento e modalità di chiusura (max 12 punti) stesso punteggio per tutti i lotti, secondo quanto indicato al successivo par. 2.2.2, si fa notare che confezionamenti a diversi volumi di uno stesso prodotto (come da vostro esempio) non sono applicabili ai supplementi per uso orale pronti all'uso e moduli da preparare richiesti in quanto questi rientrano in quantità limitata nella dieta del paziente.</p> <p>Distinti saluti.</p> |
| 44. | Par. 2.2.1, Lotto 10 | Al fine di garantire una più ampia partecipazione si chiede che la valutazione/aggiudicazione sia effettuata per singolo riferimento (A e B) e non per lotto intero. |
| 45. | Par. 2.2.1, Lotto 11 | <p>Nella descrizione di tale lotto, abbiamo constatato che viene valutata con 5 punti la presenza di HMB. Tuttavia pur avendo nel nostro listino un prodotto dietetico per sonda contenente HMB (ENSURE PLUS ADVANCE RTH, di cui si allega scheda tecnica), non abbiamo la possibilità di offrirlo perché i quantitativi richiesti di Arginina e Zinco, nonché il range dell'Osmolarità, identificano un'altra formula nutrizionale presente in commercio (che, a quanto consta, è peraltro priva di HMB).</p> <p>Si chiede pertanto di valutare una possibile rimodulazione di tale lotto (introducendo un ampliamento dei range richiesti di Arginina, Zinco, Osmolarità) o una estensione del numero dei lotti stessi che consenta ad Abbott s.r.l. di poter offrire in gara il proprio prodotto contenente HMB.</p> |
| 46. | Par. 2.2.1, Lotto 18 | Si chiede di modificare il punteggio qualità del punto A.18.2 in particolare si chiede di attribuire 0 punti a miscele con presenza di fibra al fine di mantenere un metro di giudizio coerente con altri lotti. |
| 47. | Par. 2.2.1, Lotto 28 | <p><u>Lotto n. 28: Supplemento nutrizionale orale (SNO) ipercalorico</u></p> <p>La ns ditta commercializza una formula le cui caratteristiche generali, pur rispondendo al "titolo" del lotto, si differenziano per:</p> <p>apporto lipidico al 36% (vs richiesta criteri motivazionali $\leq 35\%$)</p> <p><i>Si chiede se possibile rivedere le caratteristiche del punteggio sui criteri motivazionali allargando il range lipidico a $\leq 36\%$ per evitare una penalizzazione su una differenza di lipidi inferiore a 0,5g/100ml.</i></p> |
| 48. | Par. 2.2.1, Lotto 31 | <p><u>Lotto n.31: Supplemento nutrizionale orale con immunomodulanti (Arginina, RNA Omega 3) addizionati di fibra solubile (Linee guida ESPEN)</u></p> <p>La nostra Ditta commercializza una formula le cui caratteristiche generali, pur rispondendo al "titolo" del lotto, si differenziano per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apporto Arginina pari a 1g/100ml (vs richiesta criteri motivazionali $\geq 1,5g/100ml$) <p><i>Si chiede se possibile rivedere la valutazione dei criteri motivazionali, valutando positivamente anche un quantitativo di arginina 1g/100ml. Le linee guida ESPEN 2016 a riguardo del supporto di arginina all'interno della terapia immunomodulante indicano come non si possano fornire raccomandazioni circa la supplementazione di questo componente in modo isolato. Tuttavia suggeriscono di supplementare arginina in combinazione con altri componenti quali omega-3 e nucleotidi. Per ottenere dei risultati significativi è necessario somministrare 6,5g-18,7g di arginina al litro (in base agli studi analizzati), quantitativo nel quale il nostro prodotto rientra a pieno titolo fornendo 10g di arginina al Litro di prodotto. (bibliografia: linee Guida ESPEN 2016 — Pag 634)</i></p> |
| 49. | Par. 2.2.1, Lotto 35 | <p>Criterio ID A.35.1</p> <p>Usare come discriminante $<2,5g$ e $>2,5g$ per assegnare 30 punti oppure 15 appare decisamente sproporzionato anche considerando che la definizione di "consistenza crema" è arbitraria se non</p> |

| | | |
|-----|-------------------------|---|
| | | supportata da valori di viscosimetria. |
| 50. | Par. 2.2.1, Lotto 35 | <p>Criterio ID A.35.2 - Analisi competente glucidica</p> <p>Tutti i prodotti a base di Gomma Xanthano contengono una elevata quantità di glucidi (maltodestrine >50%). Poiché questo prodotto viene usato in piccole quantità per dose (pochi g) e le quantità di zuccheri risultano irrisorie, la discriminante che assegna i 15 o 10 punti non sembra giustificata.</p> |
| 51. | Par. 2.2.1, Lotto 35 | <p>Criterio ID A.35.2 - Analisi competente sodio</p> <p>Si fa presente che la legislazione europea in tema di etichettatura fa riferimento ai g di sale (e non al sodio): si ottiene moltiplicando x 2,5 i g di sodio.</p> <p>Per semplicità si suggerisce di far riferimento ai g di sale/100g. dchè si debba</p> <p>Non si capisce infatti quale sia il razionale per far riferimento al sodio contenuto in 1,2g di polvere.</p> |
| 52. | Par. 2.2.1, Lotto 35 | Si chiede di calcolare il punto A.35.3, relativo all'analisi dei componenti-sodio, sulla base di gr/100gr di prodotto in quanto i vari addensanti possono avere misurini e dosaggi differenti di polvere. |
| 53. | Par. 2.2.1, Lotto 37 | Si chiede di rivedere il punteggio relativo al punto qualità A.37.2 dove nei criteri motivazionali l'analisi valutativa delle proteine non risulta chiaro. |
| 54. | Par. 2.2.2 | Al riferimento B.1 si consiglia di modificare i criteri motivazionali e attribuire 5 punti in presenza di 1 o 2 confezionamenti e mantenere 10 punti per i 3 confezionamenti. Non si ritiene sensato attribuire 0 punti all'assenza di confezioni in quanto non trova una logica ai fini dell'offerta. |
| 55. | Par. 2.2.3, Lotto 41 | In riferimento alla distribuzione dei punteggi previsti per il lotto 41, in considerazione della destinazione d'uso dell'apparecchiatura in oggetto e della necessità di trasportabilità ed autonomia della stessa, si suggerisce di modificare la griglia e di attribuire 15 punti, anziché 10 alla voce A.41.3 Pompe — Autonomia delle batterie a 125m ¹ /h circa e 15 punti, anziché 20, alla voce A.41.4 Pompe — Peso. |
| 56. | Par. 2.2.3, Lotto 46 | <p>In riferimento alla distribuzione dei punteggi previsti per il lotto 46, si segnala che l'attuale struttura della griglia non prende in considerazione gli aspetti pratici legati all'utilizzo ed alla pratica clinica, quali ad esempio facilità d'uso, confort per il paziente, durata d'uso e tenuta delle connessioni.</p> <p>Di fatto venendo attribuiti 30 punti al materiale e 25 alla sterilità, 55 punti sui 70 complessivi sono attribuiti a caratteristiche di minima, che pertanto qualunque concorrente deve possedere per partecipare al lotto.</p> <p>Si chiede pertanto di rivedere tale griglia e di prevedere un punteggio relativo agli aspetti pratici, che potrà essere valutato dagli utilizzatori in fase di prova della campionatura richiesta.</p> |
| 57. | Par.2.2.1, Lotto 10 | <p>Rileviamo inoltre che nelle descrizioni del lotto n°10 viene valutata positivamente la sola presenza di fibra solubile. I nostri prodotti specifici per pazienti diabetici, dei quali si allega scheda tecnica, contengono invece un equilibrato mix sia di fibre solubili (tra le quali i FOS a catena corta, nutrimento selettivo per la flora batterica benefica e dal cui metabolismo vengono prodotti SCFA) che di fibre insolubili, atte queste ultime a garantire il normale transito intestinale. Chiediamo pertanto di valutare la possibilità di prendere in considerazione dal punto di vista qualitativo anche le caratteristiche dei nostri prodotti (GLUCERNA SELECT 1.0, 1,2 e 1,5), con particolare riferimento alla presenza di entrambe le tipologie di fibre.</p> <p>Infine, sottoponiamo alle vostre valutazioni la possibilità che, nella valutazione qualitativa di diete destinate a pazienti diabetici, una valorizzazione sia collegata alla tipologia dei carboidrati costituenti. Essi dovrebbero infatti garantire la riduzione di picchi glicemici, variazioni glicemiche e valori di glicemia media e stimolare la produzione di incretine. Sempre nell'ottica della valutazione qualitativa, in considerazione della funzione rilevante e benefica che gli acidi grassi omega 3 svolgono nella modulazione della risposta infiammatoria, un fattore importante che potrebbe essere valorizzato è costituito dalla fonte lipidica.</p> |
| 58. | Par.2.2.1, Lotto 29 | In tale lotto è valutata con 5 punti la presenza di HMB. A tal proposito vi informiamo che nel listino Abbott esiste un prodotto completo e bilanciato, ipercalorico e iperproteico contenente |



AREA DIPARTIMENTALE ACQUISTI E LOGISTICA

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>HMB, utile per il recupero della forza fisica e della massa magra. Tale prodotto, tuttavia, rimarrebbe escluso da questo lotto perché non presenta l'apporto calorico richiesto né i quantitativi di Proteine, Zinco e Arginina che identificano un altro prodotto dietetico presente sul mercato, il quale è invece privo di HMB. Si richiede pertanto di valutare un ampliamento dei range richiesti relativamente ad apporto calorico, proteine, arginina e zinco o una estensione del numero dei lotti stessi che consenta ad Abbott s.r.l. di poter offrire in gara il proprio prodotto contenente HMB.</p> |
|--|--|---|

Il Direttore
Area Dipartimentale Acquisti e Logistica
Dott. Matteo Biraschi