

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2
N. 1655/AV2 DEL 05/12/2013**

**Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO DI LAMPADE SCIALITICHE –
AGGIUDICAZIONE.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto “*Presa d’atto della DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano*”;

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione Economico Finanziaria presso la sede operativa di JESI, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

1. di procedere all’aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell’ambito della piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti dell’operatore economico TRUMPF MED ITALIA S.R.L. - LIMENA, della fornitura e posa in opera delle seguenti attrezzature occorrente per l’allestimento del blocco travaglio parto e del pronto soccorso ginecologico della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI” di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche:

- n. 8 - LAMPADE SCIALTICHE – produzione TRUMPF – modello TRULIGHT 1000 SOFFITTO – codice 1700111 – al prezzo di € 2.360,15 cad. + I.V.A. + spese di installazione e posa in opera per l’importo di € 700,00 cad. + I.V.A. – quindi per un importo complessivo fornitura / posa in opera di € 24.481,20 + I.V.A.

secondo la configurazione dell’offerta in atti registrata al numero RDO 292071 della medesima piattaforma digitale MEPA;

2. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall’acquisto della attrezzatura in argomento – quantificati per l’importo complessivo di € 24.360,15 + I.V.A. – quindi € 29.867,10 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020401 “attrezzature sanitarie” del Piano dei

Conti del Bilancio ASUR 2013, con disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all'articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
5. dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di fornitura.

IL DIRETTORE GENERALE
IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA N. 2
Dr. Piero CICCARELLI

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, quantificata per l'importo di € 24.360,15 + I.V.A. - quindi per l'importo complessivo di € 29.867,10 I.V.A. compresa al 22% - ha l'effettiva disponibilità economica al conto n. 0102020401 "attrezzature sanitarie" del Piano dei conti del bilancio ASUR 2013, all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013.

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
AREA VASTA N. 2
dr.ssa M. Letizia PARIS

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rag. Loriani BARBETTA

La presente determina è composta da n. 8 pagine e nessun allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO DI LAMPADE SCIALITICHE – AGGIUDICAZIONE.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO:

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Determina n. 573/ASURDG in data 04.08.2006 – “Regolamento acquisto di beni e servizi in economia. Approvazione”;
- Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni.

CONSIDERAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Per consentire l'allestimento del blocco travaglio parto e del pronto soccorso ginecologico della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche presso i nuovi locali di destinazione della Unità Operativa stessa presso il nuovo Presidio Ospedaliero “CARLO URBANI”, è stata manifestata la necessità di procedere all'acquisto e posa in opera di n. 8 lampade scialitiche da visita.

Stante la manifestata urgenza ed indifferibilità di procedere a tale acquisto, legata alla necessità di procedere alla installazione delle tecnologie in argomento propedeuticamente ed in concomitanza al completamento dei lavori in cantiere per il citato allestimento della nuova struttura, questa competente Unità Operativa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 13, lett. d) della Legge n. 135/2012 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto ad effettuare verifica di eventuale disponibilità delle tecnologie occorrenti e/o similari funzionalità nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, ovvero nell'ambito della piattaforma digitale MEPA.

Posti gli esiti positivi della citata indagine, questa competente Unità Operativa, di concerto con la Unità Operativa richiedente, ha stabilito di procedere - secondo il combinato disposto dell'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e delle citate disposizioni della Legge n. 135/2012 - tramite il proprio “Punto Ordinante”, alla negoziazione della attrezzatura in questione mediante la procedura “Richiesta di Offerta” - RDO n. 292071, promossa nei confronti degli operatori economici iscritti al MEPA.

Per l'eventuale affidamento della fornitura occorrente, nell'ambito del disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara predisposto dalla Unità Operativa richiedente di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale presso questa Unità Operativa proponente, è stata disposta aggiudicazione – per lotto intero e non divisibile – ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni e del comma 5 dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 – in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo, riservando alla qualità massimo punti 50 ed al prezzo massimo

punti 50, fissando il valore complessivo della fornitura per l'importo a base d'asta – non superabile – di € 30.000,00 + I.V.A.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, sono risultate pervenute offerte economiche, per via telematica, da parte dei seguenti operatori economici:

ID	Operatore economico	Modello attrezzature
1	BIOSKIN ITALIA S.R.L. – BOLOGNA	SATURN LED 30C
2	DRAEGER MEDICAL ITALIA – CORSICO	POLARIS 50
3	MAQUET ITALIA – CINISELLO BALSAMO	LUCEA 50
4	TRILUX MEDICAL ITALIA S.R.L. – ANZOLA DELL'EMILIA	AURINIO L50 PM
5	TRUMPF MED ITALIA S.R.L. – LIMENA	TDVTRULIGHT 1000

Questa competente Unità Operativa ha provveduto all'apertura delle buste virtuali contenenti i documenti inviati dalle imprese per la partecipazione alla gara, trasmettendo alla Unità Operativa richiedente le rispettive documentazioni tecniche acquisite in atti, per le conseguenti attività di valutazione tecnico – qualitativa delle offerte presentate, secondo i criteri e le modalità previsti dal disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara.

La commissione valutatrice ha effettuato una preliminare verifica di congruità delle offerte pervenute con i requisiti minimi richiesti in capitolato, riscontrando la seguente non rispondenza:

REQUISITO DI MINIMA – La cupola della lampada dovrà raggiungere, in massima escursione verticale, un'altezza minima di almeno 1 m, auspicabilmente anche inferiore.

DITTE NON RISPONDENTI: Draeger, Maquet e Trilux.

MOTIVO NON RISPONDENZA: Altezza minima raggiunta dalla cupola in massima escursione verticale 1,176 m per DRAEGER, 1,076 m per MAQUET e 1,100 m per TRILUX. L'altezza minima raggiungibile dalla cupola in massima escursione verticale è ritenuta un parametro fondamentale per consentire l'adeguata illuminazione e focalizzazione della luce nell'area di lavoro sia in procedure di travaglio, che durante i parti, la fissazione di punti, etc. A tal fine è necessario garantire un'illuminazione quanto più diretta e perpendicolare all'area di lavoro stessa, per agevolare l'operato di

ginecologi e ostetriche, in relazione alle loro modalità operative e al posizionamento della paziente sulle poltrone/letti parto. Pertanto la Commissione valutatrice ritiene le soluzioni offerte dalle ditte DRAEGER, MAQUET e TRILUX non equivalenti alle richieste da capitolato, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 163/06.

La soluzione BIOSKIN risulta, invece, scarsamente funzionale sotto un profilo operativo-ergonomico (peso, ingombro e layout della cupola), rispetto alle modalità di lavoro e alle procedure delle sale parto/travaglio utilizzatrici. L'offerta della ditta BIOSKIN presenta, pertanto, un punteggio parziale relativo al parametro "Caratteristiche funzionali" inferiore ai punti minimi di ammissibilità indicati in Capitolato. Pertanto tale offerta non viene ammessa alla successiva fase di gara per l'applicazione del punteggio relativo al prezzo.

In seguito all'esame della documentazione tecnica prodotta dalle imprese concorrenti, il Responsabile della Unità Operativa interessata, di concerto con il Servizio di Ingegneria Clinica aziendale, ha provveduto ad elaborare valutazione tecnico – qualitativa delle attrezzature offerte dai citati operatori economici concorrenti, riportante gli esiti di seguito sinteticamente indicati.

ID	Operatore economico	Modello apparecchiatura	Punteggio qualità
1	BIOSKIN ITALIA S.R.L. – BOLOGNA	SATURN LED 30C	PUNTEGGIO MINIMO NON RAGGIUNTO SU PARAMETRO "CARATTERISTICHE FUNZIONALI"
2	DRAEGER MEDICAL ITALIA – CORSICO	POLARIS 50	NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO
3	MAQUET ITALIA – CINISELLO BALSAMO	LUCEA 50	NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO
4	TRILUX MEDICAL ITALIA S.R.L. – ANZOLA DELL'EMILIA	AURINIO L50 PM	NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO DAL CAPITOLATO
5	TRUMPF MED ITALIA S.R.L. – LIMENA	TDVTRULIGHT 1000	50

Stanti i citati esiti della valutazione, il sistema digitale MEPA, in base, rispettivamente, all'inserimento da parte di questa competente Unità Operativa dei suddetti punteggi rispettivamente attribuiti al parametro qualità, al sistema di calcolo del parametro prezzo stabilito nel disciplinare tecnico / capitolato speciale di gara (formula di proporzionalità inversa) ed al riscontro delle offerte economiche prodotte, ha predisposto automaticamente la seguente graduatoria di merito:

Operatore economico	Modello attrezzature	Punteggio qualità	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio prezzo	Totale punteggio
BIOSKIN ITALIA S.R.L. – BOLOGNA	BIOSKIN ITALIA S.R.L. – BOLOGNA	-	OFFERTA ESCLUSA	-	-
DRAEGER MEDICAL ITALIA – CORSICO	DRAEGER MEDICAL ITALIA – CORSICO	-	OFFERTA ESCLUSA	-	-
MAQUET ITALIA – CINISELLO BALSAMO	MAQUET ITALIA – CINISELLO BALSAMO	-	OFFERTA ESCLUSA	-	-
TRILUX MEDICAL ITALIA S.R.L. – ANZOLA DELL'EMILIA	TRILUX MEDICAL ITALIA S.R.L. – ANZOLA DELL'EMILIA	-	OFFERTA ESCLUSA	-	-
TRUMPF MED ITALIA S.R.L. – LIMENA	TRUMPF MED ITALIA S.R.L. – LIMENA	50	24.481,20	50	100

con conseguente pronunciamento di aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'impresa TRUMPF MED ITALIA S.R.L. - LIMENA – al prezzo complessivo delle attrezzature offerte di €. 24.481,20 + I.V.A.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal proponente in qualità di Responsabile del Procedimento;

ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative e regolamentazioni aziendali vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture;

VISTA, ai sensi e per gli effetti delle circostanze di indifferibilità e di urgenza commentate nelle premesse rappresentate dalla Unità Operativa richiedente, la direttiva aziendale di protocollo n. 2323|ASURDG|P in data 01.02.2012;

RITENUTA l'opportunità, nel senso previsto per prassi corrente e stante l'urgenza di procedere all'acquisto della tecnologia in argomento, di procedere alla aggiudicazione della fornitura stessa anche in presenza di una sola offerta valida e valutabile;

ATTESTATA, in conclusione, la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali;

SI PROPONE al Direttore Generale, anche in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina:

1) di procedere all'aggiudicazione, in esito alle risultanze di gara espletate nell'ambito della piattaforma digitale MEPA secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, nei confronti dell'operatore economico TRUMPF MED ITALIA S.R.L. - LIMENA, della fornitura e posa in opera delle seguenti attrezzature occorrente per l'allestimento del blocco travaglio parto e del pronto soccorso ginecologico della U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero "CARLO URBANI" di JESI di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche:

- n. 8 - LAMPADIE SCIALTICHE – produzione TRUMPF – modello TRULIGHT 1000 SOFFITTO – codice 1700111 – al prezzo di € 2.360,15 cad. + I.V.A. + spese di installazione e posa in opera per l'importo di € 700,00 cad. + I.V.A. – quindi per un importo complessivo fornitura / posa in opera di € 24.481,20 + I.V.A.

secondo la configurazione dell'offerta in atti registrata al numero RDO 292071 della medesima piattaforma digitale MEPA;

- 2) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dall'acquisto delle attrezzature in argomento – quantificati per l'importo complessivo di € 24.481,20 + I.V.A. – quindi € 29.867,10 I.V.A. compresa al 22% - sono imputati al conto n. 0102020401 "attrezzature sanitarie" del Piano dei Conti del Bilancio ASUR 2013, con disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 2 con determina n. 275/ASURDG/2013;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 69 della Legge Regionale n. 11/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, in tema di autorizzazione alla spesa, né alla disciplina in tema di controllo regionale di cui all'articolo 4 della Legge n. 412/1991 ed all'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- 5) dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si provvede all'aggiudicazione definitiva di appalto di fornitura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
rag. M. Luana BARCHIESI

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale, in funzione di Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

IL DIRIGENTE U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile del Procedimento.