

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 464/AV2 DEL 02/04/2015**

**Oggetto: Nomina Responsabili Sicurezza impianti Risonanza Magnetica dei Presidi Ospedalieri dell' Area Vasta 2 Fabriano. Designazione. Provvedimenti conseguenti.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”;

**VISTA** l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare ai sensi e per gli effetti del D. M. 02/08/1911 “Autorizzazione alla installazione e all’uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica” i seguenti responsabili della sicurezza per gli impianti di risonanza magnetica presenti presso le sedi dell’ Area Vasta 2:
  - Impianto a risonanza Magnetica GE Optima MR450w 1.5 T installata presso il sito RM dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi:
    - Medico Responsabile dell’attività dell’impianto:
      - Nominativo: Dott. Osvaldo Pirani
    - Esperto Responsabile della sicurezza dell’impianto:
      - Nominativo: Dott. Eduardo Buono
  - Impianto a risonanza Magnetica GE Signa 0.28 T installata presso il sito RM dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi:
    - Medico Responsabile dell’attività dell’impianto:
      - Nominativo: Dott. Osvaldo Pirani
    - Esperto Responsabile della sicurezza dell’impianto:
      - Nominativo: Dott. Eduardo Buono

- Impianto a risonanza Magnetica Philips Achieva 1.5 T installata presso il sito RM dell'Ospedale "Engel Profili" di Fabriano:
    - Medico Responsabile dell'attività dell'impianto:
      - Nominativo: Dott. Francesco Bartelli
    - Esperto Responsabile della sicurezza dell'impianto:  
Nominativo: Dott. Eduardo Buono
  
  - Impianto a risonanza Magnetica GE Signa Ovation 0.35 T installata presso il sito RM dell'Ospedale "Principe di Piemonte" di Senigallia:
    - Medico Responsabile dell'attività dell'impianto:
      - Nominativo: Dott. Giovanni Consalvo
    - Esperto Responsabile della sicurezza dell'impianto:  
Nominativo: Dott. Eduardo Buono
3. di trasmettere copia della presente determina ai sanitari ai quali viene conferito l'incarico di responsabile;
  4. di trasmettere l'atto ai seguenti uffici ed organi di controllo:
    - Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro –Ancona;
    - Direttore del Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 2;
    - INAIL Settore Ricerca – Dipartimento Igiene del Lavoro – Roma –
  5. di dare atto che dall' adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell' ASUR – Area Vasta 2 Fabriano.
  5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
  6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE AREA VASTA 2**  
**Dott. Giovanni Stroppa**

---

Per il parere infrascritto:

**U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE**

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O. Gestione Personale attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda.

Il Dirigente  
Controllo di Gestione AV2  
(D.ssa Maria Letizia Paris)

---

Il Responsabile del Procedimento  
U.O. Bilancio  
(D.ssa M. Grazia Maracchini)

---

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O. “GESTIONE PERSONALE”**

***Normativa di riferimento***

- Art.7 del D.M: 02/08/1991 ”Autorizzazione alla istallazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica”.

***Motivazione:***

L’art. 7 del D.M. 02/08/1991 prevede che per tutti gli impianti di Risonanza Magnetica sussiste l’obbligo di individuare due figure professionali ben definite che si occupino di sicurezza che sono: 1) L’Esperto Responsabile della sicurezza dell’impianto; 2) il Medico Responsabile dell’attività dell’impianto.

L’esperto Responsabile della Sicurezza può essere un Fisico Medico con comprovata esperienza nel settore della Risonanza Magnetica.

Il Medico Responsabile della sicurezza dell’impianto è un Medico Radiologo con esperienza professionale specifica.

Preso visione dei curricula dei dott.ri Osvaldo Pirani; Francesco Bartelli e Giovanni Consalvo, dipendenti nel profilo professionale di Dirigenti Medici di Radiodiagnostica Responsabili delle Unità Operative di Radiologia dei Presidi Ospedalieri di Jesi, Fabriano e Senigallia;

Preso visione del curriculum del dott. Eduardo Buono dipendente nel profilo professionale di Fisico Dirigente addetto alla sorveglianza fisica e controlli di qualità in radiodiagnostica per tutti i presidi dell’Area Vasta 2 Fabriano;

Acquisita la disponibilità sia dei Medici Radiologi sia del Fisico sopra individuati a ricoprire gli incarichi in oggetto;

***Per quanto sopra esposto si propone:***

- di nominare ai sensi e per gli effetti del D. M. 02/08/1911 “Autorizzazione alla installazione e all’uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica” i seguenti responsabili della sicurezza per gli impianti di risonanza magnetica presenti presso le sedi dell’ Area Vasta 2:
  - Impianto a risonanza Magnetica GE Optima MR450w 1.5 T installata presso il sito RM dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi:
    - Medico Responsabile dell’attività dell’impianto:
      - Nominativo: Dott. Osvaldo Pirani
    - Esperto Responsabile della sicurezza dell’impianto:
      - Nominativo: Dott. Eduardo Buono
  - Impianto a risonanza Magnetica GE Signa 0.28 T installata presso il sito RM dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi:

- Medico Responsabile dell'attività dell'impianto:
  - Nominativo: Dott. Osvaldo Pirani
- Esperto Responsabile della sicurezza dell'impianto:  
Nominativo: Dott. Eduardo Buono
  
- Impianto a risonanza Magnetica Philips Achieva 1.5 T installata presso il sito RM dell'Ospedale "Engel Profili" di Fabriano:
  - Medico Responsabile dell'attività dell'impianto:
    - Nominativo: Dott. Francesco Bartelli
  - Esperto Responsabile della sicurezza dell'impianto:  
Nominativo: Dott. Eduardo Buono
  
- Impianto a risonanza Magnetica GE Signa Ovation 0.35 T installata presso il sito RM dell'Ospedale "Principe di Piemonte" di Senigallia:
  - Medico Responsabile dell'attività dell'impianto:
    - Nominativo: Dott. Giovanni Consalvo
  - Esperto Responsabile della sicurezza dell'impianto:  
Nominativo: Dott. Eduardo Buono
  
- di trasmettere copia della presente determina ai Dirigenti ai quali viene conferito l'incarico di responsabile;
  
- di trasmettere l'atto ai seguenti uffici ed organi di controllo:
  - Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro –Ancona;
  - Direttore del Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 2;
  - INAIL Settore Ricerca – Dipartimento Igiene del Lavoro – Roma –
  
- di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell'ASUR – Area Vasta 2 Fabriano.

Il Responsabile del Procedimento  
(dott. Bruno Valentini)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dott.ssa Lorella Pietrella)

**- ALLEGATI -**

**Nessun Allegato.**

