



AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA

OGGETTO: *Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – ex articolo 63, comma 2, lettera b) – punto 2) – finalizzata alla acquisizione in service del sistema automatico robotizzato (a ciclo chiuso) per il trasporto in sicurezza di campioni chirurgici in contenitori sottovuoto o con formalina.*

PREMESSA

Stante la riscontrata necessità di conservare campioni anatomici in formaldeide garantendo – al contempo – la sicurezza degli operatori incaricati mediante l'utilizzo di tecnologie aventi sistemi di lavorazione “a ciclo chiuso” (caratterizzati da totale assenza di scambio di materiale con l'ambiente circostante) e controllo a distanza e, dato atto altresì, dell'ulteriore circostanza secondo cui l'utilizzo dei contenitori pre-riempiti non fornisce totale garanzia di sicurezza in quanto - nella fase di apertura e chiusura degli stessi - potrebbero svilupparsi vapori di formaldeide e/o potrebbero aversi stravasi del medesimo prodotto fortemente inquinanti per l'ambiente circostante,

SI RENDE NOTO CHE, questa stazione appaltante (Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche / Area Vasta n. 2) sta conducendo – per ragioni di natura tecnico-funzionale - con la spettabile impresa:

- PATHOLAB SRL – Via S. Massan. 11 – 09047 Selargius (CA), tel. 070.840057, fax 070.8477423, info@patholab.it,

debite operazioni di negoziato finalizzate alla acquisizione in service di n. 2 sistemi automatici robotizzati (a ciclo chiuso) per il trasporto in sicurezza di campioni chirurgici in contenitori sottovuoto o con formalina denominati: BIOPRESERVE SMART PATHOLAB, aventi le sotto-elencate caratteristiche tecniche:

- strumenti da pavimento certificati secondo la normativa europea 98/79 IVD, con erogazione automatica della formalina mediante sistemi di filtrazione EPA a carboni attivi con sistemi di espulsione dell'aria all'esterno;
- sistema di erogazione della formalina e di sigillatura dei contenitori totalmente a circuito chiuso (in tutte le fasi dal caricamento delle taniche/aggancio delle stesse/erogazione / rilascio contenitori);
- struttura lavabile e disinfettabile;
- dimensioni contenute a causa di scarsa disponibilità di spazi: circa 60 x 60 x 130 cm (circa);
- rapporto peso campione/ volume formalina fino a 1:20;
- registrazione di data ed ora d'emissione della formalina e stampa di etichette adesive con codice a barre;
- sistema di pesatura automatica del contenitore con campione all' interno dello strumento in vano aspirato e filtrato, (con sensore di massimo livello);
- vano di carico della formaldeide aspirato e filtrato dotato di vasca di raccolta formalina e sensori di sversamento accidentale;
- sistema di carico della formaldeide in sicurezza con taniche ad attacco rapido;
- taniche utilizzate di un peso massimo non superiore a 15/20 litri (al fine di consentirne la facile movimentazione anche da parte del personale femminile);
- dotazione di contenitori per campioni chirurgici di capacità varia compresa tra i 2 litri fino a 5 litri o più, certificati secondo la normativa europea 98/79 IVD;
- contenitori a prova di fuoriuscita di vapori (preferibilmente sigillabili al fine di garantire la massima sicurezza del trasporto e stoccaggio anche nel caso in cui il coperchio non fosse stato chiuso perfettamente dagli operatori);
- sigillatura dei contenitori facilmente rimovibile senza l'utilizzo di attrezzi per l'apertura.

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424

Area Vasta n. 2 - Sede Amministrativa: Via F. Turati, 51 – 60044 FABRIANO

Articolazione Responsabile del Procedimento: U.O. Acquisti e Logistica

Via TURATI, 51 – 60044 FABRIANO – tel. 0732.634159 - e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it



I costi di dette operazioni (per la fornitura di n. 2 sistemi), si intendono presuntivamente stimati in € 38.000,00 / anno + IVA.

Qualora, diversamente dalle informazioni in possesso di questa stazione appaltante, altri operatori economici fossero nella possibilità di fornire tecnologie analoghe a quelle sopra descritte, aventi caratteristiche tecniche in grado di garantire le medesime, citate funzionalità, atte a soddisfare i descritti fabbisogni, si prega darne immediata comunicazione – entro e non oltre le ore 12:00 del 05.05.2017 - a questa precedente Amministrazione (rif. ranieri.colarizi@sanita.marche.it), la quale, diversamente – estinto detto termine – provvederà a definire le descritte operazioni negoziali.

Punto di contatto: dott. R. Colarizi Graziani – U.O. Acquisti e Logistica AV2 sede operativa Fabriano - tel. 0732.634159 – fax 0732.634115, indirizzo e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it).

Fabriano, 18 aprile 2017.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA – C.F. e Partita IVA 02175860424

Area Vasta n. 2 - Sede Amministrativa: Via F. Turati, 51 – 60044 FABRIANO

Articolazione Responsabile del Procedimento: U.O. Acquisti e Logistica

Via TURATI, 51 – 60044 FABRIANO – tel. 0732.634159 - e-mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it