

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1046/AV3 DEL 23/07/2013**

**Oggetto: ACQUISTI MEPA - INIZIATIVA 210603 – FORNITURA DI UN
TERMODISINFETTORE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA DELL'AREA VASTA N. 3.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- 1) di aggiudicare alla ditta GETINGE s.p.a. – Via Dei Buonvisi, 61/D – 00148 Roma (RM) – C.F./P.IVA 05506871002, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di un Termodisinfettore da destinare al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Macerata, alle seguenti condizioni economiche ed approvando la procedura espletata dall'U.O.C. Acquisti e logistica:

Descrizione Prodotto	Q.tà	Specifiche tecniche attrezzatura offerta	Costo unitario in € (IVA esclusa)	Costo Totale in € (IVA esclusa)
LAVASTRUMENTI GETINGE 46- 5 UNA PORTA CON ASCIUGATURA	1	LAVASTRUMENTI GETINGE 46-5 UNA PORTA CON ASCIUGATURA	12.227,50	12.227,50
	1	VALVOLA DI INGRESSO ACQUA TRATTATA	46,25	46,25
	1	3° POMPA DETERGENTE	392,50	392,50
	1	4° POMPA DETERGENTE	391,25	391,25
	1	CONTROLLO DOSAGGIO DETERGENTE	930,00	930,00
	1	STAMPANTE	368,75	368,75
	1	OSMOTIZZATORE 60 LT	1.618,75	1.618,75
	1	CARRELLO DI LAVAGGIO INTERNO LAVASTRUMENTI 5 LIVELLI	1.003,75	1.003,75

	10	CESTELLO IN FILO D'ACCIAIO DIN 250x480x50 mm	50,00	500,00
	1	CARRELLO DI LAVAGGIO STRUMENTARIO MIS	1.537,50	1.537,50
	1	CARRELLO DI LAVAGGIO CONTAINERS	1.687,50	1.687,50
	1	RACK PER LAVAGGIO ZOCCOLI 15 PAIA	196,25	196,25
		CARRELLO DI TRASPORTO E CARICO-SCARICO	850,00	850,00
TOTALE A				21.750,00

- 2) di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell'Ente, sono pari ad € 21.750,00 + I.V.A. 21% = € 26.317,50, verranno imputati dall'ufficio autorizzante AV3 INVEST sull'autorizzazione n. 1 sub. 2/2013 N.d.C. 01.02.02.04.01 "Attrezzature Sanitarie", utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013;
- 3) di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, dell'art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l'appalto in oggetto non risultano opzioni d'acquisto attivabili presso una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta possibile, per l'oggetto dell'appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d'acquisto nelle convenzioni CONSIP;
- 4) di prendere atto che ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è costituito dalle condizioni e clausole indicate nella RDO, dall'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria e dall'eventuale documentazione integrativa richiesta in fase di stipula del contratto;
- 5) di stabilire che il Responsabile dell'esecuzione del Contratto è il dott. Maurizio Francesconi, Direttore dell'U.O. Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Macerata;
- 6) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti giustificativi e previa verifica, al momento dell'effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio;
- 7) di stabilire che l'avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale;
- 8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazione definitiva forniture";

- 11) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge;
- 12) di trasmettere copia della presente determina all'Unita Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell'esecuzione del contratto dott. Maurizio Francesconi, Direttore dello U.O. Blocco Operatorio e al Servizio Prevenzione e Sicurezza Aziendale per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA n. 3
Dr. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che la copertura derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.

Il Dirigente del Controllo di gestione
(Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente F.F. del Servizio Bilancio
(Paolo Gubbinelli)

La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000;
- Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 n.168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”;
- D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”;
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012;
- Legge 6 luglio 2012 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
- Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
- D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- L.R. n.26/96 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- L.R. n.13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- Legge Regionale n. 17/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. n. 13/2003”s.m.i.;
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche (SUAM)”;
- Determina n.785/DG del 31/12/2005: “Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria”;
- Determina n.254/ASURDG del 27/04/2006: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”.
- Circolare del Direttore Generale dell’ASUR prot. 6187 del 29/06/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative”;
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 573 del 04/08/2006 “Regolamento acquisto di beni e servizi in economia. Approvazione”.

MOTIVAZIONE

Premesso:

che con determina a contrarre n. 1476 del 19 Ottobre 2012 il Direttore dell’ Area Vasta n. 3 ha autorizzato l’acquisto di un Termidisinfettore da destinare all’U.O. Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Macerata dell’ Area Vasta n. 3;

che ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) – e sue successive modifiche ed integrazioni attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di selezionare, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di scelta del contraente, imprese fornitrici di

beni e servizi, con le quali stipulare convenzioni – a favore delle PP.AA. – in base alle quali le imprese prescelte si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle PP.AA. stesse alle condizioni ed ai prezzi stabiliti;

che per l'espletamento di tale funzione, il Ministero si avvale della struttura denominata Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – CONSIP s.p.a. – cui sono affidati tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle PP.AA., la conclusione per conto dello stesso Ministero e delle altre PP.AA. di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica delle esecuzioni delle convenzioni stesse;

che con l'entrata in vigore della Legge 7 agosto 2012 n. 135, cd spending review, al fine di ridurre la spesa pubblica è sorto in capo alle PP.AA. l'obbligo di acquisto di beni e servizi attraverso strumenti messi a disposizione da CONSIP s.p.a.;

che per le procedure sotto soglia (incluse le procedure in economia), in caso di assenza di attivazione di convenzioni della Centrale Regionale o CONSIP (ove possibile) si deve ricorrere al mercato elettronico della CONSIP (Corte dei Conti- sez. controllo Marche – parere 29/11/12 n. 169), in caso di assenza di un mercato elettronico della S.A. o in caso di assenza di un mercato elettronico/sistema telematico della Centrale Regionale;

che il Termodisinfettore è presente sul Mercato Elettronico (MEPA);

che al fine di ottenere le migliori condizioni di fornitura è stata predisposta idonea RDO;

che il punto istruttore ha inserito la RDO 210603, invitando le ditte: Cisa s.p.a., Miele Italia s.r.l., Steelco s.p.a. A.T.H. Attrezzature Ospedaliere, Ghiaroni & C., Laboindustria s.p.a., Montepaone s.r.l., e Getinge;

La Richiesta di Offerta prevede:

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Criterio di aggiudicazione | offerta economicamente più vantaggiosa |
| - unità di misura dell'offerta | a valore |
| - Numero di lotti | 1 |
| - CIG Z73099946B | |

che entro il termine prescritto dagli atti della procedura sono pervenute le offerte delle ditte: GETINGE s.p.a. di Roma e S.C. Forniture Ospedaliere di Porto S. Giorgio (FM);

che la documentazione tecnica delle Ditte partecipanti viene trasmessa alla Commissione Giudicatrice, per l'assegnazione dei punteggi previsti nel Capitolato Tecnico;

che la Commissione si è riunita esprimendo le seguenti considerazioni:

“.....**CARATTERISTICHE DI MINIMA**”

- Dimensioni massime di ingombro pari a circa: 250x85x90 (HxLxP)
- Singola porta
- Camera di lavaggio in acciaio inox
- Capacità di incarico non inferiore a 10 cesti DIN 1/1 per ciclo
- Dispositivi di dosaggio:
 - n.2 pompe di dosaggio per detergente liquido e neutralizzante
 - n.2 pompe di dosaggio per additivi speciali
- Sistema di asciugatura ad aria calda filtrata
- Sistema di demineralizzazione dell'acqua di alimentazione
- Programmi diversi di lavaggio e termo disinfezione con possibilità di personalizzare il ciclo a seconda delle esigenze
- Display di visualizzazione

- Controllo della temperatura
- Presenza di allarmi
- Sistema di sblocco d'emergenza
- Stampante integrata
- Massimo contenimento dei consumi
- Massimo contenimento dei tempi di esecuzione
- Isolamento termico ed acustico

Accessori di minima:

- carrello a 5 livelli completo di griglie
- carrello per il lavaggio ed asciugatura di zoccoli e container completo di relativi accessori necessari al corretto utilizzo
- carrello per il lavaggio ed asciugatura di strumentario da chirurgia mininvasiva, strumentario cavo ortopedico e laparoscopia, completo di relativi ugelli/adattatori/inserti necessari al corretto utilizzo
- carrello di trasporto e carico/scarico

Materiale di consumo

La ditta dovrà fornire almeno:

- n.1 confezione di circa 5 litri di detergente
- n.1 confezione di circa 5 litri di neutralizzante
- n.1 confezione di circa 5 litri di lubrificante
- n.2 confezioni di carta stampante

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Il punteggio relativo al parametro "qualità" viene attribuito dalla Commissione, dopo valutazione della documentazione tecnica, ai sensi dell'Allegato P, comma II lett. a) punto 4 del D.P.R. 207/2010, applicando la seguente formula:

$$K(x) = \sum i [W(x)_i * V(x)_i]$$

dove:

- **K(x)** rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x
- **W(x)_i** è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione *i-esimo* dell'offerta x, in base ai seguenti parametri (sub-criteri):

PARAMETRI	Punti Max	Punti Min (*)
Caratteristiche generali dell'offerta (<i>presentazione dell'offerta tecnica, chiarezza della documentazione tecnica, etc.</i>)	2	-
Caratteristiche tecniche delle TS (<i>caratteristiche tecniche, robustezza, accessoristica in dotazione, etc.</i>)	29	≥ 17.4
Funzionalità e prestazioni delle TS (<i>semplicità d'uso e di gestione, ergonomia, etc.</i>)	18	≥ 10.8
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto (<i>supporto alla installazione, formazione, manutenzione, etc.</i>)	6	≥ 3.6
Punteggio Qualità TOTALE	55	-

(*) *punti minimi di ammissibilità*

- $V(x)_i$ è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, per ogni elemento di valutazione, secondo un coefficiente variabile da 0 a 1 riferito al giudizio riportato nella seguente tabella di corrispondenza:

Giudizio Coefficienti	$V(x)_i$
Nulla	0
Inadeguato	0,1
Absolutamente insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,3
Insufficiente	0,4
Mediocre	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

OFFERTE

Sono pervenute offerte dalle ditte Getinge SpA e SC Forniture Ospedaliere Srl:

Fornitore	Getinge	SC
Produttore	Getinge Disinfection AB	Miele
Modello	Serie 46- 5	G 7825 EL AP

VALUTAZIONE TECNICA SUI PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI

NB: si segnala che per la valutazione è stata data maggior evidenza alle caratteristiche in cui le soluzioni offerte differiscono sensibilmente.

Caratteristiche generali dell'offerta – Punti 2

Rispetto alla ditta Getinge, le informazioni riportate nella documentazione offerta dalla ditta SC sono risultate in più punti poco chiare e non esaustive, necessitando di un maggior approfondimento da parte della Commissione.

La Commissione assegna i seguenti coefficienti:

	Getinge	SC
Componente 1	1	0.6
Componente 2	1	0.6
Componente 3	1	0.7
$V(x)$ medio	1	0.63

Si assegnano i seguenti punteggi:

Sub-criterio	Getinge	SC
Caratteristiche generali dell'offerta	2	1.267

Caratteristiche tecniche delle TS - Punti 29

Tutte le ditte offrono un sistema per Lavaggio e Disinfezione 10 DIN, a singola porta, completo di Sistema di demineralizzazione dell'acqua di alimentazione.

Entrambe le apparecchiature presentano marcatura CE secondo le Direttive EEC 93/42, 47/07 (D. Lgs 46/97 e 37/10) e conformità alla UNI EN ISO 15883.

Dimensioni di ingombro e peso inferiori per i sistemi offerti da Getinge, rendendo ottimale l'allocazione degli stessi secondo la proposta di installazione avanzata.

Il modello offerto da Getinge è dotato di un sistema integrato di condensazione vapori, ossia un sistema di abbattimento rapido dell'umidità e della temperatura degli scarichi, che consente una riduzione del carico di lavoro dell'impianto di condizionamento, con conseguente sensibile diminuzione dei consumi di energia elettrica, nonché migliori condizioni di lavoro per gli operatori sanitari; per il modello della ditta SC, seppur disponibile come componente opzionale nel manuale d'uso, il sistema di condensazione vapori non è stato incluso nella configurazione offerta in quanto, riportando testualmente la dichiarazione della ditta fornitrice, *questo accessorio è stato ritenuto eccessivamente costoso e non necessario, e non è stato montato in nessuna delle installazioni da noi effettuate*. A tal proposito, richiamando i valori di temperatura e umidità dell'aria di sfianto del modello G7825, rispettivamente pari a 70°/95° e 80/100%, in particolare nel rispetto della salute e sicurezza degli operatori sanitari, tali condizioni operative risultano non tollerabili, e pertanto, la terza ipotesi di installazione suggerita dalla ditta SC nella dichiarazione di cui alla nota del 02/07/2013, diversa da quelle consigliate dal produttore, consistente nello scarico dello sfianto dell'aria direttamente nell'ambiente di lavoro, risulta non accettabile.

Per la fase di asciugatura il modello offerto da SC propone un essiccatore TA; il modello di Getinge è dotato di uno scambiatore di calore, che consente un'asciugatura rapida e con risparmio di energia.

Ampia disponibilità di programmi, con possibilità di personalizzare il ciclo a seconda delle esigenze per entrambi i casi; la configurazione proposta dalla ditta SC include il pacchetto *Oxivario e Orthovario*, programmi dedicati alla disinfezione del materiale ortopedico, tuttavia si evidenzia che il manuale d'uso non riporta menzione alcuna dell'*Orthovario*.

Unica pompa di circolazione con portata di 450 l/min per il modello offerto da Getinge; n. 2 pompe di circolazione con portate di 1x300 l/min e 1x400 l/min per il modello offerto da SC.

Doppia pompa di scarico per il modello offerto da SC.

Isolamento acustico migliore per il modello offerto da Getinge (rumore < 56 dB per Getinge e < 70 dB per SC).

Dotazione accessoristica completa per entrambe le configurazioni offerte.

La Commissione assegna i seguenti coefficienti:

	Getinge	SC
Componente 1	1	0.6
Componente 2	1	0.6
Componente 3	1	0.7
V(x) medio	1	0.63

Si assegnano i seguenti punteggi:

Sub-criterio	Getinge	SC
Caratteristiche tecniche delle TS	29	18.367

Funzionalità e prestazioni delle TS – Punti 18

Entrambi i sistemi presentano un design ergonomico e risultano di facile utilizzo.

Il modello offerto da SC dispone di un sistema di riconoscimento automatico del carrello (previsto come opzione dal produttore), che consente la selezione automaticamente del programma corrispondente; tuttavia, riprendendo testualmente quanto evidenziato dal produttore nel manuale d'uso, *è necessario fare attenzione che il listello magnetico inferiore, non sia coperto da nessun piccolo oggetto o utensile in metallo, attratti dal forte effetto magnetico, infatti a causa di questi oggetti metallici il codice potrebbe essere letto in modo errato*, e che, prima di avviare il programma, *occorre assolutamente verificare se il programma necessario per questo carrello è visualizzato sul display*: la Commissione, in caso di aggiudica a favore della ditta SC, ritiene necessario eliminare questa specifica componente opzionale, in quanto ritenuta poco funzionale ed eludente la sicurezza dell'operatore. La Commissione assegna i seguenti coefficienti:

	Getinge	SC
Componente 1	1	1
Componente 2	1	1
Componente 3	1	1
V(x) medio	1	1

Si assegnano i seguenti punteggi:

Sub-criterio	Getinge	SC
Funzionalità e prestazioni delle TS	18	18

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto – Punti 6

Entrambe le ditte offrono una soddisfacente ed equivalente proposta formativa: una giornata per Getinge, tre giornate per SC.

Le proposte di assistenza tecnica risultano soddisfacenti rispetto alle necessità in entrambi i casi.

Garanzia (full risk) di 24 mesi per entrambe le ditte; parti di ricambio incluse per SC.

Sede locale per l'assistenza tecnica nella Regione Marche per SC, che pertanto garantisce minor *Tempo di intervento*.

Tempo di risoluzione guasti inferiore per Getinge.

Fornitura di un'apparecchiatura sostitutiva in caso di guasto prolungato per SC.

A parità di tipologia di intervento (durata), mediamente costi minori associabili al singolo intervento eventualmente affidato a SC (da correlarsi all'affidabilità dei sistemi e professionalità del personale tecnico).

Relativamente ai sistemi di osmosi offerti, il modello della ditta SC prevede la sostituzione della pompa ogni 12 mesi e della membrana ogni 7 anni; il modello della ditta Getinge prevede la sostituzione della membrana ogni 3 anni, e un intervento manutentivo annuale per la pulizia della pompa, senza necessità di sostituzione della stessa.

La Commissione assegna i seguenti coefficienti:

	Getinge	SC
Componente 1	1	1
Componente 2	1	1
Componente 3	1	1
V(x) medio	1	1

Si assegnano i seguenti punteggi:

Sub-criterio	Getinge	SC
Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto	6	6

TABELLA RIASSUNTIVA

	GETINGE	S.C. Forniture Ospedaliere
Caratteristiche generali dell'offerta (<i>presentazione dell'offerta tecnica, chiarezza della documentazione tecnica, etc.</i>)	2	1.267
Caratteristiche tecniche delle TS (<i>caratteristiche tecniche, robustezza, accessoristica in dotazione, etc.</i>)	29	18.367
Funzionalità e prestazioni delle TS (<i>semplicità d'uso e di gestione, ergonomia, etc.</i>)	18	18

Servizi necessari al mantenimento in efficienza delle TS e servizi di supporto (supporto alla installazione, formazione, manutenzione, etc.)	6	6
PUNTEGGIO TOTALE	55	43,634

.....”...

che successivamente si è provveduto ad all’apertura delle buste economiche riscontrando le seguenti proposte:

DITTA GETINGE S.P.A.

Descrizione Prodotto	Q.tà	Specifiche tecniche attrezzatura offerta	Costo unitario in € (IVA esclusa)	Costo Totale in € (IVA esclusa)
LAVASTRUMENTI GETINGE 46-5 UNA PORTA CON ASCIUGATURA	1	LAVASTRUMENTI GETINGE 46-5 UNA PORTA CON ASCIUGATURA	12.227,50	12.227,50
	1	VALVOLA DI INGRESSO ACQUA TRATTATA	46,25	46,25
	1	3° POMPA DETERGENTE	392,50	392,50
	1	4° POMPA DETERGENTE	391,25	391,25
	1	CONTROLLO DOSAGGIO DETERGENTE	930,00	930,00
	1	STAMPANTE	368,75	368,75
	1	OSMOTIZZATORE 60 LT	1.618,75	1.618,75
	1	CARRELLO DI LAVAGGIO INTERNO LAVASTRUMENTI 5 LIVELLI	1.003,75	1.003,75
	10	CESTELLO IN FILO D'ACCIAIO DIN 250x480x50 mm	50,00	500,00
	1	CARRELLO DI LAVAGGIO STRUMENTARIO MIS	1.537,50	1.537,50
	1	CARRELLO DI LAVAGGIO CONTAINERS	1.687,50	1.687,50
	1	RACK PER LAVAGGIO ZOCCOLI 15 PAIA	196,25	196,25
			CARRELLO DI TRASPORTO E CARICO-SCARICO	850,00
TOTALE A				21.750,00

S.C. FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.

Descrizione Prodotto	Q.tà	Specifiche tecniche attrezzatura offerta	Costo unitario in € (IVA esclusa)	Costo Totale in € (IVA esclusa)
LAVATRICE SPECIALE TERMODISINFETTANTE ANTE MIELE	1	Lavatrice speciale Termodisinfettante Miele mod. G 7825 EL AP codice	20.030,00	20.030,00

MOD. G 7825 EL AP CODICE	1	Stampante codice PRT/1 inserita nella parte asettica che ha la possibilità di fornire diverse indicazioni come: data e numero della macchina; numero del programma, nome, inizio e fine programma, concentrazioni del detersivo, temperatura e numero della pompa 1-4; temperatura di lavaggio e asciugatura; segnalazione guasti; interventi manuali; svolgimento dei programmi di termodisinfettore	580,00	580,00
	1	codice E775 Carrello per il lavaggio di zoccoli e container in acciaio inox completo di braccio irroratore per l'accoglimento di accessori porta zoccoli su 2 livelli; Accessorio da inserire nel carrello base E775 per l'accoglimento di 20 zoccoli da sala operatoria codice E730 Accessorio per lavaggio containers codice E711/SP	1.520,00	1.520,00
	1	Impianto di osmosi codice gs2000hp	2.350,00	2.350,00
	1	Neodischer IP Konz lubrificante in tanica da 5 litri	89,00	89,00
	1	Neodischer MediClean detersivo in tanica da 5 litri	40,00	40,00
	1	Neodischer Z neutralizzante in tanica da 5 litri	47,00	47,00
	2	Carta per stampante in confezione da 5 pezzi	14,00	28,00
TOTALE			29.704,00	

che in base al criterio di aggiudicazione, offerta economicamente più vantaggiosa, parametri qualità / prezzo, l'aggiudicataria della prestne procedura risulta la ditta GETINGE S.P.A di Roma;

che l'importo complessivo presunto per l'acquisto della fornitura è inferiore ad €50.000,00 IVA esclusa e pertanto, ai sensi delle Determine del Direttore Generale dell'ASUR n. 785 del 31/12/2005 e n. 254 del 27/04/2006 e della circolare prot. 6187 del 29/06/2006, il presente atto è di competenza del Direttore di Zona ora Direttore di Area Vasta;

VALUTAZIONE ECONOMICA DEL COSTO DELL'APPALTO

In riferimento all'esito del procedimento autonomo d'appalto, si rileva che l'offerta economica dell'offerente aggiudicatario evidenzia un ribasso pari a circa il 5,43% rispetto all'importo presunto anche superabile, pertanto l'importo totale del contratto sarà inferiore di 1.250,00 (IVA esclusa) rispetto a quello previsto in fase di indizione della gara.

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina:

- 1) di aggiudicare alla ditta GETINGE s.p.a. – Via Dei Buonvisi, 61/D – 00148 Roma (RM) – C.F./P.IVA 05506871002, che ha presentato l’offerta economicamnte più vantaggiosa, per la RdO espletata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di un Termodisinfettore da destinare al Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Macerata, alle seguenti condizioni economiche ed approvando la procedura espletata dall’U.O.C. Acquisti e logistica:

Descrizione Prodotto	Q.tà	Specifiche tecniche attrezzatura offerta	Costo unitario in € (IVA esclusa)	Costo Totale in € (IVA esclusa)
LAVASTRUMENTI GETINGE 46-5 UNA PORTA CON ASCIUGATURA	1	LAVASTRUMENTI GETINGE 46-5 UNA PORTA CON ASCIUGATURA	12.227,50	12.227,50
	1	VALVOLA DI INGRESSO ACQUA TRATTATA	46,25	46,25
	1	3° POMPA DETERGENTE	392,50	392,50
	1	4° POMPA DETERGENTE	391,25	391,25
	1	CONTROLLO DOSAGGIO DETERGENTE	930,00	930,00
	1	STAMPANTE	368,75	368,75
	1	OSMOTIZZATORE 60 LT	1.618,75	1.618,75
	1	CARRELLO DI LAVAGGIO INTERNO LAVASTRUMENTI 5 LIVELLI	1.003,75	1.003,75
	10	CESTELLO IN FILO D'ACCIAIO DIN 250x480x50 mm	50,00	500,00
	1	CARRELLO DI LAVAGGIO STRUMENTARIO MIS	1.537,50	1.537,50
	1	CARRELLO DI LAVAGGIO CONTAINERS	1.687,50	1.687,50
	1	RACK PER LAVAGGIO ZOCCOLI 15 PAIA	196,25	196,25
			CARRELLO DI TRASPORTO E CARICO-SCARICO	850,00
TOTALE A				21.750,00

- 2) di dare atto, quindi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, a carico dell’Ente, sono pari ad € 21.750,00 + I.V.A. 21% = € 26.317,50, verranno imputati dall’ufficio autorizzante AV3 INVEST sull’autorizzazione n. 1 sub. 2/2013 N.d.C. 01.02.02.04.01 “Attrezzature Sanitarie”, utilizzando per il pagamento i fondi previsti nel Budget 2013;
- 3) di dare atto che, ai sensi della legge 296/96, dell’art. 15 c. 13 lettera d) della Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano opzioni d’acquisto attivabili presso una centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né risulta possibile, per l’oggetto dell’appalto, aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche istituita con L.R. 12/2012 in attuazione della legge 136/2010 s.m.i., né risultano attivabili opzioni d’acquisto nelle convenzioni CONSIP;

- 4) di prendere atto che ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., il contratto tra le parti è costituito dalle condizioni e clausole indicate nella RDO, dall'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria e dall'eventuale documentazione integrativa richiesta in fase di stipula del contratto;
- 5) di stabilire che il Responsabile dell'esecuzione del Contratto è il dott. Maurizio Francesconi, Direttore dell'U.O. Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Macerata;
- 6) di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederanno i competenti servizi sulla scorta dei documenti giustificativi e previa verifica, al momento dell'effettivo pagamento, della regolarità contributiva da parte del Servizio Contabilità e Bilancio;
- 7) di stabilire che l'avviso sugli esiti della procedura in oggetto, al fine di garantire la trasparenza delle attività amministrative, verrà pubblicato sul sito aziendale;
- 8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 10) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazione definitiva forniture";
- 11) di trasmettere copia della presente al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 N. 168 convertito in legge;
- 12) di trasmettere copia della presente determina all'Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica, al Servizio Contabilità e Bilancio, al Responsabile dell'esecuzione del contratto dott. Maurizio Francesconi, Direttore dell'U.O. Blocco Operatorio e al Servizio Prevenzione e Sicurezza Aziendale per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Elisabetta Carpineti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E LOGISTICA

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali vigenti.

IL RESPONSABILE
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Massimiliano Carpineti

- ALLEGATI -