

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	
<p>NOTA: le specifiche dichiarate in questo documento, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate nei documenti allegati</p>	
Descrizione della fornitura	<p><u>ARREDI TECNICO/SANITARI</u> <u>LOCALI U.O. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA</u> <u>del PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA</u></p> <p>La fornitura si intende inclusiva dei servizi di installazione, assistenza tecnica post vendita in regime di garanzia e formazione al corretto utilizzo del materiale offerto per il personale sanitario e tecnico, secondo le condizioni contrattuali richieste ai successivi paragrafi.</p>
Importo	<p>IMPORTO A BASE D'ASTA - €. 59.700,00 (IVA ESCLUSA)</p> <p>Costi contro rischi interferenti (costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni): 0 €.</p>
Destinazione della fornitura secondo i quantitativi minimi	<p>LOCALI U.O. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA del PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA</p>
Sopralluogo Obbligatorio	<p>Al fine di acquisire ogni aspetto utile alla corretta redazione dell'offerta, LE DITTE PARTECIPANTI DOVRANNO EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO PRESSO I LOCALI DESTINATARI DELLA FORNITURA.</p> <p>Il sopralluogo dovrà essere effettuato previ accordi telefonici con il referente tecnico di questa Stazione Appaltante Geometra Sig. MASSIMO NERPITI tel. n. 0733/2572691</p> <p>A seguito di detto sopralluogo verrà rilasciata apposita certificazione.</p>
<p>* La classificazione identificata è indicativa della destinazione d'uso del dispositivo richiesto, che pertanto, se diversamente classificato, deve prevedere tale funzionalità.</p>	
SPECIFICHE TECNICHE	
ELENCO DEGLI ARREDI E CARATTERISTICHE DI MINIMA	<p><u>VEDERE ELENCO DESCRITTIVO ALLEGATO IN CODA</u></p>
Accessori/ Consumabili di minima richiesti	<p>I beni offerti dovranno essere completi di ogni accessorio necessario per il loro normale e corretto utilizzo.</p>
Requisiti opzionali	<p>Nell'offerta economica (Allegato A4) dovrà essere dettagliata la descrizione e la quotazione economica delle singole componenti dell'intera offerta, intendendo i prezzi praticati, fissi ed immutabili per almeno due anni dalla stipula del contratto di fornitura.</p> <p>Si chiede di allegare all'offerta economica (Allegato A5) l'elenco degli accessori, aggiornamenti ed eventuali estensione opzionali dei sistemi offerti e materiale di consumo disponibili con indicazione del prezzo di listino e sconto (%) applicato.</p>
Consegna-	<p>La consegna dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria direttamente presso i</p>

Installazione	<p>locali indicati dall'Amministrazione appaltante, quanto prima e comunque entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine. In caso di ritardata attivazione dei sistemi/apparecchiature sarà applicata una penale pari allo 0,5% del valore totale di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo.</p> <p>La consegna dovrà essere immediatamente precedente all'installazione, per evitare stazionamenti incustoditi di cui questa Azienda non si accolla alcuna responsabilità.</p> <p>La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire al momento della consegna, la propria disponibilità all'aggiornamento tecnologico delle tecnologie offerte e delle loro principali componenti all'ultima versione e/o evoluzione.</p> <p>Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura. La ditta dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo i prodotti consegnati dovessero risultare non conformi a quelli aggiudicati.</p>	<p>e comunque entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine. In caso di ritardata attivazione dei sistemi/apparecchiature sarà applicata una penale pari allo 0,5% del valore totale di aggiudicazione della fornitura per ogni giorno naturale di ritardo.</p> <p>La consegna dovrà essere immediatamente precedente all'installazione, per evitare stazionamenti incustoditi di cui questa Azienda non si accolla alcuna responsabilità.</p> <p>La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire al momento della consegna, la propria disponibilità all'aggiornamento tecnologico delle tecnologie offerte e delle loro principali componenti all'ultima versione e/o evoluzione.</p> <p>Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura. La ditta dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo i prodotti consegnati dovessero risultare non conformi a quelli aggiudicati.</p>
Riserva di utilizzo	<p>L'Amministrazione utilizzatrice dei suddetti prodotti, si riserva di sottoporre il materiale oggetto della presente gara ad un congruo periodo di verifica della buona qualità dei prodotti e sistemi, stabilito in n.6 mesi a partire dalla data della prima consegna, sulla base dei risultati ottenuti dall'impiego degli stessi; per quanto riguarda i sistemi il periodo di "riserva di utilizzo" decorrerà dalla data della prova di accettazione.</p> <p>La non rispondenza del materiale alle esigenze sanitarie verrà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura del Personale Sanitario e Tecnico utilizzatori.</p> <p>In questo caso si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.</p>	<p>di sottoporre il materiale oggetto della presente gara ad un congruo periodo di verifica della buona qualità dei prodotti e sistemi, stabilito in n.6 mesi a partire dalla data della prima consegna, sulla base dei risultati ottenuti dall'impiego degli stessi; per quanto riguarda i sistemi il periodo di "riserva di utilizzo" decorrerà dalla data della prova di accettazione.</p> <p>La non rispondenza del materiale alle esigenze sanitarie verrà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura del Personale Sanitario e Tecnico utilizzatori.</p> <p>In questo caso si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.</p>
Inadempienze Penali	<p>In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali applicare le penali ai sensi di quanto disposto dalle normative cogenti in materia.</p>	<p>la stazione appaltante si riserva di applicare le penali ai sensi di quanto disposto dalle normative cogenti in materia.</p>
Prova di accettazione	<p>La prova di accettazione, che ha lo scopo di accertare la rispondenza della fornitura al progetto ed alle regole dell'arte, la corretta installazione, il perfetto funzionamento dei beni.</p> <p>La prova d'accettazione dovrà essere effettuato alla presenza del personale indicato dalla stazione appaltante (medici, tecnici, fisici, ingegneri clinici, amministrativi) e del personale referente dell'Aggiudicatario.</p> <p>In tale sede verrà svolta sia una verifica documentale che una verifica operativa con esecuzione dei seguenti controlli:</p> <p>1.2. Controllo di sicurezza e funzionalità del caso, con verifica della:</p> <p>1.2.1. corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara, ove ciò sia possibile utilizzando strumenti dedicati ai controlli di funzionalità specifici</p> <p>In sede di prova d'accettazione l'Aggiudicatario dovrà altresì fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due copie del manuale d'uso (in lingua italiana), di cui una in formato digitale; - manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione dei beni forniti. <p>L'esito positivo della prova di accettazione è vincolante ai fini della verbalizzazione del giudizio di accettabilità della fornitura e successiva liberatoria del compenso spettante all'Aggiudicatario.</p> <p>La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.</p> <p>Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico dell'appaltatore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.</p>	<p>la stazione appaltante si riserva di verificare la rispondenza della fornitura al progetto ed alle regole dell'arte, la corretta installazione, il perfetto funzionamento dei beni.</p> <p>La prova d'accettazione dovrà essere effettuato alla presenza del personale indicato dalla stazione appaltante (medici, tecnici, fisici, ingegneri clinici, amministrativi) e del personale referente dell'Aggiudicatario.</p> <p>In tale sede verrà svolta sia una verifica documentale che una verifica operativa con esecuzione dei seguenti controlli:</p> <p>1.2. Controllo di sicurezza e funzionalità del caso, con verifica della:</p> <p>1.2.1. corrispondenza dei dati tecnici dichiarati in sede di gara, ove ciò sia possibile utilizzando strumenti dedicati ai controlli di funzionalità specifici</p> <p>In sede di prova d'accettazione l'Aggiudicatario dovrà altresì fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due copie del manuale d'uso (in lingua italiana), di cui una in formato digitale; - manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione dei beni forniti. <p>L'esito positivo della prova di accettazione è vincolante ai fini della verbalizzazione del giudizio di accettabilità della fornitura e successiva liberatoria del compenso spettante all'Aggiudicatario.</p> <p>La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente atto.</p> <p>Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico dell'appaltatore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.</p>
Servizi di assistenza	<p>Il servizio di assistenza tecnica in regime di garanzia dovrà prevedere una durata di almeno 24 mesi, con decorrenza a partire dalla data di esito positivo delle verifiche di conformità, e, per tutti i beni offerti, dovrà comprendere i seguenti livelli di assistenza minimi:</p>	<p>prevedere una durata di almeno 24 mesi, con decorrenza a partire dalla data di esito positivo delle verifiche di conformità, e, per tutti i beni offerti, dovrà comprendere i seguenti livelli di assistenza minimi:</p>

ASUR AREA VASTA 3

Fornitura di ARREDI TECNICO/SANITARI per le esigenze dell'Area Vasta3 - ASUR Marche

<p>tecnica e garanzia minimi richiesti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione correttiva, in numero illimitato, effettuata su richiesta dell'ASUR- Area Vasta 3 (da parte dell'Unità Operativa interessata e/o della U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività tecniche, Ingegneria Clinica AV3)- mezzo fax o anche solo telefonica- ovvero in seguito a riscontro di malfunzionamenti rilevati in occasione di manutenzioni preventive eseguite; • riparazione/sostituzione di tutte le parti di ricambio, accessori, consumabili e usurabili con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo, a qualsiasi titolo deteriorate, salvo il dolo e utilizzo improprio da parte dell'operatore; • ritiro e smaltimento di ogni tipo di materiale risultante dall'intervento eseguito (pezzi di ricambio, cartoni, scarti, etc), garantendo il ripristino dello stato di ordine e pulizia dei locali e dispositivi interessati; • massimo tempo di intervento: entro 8 ore lavorative; • massimo tempo di risoluzione del guasto: 24 ore lavorative; in caso di impossibilità nell'eseguire le riparazioni e i ripristini entro tale termine, la ditta dovrà rendere immediatamente disponibile un'apparecchiatura sostitutiva ("muletto"), di caratteristiche uguali o superiori, per tutto il tempo necessario alla riparazione del guasto; <p>Tutte le parti di ricambio utilizzate nell'ambito del servizio di manutenzione dovranno essere rigorosamente originali e nuove di fabbrica. Nel caso in cui si venga a creare la circostanza per cui le parti di ricambio non siano originali, la ditta dovrà chiedere autorizzazione, caso per caso, all'Amministrazione.</p> <p>La ditta dovrà garantire la fornitura delle parti di ricambio per almeno 10 anni.</p> <p>Le ditte concorrenti potranno offrire condizioni migliorative rispetto alla durata del periodo minimo di garanzia richiesto, che verrà valutato nell'ambito della valutazione qualitativa secondo quanto indicato nel rispettivo paragrafo.</p> <p>Alla scadenza del periodo di garanzia offerto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'estensione dei servizi di assistenza e manutenzione, alle medesime condizioni fissate contrattuali.</p> <p>Il costo annuo della manutenzione Full-Risk, successivo al periodo di garanzia, dovrà essere calcolato applicando una percentuale non superiore al 7% sul prezzo netto offerto in fase di gara al netto dell'iva.</p> <p>Il corrispettivo dei contratti di assistenza/manutenzione eventualmente stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo non potrà prevedere aumenti per almeno cinque anni dal termine del periodo di garanzia, fatti salvi gli eventuali incrementi ISTAT.</p> <p>L'offerente dovrà descrivere l'organizzazione dell'assistenza tecnica (All. A-1.3), al fine di dimostrare il possesso delle capacità e delle risorse atte a svolgere i servizi richiesti.</p> <p>Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di cui sopra, ovvero alla eventuale offerta migliorativa da parte della Ditta, sarà applicata una penale pari a: ((costo apparecchiatura interessata)/(5x365)) x 10</p>
<p>Conformità normativa</p>	<p>Tutti i beni dovranno essere conformi alla normativa attualmente vigente.</p> <p>Per tutti i beni le ditte partecipanti dovranno adottare tutti gli accorgimenti per consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica e rendere la fornitura idonea alle normative vigenti ed applicabili. Ogni elemento dei prodotti offerti dovrà rispondere ai seguenti requisiti:</p> <p>A) rispetto delle norme vigenti in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sicurezza antinfortunistica; • tutela della salute nei luoghi di lavoro; • prevenzione incendi; • qualità dei materiali (norme UNI) <p>B) Igienicità</p> <ul style="list-style-type: none"> • strutture portanti in legno o metallo facilmente pulibili; • verniciatura epossidiche a forno per le parti metalliche; • rivestimenti delle sedute (poltrone, sedie, poltroncine, divani) lavabili con detersivi

	<p>oppure facilmente sfoderabili</p> <p>La normativa generale di sicurezza relativa agli arredi oggetto del presente appalto è costituita dal D.M. 2/10/2000, Legge 123 del 3/08/2007, DLGS. 81/2008, testo di attuazione dell'art.1 della Legge 123.</p> <p>Dovranno essere, inoltre, rispettate tutte le normative specifiche relative all'oggetto dell'appalto tra cui le seguenti (e successive modifiche ed integrazioni) che sono di riferimento per quanto attinente e a seconda della tipologia dei beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza antinfortunistica e tutela della salute nei luoghi di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 81/2008 (già D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, attuazione delle direttive 89/391/C.E.E., 89/654/C.E.E., 89/655/C.E.E., 89/656/C.E.E., 90/269/CEE., 90/270/C.E.E., 90/394/CEE., e 90/679/C.E.E. riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); - D.M. 10/10/2008 sulle emissioni di formaldeide dei pannelli a base di legno, testati secondo la normativa UNI EN 717 -2 - Prevenzione incendi: <ul style="list-style-type: none"> - D.P.R. 29/7/1982 n. 577, approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza incendi; - D.M. 26/6/1984, classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi; - D.M. 10/3/98, criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione di luoghi di lavoro; - D.M. 18/9/2002, approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. In particolare bisogna attenersi a quanto previsto al Titolo II , art.3.2 comma 1 lettere c-d-e-g. Ovvero i tendaggi devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; i mobili imbottiti (poltrone, sedie imbottite e altri imbottiti quali specifici manufatti) devono essere omologati alla classe 1 IM (omologazione ministeriale del manufatto); se non imbottiti e le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2. - Test di reazione al fuoco dei materiali : UNI 9175 per reazione al fuoco di mobili imbottiti. - Qualità dei materiali - D.M. 26/06/1984 e norme tecniche UNI EN riferibili a <ul style="list-style-type: none"> - pannelli in legno agglomerati, compensato, paniforti; - rivestimenti in laminato plastico e melaminico; - mobili contenitori – stabilità; - prove di resistenza sulle finiture; - arredi metallici; - comportamento delle superfici all'usura per abrasione; - resistenza alla corrosione; - Requisiti dimensionali (tavoli e scrivanie, sedute da lavoro, sedie visitatori): <ul style="list-style-type: none"> - UNI EN 527-1 ; UNI EN 1335-1; UNI EN 13761 - Prove Prestazionali riferite alle normative di rilievo nazionale e comunitario applicabili (Dlgs. 81/2008 e UNI EN) per gli arredi ufficio di tipo operativo e scaffalature <p>Il rispetto delle normative applicabili all'oggetto del presente appalto dovrà evidenziarsi dalle schede tecniche e/o dichiarazioni di conformità e/o certificazioni allegate all'offerta presentata dall'Impresa partecipante.</p>
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	
<p>L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo secondo i seguenti criteri e punteggi:</p>	

- A) Elemento economico: Punti 30
 B) Elementi qualitativi: Punti 70

L'Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle offerte prima di procedere all'aggiudicazione. La congruità potrà essere valutata anche con riferimento a forniture analoghe effettuate a favore di altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed economicamente congrua. Si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le apparecchiature offerte non risultino all'esame tecnico rispondenti alle esigenze dell'Ente, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle ditte offerenti siano ritenute non convenienti.

Elementi qualitativi Il punteggio di qualità, ai sensi dell'Allegato P, comma II lett. a) punto 4 del D.P.R. 207/2010, sarà attribuito dalla Commissione, dopo valutazione della documentazione tecnica ed eventualmente della visione delle tecnologie offerte, applicando la seguente formula:

$$K(x) = \sum i [W(x)i * V(x)i]$$

dove:

- **K(x)** rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x
- $\sum i$ sommatoria
- **i** numero totale dei criteri di valutazione
- **V(x)i** è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, per ogni elemento di valutazione, secondo quanto segue:
 - ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1 secondo il giudizio riportato nella seguente tabella di corrispondenza:

Giudizio Coefficienti	V(x)i
Non valutabile	0
Inadeguato	0,1
Absolutamente insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,3
Insufficiente	0,4
Mediocre	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

- viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (media provvisoria);
 - vengono calcolati (con approssimazione fino alla seconda cifra decimale) i coefficienti definitivi [variabili tra 0 e 1] riportando ad uno la media provvisoria più alta e proporzionando ad essa le restanti.
- **W(x)i** è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione *i-esimo* dell'offerta x, in base ai seguenti parametri:

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	W(x)i	W(x)i Min (*)
Proposta progettuale complessiva	25	≥ 17,5
Funzionalità e composizione	25	≥ 17,5
Qualità estetica	15	≥ 10,5
Servizi accessori alla fornitura	5	≥ 3,5

Punteggio Qualità TOTALE	70	-
---------------------------------	-----------	----------

(*) *soglia di ammissibilità*

Si riporta di seguito, per ciascun parametro di valutazione di cui alla precedente tabella, i criteri motivazionali che verranno utilizzati per l'assegnazione del giudizio da parte della Commissione giudicatrice:

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE
Proposta progettuale complessiva	<ul style="list-style-type: none"> • soluzione progettuale proposta; • chiarezza espositiva della relazione, livello di dettaglio delle descrizioni • documentazione allegata (schede tecniche, tavole, grafiche, disegni, foto)
Funzionalità e composizione	<ul style="list-style-type: none"> • tecnologia costruttiva (materiali impiegati...) • caratteristiche inerenti alla funzionalità, ergonomia, modularità, robustezza, ottimizzazione degli spazi, sicurezza, facilità di pulizia e sanificazione • caratteristiche migliorative rispetto a quelle di minima .
Qualità estetica	<ul style="list-style-type: none"> • materiali, finiture e gamma dei colori offerti
Servizi accessori alla fornitura	<ul style="list-style-type: none"> • migliori tempi di consegna, installazione e funzionalità dell'arredo; • servizi necessari al mantenimento in efficienza dei beni e servizi di supporto (validità garanzia, proposta di manutenzione post vendita e post garanzia ...)

Non saranno ammesse alla seconda fase della gara per l'applicazione del punteggio relativo al prezzo i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio parziale per le singole voci di valutazione di cui alla tabella sopra richiamata, inferiore alle soglie di ammissibilità ivi indicate. Il raggiungimento o superamento delle soglie indicate per singola voce di valutazione è condizione necessaria per l'apertura della offerta economica del concorrente.

Elementi quantitativi

Il punteggio massimo relativo al parametro PREZZO sarà attribuito all'offerta che presenta IL VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO più vantaggioso. La valutazione economica delle offerte sarà effettuata tramite assegnazione automatica del punteggio prezzo, con formula proporzionale inversa, da parte del sistema di calcolo della piattaforma digitale del mercato elettronico (MEPA). Si precisa che per importo complessivo di fornitura si intende quello indicato come "TOTALE A" nell'Allegato A-4 (fac-simile Offerta Economica). Non saranno ammesse offerte parziali o subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, nè offerte in aumento.

Elenco Allegati

OFFERTA TECNICA

- Elenco / legenda di presentazione delle documentazioni presentate.
- Relazione di presentazione dei prodotti offerti (massimo 8 pagine), strutturata riportando, per il singolo requisito di minima richiesto nel presente Capitolato, una descrizione approfondita e documentata della propria offerta, comprovante il soddisfacimento degli stessi. (Non verranno presi in considerazione gli acronimi per i quali non vengano specificati il significato e l'applicazione clinica)".

ASUR AREA VASTA 3

Fornitura di ARREDI TECNICO/SANITARI per le esigenze dell'Area Vasta3 - ASUR Marche

<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Progetto (Foto, disegni, grafiche, Scheda tecnica dei beni offerti)<input checked="" type="checkbox"/> Questionario Assistenza Tecnica e Servizi (file: <i>A-1 – Assistenza Tecnica e Servizi.xls</i>);<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> allegato “<i>All.A-1.1</i>” ;<input checked="" type="checkbox"/> allegato “<i>All.A-1.2</i>” ;<input checked="" type="checkbox"/> allegato “<i>All.A-1.3</i>” ;<input checked="" type="checkbox"/> Dichiarazione disponibilità ad effettuare sopralluogo (file: <i>A-2 - Sopralluogo.xls</i>).<input checked="" type="checkbox"/> Offerta economica senza prezzi (fac simile: <i>A-3 - Offerta Economica senza prezzi.xls</i>).<input checked="" type="checkbox"/> Certificazione di conformità a norme nazionali e internazionali e direttive<input checked="" type="checkbox"/> Manuali d’uso in lingua italiana dei sistemi offerti.<input checked="" type="checkbox"/> Manuali di servizio per la manutenzione correttiva su guasto e preventiva dei sistemi offerti.<input checked="" type="checkbox"/> Depliant illustrativi e/o documentazione scientifica. <p>OFFERTA ECONOMICA</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Offerta economica (fac simile: <i>A-4 - Offerta Economica.xls</i>).	
--	--

LOTTO UNICO: ELENCO ARREDI TECNICO/SANITARI
LOCALI U.O. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA
del PRESIDIO OSPEDALIERO DI MACERATA

Per tutti gli arredi richiesti per l'intera Unità Operativa di Pronto Soccorso, le superfici verniciate a polveri epossidiche, ove previste, devono essere obbligatoriamente trattate con procedimento anti batterico, teso a prevenire le diffuse problematiche legate alle infezioni da contatto. L'efficienza e l'efficacia del procedimento, deve essere attestato da un Ente Terzo. Offerte non corredate da tali certificazioni, non potranno essere ammesse al prosieguo della valutazione tecnica ed economica.

Inoltre, in qualunque locale, gli arredi costituenti una "parete tecnica", si intendono realizzati con una struttura data da alluminio ed acciaio, in spessore 8/10. I frontali si intendono invece realizzati in lamiera di acciaio tamburata, o in alternativa in corian, e sono completi di profilo para polvere. Le maniglie sono ad arco, in lega leggera. Le cerniere hanno apertura top-lift, o a 230 gradi circa, per come di volta in volta specificato. Verniciatura a polveri epossidiche. Le basi poggiano su un telaio in acciaio verniciato, completo di piedini in acciaio verniciato, alti almeno cm. 20. Colori dei frontali a scelta della D.L. Serratura su basi e pensili.

NR. 07 CAMERE DEGENZA LOCALE n. 58-59-60-61-62-63-64

A DUE POSTI (MEDICINA D'URGENZA)

Per questi locali, prevedere:

NR. 14 ASTA FLEBO sagomata, telescopica, a 4 ganci

NR. 14 ASTA SOLLEVAMALATO laterale

NR. 14 COMODINI bifronte con tavolino servitore integrato: Comodino in materiale plastico, dotato di porta bottiglie e porta asciugamano, con tavolino servitore integrato. Fondo forato per aerazione. Vano interno dotato di piano rimovibile. Tavolino servitore regolabile in altezza mediante colonna telescopica regolata da pompa a gas. Vassoio scorrevole orizzontalmente e girevole a 360°. Basamento anti ribaltamento in tubo di acciaio verniciato, e completo di 4 ruote piroettanti da 50 mm, dotate di freno. Dimensioni indicative: cm. 67x44x87/113H

NR. 07 ARMADI DUE ANTE/DUE POSTI: Struttura in laminato plastico sp. 20 mm. Gambe in tubo tondo di acciaio con piedini regolabili. Ante in bilaminato con bordi orizzontali in ABS. Cerniere con apertura a 110° Maniglie in polimero anti trauma. Serratura a cilindro Ciascuna postazione è attrezzata internamente con: cappelliera – asta appendi abiti – ripiano – cassetto. Colori a scelta della D.L. Dimensioni indicative: cm. 90 x 50 x 190H.

NR. 03 CHIAVI PASSE PARTOUT

NR. 07 TAVOLI ABBATTIBILI: Tavolo abbattibile, fissato alla parete in muratura con idonea ferramenta. Piano in tecnopolimero, avente dimensioni indicative di cm. 90 x 54. Dimensioni complessive: circa cm. 100x20x75 H

NR. 14 SEDIE: sedia con struttura in acciaio verniciato. Sedile e schienale in materiale plastico. Dimensioni: cm. 52x56x47/81 H

AMBULATORIO EMERGENZA - LOCALE 49

Per il locale in questione, viene richiesto quanto segue:

NR. 01 COMPOSIZIONE PARETE TECNICA: cm. 200x51x209 H

La parete in oggetto, è composta da:

- Nr. 01 base sotto lavello cm. 66,5. Base con anta cieca in acciaio verniciato o corian, completa di cestino porta rifiuti. Il collegamento idraulico non è incluso.
- Nr. 01 base cm. 66,5. Base con anta cieca, completa di, ripiano interno regolabile in altezza.
- Nr. 01 fianco terminale, completo di gonna, per allungo: cm 51 Px89 H circa.
- Nr. 03 pensili da cm. 66,5 x 35 x 65 H circa. Ante "a vetro" con telaio perimetrale, complete di profilo para polvere. Specchiatura interna in vetro temperato rispondente ad ogni norma di sicurezza. Meccanismo di apertura dell'anta a top-lift con rallentatore. Prevedere internamente a ciascun pensile un ripiano in acciaio inox.
- Nr. 01 piano in corian, spessore di almeno 30 mm, completo di alzatina posteriore e di bordo perimetrale anti goccia. Dimensioni indicative del piano: cm. 200 x 52,5
- Nr. 01 lavello in corian, di forma quadrata, misure indicative cm. 40 x 40, completo di miscelatore a leva clinica e di gruppo di scarico

NR. 03 AMBULATORI: LOCALI 42-45-53

Per ciascuno dei locali in questione, viene richiesto quanto segue:

NR. 01 LETTO VISITA ELETTRICO A DUE SEZIONI

Letto da visita elettrico, a due sezioni. Sollevamento a mezzo di attuatori elettrici comandati da una pulsantiera.

Schienale regolabile con una pompa a gas, con comando posto su entrambi i lati del letto.

Piani imbottiti e rivestiti con tessuto plastico lavabile ed ignifugo.

Escursione del piano di giacitura da circa 58 cm a 90 cm.

Completo di 4 ruote con bloccaggio a pedale.

Accessoriato con porta rotolo in alluminio o leghe similari

Carico di lavoro sicuro non inferiore a 190 kg.

Dimensioni di ingombro del letto: cm. 190 * 65 * 58/90 H

NR. 01 PARETE TECNICA: cm: 133x51x143+66H

La parete in oggetto, è composta da:

- Nr.2 pensili, di cm 66,5x51x66H. Ante "a vetro" con telaio perimetrale, complete di profilo para polvere. Specchiatura interna in vetro temperato rispondente ad ogni norma di sicurezza. Meccanismo di apertura dell'anta a top-lift con rallentatore. Prevedere internamente a ciascun pensile un ripiano in acciaio inox.
- Al di sotto dei 2 pensili, la composizione continua con un pannello di rivestimento a muro, dimensioni cm 133x143 H, realizzato in HPL sp. 4 mm, fissato a muro.

LOCALE n. 44 MEDICHERIA

NR. 01 COMPOSIZIONE DI PARETE TECNICA in nicchia: cm. 242,8 x 51 P.

La parete tecnica è così composta:

- Nr. 01 base sotto lavello, ad anta cieca. Attrezzata internamente con cestino porta rifiuti. Il collegamento idraulico non è incluso.
Dimensioni: cm.66,5x51x66 H
- Nr. 01 piano in corian, spessore di almeno 30 mm, completo di alzatina posteriore su due lati, e di bordo perimetrale anti goccia. Dimensioni indicative del piano: cm. 242,8x52,5
- Nr. 01 lavello in corian, di forma quadrata, misure indicative cm. 40 x 40, completo di miscelatore a leva clinica e di gruppo di scarico
- Nr. 01 fianco terminale, completo di gonna, per allungo: cm 52,5 Px89 H.
- Nr. 01 pensile con anta "a vetro", completa di telaio perimetrale, e di profilo para polvere. Specchiatura interna in vetro temperato rispondente ad ogni norma di sicurezza. Meccanismo di apertura dell'anta a top-lift con rallentatore. Prevedere internamente a ciascun pensile un ripiano in acciaio inox.
Dimensioni: cm.46,5x35x66 H
- Nr. 02 pensili a due ante cieche, attrezzati internamente con un ripiano in acciaio inox. Dimensioni: cm. 93x35x66 H
- Nr. 01 tamponamento orizzontale e verticale. Dimensioni indicative: cm 10 x 35P x 66H circa
- Schienale di finitura tra piano in corian e pensili, realizzato in HPL sp.4mm. Dimensioni indicative: cm.: 242,8+52,5x54 H

NR. 01 SCRIVANIA

Scrivania canalizzata, idonea all'inserimento in un locale tecnico, e quindi realizzata con materiali coordinati con i rimanenti arredi previsti per il locale medicheria. Piano in laminato antigraffio, con colori a scelta della D.L., e sagomato ad elle, su misura. Gambe metalliche a T rovesciata. Dimensioni di ingombro massimo: cm. 242 x 122 x 72,5 H

NR. 01 SEDUTA OPERATORE

Poltroncina operativa imbottita, su ruote, dotata di braccioli, e di movimento di elevazione in altezza della seduta. Rivestimento in similpelle. Schienale alto. Dimensioni indicative: cm. 60x45x39-52/97-110 H.

NR. 01 CESTINO GETTACARTE

Cestino gettacarte in ABS, di forma cilindrica.

NR. 01 ARMADIO FARMACI

Armadio farmaci con tesoretto. Struttura realizzata in alluminio ed acciaio spessore 8/10. Frontali realizzati in lamiera di acciaio tamburata, o in corian, e completi di profilo para polvere. Maniglie ad arco in lega leggera. Cerniere con apertura a 230 gradi circa. Attrezzato internamente con 4 fiancate a vaschette in abs, e con tesoretto in acciaio verniciato, dotato di serratura. Colori dei frontali a scelta della D.L.
Dimensioni: cm. 100x51.209H

NR. 01 SCRIVANIA

Scrivania idonea all'inserimento in un locale tecnico, e quindi realizzata con materiali coordinati con i rimanenti arredi previsti per il locale medicheria. Piano in laminato antigraffio, con dimensioni a misura. Colori a scelta della D.L. Gambe metalliche a T rovesciata. Dimensioni tassative di ingombro: cm. 95x70x72,5H

NR. 01 SEDUTA OPERATORE

Poltroncina operativa imbottita, su ruote, dotata di braccioli, e di movimento di elevazione in altezza della seduta. Rivestimento in similpelle. Schienale alto. Dimensioni indicative: cm. 60x45x39-52/97-110 H.

NR. 01 PENSILE A GIORNO

Struttura realizzata in alluminio ed acciaio sp. 8/10, verniciata a polveri epossidiche. Attrezzato internamente con un ripiano registrabile in altezza. Dimensioni: cm. 93x33x66 H

NR. 01 CASELLARIO PENSILE

Casellario pensile in laminato a 12 comparti. Dimensioni indicative: cm. 100x33x65H

NR. 01 COMPOSIZIONE DI PARETE TECNICA: cm. 186x51x209H

La parete tecnica è così composta:

- Nr. 02 colonne ad anta cieca, attrezzate internamente con 4 ripiani rinforzati. Cerniere con apertura a 230 gradi circa. Verniciatura a polveri epossidiche. Colori dei frontali a scelta della D.L.

STUDIO n. 55 CAPOSALA

Nr. 01 scrivania: Scrivania canalizzata, idonea all'inserimento in un locale tecnico, e quindi realizzata con materiali coordinati con i rimanenti arredi previsti per il locale medicheria. Piano in laminato antigraffio, con colori a scelta della D.L., e sagomato ad elle, su misura. Gambe metalliche a T rovesciata. Dimensioni di ingombro massimo: cm. 160 x 70/90 x 73 H

Nr. 01 cassettera su ruote: cassettera in laminato, su ruote, dotata di nr. 03 cassette. Materiali e finitura coordinata con la cassettera e con gli altri arredi presenti nel locale. Serratura a chiave inclusa. Dimensioni indicative: cm. 42x56x48H

Nr. 01 cestino in ABS: Cestino gettacarte in ABS, di forma cilindrica.

Nr. 01 porta computer su ruote: Dimensioni indicative: cm. 22x50x60 H

Nr. 01 seduta operatore, su ruote: Poltroncina operativa imbottita, su ruote, dotata di braccioli, e di movimento di elevazione in altezza della seduta. Rivestimento in similpelle. Schienale alto. Dimensioni indicative: cm. 60x45x39-52/97-110 H.

Nr. 02 sedute interlocutore, su gambe: sedute imbottite, prive di braccioli. Rivestimento in similpelle. Dimensioni: cm 47x45x46/88 H

Nr. 02 mensole: realizzate in bilaminato. Dimensioni indicative: cm 135 x 25 x 3

Nr. 01 casellario pensile Casellario pensile in laminato a 9 comparti. Dimensioni indicative: cm. 80x33x65H

Nr. 01 appendiabiti a colonna: appendiabiti a stelo, completo di p/ombrelli

Nr. 02 composizioni a colonne: Struttura in melaminico sp. 20 mm, con anta in bilaminato. Maniglia ad arco in lega leggera. Serratura su ciascuna ante, e chiave pass partout. Finitura su piedini alti almeno cm. 20. Presenza di telaio di rinforzo alla base. Ciascuna composizione è formata da due colonne con anta cieca, attrezzate internamente a ripiani. Top superiore di finitura. Dimensioni tassative di ciascuna composizione: cm. 90 x 45 x 209 H

LOCALE n. 56 MAGAZZINO 1

Per il locale in questione, viene richiesto quanto segue:

NR. 01 SCAFFALATURA A GIORNO cm. 264x51x209H

Nr. 4 Colonne a giorno, in laminato sp. 20 mm, ciascuna attrezzata internamente con quattro ripiani. Finitura su zoccolo in multistrato. Le pareti sono complete di fasce di tamponamento per raccordare gli angoli tra di loro.

Dimensioni di ciascuna colonna: cm. 66 x 51 x 209H

NR. 01 SCAFFALATURA A GIORNO: cm. 465x51x209H

Nr. 5 Colonne a giorno, in laminato, attrezzate internamente con quattro ripiani. Finitura su zoccolo in multistrato. Le pareti sono complete di fasce di tamponamento per raccordare gli angoli tra di loro. Dimensioni di ciascuna colonna: cm. 93 x 51 x 209H

LOCALE n. 57 MAGAZZINO 2

NR. 02 BASI A GIORNO

Nr. 2 basi a giorno, in laminato, sp. 20 mm, attrezzate internamente con un ripiano. Top superiore in laminato, completo di alzatina, e senza soluzione di continuità. Finitura su zoccolo in multistrato. Dimensioni di ciascuna base: cm. 93 x 45 x 89 H

NR. 01 COMPOSIZIONE DI COLONNE A GIORNO:

La parete in oggetto, è composta da:

- Nr. 2 colonne a giorno, in laminato, sp. 20 mm, attrezzate internamente con quattro ripiani. Finitura su zoccolo in multistrato. Dimensioni di ciascuna colonna: cm. 93 x 45 x 89 H
- Nr. 2 colonne a giorno, in laminato, sp. 20 mm, attrezzate internamente con quattro ripiani. Finitura su zoccolo in multistrato .
- Dimensioni di ciascuna colonna: cm. 66 x 45 x 89 H
- Nr. 1 colonne a giorno, in laminato, sp. 20 mm, attrezzate internamente con quattro ripiani. Finitura su zoccolo in multistrato . Dimensioni di ciascuna colonna: cm. 93 x 45 x 89 H
- Pannelli di tamponamento in nobilitato: metri lineari 4,3 circa x 2,19 H

Si ribadisce che è onere della Ditta partecipante, nel formulare l'offerta, tenere conto della perfetta collocazione degli arredi, degli spazi effettivamente a disposizione, dell'uso cui è adibita la stanza ove andranno allocati i beni, della localizzazione di tutti gli impianti esistenti e di ogni altro vincolo impiantistico o strutturale, compresi la verifica delle misure indicate e l'utilizzo funzionale degli spazi da parte degli operatori sanitari e pazienti (la planimetria allegata non è da considerarsi completamente esaustiva delle necessità dell'Azienda sanitaria se non per la parte strettamente strutturale/dimensionale. La disposizione degli arredi visibile dalla planimetria è puramente figurativa/illustrativa e, pertanto, non può considerarsi quale modello di composizioni).

Resta a completo carico della ditta aggiudicataria, in fase esecutiva, l'eventuale adattamento della proposta progettuale non contestualizzata alle reali esigenze di allocamento degli arredi e la stessa non potrà richiedere, in alcun caso, maggior compenso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'installazione dei beni di che trattasi in quanto tutti resteranno inclusi nell'appalto aggiudicato.

SPECIFICHE GENERALI

Tutto il materiale offerto dovrà garantire il rispetto dei massimi standard qualitativi di costruzione, delle normative in materia di sicurezza e di tutela della salute degli operatori.

Gli arredi, dovranno essere conformi a quanto sopra previsto e rispondere a criteri costruttivi di massima funzionalità, robustezza e rispondenza alle normative vigenti, gli angoli/spigoli/bordi dovranno essere ben smussati ed arrotondati, lo standard di arredo qualitativamente elevato per durata, gestione per l'igienicità.

Per tutti i prodotti offerti, soggetti a marcatura CE secondo quanto previsto dal D.lgs.46/97 sui dispositivi medici, si richiede documentazione in lingua italiana che ne attesti la conformità.

Tutte le strutture, i pannelli, i rivestimenti e le verniciature dovranno essere realizzati con materiali ignifughi secondo la normativa vigente e applicabile.

I materiali impiegati per la costruzione degli arredi richiesti in capitolato, dovranno essere lavabili con comuni detergenti e disinfettabili.. Devono resistere a quotidiane forme di sanificazione con i detergenti usati in ambiente ospedaliero.

Le ditte partecipanti dovranno adottare tutti gli accorgimenti per consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica e rendere la fornitura idonea alle normative vigenti ed applicabili. Ogni elemento dei prodotti offerti dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

A) **rispetto delle norme vigenti in materia di:**

- sicurezza antinfortunistica;
- tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- prevenzione incendi;
- qualità dei materiali (norme UNI)

C) **Igienicità**

- strutture portanti in legno o metallo facilmente pulibili;
- verniciatura epossidiche a forno per le parti metalliche;
- rivestimenti delle sedute (poltrone, sedie, poltroncine, divani) lavabili con detersivi oppure facilmente sfoderabili

La normativa generale di sicurezza relativa agli arredi oggetto del presente appalto è costituita dal D.M. 2/10/2000, Legge 123 del 3/08/2007, DLGS. 81/2008, testo di attuazione dell'art.1 della Legge 123.

Dovranno essere, inoltre, rispettate tutte le normative specifiche relative all'oggetto dell'appalto tra cui le seguenti (e successive modifiche ed integrazioni) che sono di riferimento per quanto attinente e a seconda della tipologia dei beni:

- **Sicurezza antinfortunistica e tutela della salute nei luoghi di lavoro:**

- D.Lgs. 81/2008 (già D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, attuazione delle direttive 89/391/C.E.E., 89/654/C.E.E., 89/655/C.E.E., 89/656/C.E.E., 90/269/CEE., 90/270/C.E.E., 90/394/CEE., e 90/679/C.E.E. riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
- D.M. 10/10/2008 sulle emissioni di formaldeide dei pannelli a base di legno, testati secondo la normativa UNI EN 717 -2

- **Prevenzione incendi:**

- D.P.R. 29/7/1982 n. 577, approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza incendi;
- D.M. 26/6/1984, classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
- D.M. 10/3/98, criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione di luoghi di lavoro;
- D.M. 18/9/2002, approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. In particolare bisogna attenersi a quanto previsto al Titolo II, art.3.2 comma 1 lettere c-d-e-g. Ovvero i tendaggi devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; i mobili imbottiti (poltrone, sedie imbottite e altri imbottiti quali specifici manufatti) devono essere omologati alla classe 1 IM (omologazione ministeriale del manufatto); se non imbottiti e le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.
- Test di reazione al fuoco dei materiali : UNI 9175 per reazione al fuoco di mobili imbottiti.

- **Qualità dei materiali - D.M. 26/06/1984 e norme tecniche UNI EN riferibili a**

- pannelli in legno agglomerati, compensato, paniforti;
- rivestimenti in laminato plastico e melaminico;
- mobili contenitori – stabilità;
- prove di resistenza sulle finiture;
- arredi metallici;
- comportamento delle superfici all'usura per abrasione;
- resistenza alla corrosione;

- **Requisiti dimensionali (tavoli e scrivanie, sedute da lavoro, sedie visitatori):**

- UNI EN 527-1 ; UNI EN 1335-1; UNI EN 13761
- Prove Prestazionali riferite alle normative di rilievo nazionale e comunitario applicabili (Dlgs. 81/2008 e UNI EN) per gli arredi ufficio di tipo operativo e scaffalature

Il rispetto delle normative applicabili all'oggetto del presente appalto dovrà evidenziarsi dalle schede tecniche e/o dichiarazioni di conformità e/o certificazioni allegate all'offerta presentata dall'Impresa partecipante.

Ai fini della valutazione delle offerte tutte le ditte partecipanti dovranno produrre:

ASUR AREA VASTA 3

Fornitura di ARREDI TECNICO/SANITARI per le esigenze dell'Area Vasta3 - ASUR Marche

1. Schede tecniche, certificazioni UNI ed UNI-EN, depliant illustrativi dei prodotti offerti.
2. Tutte le certificazioni di conformità alle norme per la prevenzione incendio, sicurezza antinfortunistica e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Le caratteristiche tecniche riportate nel presente capitolato tecnico costituiscono i requisiti minimi per i materiali da offrire e devono intendersi di carattere generale ovvero che i requisiti funzionali richiesti possono essere ottenuti, oltre che secondo quanto indicato anche con sistemi e lavorazioni equivalenti (nel caso in cui l'impresa proponga prodotti equivalenti dovrà espressamente segnalarlo con dichiarazione allegata alle schede tecniche di riferimento).

Gli standards di riferimento dei materiali che saranno utilizzati per i componenti della fornitura, rappresentano i requisiti minimi richiesti e, pertanto, il concorrente potrà proporre solo materiali di livello uguale o superiore, documentandone le caratteristiche e l'origine. Tutti i materiali offerti devono essere nuovi, di prima qualità ed esenti da difetti.

La configurazione di quanto offerto deve comprendere tutto quanto necessari per l'installazione, montaggio, messa in funzione, e collaudo se previsto, ed inizio dell'uso (i prodotti devono essere completi di ogni parte con adeguata adozione di tutti gli accessori per un regolare e sicuro funzionamento) e la fornitura deve essere chiavi in mano.

In ogni caso la ditta concorrente è tenuta a verificare tutte le condizioni, anche particolari, che possono avere effetto diretto o indiretto sulla fornitura e sulla formulazione dei prezzi esposti in offerta.

Per integrale presa visione ed espressa accettazione del contenuto del presente Disciplinare di gara, da parte del sottoscritto appaltatore:

**Il titolare o legale rappresentante
o persona all'uopo delegata della ditta**

Nome _____ - Cognome _____

luogo e data di nascita _____ () - ____/____/____

residenza VIA _____ - (cap _____)

codice fiscale _____

data ____/____/____