

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO DI INGAGINE DI MERCATO FINALIZZATO A TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO per la FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA ELIMINACODE da destinare al CUP del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche – Area Vasta n. 3

Si invitano gli Operatori Economici interessati e iscritti al MEPA, qualora lo ritengano di loro convenienza, a voler formulare ed inviare, propria miglior offerta per la fornitura di:

LOTTO UNICO – N. 1 SISTEMA ELIMINA CODE

avente le seguenti caratteristiche tecniche di minima e le seguenti condizioni di fornitura e garanzia:

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA	
<u>NOTA: le specifiche di seguito dichiarate, se in contraddizione, hanno prevalenza rispetto a quelle indicate nei documenti allegati</u>	
Definizione	Si richiede la fornitura e l'installazione dei seguenti apparati di gestione delle code di attesa connessi attraverso la rete ethernet per la gestione del CUP Ospedale di Civitanova Marche che siano integrabili e gestibili utilizzando l'architettura software già in uso presso questa AREA VASTA.
Descrizione	N. 1 EliminaCode
Ubicazione	Locale CUP Ospedale di Civitanova Marche
Importo a base d'asta	L'importo complessivo della fornitura a base d'asta è di € 13.500,00 (I.V.A. esclusa).
SPECIFICHE TECNICHE	
Le caratteristiche richieste sono indicative delle necessità aziendali. Pertanto il Concorrente sarà libero di proporre le apparecchiature, di livello pari o superiore, che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione del presente Capitolato. Il Concorrente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.	
Descrizione	Q.tà
<p><u>Fornitura e posa in opera di Totem erogatore ticket codice 54200253 completo di piantana 55981518:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura robusta in acciaio inox non verniciato • Display touch-screen a colori 15" con la possibilità di configurare il lay-out ed il numero di servizi (pulsanti virtuali) • Possibilità di visualizzare sul display, e stampare sul ticket, il numero utenti in coda e il tempo medio di attesa per ciascun servizio • Possibilità di poter inserire opzionalmente una seconda stampante di ticket od un lettore di badge magnetico o smartcard • Interfaccia di comunicazione: Ethernet 10/100 Mbps • Possibilità di stampare sul ticket: <ul style="list-style-type: none"> ○ Logo dell'Azienda sanitaria 	1

<ul style="list-style-type: none"> o Data e ora della richiesta del ticket o Servizio richiesto o Numero di chiamata (progressivo per servizio) o Numero di utenti in attesa e tempo medio di attesa o Testo configurabile e personalizzabile 	
<p><u>Fornitura e posa in opera di Display riepilogativo di sala 48" sala CUP" codice 8250880</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Display LCD/TFT Full HD di tipo professionale (senza sintonizzatore TV per non gestire CANONI) • Interfaccia di comunicazione: Ethernet 10/100 Mbps • Dimensioni 48" • Spegnimento automatico • Modulo di chiamata Vocale • Possibilità di utilizzo per il Digital Signage 	1
<p><u>Fornitura e posa in opera di Display riepilogativo di sala 32" Laboratorio Analisi" codice 8250878</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Display LCD/TFT Full HD di tipo professionale (senza sintonizzatore TV per non gestire CANONI) • Interfaccia di comunicazione: Ethernet 10/100 Mbps • Dimensioni 32" • Spegnimento automatico • Modulo di chiamata Vocale • Possibilità di utilizzo per il Digital Signage 	1
<p><u>Fornitura e posa in opera di Display di sportello codice 55220010</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo a matrice di LED e con luminosità adattabile alle condizioni ambiente • Possibilità di testo su una o due righe, anche scorrevoli • Interfaccia di comunicazione: Ethernet 10/100 Mbps • Alimentazione: in bassa tensione Power over Ethernet (PoE) • Per il laboratorio analisi il display devono essere incluse le pulsantiere. N. 2 	7+2
<p><u>Fornitura e posa in opera di collegamenti di segnale (cavo UTP) e di energia il collegamento e la comunicazione dei sistemi.</u></p> <p>Gli impianti saranno realizzati sotto traccia e/o in esecuzione a vista utilizzando canalizzazione in PVC di dimensioni adeguate</p>	1
<p><u>Configurazione dei sistemi e integrazione alle architettura IT già in essere c/o AREA VASTA N.3</u></p> <p>=</p>	1
<p><u>Training formativo per l'amministrazione, gestione e conduzione dei sistemi (ore)</u></p>	8

Accessori/ Consumabili	Il sistema dovrà essere fornito completo di: n. 3 Rotoli di etichette per ogni sistema offerto ed ogni accessorio necessario per il loro normale e corretto utilizzo.
Consegna- Installazione	La consegna dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria direttamente presso i locali indicati dall'Amministrazione appaltante, quanto prima e comunque <u>entro e non oltre 15 giorni lavorativi</u> dalla data di ricevimento dell'ordine.

	<p>La consegna delle apparecchiature dovrà essere immediatamente precedente all'installazione, per evitare stazionamenti incustoditi di cui questa Azienda non si accolla alcuna responsabilità.</p> <p>Considerata l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della medesima non costituisce attestazione della regolarità della fornitura. La ditta dovrà accettare pertanto eventuali contestazioni, se al momento del collaudo i prodotti consegnati dovessero risultare non conformi a quelli aggiudicati.</p> <p>Nel documento di trasporto e nella fattura dovrà essere riportata la dicitura "APPARECCHIATURA NUOVA" ed il numero di matricola del prodotto.</p>
Riserva di utilizzo	<p>L'Amministrazione utilizzatrice si riserva di sottoporre le attrezzature oggetto della presente gara ad un congruo periodo di verifica della buona qualità dei sistemi forniti e piena rispondenza dei requisiti richiesti al presente capitolato tecnico (non immediatamente riscontrabili in fase di verifica di conformità iniziale), stabilito in n.6 mesi a partire dalla data di verifica di conformità.</p> <p>La non rispondenza del materiale fornito alle esigenze sanitarie verrà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura del Personale Sanitario e Tecnico utilizzatori.</p> <p>In questo caso si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.</p>
Sopralluogo	<p>La ditta aggiudicataria dovrà garantire la corretta installazione e il corretto funzionamento delle apparecchiature nei locali di destinazione, senza introdurre rischi per operatori e pazienti a fronte dell'installazione nell'ambiente di destinazione.</p> <p>A tal fine l'impresa concorrente ha facoltà di ispezionare il sito e/o i siti di installazione (locali e impianti) in modo da acquisire ogni aspetto utile alla corretta redazione dell'offerta.</p>
Verifiche di conformità	<p>Il collaudo, che ha lo scopo di accertare la rispondenza della fornitura al progetto ed alle regole dell'arte, la corretta installazione, il perfetto funzionamento delle tecnologie e delle relative attrezzature di supporto, dovrà essere effettuato alla presenza del personale indicato dalla stazione appaltante e del personale referente dell'Aggiudicatario.</p> <p>In sede di collaudo l'Aggiudicatario dovrà fornire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • due copie del manuale d'uso (in lingua italiana), di cui una in formato digitale; • manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese (service) contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione delle tecnologie fornite <p>L'esito positivo del collaudo è vincolante ai fini della verbalizzazione del giudizio di accettabilità della fornitura e successiva liberatoria del compenso spettante all'Aggiudicatario.</p> <p>La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano stati positivamente collaudati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina riportata nel presente Capitolato tecnico.</p> <p>Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico dell'appaltatore anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.</p>
Garanzia e servizio assistenza tecnica	<p>La garanzia dovrà essere di almeno mesi 24.</p>
Formazione	<p>Deve essere garantita la formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>al personale interessato</i>, sul corretto uso dei prodotti offerti, sulle metodiche di interesse e su tutto quanto necessario per far funzionare correttamente e in maniera ottimale le apparecchiature; • <i>al personale tecnico</i>, finalizzato alla conoscenza e all'uso delle tecnologie offerte ed alle principali procedure di manutenzione preventiva e correttiva.

Conformità normativa	<ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE secondo le Direttive; • norme cogenti in materia;
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	
<p>L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta al prezzo più basso.</p> <p>L'Amministrazione si riserva di valutare la congruità delle offerte prima di procedere all'aggiudicazione. La congruità potrà essere valutata anche con riferimento a forniture analoghe effettuate a favore di altre Amministrazioni.</p> <p>L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea dal punto di vista tecnico ed economicamente congrua. Si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura, a proprio insindacabile giudizio, qualora le apparecchiature offerte non risultino all'esame tecnico rispondenti alle esigenze dell'Ente, ovvero, qualora le condizioni economiche proposte dalle ditte offerenti siano ritenute non convenienti.</p>	
Elenco Allegati	<p>OFFERTA TECNICA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Allegato tecnico e caratteristiche dei prodotti offerti, da cui evincibile il soddisfacimento delle richieste di cui al presente Capitolato. <input checked="" type="checkbox"/> Schede Tecniche dei singoli dispositivi offerti <input checked="" type="checkbox"/> Copia del documento di certificazione CE applicabile <input checked="" type="checkbox"/> Certificazione di conformità a norme nazionali e internazionali e direttive, se non già contenuto nella certificazione di cui al punto precedente. <input checked="" type="checkbox"/> Depliant illustrativi e/o documentazione scientifica. <p>OFFERTA ECONOMICA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <input checked="" type="checkbox"/> Offerta economica.

L'offerta dovrà pervenire MEZZO MAIL recante in oggetto:

OFFERTA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA ELIMINACODE da destinare al CUP del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche – Area Vasta n. 3

– ALL'ATTENZIONE DEL RUP- DOTT.SSA DALMIGLIO BARBARA

al seguente indirizzo PEC areavasta3.asur@emarche.it

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 del giorno 10/02/2017

Premesso che, il procedimento avviato è preliminare all'acquisizione e quindi non si prefigura e non può essere assimilato ad una procedura di gara, l'Amministrazione si riserva di interromperlo in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza.

Per informazioni di carattere amministrativo l'operatore economico potrà rivolgersi a:

- **Dott. Barbara Dalmiglio** - Tel: **0733/894739**. – email: **barbara.dalmiglio@sanita.marche.it**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Barbara Dalmiglio



Per integrale presa visione ed **espressa accettazione** delle norme e condizioni legittime contenute nel presente documento, in tutte le sue parti e nei suoi allegati:

***Il titolare o legale rappresentante
o persona all'uopo delegata della ditta***

Nome _____ - Cognome _____

luogo e data di nascita _____ (____) - ____/____/____

residenza VIA _____ - (cap _____) _____

codice fiscale _____

_____ data ____/____/____